

川南公共卫生实训与研究基地康复及言语听力设备采购项目(三次)

评审情况表

项目编号：N5103012023000428

2023-12-26

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	技术指标和配置 (38.00分)	项目实施方案 (10.00分)	售后服务方案 (9.00分)	视频演示 (4.00分)	履约能力 (4.00分)	价格分 (35.00分)	综合评审得分汇总 (100分)	评审结果
1	国药器械自贡有限公司	是	是	/	否	32.0000	7.0000	6.0000	0.0000	4.0000	35.00	84.00	
2	四川思捷源科技有限公司	是	是	/	否	38.0000	9.3333	8.5000	0.0000	4.0000	32.37	92.20	
3	四川省斯美瑞医疗器械有限公司	是	否	评审条款"符合性审查"不通过, 专家组评审意见: 听力计精度不符合采购文件要求	否	/	/	/	/	/	/	/	

4	四川艺通远景贸易有限公司	是	否	评审条款"符合性审查"不通过, 专家组评审意见: 听力计气导频率不符合采购文件要求	否	/	/	/	/	/	/		第一成交候选人: 四川思捷源科技有限公司; 报价金额: 958,000.00 (玖拾伍万捌仟元整)。
5	四川泽惠誉科技有限公司	是	是	/	否	23.0000	5.3333	5.0000	0.0000	0.0000	31.77	65.10	第二成交候选人: 国药器械自贡有限公司; 报价金额: 886,000.00 (捌拾捌万陆仟元整)。 第三成交候选人: 四川泽惠誉科技有限公司; 报价金额: 976,000.00 (玖拾柒万陆仟元整)。
6	四川康利瑞医疗器械有限公司	是	是	/	否	23.0000	4.6667	4.5000	0.0000	0.0000	31.90	64.07	
7	四川省国械医疗器械有限公司	是	否	评审条款"符合性审查"不通过, 专家组评审意见: 听力计精度不符合采购文件要求	否	/	/	/	/	/	/	/	
8	自贡市肃信医疗器械有限公司	否	/	评审条款"响应产品为医疗器械时"不通过, 专家组评审意见: 未提供产品证明材料	否	/	/	/	/	/	/	/	

9	成都莱瑞恩科技有限公司	否	/	评审条款"响应产品为医疗器械时"不通过，专家组长评审意见：证明材料不符合采购文件要求	否	/	/	/	/	/	/
---	-------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---