

采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

一、项目概述

本项目一个包，采购盐边县中医院全院设备维修保养服务采购项目。

二、项目清单

包号	品目号	标的名称	所属行业	数量
01 包	1-1	设备维修保养服务	其他未列明行业	1

★三、项目要求

(一) 服务范围：

1. 全院医疗设备的维修维护保养服务（包含 CT、DR、B 超、彩超、移动式 C 型臂 X 射线机、医用消毒设备、移动式制氧机、层流手术室、胃肠镜清洗系统、急救医疗设备仪器、纯水设备、医疗辅助设备、空调等）。设备零配件批次单价 500 元以内不含 500 元，由供应商承担。配件单价 500 元以上，由采购人承担，但按市场最优惠的价格提供。质保期按照产品生产企业售后服务规定执行，更换件质保期以厂家为准，未经申明默认为 6 个月，质保期内人为和不可抗力的损坏除外。

2. 协助医院全院办公电器设备的维修维护保养服务（包含计算机、投影仪、打印机、复印机、印刷机、洗浆设备、冰箱、冰柜、电视机、电动机、风机、监控设备等）。设备维修单个零配件费用在 100 元以内的，由供应商承担；若同一批次更换的零配件不受单价 100 元以内限制，总价超过 100 元，按照实际支付，总价未超过 100 元的由供应商承担。无论是否收费均需要如实填写维修记录。（本项所指的同一批次是同一时间维修更换的零配件，不是同种零配件多次维修累加）

3. 采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整。本服务期内如有新增设备，包含在本项目总报价中，合同总价不变。

4. 供应商承担及负责磋商文件对供应商要求的一切事宜及责任。

5. 供应商工作人员在采购人处工作期间，必须严格遵守采购人的规章制度，做到文明施工，确保安全、保质、快捷完成工作，并保持通讯畅通。

6. 供应商有责任对采购人的相关人员进行培训，使其掌握有关设备的原理、应变措施及系统规范操作，培训费用包含在总报价中。

7. 供应商必须对设备按照使用说明书中的维保要求进行维护保养和维修，并在3个工作日内提交相关记录和处理意见给予采购人存档，确保设备安全运行。

8. 供应商将定期对所有设备进行校准和保养，按照设备保养手册更换易损件，供应商须向采购人提供保养报告。定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查。设备使用说明书载明的维保要求按照说明书进行。

9. 协议期内为采购人提供维保设备的全面维护及预防方案。

10. 协议期内为采购人提供为维保设备保养的书面记录及对各科室的具体保养时间和计划及内容。

11. 供应商设有备件库，提供可更换零配件，设备维修配件可以为原厂配件（如不是原厂配件，必须保证设备经维修后的技术参数和原机数据相匹配）。

12. 维修以及预防性保养中相关的差旅费、人工费等一切相关费用包含在本项目总报价中。

13. 建立日常巡检制度：对全院医疗设备经常巡检（每周一次），做好设备的外表清洁、日常保养，保证设备在正常的状态下运作，并做好记录。

14. 采购人对供应商设备维修、保养、校准服务的质量合格与否进行考核评分。如采购人在设备使用上受到市场监管部门因保养不到位、校准过期、检测过期、维修不及时处罚时，其处罚费用在服务款中扣除，且采购人有权终止服务。

15. 单次设备故障（包含CT、彩超、DR、移动式C型臂X射线机、胃肠镜、麻醉机、层流手术室、胃肠镜清洗系统、急救医疗设备仪器等）维修超过3天时，经供应商确认采购人可以要求其他设备维修服务商进行维修服务，由此发生的维修人工、差旅、故障原因排查相关费用由供应商承担，并按照每天3000元扣除服务款。

16. 若服务过程中服务内容涉及供应商需要提供的配件为医疗器械时，供应商需符合《医疗器械监督管理条例》，所提供的相关产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》，并向采购人提供供应商的医疗器械经营许可/备案凭证，产品须提供中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。

17. 若服务过程中服务内容涉及特种设备维修时，供应商需向采购人提供《特种设备生产许可证》，许可范围须包含本项目对应服务内容。

18. 磋商报价包括：全院医疗设备维修保养费用（含单价 500 元以下配件、材料等）、协助医院全院办公电器设备维修保养费用（含单价 100 元以下配件、材料等）、工时、节假日服务、人员培训、一切税费（包括关税、增值税等）、保险费、调试、验收、资料等相关的全部费用。

（二）维保服务内容

1、CT/DR/移动式 C 型臂 X 射线机/彩超维护保养等

维保范围：全程保证(包含 CT 操作台、机床、电源柜、机架； DR 操作台、机床、电源柜；移动式 C 型臂 X 射线机及超声全保等)设备的正常运行。

2、项目要求

2.1 安全检查：按照厂家设备维保标准及当地规定执行。

2.1.1 制定检查计划

2.1.2 机械安全检查

2.1.3 电气安全检查

2.1.4 记录检查结果

3、预防性保养

3.1 制定维保周期内完整的保养计划，按照保养计划提供服务，以保证设备运行状态。

3.1.1 合同期内每三个月保养一次，半年检修养护一次

3.1.2 按照保养计划更换损耗部件；

3.1.3 检测、测试系统；

3.1.4 按照产品说明书及技术指标要求按时完成设备调校及保养维护；

3.1.5 确认各项技术指标及性能；

4、记录设备状况；

4.1 开机率在合同期内保证 95%的开机率(停机时间少于 5%)。如果此开机率由于供应商的原因未能达到，对于开机率低于 95%的每一个百分点，合同期限将相应延长 7 个日历日。

4.2 供应商配备至少 1 名责任工程师在盐边县中医院进行日常保养,24 小时×365 天响应，为用户快速诊断提供临床应用服务和技术支持服务(提供承诺函)。

4.3 供应商配备至少 1 台自用计算机，用于责任工程师办公及远程连接提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，以保证维修的及时性。

5、备件

5.1 提供保修所需的备件(包括消耗品、附件及上述第三方设备所需零配件

等), 备件供应要及时、充足。

5.2 优先运送零配件。

5.3 回收报废部件。

5.4 如提供其它非原厂产品及服务的必须符合国家法律法规, 并且须从有资质或厂家授权的正规渠道获得。

5.5 高级诊断

为保障设备的安全性, 供应商必须能合法获得在有效期内的原装高级故障诊断软件的诊断维修钥匙 (servicekey), 并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。**(提供承诺函)**

6、升级

6.1 安全升级必须在原厂规定的升级文件规定时间内完成, 并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录。安全升级涉及备件更换及添加的, 提供原厂原包装备件以保证设备的完整性与可靠性。

6.2 对 CT、DR 主机工作站系统软件升级, 包括操作系统补丁及与 PACS、HIS 等系统的接入。

(三) 其他医疗设备维护保养

1、服务要求

1.1 如本项医疗设备维保清单所列的设备出现故障问题, 供应商维修人员需及时到达现场解决问题; 保证在 2 小时内响应, 并提供每周 24 小时×7 天的电话支持服务。

1.2 在零件齐备的情况下, 供应商保证 24 小时之内完成小维修。

1.3 在零件齐备的情况下, 供应商保证一周内完成大维修。

1.4 本项目医疗设备维保清单中的设备, 如果在自然损耗以及按照厂家要求的清洗消毒方法的情况下发生故障, 供应商应进行无条件维修(由于采购人人为损坏的, 不在维保合同范围内采购人需负担因此而发生的维修费用)。

1.5 如果属于医疗设备维保清单内所列的设备经过维修确认不能修复, 及时向采购人出具相关设备报废手续。

1.6 供应商指定工程师专门负责用户的空调、空气消毒设备的维修、清洗、保养(维修的配件按照配件要求执行, 清洁保养含在总价中不得额外产生费用)周期要求: 手术室、治疗室、产房、处置室, 每个月清洗维护保养一次, 其他地方每季度清洗维护保养一次。行政后勤办公室, 每年清洗维护保养一次。

1.7 手术室洁净手术间, 按照中华人民共和国卫生行业标准《医院空气净化管理规范》要求进行养护。

1.8 如果属于医疗设备维保清单内所列的设备发生故障需要大维修时, 则享

有优先获得如心电图机、心电监护仪、输液泵等备用品的权利；供应商应在维修过程中需有常用设备备用机提供给采购人备用。

1.9 设备的开机率保证 95%以上，如果此开机率由于供应商的原因未能达到，对于开机率低于 95%的每一个百分点，合同期限将相应延长 7 个日历日。

1.10 供应商需协助采购人(院方)做好医疗设备的清点整理工作，做好维护资料 存档工作，并根据采购人要求及时与医院相关部门办理各种手续：诸如供货、维修凭证、台账签字确认、设备报废等。

1.11 供应商根据设备的品牌型号、出厂编号、销售记录和维修存档可以对设备的情况进行跟踪，降低返修率。

1.12 供应商专业技术人员提供热线咨询服务及提供上门拜访、回访和实地技术支持。

1.13 回收报废部件。

2、项目要求

2.1 安全检查：按照厂家设备维保标准执行。

2.1.1 制定检查计划

2.1.2 机械安全检查

2.1.3 电气安全检查

2.1.4 记录检查结果

2.2 预防性保养：

制定维保周期内完整的保养计划，按照保养计划提供服务，以保证设备处于最佳运行状态。

2.2.1 合同期内每三个月保养一次；

2.2.2 按照保养计划更换损耗部件；

2.2.3 检测、测试系统；

2.2.4 按照厂家标准进行调校；

2.2.5 确认各项技术指标及性能；

2.2.6 记录设备状况。

2.3 培训要求：

2.3.1 供应商需每月给用户(院方)科室使用设备人员进行实践技能培训，做好培训记录。

(四)协助全院办公电器设备维护保养

1、服务要求

1.1 如本项设备维保清单所列的设备出现故障问题，供应商维修人员需及时到达现场解决问题；保证在 2 小时内响应，并提供每周 24 小时×7 天的电话支

持服务。

1.2 在零件齐备的情况下，供应商保证 24 小时之内完成小维修。

1.3 在零件齐备的情况下，供应商保证一周内完成大维修。

1.4 本项目设备维保清单中的设备，如果在自然损耗以及按照厂家要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，供应商应进行维修。

1.5 如果属于设备维保清单内所列的设备经过维修确认不能修复，及时向采购人出具相关设备报废手续。

1.6 如果属于设备维保清单内所列的设备发生故障需要大维修时，则享有优先获得如计算机、打印机、冰柜、冰箱等备用品的权利；供应商应在维修过程中需有常用设备备用机提供给采购人备用。

1.7 设备的开机率保证 95%以上，如果此开机率由于供应商的原因未能达到，对于开机率低于 95%的每一个百分点，合同期限将相应延长 7 个日历日。

1.8 供应商专业技术人员提供热线咨询服务及提供上门拜访、回访和实地技术支持。

1.9 回收报废部件。

2、项目要求

2.1 安全检查：按照厂家设备维保标准执行。

2.1.2 制定检查计划

2.1.3 机械安全检查

2.1.4 电气安全检查

2.1.5 记录检查结果

2.2 预防性保养：

制定维保周期内完整的保养计划，按照保养计划提供服务，以保证设备处于最佳运行状态。

3、升级：协助系统升级服务。

（五）全院设备维保清单

1. 医疗设备科室分布清单

序号	设备名称	规格/型号	生产企业	数量	使用科室
1	全身超高端彩色多普勒超声诊断系统（飞利浦）	EPIQ5	飞利浦超声股份有限公司	1	超声室
2	GE16 排多层螺旋 CT	Bright Speed Elite Select	通用电气航卫医疗系统有限公司	1	放射科
3	东芝 DR	DS-PH-1	东芝医疗制造株式会社	1	放射科

4	彩色多普勒超声诊断仪 (日立)	HI VISION Arius	日立医疗器械株式会社	1	超声室
5	彩色多普勒超声诊断仪 (西门子)	X300	美国西门子医疗系统公司	1	超声室
6	体外冲击波碎石机	HK,ESWL-109	深圳市惠康医疗器械有限公司	1	超声室
7	全数字化高档彩色多普勒 超声诊断仪	ACUSON Juniper	美国西门子医疗系统股份有限公司	1	超声室
8	超声高频外科集成系统主机 发生器	GEN11	上海强生医疗器械有限公司	1	手术室
9	不锈钢病床(塑料床头)	205*90*88cm		24	内科
10	病床	HY102-S-III	上海景深电子科技有限公司	100	内 36、外 25、 妇 20、儿 14、 急诊 5
11	多体位医用诊疗床	SY-K-SF-1	翔宇医疗	15	内科 3、 治未病科 12
12	抢救床	200*93*97CM		1	外科
13	普通病床			36	外科
14	不锈钢病床	205*90*80cm		11	妇产科
15	床头柜	50*41*68cm		108	内科 76、 外科 27、 急诊科 5
16	不锈钢床头柜	49.5*40.5*71cm		156	外科 39、 妇产科 46、 儿科 62、 急诊 9
17	电子针疗仪	SDZ-11	苏州医疗用品厂有限公司	9	外科 5、 妇产科 2、 治未病科 2
18	有创呼吸机	MAQVET SERVO-1		1	内科
19	无创呼吸机	FLEXO		2	内科
20	不锈钢货物架	150*50*180cm		2	手术室
21	病人监护仪	UT4000B	深圳市金科威医疗器械有限公司	3	内科 2、 妇产科 1、 胃镜室 1、 外科 2、

					手术室 1
22	病人监护仪	UV6000C	金科威	1	内科
23	病人监护仪	G40	深圳市金科威医疗器械有限公司	4	内科 2、 妇产科 2
24	PI202A-B 十二导动态心电图监护仪			1	内科
25	多参数监护仪	PM-7000S	武汉中旗医疗器械有限公司	7	内科 5、 外科 1、 妇产科 1
26	多参数监护仪	ZD120B	深圳市和心重典医疗设备有限公司	1	外科
27	便携式多参数监护仪	PM-9000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	3	外科、妇 产科、妇 产科门诊
28	病人心电监护仪	GS20	飞利浦金科威（深圳）实业有限公司	4	外科 2、 妇产科 2
29	病人监护仪	M8105A	飞利浦	8	妇产科、 儿科 7
30	病人监护仪	M8102A	飞利浦	2	妇产科 1、 手术室 1
31	胎儿母亲监护仪	F6	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	1	妇产科
32	母亲/胎儿综合监护仪	TR-2002 型	天荣医疗通讯设备有限公司	1	妇产科
33	多参数监护仪	OSEN9000	深圳奥生科技有限公司	1	妇产科
34	超声电脑胎儿母婴监护系统	MD4002	秦安迈迪医疗电子有限公司	2	妇产科
35	病人监护仪	IM50	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	2	急诊科 1、 手术室 1
36	除颤监护仪	DEFI GARD 5000	席勒公司	1	手术室
37	病人监护仪	NC12	深圳科曼医疗设备有限公司	1	手术室
38	多参数插件式监护仪	M8001A	飞利浦	1	手术室
39	麻醉深度多参数监护仪	MHM7000A	美合实业（苏州）有限公司	1	手术室
40	病人多参数监护仪	OSEN9000	深圳奥生科技有限公司	1	手术室
41	麻醉机	FabiusGSpremiu	德格尔医疗设备	4	手术室

		m	上海有限公司		
42	麻醉系统	Fabius Plus XL	德格尔医疗设备有限公司(上海)	2	手术室
43	全身骨骼模型(男)170cm	GD/A11101/1	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
44	高级综合穿刺术技能训练模拟人(穿刺模拟人)	GD/L260B	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
45	高级分娩与母子急救模拟人(产科模拟人)	GD/F55	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
46	全功能新生儿高级模拟人	GD/FT435	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
47	高级多功能成人综合急救训练模拟人	GD/ACLS10800	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
48	人体全身肌肉附内脏模型	GD/A11301/2	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
49	甲种手术器械包			1	手术室
50	甲种手术器械包			1	手术室
51	甲种手术器械包			1	手术室
52	脊柱器械包			1	手术室
53	骨科牵引床	2080MMX900*200 0JJGQY-(222)-(B)-JC05	成都市九九医疗设备有限公司	4	外科
54	多功能骨科牵引床	SD-7		2	外科
55	颈腰椎治疗多功能牵引床	JYZ-IIB	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2	外科1 治未病1
56	多功能牵引床	YH2-IV	翔宇医疗	1	治未病科
57	电子胃肠镜	EQ-2770K EC-3780FK	日本潘泰克斯	1	胃镜室
58	内窥镜视频系统(电子胃肠镜)	奥林巴斯 CV170	日本潘泰克斯	1	胃镜室
59	胃肠镜清洗系统	KGW/NQX	成都肯格王	1	胃镜室
60	电动流产吸引器	MODOL YB-LX-3	上海医疗器械工业(集团)公司医药电子器厂	2	妇产科
61	低负压电动吸引器	DYX-1A	上海宝佳医疗器械有限公司	2	儿科
62	低压(羊水)吸引器	DYX-1A	上海祁鑫医疗器械厂	1	手术室
63	电动吸引器	YX932D	上海宝佳医疗器械有限公司	3	手术室
64	三氧消毒机	SJG/G100	成都肯格王电气设备有限公司	2	外科

65	肯格王牌 SJG/G 型臭氧消毒机	SJG/G		10	妇产科 3、 急诊 4、 检验科 2、 内科 1
66	麻醉机回路臭氧消毒机	ZJ-XD-I	天津桌晶科技发展有限公司	1	手术室
67	数字心电图机	EM-301	深圳华清心仪医疗电子有限公司	1	内科
70	电脑式心电图机	AIKD-B12		1	心电图室
68	数字心电图机	EM-301	深圳华清心仪医疗电子有限公司	1	外科
69	数字心电图机	ECG-300G	深圳市邦建电子有限公司	1	外科
70	动态血压监测仪	CB-1804-B		3	心电图室
71	动态心电监测仪	CB-1304-C		3	心电图室
72	急性透析和体外血液治疗机	MULTIFILTRATE	费森尤斯医药用品（上海）有限公司	1	内科
73	纤维支气管镜	PEN7AX FB-18RBS		1	胃镜室
74	不锈钢双层治疗车（扇形治疗车）	90*147*45*86cm		1	内科
75	不锈钢双层治疗车	73.5*46.5*92CM		19	内科 7、 外科 4、 儿科 5、 手术室 3
76	不锈钢三层治疗车	90*50*95CM		1	外科
77	不锈钢治疗车	DQ201	成都帝全医疗科技有限责任公司	4	妇产科 1、 妇产科门诊 1 手术室 2
78	电脑骨创伤治疗仪	BPM-VIIIA	常州雅思医疗	1	治未病科
79	电脑中频电疗仪	MTZ-F	北京御健康复医疗仪器有限公司	23	外科 5、 妇产科 2、 治未病科 16
80	电脑中频（熏热）治疗仪	J48A	北京金豪高质	1	治未病科
81	钬激光治疗机	HZ-E	广州普光电科技有限公司	1	手术室
82	移动式 C 型臂 X 射线机	HMC-100 TYPE (23XZ4ST)	北京万东鼎立医疗设备有限公司	2	手术室
83	层流手术间			1	手术室
84	腹腔镜光源机/气腹机/摄	X8000/20L/688i	史塞克	1	手术室

	像系统液晶显示屏	/LMD-2110MD			
85	内窥镜冷光源/气腹机/摄像系统/摄像系统/液晶显示器	20134020/26430520-1/TC300/TC200/L-EJ-MLA26CK1	卡尔史托斯	1	手术室
86	电动力系统	GD670	AESCULAPAG 德国蛇牌	1	手术室
87	免疫定量分析仪	ZXQ10-Q7	重庆汇吉仪器有限公司	2	内科 1、 急诊 1
88	脑电仿生电刺激仪	LF-V	江苏省太仓市	1	内科
89	手提式吸痰器	RFI500mAL/250V	上海祁鑫医疗器械厂	6	内科 2、 外科 1、 妇产科 3
90	除颤仪	METRAX	美国通用电气有限公司	2	内科、 急诊
91	微量注射泵	W2-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	15	内科 5、 外科 1、 儿科 8、 急诊 1
92	制氧机	7F-5	江苏鱼跃	5	内科 2、 外科 1、 妇产科 1、 急诊 1
93	巴德活检枪	NG1522		1	内科
94	高智能数字网络化体格检查教学系统 听诊 (教师机)	GD/TCZ9900	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
95	高智能数字网络化体格检查教学系统 触诊 (教师机)	GD/TCZ9900	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
96	高智能数字网络化体格检查教学系统 听诊 (学生机)	GD/TCZ9900	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
97	高智能数字网络化体格检查教学系统 触诊 (学生机)	GD/TCZ9900	上海弘联医学科技集团有限公司	1	科教科
98	肺功能检测仪	北京麦邦 MSA99		1	心电图室
99	心电远程会诊系统 (数字十二道心电图)	SE-1201	深圳理邦仪器有限公司	1	心电图室
100	高压水枪八件套	KGW/GSW1-0	成都肯格王	2	胃镜室 1、 供应室 1
101	奥林巴斯输送机	HX-110GR	日本潘泰克斯	1	胃镜室
102	体外振动排痰机	YS8001	常州思雅医疗器	1	外科

			械有限公司		
103	骨创伤治疗仪	XY-KGS-I	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	1	外科
104	充气压力循环治疗仪	YSK04G	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	1	外科
105	不锈钢单摇床	YLB006 带护栏		125	外科 21、 儿科 56、 急诊 11、 内科 37
106	不锈钢抢救车	65*41*88CM		1	外科 1、 手术室 1、 放射科 1
107	硬性输尿管镜			1	外科
108	经皮肾镜			1	外科
109	光纤内窥镜	YC-LF-A、 41. 0609a. wol		1	外科
110	电脑恒温点蜡治疗仪	XYL-I		1	外科
111	电脑疼痛治疗仪	ZX-801	郑州市中星医疗设备有限公司	1	外科
112	心电监护仪	PM-7000S	武汉中旗生物医疗电子	4	外科 1、 急诊 3
113	心电监护仪	UT4000B	深圳金科威实业有限公司	1	外科
114	特定电磁波谱治疗器	TDP-123	四川恒明科技开发有限公司	3	外科 3
115	小儿吸痰器	YB. RX-1	上海医疗器械企业公司	3	外科 1、 儿科 2
116	手动轮椅车	鱼跃 H061	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	4	外科 1、 儿科 1、 急诊 2
117	医用空气消毒机	YKX—Y-1000	成都丹翔电器设备有限公司	1	外科
118	中频离子导入治疗仪	XS-DR02	南京小松医疗仪器研究所	1	理疗科
119	超声波多普勒胎音仪	CTJ-1A	北京友喜医疗装备有限责任公司	2	妇产科
120	婴儿辐射保暖台	BV-100A	郑州迪佳仪器仪表有限公司	1	妇产科
121	辐射式新生儿抢救台	FXQ4	上海三菱医用恒温设备有限公司	1	妇产科
122	飞利浦治疗器	UM-150A		1	妇产科

123	多功能婴儿车	RSP-2060B	咸阳华潮衡器械有限公司	20	妇产科
124	医用空气消毒机	KYX/G-120	成都肯格王三氧电器设备有限公司	1	妇产科
125	温热中低频治疗仪	HL-Y4A	武汉市康本龙医疗器械有限公司	1	妇产科
126	不锈钢双层抢救车	64*38*90cm		6	妇产科
127	综合产床	B3004	柳州佳力医疗器械有限公司	2	妇产科
129	手摇式升降产床			1	妇产科
130	塑料头病床	204*90*80cm		6	妇产科
131	烤漆病床	205*92*88cm		15	妇产科
132	超声多普勒胎心仪	SD3	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	2	妇产科
133	CR 三层器械台	DQ203	成都帝全医疗科技有限责任公司	1	妇产科
134	催产素滴注泵	KL-8052N	北京科力建元医疗科技有限公司	2	妇产科
135	经皮黄疸检测仪	JH-2	天津佳慧科技有限公司	2	妇产科 1、 儿科 1
136	升降产床			1	妇产科
137	检查床	180*60*67cm		1	妇产科
138	辐射式新生婴儿抢救台	HKN-90	宁波戴维医疗器械有限公司	1	妇产科
139	数码心电图机	EM-301	深圳华清心仪医疗电子有限公司	1	妇产科
140	婴儿称			1	妇产科
141	多功能婴儿称	KSP-206013	咸阳皇朝衡器有限公司	1	妇产科
142	妊高征预测分析系统	SD- II -A 型	昆明三稻医疗设备有限公司	1	妇产科门诊
143	听力筛查仪	TYPE1077	GN OTOME TRICS A/S	1	儿科
144	新生儿专用监护仪	科曼 C60	深圳市科曼医疗设备有限公司	1	儿科
145	多频震动治疗仪(排痰机)	YS8002X	常州雅思医疗器械有限公司	2	儿科 1、 内科 1
146	婴儿培养箱	BB-200W	郑州迪生仪器仪表有限公司	4	儿科
147	婴儿辐射保暖台	BN-100	郑州迪生仪器仪表有限公司	1	儿科

148	黄疸治疗系统	BL-30		2	儿科
149	医用空气消毒机	YKX—Y-1000	成都丹翔电器设备有限公司	2	儿科
150	恒温箱	FYL-YS-50LK	福意联	1	急诊科
151	吸痰器	JX820D-1	上海宝佳医疗	5	急诊科
152	床旁快检	ZYBIO-Q7	中元生物	1	急诊科
153	心电监护仪	G40	金科威	2	急诊科
154	心电图机	ECG-1103	深圳微沃尔	1	急诊科
155	呼吸机	SN48022		1	急诊科
156	换药车			1	急诊科
157	护理车			1	急诊科
158	器械柜			1	急诊科
159	手术辅助照明灯	ELL400	上海医疗器械股份有限公司	1	急诊科
160	医用空气消毒机	YKX—Y-1000	成都丹翔电器设备有限公司	1	急诊科
161	全自动洗胃机	SC-III型	天津同业	1	急诊科
162	医用空气消毒机	肯格王牌 YKX/G-120 型	成都肯格王三氧电器设备有限公司	3	手术室
163	感应洗手池	3 人		1	手术室
164	不锈钢麻醉推车	65*45*78cm		2	手术室
165	不锈钢器械柜	99.5*40*175cm		13	手术室
166	不锈钢扇形器械台	高 93cm		2	手术室
167	医用转移车	HX/2YC-2-A CT369	成都华信高科医疗器械有限公司	1	手术室
168	电动力系统	蛇牌 GD670		1	手术室
169	电动手术台	MT-2200 型	曲阜市铭泰医疗器械有限公司	2	手术室
170	高频电刀	POWER-420X	常州市延陵电子设备有限公司	2	手术室
171	骨科手术台	BT-300A	玉林市好邦医疗设备有限公司	1	手术室
172	过氧化氢低温等离子灭菌器	Q/3700SXH121 PS100.	山东新华医疗器械股份有限公司	1	手术室
173	恒温箱	FYL-YS-50LK	北京福意联	1	手术室
174	麻醉咽喉镜（可视喉镜装置）	Traview EVO2	真泰（北京）商贸有限公司	1	手术室
175	麻醉废气回收系统变压器 /与传输系统	DRA8605534G/QC -2 PASSED		1	手术室
176	麻醉气体检测仪			1	手术室
177	手术推车			1	手术室
178	输尿管软镜	YC-LF-A		1	手术室

179	医用纯无油空气压缩机	WSC-21070A	杭州好克光电仪器有限公司	1	手术室
180	婴儿辐射保暖台	BN-100A	郑州迪生仪器仪表有限公司	1	手术室
181	自动气压止血带	BHZ-2L/60VA	威海市博华医疗设备有限公司	2	手术室
182	疝气针			1	手术室
183	骨膜剥离器			2	手术室
184	腹腔镜器械包			1	手术室
185	便携式电子视频喉镜	TSEL-2000	上海景深电子科技有限公司	1	手术室
186	CR 麻醉车	DQ209	成都帝全医疗科技有限责任公司	3	手术室
187	多功能婴儿称	RSP-2060B	咸阳华潮衡器有限公司	1	手术室
188	医用封口机	XH101-PD	山东新华医疗器械运输公司	1	手术室
189	医用空气消毒机	YKX—Y-1000	成都丹翔电器设备有限公司	1	手术室
190	半透明防护屏	90*180	苏州市美康医用防护设备厂	1	手术室
191	单臂托盘架	YP-034	四川星峰医疗器械有限公司	1	手术室
192	腔内气压弹道碎石机	FIAL250V	杭州好克光电仪器有限公司	1	手术室
193	注射泵	WZ-50C2	浙江大学医学仪器有限公司	1	手术室
194	微机控制呼吸机	Acm 814A	北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司	1	手术室
195	医用加压器	TSA-222A	杭州好克光电仪器有限公司	1	手术室
196	微胶凝柱法交叉配血多用离心机	TD-3A	长春博研科学仪器有限公司	1	检验科
197	低速离心机	LD4-2D 京立	北京京立离心机有限公司	1	检验科
198	恒温解冻仪	QYJD-6D		1	检验科
199	生物安全柜	BSC-1300 II A2	苏州螻空气技术有限公司	1	检验科
200	光学显微镜	SXP-2CA	上海迪也姆光学仪器有限公司	1	检验科
201	落地式洗眼器	Xa-1 型	上海亿科安全防护设备有限公司	3	检验科2、供应室1

202	电子天平	JA1003	上海青海仪器有限公司	1	检验科
203	生化培养箱	SPX-250-III	上海跃进医疗器械有限公司	1	检验科
204	尿液分析仪	URIIIST-180 型	桂林优利特医疗电子有限公司	1	检验科
205	医用冷藏冷冻箱	HYGD-282A	青岛海尔特种电器有限公司	1	检验科
206	离心机	LD4-2D	北京京立离心机有限公司	2	检验科
207	酶标仪/洗板机	ST-360/ST-36WT	上海科华实验系统有限公司	1	检验科
208	微胶凝柱法交叉配血专用离孵箱		长春博研科学仪器有限公司	1	检验科
209	数显梅毒旋转仪	WZR-H6000	苏州市爱林医疗器械有限公司	1	检验科
210	医用空气消毒机	YKX-Y-1000	成都丹翔电器设备有限公司	1	检验科
211	医用冷藏箱	HCY-310S	青岛海尔生物医疗股份有限公司	1	检验科
212	全自动医用 PCR 分析系统 (扩增仪)	Lepgen-96	北京乐普诊断科技有限公司	3	检验科
213	电热恒温水浴箱	600-AB/TL-型	姜堰市天力医疗器械有限公司	1	检验科
214	观片灯	PD-HA3	广东粤华医疗器械厂	2	放射科
215	医学影像诊断工作站	JVSHA-CGA-C42	南京巨鲨显示科技有限公司	2	放射科
216	单机工作站	Ls2224a		2	放射科
217	高压注射器	CT 9000 ADV	Liebel—FLavshein Company	1	放射科
218	彩超影像工作站			1	超声室
219	B 超影像工作站			1	超声室
220	红外光疗仪	BPM-IV-A1	北京波姆医疗器械	9	治未病科
221	智能熏蒸仪	LX2-200V	立鑫医疗	1	治未病科
222	磁振热治疗仪	BPM-VIIIA	常州雅思医疗	1	治未病科
223	超声脉冲电导治疗仪	SY-K-SF-1		1	治未病科
224	超短波电疗机	DL-C-B II	广东汕头市医用设备厂	4	治未病科
225	熏蒸床	LX2-200E	立鑫医疗	1	治未病科
226	远红外按摩理疗床	ALC-1	翔宇医疗	1	治未病科

227	腿浴治疗仪	TY-50		5	治未病科
228	医用空气消毒机	YKX-Y-1000	成都丹翔电器设备有限公司	1	治未病科
229	磁振热治疗仪	BPM-VIIIA	广州龙之杰	1	治未病科
230	电脑疼痛治疗仪	ZX-801	郑州中星医疗设备	1	治未病科
231	骨质疏松治疗仪	BG100H	北京宇华	1	治未病科
232	微波治疗仪	CYP-1	珠海和佳医疫设备	1	治未病科
233	熏蒸治疗仪	HYX-III A	翔宇医疗	2	治未病科
234	十功能自动煎药机	YJD20D-GL	北京东华原医疗设备有限公司	3	中药房
235	中药汤剂包装机	YB-50-250	北京东华原医疗设备有限公司	1	中药房
236	小型全自动制丸机	YQD-1	广州扬鹰医疗器械有限公司	2	中药房
237	恒温干燥箱	DHG	沪凯土工仪器厂	1	中药房
238	煎药包装机	YFY13/3+1(250)B	北京华东东医疗设备有限公司	1	中药房
239	中药煎药包装组合机	YFX20/3+1(50-250)A	北京东华原医疗设备有限公司	2	中药房
240	高速手机	T3 RACER MID WEST		8	五官科
241	医用无油空气压缩机	LD-1600 JW-032A	浙江藤井空压机有限公司	1	五官科
242	超声洁牙机	VRN-A8	桂林维润医疗科技有限公司	1	五官科
243	光固化机	SZC- II	杭州四方医疗器械	1	五官科
244	电焊机	DH3330	杭州泰达仪器有限公司	1	五官科
245	打磨机	STRONU900		1	五官科
246	裂隙灯	TESE	苏州六六视觉科技公司	1	五官科
247	检眼镜	YZ6H	苏州六六视觉科技公司	1	五官科
248	湿热蒸汽灭菌器	SA-Z23	河南三强	1	五官科
249	椅装式牙科治疗设备	AM8900	上海胜利医疗	1	五官科
250	口腔综合治疗仪	S2316	西诺医疗器械集团有限公司	1	五官科
251	椅装式牙科治疗设备	AM2100	上海胜利医疗	1	五官科
252	医用干燥柜	YGZ-1600XS	山东新华医疗器械服务有限公司	1	供应室

253	高压气枪压缩机	肯格王 KGW/GSWZ-0	成都肯格王三氧 电器设备有限公 司	2	供应室1、 胃镜室1
254	生物指示培养器		北京四环卫生药 械厂	1	供应室
255	移动式臭氧消毒机	SJG/G100	成都肯格王三氧 电器设备有限公 司	3	供应室2、 检验科1
256	脉动真空灭菌器	山东新华 XG1. D	山东新华医疗器 械服务有限公司	2	供应室
257	电热蒸汽发生器		山东新华医疗器 械服务有限公司	1	供应室
258	医用无油空气压缩机	JW-031C	苏州市均为医疗 设备有限公司	1	供应室
259	儿童专用监护仪	iM50	深圳市理邦精密 仪器股份有限公 司	2	妇儿科
260	超声电导定向透药治疗仪	DS-UCMF2B	南京鼎世医疗器 械有限公司	2	外科
261	毒麻药品柜	XYC0012W-5		7	药剂科2, 内科1, 外科1. 急 诊科1, 手术室1, 妇儿科1.
262	医用 X 射线摄影设备 (数 字化医用 X 射线摄影系 统)	uDR 592h	上海联影医疗科 技有限公司	1	放射科
263	X 射线计算机体层摄影设 备	SOMATOM go. Fit	德国西门子	1	放射科
264	二氧化碳细胞培养箱	WJ-3	上海跃进医疗器 械有限公司	1	检验科
265	外排风机总成 (生物安全 柜)	HR40-IIB2	上海跃进医疗器 械有限公司	1	检验科
合计：1103 台					

2. 全院办公电器设备清单

序号	设备名称	规格/型号	生产企业	数量	使用科室
1	海尔冰箱	BCD-192KFTJX		1	急诊科
2	医用冷柜 (双开门)	HYC-650	青岛海尔生物医 疗股份有限公司	2	药剂科
3	冷藏冰箱	欧力 (BCD-45MF)	安徽欧力电器有 限公司	1	供应室

4	多功能数码复合机	FS-1020MFP	京瓷办公信息系统模式会社	9	内科、信息科、医保科、总务科、体检中心、采供部、财务科、院感科
5	激光多功能一体机	MFC-7360	兄弟工业株式会社	2	内科、医保科
6	喷墨打印机	IP 1188	佳能	1	内科
7	激光打印机	HPLaserjer91106	惠普	2	内科
8	热敏条码打印机	GK888CN		9	内科、外科、妇产科、儿科、结核门诊
9	激光打印机	BOISB-0901-00	惠普	1	外科
10	激光打印机（一体）HP	LaserJetProMi36MFP	惠普	1	外科
11	打印机（ZEBRA）	GK888CK	ZEBRA	1	外科
12	多功能一体机	惠普 126a	中国惠普有限公司	2	外科
13	惠普激光打印机	HP Lastelet91007（B01SB-0604-00）	惠普	2	妇产科
14	惠普激光打印机	LaserJe9r0m1136 MF9		2	妇产科
15	喷墨打印机	1P1180		1	妇产科门诊
16	打印机（惠普）	M1136 BOISB-0901-02	惠普	2	儿科
17	打印机	HP1108		1	急诊科
18	打印机	MFC-7340		1	急诊科
19	打印机	ip1180	佳能	4	医保科、财务科、急诊科
20	打印机	BOISB-0901-02 HP1136	惠普	6	手术室、放射科、外科
21	条码打印机	斑马 gk888CN		2	检验科
22	打印机（一体机）	M1136		1	检验科
23	佳能喷墨打印机	G1810	佳能（中国）有限公司	1	超声室
24	喷墨打印机（惠普）	DeskJet1112	惠普	1	超声室
25	多功能一体机	惠普 126a	中国惠普有限公司	1	名中医工作室

26	打印机	FP-538K	新会江裕信息产业有限公司	2	药剂科
27	黑白激光打印机	laserjetpro400m401n	惠普	2	药剂科
28	多功能平推泵打印机	DS-620	红门市得实计算机外部设备有限公司	2	药剂科
29	激光打印机	M403d	菲律宾制造	4	药剂科
30	激光打印复印一体机	M1136	菲律宾制造	2	药剂科
31	飞利浦传真机一体机	202E158193	PHILIPS	1	药剂科
32	针式打印机	LQ-630K	精工爱普生株式会社	1	中药房
33	激光打印机	HP P1106		1	中药房
34	激光打印机	HP LASERJETPY0400		1	中药房
35	多功能一体机	惠普 126a	中国惠普有限公司	1	中医诊断室
36	针式打印机	LQ-630II	精工爱普生株式会社	1	一站式服务
37	多功能复合机	bizhub 266	柯尼卡美能达株式会社	1	一站式服务
38	打印机	Canon ip1180		1	结核门诊
39	打印机	HPJ4580		1	结核门诊
40	兄弟打印机	MFC-7340		1	医务科
41	兄弟打印机	MFC-7360	兄弟工业株式会社	1	质控办
42	兄弟打印机	M7450F	兄弟工业株式会社	1	病案室
43	喷墨打印机	L1800	精工爱普生株式会社	1	总务科
44	富士施乐打印机	P105	富士施乐有限公司	1	信息科转
45	激光打印机（惠普）	Laser Jet Pro P1108	惠普	9	党政办、儿科、急诊科、妇产科、供应室
46	打印机（喷墨）	L310	精工爱普生株式会社	3	体检中心、财务科、内科
47	打印机	爱普生 L313	菲律宾制造	2	体检室、党政办
48	多功能一体机（打印机）	M7450F	联想（北京）有限公司	1	采供部
49	针式打印机	EPSONLQ-630K	福建爱普生有限	6	收费室

			公司		
50	激光打印机	P1108	清单水印专用	1	收费室
51	感应式 POS 机			1	收费室
52	多功能传真一体机	imageCLASS MF4752	佳能	1	党政办
53	多功能数码复合机	TS-1020MFP		1	党政办
54	多用途打印复印机	MP 2501L	理光（深圳）工业发展有限公司	1	党政办
55	数码多功能机（复印、打印、扫描）	Docu Print M158b	富士施乐有限公司	1	档案室
56	喷墨打印机	L313	精工爱普生株式会社	1	护理部
57	会议平板	A0C86T11K	冠捷显示科技（厦门）有限公司	1	名中医工作室
58	电视机	长虹 3DTV58938B	四川长虹电器股份有限公司制造	1	大会议室转
59	发电机	3KW	白市泽	1	总务科
60	发电机	3KW	白市泽	1	总务科
61	INPOWER 主机/液晶显示器	LT1953SWF	联想（北京）	13	内科
62	便携式计算机	邵阳 K43C-80	联想（北京）有限公司	2	科教科
63	台式电脑	联想 M41E-N055	联想（北京）有限公司	6	科教科
64	电脑	联想		1	胃镜室
65	电脑主机+显示器（联想）		联想（北京）有限公司	11	外科
66	台式电脑	Think Center E75	联想（北京）有限公司	1	外科
67	华硕台式电脑/捷星液晶显示器	BMIAD-13A 54000/VC209	华硕电脑股份有限	16	妇产科、医保科
68	一体机电脑	CPT-0B-A10		1	妇产科门诊
69	电脑+液晶显示器	HSTND-3011-W		2	妇产科门诊
70	电脑/华硕	VC209	华硕	12	儿科
71	台式电脑	联想 M41E-N055	联想（北京）有限公司	1	儿科
72	联想电脑（主任办）	ThinkE95I3	联想（北京）有限公司	8	急诊科
73	华硕台式电脑/液晶显示屏	台式		5	手术室
74	华硕台式电脑	BMIAD-I3A54000	华硕电脑股份有限公司	16	检验科、信息科、体检中

					心、一站式服务
75	电脑	2000MT		1	放射科
76	微型计算机	联想启天 M4650	联想（北京）有限公司	3	超声室
77	电脑	启天 B4360	联想（北京）有限公司	7	治未病科、五官科
78	台式电脑	联想 M41E-N055	联想（北京）有限公司	1	名中医工作室
79	微型计算机/液晶显示器	启天 M4650-N0000/72014A	联想（北京）有限公司	7	药剂科
80	计算机	HP	惠普	2	中药房
81	微型计算机	扬天 T4900D	联想（北京）有限公司	3	中医诊断室
82	计算一体机	COMPAQ		1	一站式服务
83	计算机	联想		1	一站式服务
84	微型计算机	hp COMPaq		3	结核门诊
85	微型计算机/液晶显示器	奇天 M430-N000/LT1953WF	联想（北京）有限公司	4	医务科
86	电脑	LT2024WA 启天 M4380	联想（北京）有限公司	3	质控办
87	联想电脑/液晶显示器	LT1953WA	联想（北京）有限公司	2	病案室
88	华硕台式电脑/液晶显示器	BMIAD-BA54000/VS207	华硕电脑股份有限公司	1	总务科
89	台式电脑 HCK/液晶显示器	24101S	惠科股份有限公司	1	总务科
90	台式电脑	联想 M41E-N055	联想（北京）有限公司	1	总务科
91	联想台式电脑/液晶显示器	E95/LS2224F	联想（北京）有限公司	2	事业发展部
92	便携式计算机	邵阳 K43C-80	联想（北京）有限公司	5	事业发展部
93	台式电脑	联想 M41E-N055	联想（北京）有限公司	1	党政办 转
94	计算机	启天 M4360		1	供应室
95	微型计算机/液晶显示器	启天 M7160/LE2202X	联想（北京）有限公司	4	采供部
96	微型计算机/液晶显示器	启天 M4360-N000/1936L	联想（北京）有限公司	6	财务科

97	便携式计算机	邵阳 K43C-80	联想（北京）有限公司	1	财务科
98	微型计算机	扬天 A6820t-00	联想（北京）有限公司	7	收费室
99	华硕台式电脑-主机/液晶显示器	VS207	华硕电脑股份有限公司	10	党政办
100	微型计算机/宽屏液晶显示器	扬天 T49000/L1950WD	联想（北京）有限公司	1	档案室
101	台式电脑	Think Center E75	联想（北京）有限公司	1	院感科
102	便携式计算机	邵阳 K43C-80	联想（北京）有限公司	4	院感科
103	音视频记录仪	飞利浦 VTR8210(128G)	深圳市京华数码科技有限公司	15	内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、手术室、总务科
104	投影仪	Optoma	奥图码科技股份有限公司	1	科教科
105	投影仪（摄像机）			1	总务科
106	监控设备			3	总务科
107	摄像头			3	总务科
108	摄像机			1	办公室
109	投影仪	Optoma	奥图码科技股份有限公司	1	党政办
110	变频分体挂壁式空调器	KFR-35GW/B92DN1Y-PPC	广东美的制冷设备有限公司	1	内科
111	分体热泵型挂壁式房间空调器	KFR-23GW/(23570)Aa-3	珠海格力电器股份有限公司	2	内科、档案室
112	分体壁挂式空调	KF-35G/Y-DA400(D3)	广东美的制冷设备有限公司	2	内科
113	美的空调	KFR-72LW/DY-IB(R2)	广东美的	1	胃镜室
114	变频分体挂壁式空调器	KFR-26GW	广东美的制冷设备有限公司	10	外科、急诊科、收费室
115	分体壁挂式空调器	KFR-35GW	广东美的制冷设备有限公司	11	外科、妇门、中药房结核门诊、体检中心
116	美的空调	KFR-32GW/DY-IB(V2)	广东美的制冷设备有限公司	1	妇产科
117	分体挂壁式空调器	KFR-50GW/DY-JF(E2)	广东美的制冷设备有限公司	1	妇产科
118	变频分体挂壁式空调	KFR-26GW/BP2DM	广东美的制冷设	5	妇产科、手术室、医

	器	/Y-PA402 (A3)	备有限公司		务科、内科
119	美的空调 (处置室)	KFR-50GW	广东美的	1	急诊科
120	分体壁挂式空调器	KFR-35GW/BP2DN 8Y-PG200 (B2)	广东美的制冷设 备有限公司	11	急诊科、治 未病科、药剂 科、病案室、 档案室
121	分体挂壁式房间空调 器	KFR-32G (32564) FNhAa-A3 (WIFI)	珠海格力电器股 份有限公司	17	急诊科、内 科、名中医工 作室、中医 科、五官科、 医保科、病案 室、供应室、 采供部、党政 办
122	格力空调 GREE	KFR-50GW/ (5055 6) Ba-3	珠海格力电器股 份有限公司	1	手术室
123	分体落地式空调器	KFR-72W/DY-IA (R2)	广东美的制冷设 备有限公司	6	手术室
124	分体落地式空调	KFR-51LW	广东美的制冷设 备有限公司	2	检验科
125	分体落地式空调	KFR-72LW	广东美的制冷设 备有限公司	5	检验科、药剂 科
126	分体热泵型挂壁式空 调器	KFR-50GW	珠海格力电器股 份有限公司	3	检验科
127	分体落地式房间空调	KFR-72LW/01F-N 2	海信 (山东) 空 调有限公司	3	放射科
128	分体挂壁式变频空调	KFR-35GW/01F2B p-A2	海信 (山东) 空 调有限公司	1	放射科
129	分体落地式空调器	KFR-72LW	广东美的制药设 备	1	治未病科
130	分体落地式空调器	KFR-72LW/DY-1A (R) 2	广东美的制冷设 备有限公司	5	药剂科、党政 办
131	分体挂壁式空调器	KFR-50GW/DX-1A (R2)	广东美的制冷设 备有限公司	5	药剂科
132	分体式挂壁式房间空 调器	KFR-35GW/01-N2 (HM)	海信	4	药剂科、党政 办
133	分体落地式房间空调 器	KFR-72L (72598) FNhAa-A3 (WIFI)	珠海格力电器股 份有限公司	1	结核门诊
134	变频分体落地式空调器	FKR-51W/BPCDNIY-PA400 (B 3)E	广东美的制冷设备有 限公司	2	信息科
135	依米康空调	SDA81u	四川	1	信息科
136	变频分体挂壁式空调 器	KFR-35GWBP20N1 Y-PC400 (B1)	广东美的制冷设 备有限公司	2	医保科、事业 发展部

137	分体落地式空调器	FKR-72LW/DY-PA400(R3)	广东美的制冷设备有限公司	2	病案室
138	分体挂壁式空调	KFR-26GW/01GCC13T	青岛乐家用电器有限公司	2	医废间
139	分体落地式空调器	KFR-72LW/DY-1ACR27	广东美的制冷设备有限公司	1	医保科转
140	分体热泵型挂壁式空调器	KFR-50GW	珠海格力电器股份有限公司	2	供应室
141	分体落地式空调	KFR-72LW	海信空调有限公司	3	供应室
142	分体落地式空调器	KFR-72L/29F-N3	海信(山东)空调有限公司	1	财务科
143	分体落地式空调器	KFR-72L/29F-N3	海信(山东)空调有限公司	1	护理部
144	服务器(2、3号机柜)	HP	HP	1个	信息科
145	病房呼叫系统			4	信息科
146	报警系统			2	信息科
147	超纯水机	卓越	四川卓越水处理设备有限公司	1	总务科
148	彩色写真机			1	总务科
149	污水电泵	2.2KW 三相电	浙江水渔	1	总务科
150	潜水泵	2.2KW 三相电	浙江水渔	1	总务科
151	污水泵	1.5KW 12.5-20立方/小时	申风	1	总务科
152	速印机	基士得耶CP6340D	东北理光(福州)印刷设备有限公司	1	总务科
153	消毒柜	YTP910GA		4	总务科(食堂)
154	点钞机			5	收费室
155	碎纸机	科密 E106CA	广州阳光科密电子科技有限公司	1	党政办
156	数码照相机	尼康 D7000	日本	1	党政办
157	高级全自动心肺复苏模拟人			1	护理部
158	海尔热水器	ES60H-C6(NE)60L	青岛海尔	1	急诊科
159	集热式太阳能热水器		现代阳光	23	住院部
160	快热式电热水器	DSF85U	广东美的厨卫电器制造有限公司	2	总务科
161	全自动电热水器(开水器)	SKO-60	佛山市顺德区陈村镇百业辉厂	1	总务科(食堂)
162	集热式太阳能热水器		现代阳光	2	供应室

163	快热式电热水器	美的 DSF85U	GB4706.11-2008	2	发热门诊
164	台式身份证阅读器	DKQ-A16D	哈尔滨新中新点在股份有限公司	9	事业发展部、收费室
165	就诊卡刷卡器	华昌 HCE-712		35	内科、外科、妇产科、妇 门、儿科、急诊科、检验 科、放射科、超声科、药剂 科、中药房、结核门诊、五 官科、收费室
166	波轮全自动洗衣机	B90688M21V	青岛海尔洗衣机有限公司	1	洗衣房
167	工业洗衣机	SXT500FDQ11	无锡美鹅工业洗衣机有限公司	1	洗衣房
168	全自动工业洗衣机	XGQ-100F	上海鸿尔机械有限公司	1	洗衣房
170	中心供氧汇流排			1	总务科
171	医用氧气供应系统			1	总务科
172	UPS 主机	Reros 3W20K	Reros	1	信息科
173	不间断电源	P6KL	广东安第斯电源有限公司	1	检验科
合计：541 台					

附件：考核评价表

项目名称：		合同号：					
考核时间：		考核得分：					
序号	类别	考核细则	分值	评分标准	扣分原因	扣分	得分
1	基本项目	是否发生设备漏电、造成人员伤亡等重大安全生产事故	/	出现任何重大安全生产事故，一票否决，本次评定为不合格			
2		是否按操作手册进行	10	违反操作手册一项扣 2.5 分，依次累加，最高为 10 分			
3		是否按合同约定设备维修人员在接到报修时，积极响应，并及时预定配件	10	响应晚于 24 小时，扣 2 分；订购配件下订单晚于 36 小时扣 5 分			
4		工作人员是否具备合同约定人员资质，消毒、安全防护措施是否到位	10	无合同约定人员资质一次扣 1 分。			

5		各类管理性档案记录(如保养和维修记录, 更换配件记录)是否健全	10	缺一类扣 1 分			
6	主要设备运行维保项目	是否有主动经常现场巡查和电话询问设备的运行情况, 并有记录	10	无巡查询问一次, 或无记录一次扣 2 分, 记录不健全一次扣 1 分			
7		是否对维保的设备每季度进行定期保养除尘, 并有详细保养记录	10	一台设备没达到季度保养扣 1 分, 记录不健全保养不到位一次性扣 2 分			
8		是否提供性能匹配的合格配件	10	未提供一次扣 5 分, 限时 10 日内不予整改且未提供合理的证明材料, 本期考核不合格。			
9		保养后或维修后, 设备出现图像质量降低、功能不全、运行性能下降或同一故障反复发生等。使用科室 3 人以上确定。	20	3 日内未修复扣 3 分, 连续 20 日未修复且无合理的证明材料本期考核不合格。			
10		对需要紧急处理的故障, 是否有畅通的远程网络或电话联系, 及时排除故障	10	未及时处理一次扣 2 分			
<p>备注: 1. 考核总分为 100 分, 考核总分低于 90 分为不及格。 2. 一票否决意为考核直接不合格。 3. 考核中所扣分数对应评分办法, 扣完对应项目总分后不再累加。 4. 采购人根据工作实际需要参照招响应文件及签订合同适时调整考核表。 5. 采购人定期或不定期进行考核, 每季度考核不低于 1 次, 按合同约定考核分作为支付成交人服务费参考依据。</p>							

★ (四) 商务要求:

- 1、服务期限: 自合同签订之日起 36 个月。
- 2、服务地点: 盐边县中医院。
- 3、付款方式:

本项目分六次付款周期, 第一次付款于保修服务开始后第七个月支付合同总金额的 1/6; 以后第二、三、四、五次付款于相应维保服务周期满 6 个月付合同总金额的 1/6, 第六次付款于维护保养期结束且验收合格后支付合同总金额的 1/6, 服务合同终止。采购人在每次付款周期收到供应商提供的付款申请及发票后 30 日内支付。

4、供应商成交后在攀枝花市内设立专业维修站并配备工程师3名以上（含3名）（提供承诺函）。

5、供应商至少配备一名具有高级及以上维修电工职业资格证书或电工作业操作证的维修人员（提供职业资格证书复印件）。

6、履约验收：

6.1 履约验收主体：盐边县中医院；

6.2 履约验收时间：合同约定的服务期结束后15天内；

6.3 验收组织方式：采购人自行验收；

6.4 履约验收程序：一次性验收。

6.5 技术履约验收内容：按照本项目采购文件中“技术、服务要求”及成交人响应文件进行验收；

6.6 商务履约验收内容：按照本项目采购文件中“商务要求”及成交人响应文件进行验收；

6.7 履约验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求执行。