

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：**2024年辅助器具采购项目**

采购项目编号：**N5106042024000028**

德阳市罗江区残疾人联合会

四川荣森樾招标代理有限公司共同编制

2024年03月28日

第一章 投标邀请

四川荣森樾招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受德阳市罗江区残疾人联合会委托，拟对2024年辅助器具采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**N5106042024000028**

二、采购项目名称：**2024年辅助器具采购项目**

三、招标项目简介

德阳市罗江区残疾人联合会拟采购2024年辅助器具一批,本项目为一个包。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目所有采购包不专门面向中小企业。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、若投标产品及其配置产品为医疗设备的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证（描述：若投标产品及其配置产品为医疗设备的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证（复印件））

2、若投标产品及其配置产品为医疗设备的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并针对其自身生产的产品需提供医疗器械生产许可证或生产备案凭证，针对非自身生产的产品需提供医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。（描述：若投标产品及其配置产品为医疗设备的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并针对其自身生产的产品需提供医疗器械生产许可证或生产备案凭证，针对非自身生产的产品需提供医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。（复印件））

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过“四川政府采购网”（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录四川省政府采购一体化平台，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告或邀请书

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在四川政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：德阳市罗江区残疾人联合会

地址：德阳市罗江区万安镇景乐南路377号

邮编：618500

联系人：陈老师

联系电话：15708384482

代理机构：四川荣森樾招标代理有限公司

地址：四川省绵阳市游仙区四川省绵阳市游仙区滨江东路北段2号东原长洲1栋2层2号

邮编：621000

联系人：张老师

联系电话：0838-2502978

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：580,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受联合体</p>
5	落实节能、环保、无线局域网	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购 无 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
10	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：收取</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5.0%</p> <p>说明：收款单位：德阳市罗江区残疾人联合会。开户行：长城华西银行罗江支行。银行账号：2011100004922465。交款时间：签订合同前7日内。退还时间：在质保期满1年经采购人最终验收无质量问题后。履约保证金退还方式：原账户无息退还。履约保证金不予退还情形：</p> <p>（1）中标人不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；（2）其他违反国家相关法律法规的情形；履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，除应及时退还，还应向供应商支付未退还金额0.1‰天的违约金。注：以保函形式交纳履约保证金的，保函受益人为采购人。由中标供应商基本账户所在银行或其他经相应主管部门批准可以开展保函业务的金融或担保机构出具的保函。</p>
11	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
12	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：采购代理机构按照成本加合理利润原则，参照中华人民共和国国家发展和改革委员会价格（2002）1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格（2003）857号文件以及国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改法规（2015）299号）文件下浮10%，向中标人收取招标代理服务费</p>
13	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
14	中标通知书	<p>采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；</p> <p>中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。</p>

15	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“四川政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。
16	进口产品	不允许（实质性要求）
17	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：否
18	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
19	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。

2.2 总则

2.2.1 适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由德阳市罗江区残疾人联合会和四川荣森樾招标代理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由德阳市罗江区残疾人联合会负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由四川荣森樾招标代理有限公司负责解释。

2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是德阳市罗江区残疾人联合会。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是四川荣森樾招标代理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成评标委员会组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

- (四) 资格审查;
- (五) 评标办法;
- (六) 投标文件格式;
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权（实质性要求）

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子

化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过四川政府采购网-办事指南下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标开始时间前，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

〔2016〕125号〕的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1:

- 1) 验收组织方式: 自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否
- 3) 是否邀请专家: 否
- 4) 是否邀请服务对象: 否
- 5) 是否邀请第三方检测机构: 是
- 6) 履约验收程序: 一次性验收
- 7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收

9) 技术履约验收内容: 根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)的规定, 采购人组织验收人员组成验收小组, 中标人予以配合, 结合本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求进行技术履约验收

10) 商务履约验收内容: 根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)的规定, 采购人组织验收人员组成验收小组, 中标人予以配合, 结合本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求进行商务履约验收

11) 履约验收标准:

按国家相关法律、行业标准验收

12) 履约验收其他事项: 未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行, 采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定, 接受采购人委派的监督人员的监督, 任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密, 评标委员会成员应予以保密, 不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形(实质性要求)

投标人参加投标不得有下列情形:

一、有下列情形之一的, 视为投标人串通投标:

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 德阳市罗江区残疾人联合会 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由四川荣森樾招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川荣森樾招标代理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑书正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；
(四) 委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
(五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：采购单位

联系人：陈老师

联系电话：**15708384482**

地址：德阳市罗江区万安镇景乐南路**377**号

邮编：**618500**

答复主体：代理机构

联系人：张老师

联系电话：**0838-2502978**

地址：四川省绵阳市游仙区四川省绵阳市游仙区滨江东路北段**2**号东原长洲**1**栋**2**层**2**号

邮编：**621000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 采购项目概况

德阳市罗江区残疾人联合会拟采购2024年辅助器具一批,本项目为一个包。

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包1：
采购包预算金额（元）：580,000.00
采购包最高限价（元）：580,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	德阳市罗江区残疾人联合会2024年辅助器具	1.00	580,000.00	批	工业	是	否	否	否

3.3 技术要求

采购包1：
标的名称：德阳市罗江区残疾人联合会2024年辅助器具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		<p>（一）多功能护理床（手摇式病床）（26张）：</p> <p>1、尺寸:长2000mm（±100mm）×宽950mm（±100mm）×床面高500mm（±50mm）；床面净尺寸：1900mm（±100mm）×900mm(±100mm)×500mm(±50mm)；背部折起角度0～75°（±5°），腿部折起角度0～35°（±5°）；整体床体承载重量：≥250kg。</p> <p>2、床头、床尾采用工程塑料吹塑成型，采用挂式结构，连接处使用金属不锈钢挂钩；床头、床尾可拆卸；床垫采用≥6cm半棕半棉床垫，海绵≥2cm、棕垫≥4cm；采用铝合金折叠式护栏，护栏主管采用D型铝合金管，立柱采用铝合金圆管；采用侧位钻孔安装方式，≥五立柱支撑防夹手模式；手动铁摇把。</p> <p>3、病床床架及床部件均为人工焊接成型，表面为自动设备静电粉末喷涂；床框采用≥40mm×80mm×1.0mm碳钢管焊接而成；床板采用≥0.8mm冷轧钢带冲孔，采用二氧化碳保护焊接；床板中部有加强筋；床板链接采用钢质连接片；床腿使用≥50mm×50mm×0.8mm碳钢管,床脚底部采用≥5寸的静音单轮，具有防尘防缠绕功能。</p>

（二）盲杖（医用拐）（53根）：

1、高度：1200mm（±100mm）；净重：≤0.2kg；支管采用铝合金材质，表面阳极氧化处理，PVC防滑拐杖头；采用中心线连接方式，可折叠成≥四段；表面采用红白间隔的反光膜；胶脚垫。

（三）手杖（医用拐）（74根）：

1、调节高度70cm（±5cm）～95cm（±5cm）拐杖管材质7003铝合金≥T=1.2mm；净重量≤0.4kg；拐杖上、下支管采用铝合金，表面经氧化处理；上支冲有≥10个调节孔、下支冲有≥1个调节孔，高度可调；PVC拐杖头，橡胶脚垫。

（四）腋杖（医用拐）（30副）：

1、高度：115cm（±10cm）～135cm（±10cm）可调；净重量≤0.8kg/支；承重≥180kg；车架材质/管厚度7003铝合金/T≥1.2mm；拐杖弯管、伸缩管采用铝合金材质，腋托套和手把采用无毒，表面发泡海绵；底部配有伸缩管；左右弯管冲调节孔，握把位置可调；橡胶脚垫。

（五）三脚或多脚手杖（医用拐）（93根）：

1、总高：80cm（±5cm）～95cm（±5cm）可调；净重≤0.85kg；承重≥90kg；上支采用铝合金材质，管的直径≥22mm，壁厚≥1.2mm；下支采用钢管材料，管的直径≥18.6mm，壁厚≥1.0mm，表面喷粉处理；发泡手把；脚架采用钢管材质，管的直径≥23mm,壁厚≥1.0mm；四脚套有橡胶脚垫。

（六）带座手杖（医用拐）（25根）：

1、高度：85cm（±5cm）；净重≤1kg；拐杖弯管材质7003铝合金/≥φ22×T≥1.2mm。

2、拐杖左右弯管及直管采用铝合金管材组成，表面经氧化处理；配塑料坐板；拐杖头套有泡沫塑料；整架可折叠、可打开当坐椅；三脚套有橡胶脚垫。

（七）框式助行器（儿童）（2个）：

1、总长35cm（±2cm）、总宽50cm（±5cm）、总高50cm（±5cm）～60cm（±5cm）可调；净重≤1.5kg；承重≥75kg；材质/管壁厚7003/≥φ22×T≥1.2。

2、车架采用铝合金管材，四脚配有伸缩管；PVC把手；四脚套有橡胶脚垫；车型可折叠。

（八）框式助行器（成人）（20个）：

1、总长：50cm（±5cm）、总宽60cm（±5cm）、高度75cm（±5cm）～80cm（±5cm）可调；净重≤3kg，承重≥100kg。

2、车架采用铝合金管材，四脚配有≥七个档伸缩管；PVC把手；四脚套有橡胶脚垫；车型可折叠。

（九）站立架（成人）（1个）：

1、尺寸：90cm（±5cm）×70cm（±5cm）×100cm（±5cm）～125cm（±5cm）。

2、臀部垫和绑带负载质量≥135kg，脚踏板负载质量≥135kg，台面高度可调，调节范围110cm（±5cm）～135cm（±5cm），背托架可前后调节，调节范围15cm（±2cm），膝部托架可前后调节，调节范围：前后8cm（±2cm），上下25cm（±2cm）。

（十）洗浴椅/凳（沐浴椅）（142个）：

1、总长50cm（±5cm）、总宽50cm（±5cm）、总高70cm（±5cm）～90cm（±5cm）可调；座宽50cm（±5cm）、座深35cm（±2cm）、座位离地面高度35cm（±2cm）～55cm（±2cm）；靠背高度35cm（±2cm）；净重≤4kg；承重≥85kg。

2、车架表面经氧化处理；材质/管厚度7003铝合金/≥φ22×T≥1.2；四脚配有伸缩管；座板和靠背板采用PE吹塑成型，带有防滑纹；座板两边有扶手，配PVC浸塑扶手垫；四脚套有喇叭型橡胶脚垫。

（十一）坐便椅（成人）（152个）：

1、尺寸：总宽50cm（±5cm）、高度75cm（±5cm）、座位宽度45cm（±2cm）、座位深度40cm（±2cm）、座位离地面高度45cm（±2cm）、靠背高度35cm（±2cm）；车架材质/管厚度7003铝合金/≥φ22×T≥1.2；净重量≤5kg；承重量≥75kg。

2、车架表面经电镀处理；车架四脚配有伸缩管，高度可调；厕桶和吹塑座板采用环保工程塑料材料；四脚套有橡胶脚垫；座板厕孔根据人体坐姿而设计，桶托配合厕桶；扶手偏心设计；框架可折叠。

（十二）坐便椅（儿童）（3个）：

1、尺寸：侧宽40cm（±2cm）、座宽35cm（±2cm）、总长45cm（±2cm）、座高30cm（±2cm）～35cm（±2cm）可调、总高50cm（±5cm）～60cm（±5cm）可调、座板深度35cm（±2cm）、靠背高度25cm（±2cm）；高度≥4档可调。

2、支承架采用钢管焊接组合成型，表面喷粉处理，扶手可旋转；管直径：≥22mm，厚度≥1.0mm；靠背、脚管采用钢管材质，表面经喷粉处理，靠背管直径≥19mm，厚度≥1.0mm，脚管管直径≥25mm，厚度≥1.0mm；橡胶脚垫，座垫可拆，后取式扁桶。

（十三）普通轮椅（187辆）（核心产品）：

1、总长95cm（±5cm）、总宽60cm（±5cm）、总高90cm（±5cm）；可折叠，折叠宽度≤30cm，座位宽度≤50cm；座位深度40cm（±2cm）；座位离地面高度50cm（±5cm），靠背高度40cm（±5cm），净重≤12kg，承重≥100kg。

2、车架采用铝型材焊接而成，管直径≥22mm，壁厚≥1.2mm，铝合金双支撑架结构；车架表面采用氧化处理；附加折靠背功能；座靠垫为软座靠垫，采用≥300d的牛津布，背垫配有可调式安全带；脚托支架可后翻到轮椅座位下方，脚踏板角度≥三档可调，配有金属脚踏板。

3、前轮轮直径6英寸（±1英寸），配置铝合金前叉，采用双轴承加装减震橡胶，后轮直径20英寸（±2英寸）免充气橡胶轮，配塑料手轮，可直接驱动后轮用。刹车带钢制手动驻刹；制动后不能高于座面，后把手连刹车。

（十四）手摇三轮车（24辆）：

1、尺寸：150cm（±10cm）×65cm（±5cm）×90cm（±5cm），座宽：45cm（±2cm）、座深：40cm（±2cm）、距离地面45cm（±2cm）、靠背高度：40cm（±2cm）；车架材质/管厚度≥A3钢材/φ22×1.5T；净重≤28kg。

2、车架表面经二度磷化后静电喷塑抗老化；采用左手掌握方向，右手平摇，可前进后退驱动方式，配有刹车装置；座垫为加厚海绵软座垫；靠垫采用阻燃牛津尼龙布料车缝成型，软靠背垫，内置中间夹层≥600d的帆布；前轮直径16英寸（±2英寸）、后轮直径20英寸（±2英寸），采用充气轮胎，使用≥36根辐条，轮胎与轮辋相配。

（十五）脑瘫儿童轮椅（2辆）：

1、总长105cm（±5cm）、总宽55cm（±5cm）、总高100cm（±5cm）；可折叠式车架；折叠宽度30cm（±2cm）；座位宽度35cm（±2cm）；座位深度40cm（±2cm）；座位离地面高度55cm（±5cm）；靠背高度50cm（±2cm）；管壁7003铝合金厚≥φ25×2.5T；承重量≥75kg；净重量≤20kg。

2、车架表面经氧化处理；可拆卸扶手及拆脚；扶手架配PU扶手垫，高度可调；后把手带有连刹车功能，配有铝合金手动驻车装置，手动驻车装置制动后不能高于座位面；车架配有气弹簧，座位通过气弹簧的伸缩功能可调节角度，座位可后倾角度为0～35°（±2°）；脚踏架可拆，高度可调。

3、肩垫为金属骨架，左右肩垫间距可无级调节，高度可调；配有头枕，头枕张开角度可调，枕头可调高低；靠背配有可调姿势矫正安全带，座位配有可调盆骨姿势矫正安全带，座垫前配有限位垫，限位垫可前后调节，限位架为高强度扁铝；座靠垫表面采用阻燃牛津布料，并且内装 $\geq 10\text{mm}$ 的三合板加固、透气； ≥ 6 寸PVC耐磨万向前轮， ≥ 16 寸PU后轮；加装辅助轮安全装置，防止倾翻。

（十六）防褥疮座垫（5张）：

1、9孔方形坐垫，尺寸： $40\text{cm}(\pm 2\text{cm}) \times 40\text{cm}(\pm 2\text{cm})$ ；绒面充气；配充气筒；承重 $\geq 100\text{kg}$ 。

（十七）防褥疮床垫（36张）：

1、外形尺寸 $2000\text{mm}(\pm 100\text{mm}) \times 900\text{mm}(\pm 100\text{mm})$ ，导气管长度 $1500\text{mm}(\pm 100\text{mm})$ ，气室数量 ≥ 22 个充放气交换时间；充气泵可分别对单双排气室进行循环充放气，气泵每次充气 6min ，放气 4min ， 10min 为一周期，循环往复，充放气时间误差 $\leq 10\%$ ；气床垫工作载荷 $\geq 135\text{kg}$ 。

2、床垫由无毒性的PVC制成，防水、防霉、抗菌，不含刺激皮肤的有害物质；具有阻燃性；充气泵采用ABS泵芯，为安全型圆棱角设计、采用压缩机内芯；气床垫折叠30次后，不得产生明显的折痕；气床垫正常工作时的噪声 $\leq 45\text{dB}$ ；气床垫上的充气泵可正常连续工作 $\geq 24\text{h}$ 。

（十八）成人尿不湿（34包）：

1、L码： $95\text{cm}(\pm 2\text{cm}) \sim 120\text{cm}(\pm 2\text{cm})$ ，适合体重 75kg 以下人群使用；XL码： $110\text{cm}(\pm 2\text{cm}) \sim 160\text{cm}(\pm 2\text{cm})$ ，适合体重 $70\text{kg} \sim 90\text{kg}$ 人群使用；一包 ≥ 30 片；PE透气膜，无纺布导流防侧漏、消臭抑菌。

（十九）儿童尿不湿（3包）：

1、规格：适合体重 $12\text{kg} \sim 17\text{kg}$ 儿童使用；一包 ≥ 36 片；无纺布，流延膜，3D贴身剪裁设计，双层热风配置。

（二十）护理垫（17包）：

1、尺寸： $60\text{cm}(\pm 2\text{cm}) \times 90\text{cm}(\pm 2\text{cm})$ ；一包 ≥ 10 片；水芯层，采用绒毛浆，添加吸水体。

（二十一）床用桌（2张）：

1、总长 $80\text{cm}(\pm 5\text{cm})$ 、总宽 $50\text{cm}(\pm 5\text{cm})$ 、总高 $80\text{cm}(\pm 5\text{cm})$ ；调节高度 $75\text{cm}(\pm 5\text{cm}) \sim 100\text{cm}(\pm 5\text{cm})$ ；净重量 $\leq 6\text{kg}$ ；碳钢结构架经喷涂，餐台按人体生理来设计，可调节高度。

（二十二）防滑垫（15张）：

1、尺寸 $40\text{cm}(\pm 2\text{cm}) \times 70\text{cm}(\pm 5\text{cm})$ ；PVC材质，背面多个吸盘紧贴地面、密布透水孔。

（二十三）马桶增高器（2个）：

1、高度 $35\text{cm}(\pm 2\text{cm})$ 、长度 $45\text{cm}(\pm 2\text{cm})$ 、侧宽 $40\text{cm}(\pm 2\text{cm})$ ，最大承重为： $\geq 135\text{kg}$ ；人体工程凹槽设计，底部防滑加固，带扶手。

（二十四）专用指甲剪（1个）：

1、尺寸： $160\text{mm}(\pm 10\text{mm}) \times 130\text{mm}(\pm 10\text{mm}) \times 50\text{mm}(\pm 5\text{mm})$ ，镜片尺寸：直径 $\geq 38\text{mm}$ ；放大倍数： ≥ 3.5 倍；无成像弯曲、发毛、边缘带色；无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点；镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑；底座和指甲钳可拆卸；具有指甲钳功能；带光源，具有 ≥ 3 颗LED灯。

（二十五）开瓶器（1个）：

1、PP+不锈钢材质，内侧条纹梯形齿，外侧带钩。

1

（二十六）语音血压计（22个）：

1、尺寸：130mm（±5mm）×100mm（±5mm）×50mm（±5mm）智慧型加压；臂带范围：20cm（±2cm）～30cm（±2cm）；液晶数字显示屏；内置锂电池，安卓或同类型充电接口。

2、≥90组数据记忆功能；WHO血压健康状态警示条；心率不齐提示功能；超压保护功能；智能化自动关机功能；可顺序查询每组测量结果；真人语音播报。

3、采用脉搏扫描法/示波测定法测量；测试范围：高血压/低血压:0mmHg～280mmHg；脉搏：（40～200）次/分钟；精准度:±3mmHg（±0.4Kpa）；脉搏:读值的±3%；电压：≥6V；功耗≤0.01W。

（二十七）语音体温计（6个）：

1、体温模式：32℃～42℃；表面模式：0℃～100℃；操作环境温度：10℃～40℃；测量偏差≤±0.3℃；测量时间≤1秒钟；15秒（±2秒）自动关机；在3cm～5cm之内非接触、一键式测量；使用寿命≥3年；白色背光LCD显示；自由设定报警温度；存储≥32个测量数据；可以修改设置参数；摄氏度、华氏度可相互转换。

（二十八）语音烹调用具（智能语音带盲文闪光音乐震动电饭煲）（71个）：

1、电饭煲应由电饭煲主机、内胆、蒸格、无线接收器、量杯、饭勺、电源线组成；额定功率≥860W,电压≥220V，额定频率：50Hz～60Hz，容量≥5L。

2、具有无线传输功能；具有数码显示屏；预约定时功能；具有≥煮饭、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蒸蛋糕、保温7种工作模式；电饭煲在任何工作模式下按“保温/取消键”，可进入待机模式。

3、电饭煲主机按键接触部位有盲文标识及指示灯；电饭煲主机和无线接收器按键操作时应有语音提示；无线接收器在电饭煲工作时具有语音提示功能。

4、无线接收器音量可大、中、小三档调节；无线接收器铃声有≥36种可选；无线接收器具有≥3.5mm耳机插孔，插入耳机时，耳机和扬声器可同时播放声音；无线接收器具有一键止闹功能；无线接收器带有支架，可平放、立放、斜放或悬挂于腰间。

▲5、无线接收器应可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分；无线接收器应具有语音报时功能，可语音播报当前时间；无线接收器应可显示和语音播报温度和湿度。

▲6、无线接收器应具有闹钟功能，可开启或关闭，在闹钟开启时，应可显示闹钟图标；闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选。

▲7、无线接收器应可无线连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器使用。

▲8、无线接收器应具有红外人体感应灯功能，应可开启或关闭，在开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标。

（二十九）语音烹调用具（智能语音闪光音乐震动水壶）（37个）：

1、水壶由水壶主体、水壶底座和无线接收器组成；额定功率≥1800W，电压≥220V，额定频率：50HZ～60HZ，容量≥1.7L；水壶主体具有保温功能；具有无线传输功能。

▲2、无线接收器应可同时连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器用；烧水功能完成后无线接收器应可通过语音播报、闪光和震动进行提示；无线接收器应可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分。

▲3、无线接收器应具有语音报时功能，可语音播报当前时间；无线接收器可显示和语音播报温度和湿度；无线接收器应具有闹钟功能，应可开启或关闭，在闹钟开启时，应可显示闹钟图标；闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选。

▲4、无线接收器应具有红外人体感应灯功能，应可开启或关闭，在开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标。

5、无线接收器具有 $\geq 3.5\text{mm}$ 耳机插孔，插入耳机时，耳机和扬声器可同时播放声音；无线接收器带有支架，可平放、立放、斜放或佩挂于腰间；无线接收器按键操作时有语音提示；有 ≥ 36 种铃声可选；音量可大、中、小三档调节；具有一键止闹功能。

（三十）语音或盲文药盒（1个）：

1、尺寸： $10\text{cm}(\pm 1\text{cm}) \times 10\text{cm}(\pm 1\text{cm}) \times 2\text{cm}(\pm 1\text{cm})$ ，重量： $\leq 85\text{G}$ ；采用环保食品级材料、双层密封防水设计，七彩视觉区分小格药盒设计，可设置多组闹铃提醒，每组闹铃可重复提示 ≥ 3 次。

（三十一）便携式电子助视器（手持式电子助视器）（核心产品）（48个）：

1、尺寸（mm）：长度 160 ± 5 、宽度 80 ± 4 、高度 25 ± 1 ；屏幕尺寸（英寸）： 4.3 ± 0.2 ；整机重量（g）： ≤ 210 ；产品附有使用手册，说明仪器使用和维护方法，并采用大字体印刷。

2、分辨率：在规定的显示区域中央 $\geq 70\%$ 的区域内，系统可以解析宽度不超过 0.233mm 的线对（或宽度不超过 0.116mm 的线条）；放大倍数的偏差：距离显示区域中央 70% 范围内的放大倍数与显示区域中心的放大倍数之间的误差 $\leq \pm 5\%$ 。

3、平铺纸面：最小放大倍数 ≥ 3.8 倍，最大放大倍数 ≥ 52 倍；支架打开：最小放大倍数 ≥ 2.2 倍，最大放大倍数 ≥ 30 。

4、机械设计：所有控制按键、旋钮、开关设计使用适合的对比色和足够大的尺寸。

5、画面定格/释放：电子助视器定格键可拍下图片，定格后，可放大/缩小画面，可进行色彩模式切换；画面翻转：图片定格后，画面可进行 ≥ 180 度旋转；省电模式：在助视模式下，3分钟无移动能自动关。

▲6、语音控制：激活语言助手后，应可通过说明书规定的语音指令，实现放大、缩小、改变色彩模式、打开/关闭收音机、打开/关闭手电筒、画面定格、关机功能。

▲7、FM收音机：插入耳机应可收听FM收音机。

8、电子助视器具有屏幕亮度 ≥ 6 档可调功能；具有打开或关闭按键音的功能；具有打开或关闭照明灯的功能；具有记忆功能，关机后自动保存关机时的色彩模式、放大倍数、屏幕亮度值、按键音状态；具有恢复出厂设置的功能。

9、电子助视器由主机、可充电电池、电源适配器、挂绳、保护套、耳机6部分组成；可进行 ≥ 30 种色彩模式的切换；内置折叠支架，支持阅读和手写；可通过可拆卸充电电池或电源适配器充电。

（三十二）放大镜(片)（2个）：

1、放大倍率： ≥ 2.5 倍、局部 ≥ 5 倍，视场直径： $\geq 100\text{mm}$ ；带光源；透镜材质：PMMA；手柄可折叠，既可作为手持式助视器变换阅读距离使用，也可以将支架展开，作为立式使用。

2、成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色；无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点；镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑。

（三十三）双筒望远镜（1个）：

1、屈光度： $-12\text{D} \sim +5\text{D}(\pm 1\text{D})$ ；出瞳距离： $60\text{mm}-75\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ ；放大倍率： ≥ 2.8 倍；成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色；无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点；镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑；

（三十四）助听器(含电池)（148个）：

1、最大饱和声压级(dB): $129\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ；输出声压级(高频平均值): $120\text{dB} \pm 4\text{dB}$ ；平均满档声增益(dB): $45\text{dB} \pm 5\text{dB}$ ；谐波失真: $7\% \pm 3\%$ ；等效输入噪声(dB): $< 32\text{dB}$ 。

2、频率响应(Hz): $\geq 450\text{Hz} \sim 3000\text{Hz}$; 额定电流: $< 10\text{mA}$; 全数字信号处理、噪音过滤系统、 ≥ 4 通道、 ≥ 8 频段数字处理技术, 内置反馈抑制系统,防止啸叫。

(三十五) 可视门铃 (1套):

1、显示屏: ≥ 5 寸; 分辨率 $\geq 800 \times 480$; 输入电压: $\text{AC}100\text{V} \sim 240\text{V}$; 输出电压: $\text{DC}15\text{V}$; 功耗: 待机 $\leq 1\text{W}$ 、工作 $\leq 10\text{W}$; \geq 可视、对讲、开锁、免打扰功能; 多种铃声可选; 壁挂式。

(三十六) 闪光门铃 (无线音乐闪光震动门铃报警器) (2套):

1、报警器由提示器和按钮组成; 提示器由3节AA电池供电, 按钮由1节23A电池供电; 提示器音量不少于大、中、小三档调节; 提示器带有支架, 可平放、立放、斜放或佩挂于腰间; 提示器可设置并显示时间, 内容应包括年、月、日、时、分; 提示器具有闹钟功能, 可开启或关闭; 在闹钟开启时, 可显示闹钟图标; 提示器具有一键止闹功能; 提示器和按钮可无线连接。

▲2、提示器的提醒方式应为单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选; 提示器铃声应有36种可选。

▲3、提示器应具有3.5 mm耳机插孔, 插入耳机时, 耳机和扬声器应可同时播放声音; 提示器按键操作时应有语音提示; 提示器应具有语音报时功能, 可语音播报当前时间; 提示器应可显示和语音播报温度和湿度。

▲4、提示器应可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用; 提示器应具有红外人体感应灯功能, 应可开启或关闭, 在开启红外人体感应灯功能时, 应可显示图标。

(三十七) 听书机 (多功能智能听书收音机) (2个):

▲1、所有功能按键都具语音提示功能; 所有功能按键均有凸点盲文和中文标识; 具有FM/AM双波段收音机功能。

2、具有音频播放功能, 可直接播放TF卡中预存的MP3或WMA音乐及有声书文件; 具有音频循环播放功能, 在音频模式下, 具有文件夹、单曲、全部循环三种模式; 具有自动搜台和手动旋钮选台功能; 具有暂停播放功能; 具有拉杆收音天线; 可通过蓝牙连接做音箱使用。

3、具有显示屏, 显示屏可显示时间和操作信息; 具有手电筒功能; 具有低电量语音提示报警功能, 当电量低时, 会发出语音提醒, 且电池图标会闪烁; 具有外置扬声器播放功能; 具备耳机口输出; 具有电子时钟、定时关机、录音功能; 按键语音播报音量大小可调节; 电源规格: 内置电池, 充电电压: 5V, 可通过电脑USB或电源进行充电。

▲4、具有语音报时功能; 具有闹钟功能, 闹钟时具有响铃和震动提示; 具有童锁功能; 具有SO S功能; 可连接电脑可做读卡器使用。

(三十八) 振动式提醒手表 (语音报时闪光震动手表) (2个):

1、手表由表盘、表带和磁吸充电线组成; 手表音量可大、中、小三档调节; 铃声有 ≥ 36 种可选; 手表具有语音报时功能, 可语音播报当前时间。

2、手表具有闹钟功能, 可开启或关闭, 在闹钟开启时, 可显示闹钟图标; 手表具有一键止闹功能。

▲3、手表应由充电电池供电, 充电方式应为磁吸式充电; 手表按键操作时应有语音提示; 手表应可设置并显示时间, 内容应包括年、月、日、时、分和星期; 手表应具有电量和信号强弱显示图标。

▲4、手表应可无线连接按钮做为门铃和呼叫提示器使用; 手表应可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用; 闹

钟提醒方式应为单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选。

（三十九）定位装置（智能定位手表4G**全网通(TD-LTE无线数据终端)（1个）：**

1、显示屏 ≥ 1.4 英寸液晶屏；触摸+按钮两种方式；支持：移动、联通、电信；具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位；室外定位精度 ≤ 20 米；内存 $\geq 64\text{Mbit}+128\text{Mbit}$ ；采用磁吸式充电；电池容量 $\geq 520\text{mAh}$ ； $\geq 3\sim 4$ 天待机时间。

▲2、手表应具有测量心率、血压、血氧、体温的功能；手表应具有跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐提醒功能；手表应能被实时定位；手表应能语音提醒和语音报时。

▲3、手表的产品监测信息和报警记录应能对接到电脑端的智慧养老服务平台。

4、具有单宫格大字体大音量；具有双向通话功能；具有SOS紧急一键求救功能；可设定多个电子围栏；可查询1个月时间范围内的历史轨迹；可自动播放历史轨迹；具有远程监听功能；具有低电量提示；具有电话本功能；具有信息推送功能；具有语音提醒。

（四十）认知益智辅助器具（2套）：

1、认知训练卡 ≥ 500 张。

（四十一）玩教辅助器具（1套）：

1、具有 \geq 认识分辨颜色、数目和空间概念、大小、主题15个组件。

（四十二）语音及言语训练辅助器具（2套）：

1、儿童电脑玩具益智早教机，尺寸 $25\text{cm}(\pm 2\text{cm})\times 15\text{cm}(\pm 2\text{cm})\times 15\text{cm}(\pm 2\text{cm})$ ；言语训练卡片 ≥ 10 盒、造（1）训练图册 ≥ 30 张、造（2）训练图册 ≥ 32 张、100单词分类图册 ≥ 20 张、100未分类图册 ≥ 20 张、失语检查图 ≥ 43 张、手绢 ≥ 1 块、木梳 ≥ 1 把、镜子 ≥ 1 面，用于失语患者恢复对言语的认知感知训练。

（四十三）手机读屏软件（1个）：

1、通过触摸或滑动手势可朗读屏幕显示的所有内容，双击打开菜单；配置智能云，实现盲人按摩店的手机和电脑同步管理，支持文件的云存储；支持众多通用软件的盲人操作：微信、QQ、高德地图、饿了么、滴滴打车、支付宝；支持字词输入，盲文输入，语音输入。

2、提供男女生中英文、粤语多种朗读角色，语速、语调可随意调节，支持段落朗读，全文朗读，逐字朗读，并加入了汉字自动解释；利用盲文表盘的原理，提供转子功能，可通过触摸激活如在线翻译，文字复制盲人专用快捷操作；盲人锁屏功能，在锁屏界面可听读电量、手机信号、时间、农历，天气、未接来电的内容。

3、来电提供语音播报，同时播报来电归属地，通过左右滑动可快速接听或挂断电话，拨号盘采用大字体，加入了一键拨号及sos紧急呼叫；具有语音万年历功能，可查询农历，天干地支，老黄历数据；支持整点报时，盲人倒计时设定并播报，提供按摩钟数统计；语音地图导航，可随时播报实时位置；支持公交线路查询，车辆到达提示，乘车时，还可自动播报站名。

4、通过智能二维码标签，蓝牙标签，蓝牙厨房设备，远程语音摄像头组成智能家居网络，帮助盲人利用手机识别各类物体，操作家电，远程监控；盲人语音相机，采用人脸检测的技术，告知盲人取景框内的面孔位置，内嵌助视器，可对物体进行最大10倍的放大；通过摄像头识别钞票金额，并语音播报，识别准确率 $\geq 99\%$ ；实现文字OCR识别功能，通过手机拍照可以认出文字内容并转化为语音进行播报。

5、提供一整套政府电子公文解决方案，只要在公文右上角贴上对应的二维码标签，盲人扫描二维码即可朗读完整的各类文件；支持各种txt, word, zip, rar, umd格式的电子书籍阅读；支持目录跳转、全文朗读、逐字朗读、中文文字解释，白底黑字多种调节，并提供十万册的电子书籍下载功能。

6、盲人智慧平台，集成新闻频道，各地残联信息，二十万册语音图书，各类政策法规、医学百科、

		快递查询、在线病例的查询及撰写可实现在线检索和阅读；与蓝牙盲杖结合，室内导航，可随时播报当前所在区域，基础设施功能；盲人可通过声音音效、震动、语音三种反馈模式了解手机屏幕的变化，实现短信、微信及qq消息的自动播报。
--	--	---

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
自合同签订之日起20日

3.4.2交货地点

采购包1：
采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 采购合同签订后15个工作日内，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 65.00%。
采购包1： 付款条件说明： 在中标人交货完成经采购方验收合格后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 35.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1、按照本项目招标文件、中标人投标文件、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号以及国家相关规定进行验收。2、验收方案（1）验收组织方式：自行验收。（2）是否邀请本项目的其他供应商：否。（3）是否邀请专家：否。（4）是否邀请第三方检测机构：是。（5）履约验收程序：一次性验收。（6）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收。（7）技术履约验收内容：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定，采购人组织验收人员组成验收小组，中标人予以配合，结合本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求进行技术履约验收。（8）商务履约验收内容：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定，采购人组织验收人员组成验收小组，中标人予以配合，结合本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求进行商务履约验收。（9）履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。（10）履约验收其他事项：未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

1.包装：设备包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常冲击，振动和挤压，并便于装卸和搬运。设备包装前检查包装材料的材质、规格和包装结构与所装产品的规格和重量相适应。组件包装时安全，防止撞击，包装表面应清洁。组件排放整齐，不可有高低不平。外包装箱表面不应该有突出的锁扣等装置，以避免箱体移位时发生拉挂等现象，影响箱体安全。
2.运输：装运设备的运输工具应清洁、干燥、无污染物。敞车运输时，必须用防雨布盖好，以保证设备不被雨(雪)浸入。设备中转时，应堆放在库房内。短暂露天堆放时，必须用防雨布盖好，产品在装卸时，应采用合适的装卸方式，严防将包装箱(件)损坏，包装箱应注意谨慎堆放，防止产品碰伤。装载时，运输车辆与包装箱之间、包装箱之间应用防震减压的填充物填实，不得留有空隙，防止在运输途中造成货物之间互相碰撞、摩擦，避免发生箱体移位。避免货物在运载工具上的堆码不当，使底层货物承载过重，造成包装破损，甚至商品在运输过程中变形，损坏。在运输过程中避免接触腐蚀性物质。
3.其他:货物到达安

装现场的运输、装卸及搬运，由中标人完成（货物到达安装现场前，采购人不予签收，若因此与物流公司产生纠纷，由中标人自行解决）。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

所有产品（设施设备）质保期**1**年，自验收合格之日起计算。产品（设施设备）有明确专项质保（售后）规定的，如其质保（售后）期小于**1**年的，按**1**年计算；如其质保（售后）期大于**1**年的依其规定（超过**1**年后的时间不计入中标人的质保期），但中标人应协助采购人完善质保（售后）认证相关手续

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

1.采购人违约责任（1）采购人无正当理由拒收投标产品的，采购人应偿付合同总价百分之一的违约金；（2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过**30**天的，中标人有权终止合同；（3）采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。

2.中标人违约责任（1）中标人交付的投标产品质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的投标产品给采购人，否则，视作中标人不能交付投标产品而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。（2）中标人不能交付投标产品或逾期交付投标产品而违约的，除应及时交足投标产品外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过**10**天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。

（3）中标人投标产品经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定投标产品质量不符合合同规定标准的，则视为中标人没有按时和按质交货而违约，中标人须在**60**天内无条件更换合格的投标产品，如逾期不能更换合格的投标产品，采购人有权终止合同，中标人应另付合同总价的百分之十的赔偿金给采购人。（4）中标人保证合同投标产品的权利无瑕疵，包括投标产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述投标产品主张权利或国家机关依法对投标产品进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向采购人支付违约金。（5）中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。3.违约方应当承担守约方实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。4.中标人不履行或迟延履行售后维保义务的，每发生一次，应向采购人支付合同总价款百分之五的违约金，且采购人有权委托第三方维保，由此发生的维保费用由中标人承担。5.解决争议的办法（1）因投标产品的质量问题的发生争议，由中标人**5**日内委托采购人所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。投标产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；投标产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。（2）合同履行期间，若采购人与中标人发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。

3.5其他要求

★1、交货时间：合同签订后**20**日内交货到采购人指定地点，完成全部安装调试、验收合格并交付使用【由于系统固化原因，本章 3.4.1 交货时间不适用于本项目，交货时间以此为准。】★2、支付方式：（1）采购合同签订后**15**个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的**65%**，在中标人交货完成经采购方验收合格后**15**个工作日内支付合同金额的**35%**。（2）中标人应在采购产品（设备）交付、送达、安装、调试等工作结束后及时向采购人提出书面验收申请和开具正式票据，采购人在收到验收申请后**10**日内组织验收（验收方式：中标人、采购人、采购人委托的第三方机构、乡镇（街道）残联）；采购资金在验收合格试用**30**日后凭票据支付至中标人银行账户。【由于系统固化原因，本章 3.4.3 支付方式、3.4.4 支付约定不适用于本项目，支付方式、支付约定以此为准。】★3、中标人应在采购合同签订时提供产品（设施设备）技术参数要求的相关检测报告和证书的原件给采购人核验，若未提供则作违约处理。★4、本项目具体实施对象方分布在全区各个乡镇（街道），具体名单在签订采购合同时由采购人提供给中标人，投标人需将产品（设施设备）配送到具体实施对象处并安装调试、使用培训。（提供承诺函）★5、本项目中标金额包括采购产品（设施设备）购置、送达入户、安装调试、使用培训、相关配件材

料、质保期售后等与本项目实施相关的一切费用。★6、质量要求：（1）投标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。（2）货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。（4）每台货物上均应有产品质量检验合格标志。（5）货物制造质量出现问题，投标人在验收前应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负担，采购人有权到投标人生产场地检查货物质量和生产进度。（6）货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。7、保险：按国家相关规定执行。8、中标人应加强项目实施管理，自觉遵守相关操作规程，对项目施工及产品（设施设备）配送等项目实施全过程中的安全责任负全责并建立配送安全管理制度（安全管理制度包含：配送安全制度规范，配送人员安全培训，配送车辆的安全检查制度，配送过程中发生安全问题（如车辆爆胎、追尾、与行人或车辆碰撞情况）的处理流程以及保障准时送至医院的处理方案）；9、加强项目人员教育培训并提供人员培训计划（人员培训计划包含：人员设备使用培训、人员设备故障维修培训、设备检查培训），尊重关心残疾人、耐心细致向残疾人解答释疑，着力提高残疾人满意度，实施结束后要帮助残疾人清理因施工而产生的垃圾（或废物）。10、售后服务：★（1）运输、安装、调试由中标人负责。（2）投标人应提供现场技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。（3）服务计划。投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜（售后联系方式包括：微信、联系电话、QQ、邮箱）。11、服务方案：（1）投标人根据本项目制定配送方案，包括以下内容：①为本项目配送的配送人员清单；②为本项目配送拟投入的配送车辆；③配送安全管理制度；④质量保障体系方案；⑤应急措施。（2）投标人根据本项目制定售后服务方案，包括以下内容：①质量保证范围及措施、②本地化服务能力{含投标人在项目所在地具有康复辅具指导服务站点，或承诺中标后设立（提供相关证明材料或承诺函并加盖公章）}、③专业的技术支持团队、④售后服务实施方案、⑤人员培训计划。注：1、以上标注“★”的内容为本次项目的最低要求，不允许有负偏离，否则将作为无效投标处理。2、以上技术要求中打“▲”号的为本次招标项目的重要性条款，须提供具有检测资质的第三方出具的投标产品检验报告复印件并加盖投标人公章。（检验报告的内容须与投标人应答以上重要性参数的内容一致，若与应答的重要性参数内容不一致，视为不满足该条参数）3、本项目商务要求中“3.4.2交货地点”、“3.4.5验收标准和方法”、“3.4.6包装方式及运输”、“3.4.7质量保修范围和保修期”、“3.4.8违约责任与解决争议的方法”为本次项目的实质性要求，不允许有负偏离，若有负偏离，则作为无效投标处理。4、由于系统固化原因，本项目核心产品为：普通轮椅、便携式电子助视器（手持式电子助视器）。

第四章 资格审查

资格审查由 德阳市罗江区残疾人联合会和四川荣森樾招标代理有限公司 组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

4.1 一般资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件	具有独立承担民事责任的能力 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	具有健全的财务会计制度的证明材料：A、可提供2021年度（含）至今（任意一 年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2021年度（含）至今（任意一 年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负 债、现金流量及利润情况）；C、也可提供 截止响应文件递交截止日一 年内其基本开户银行出具的资信证明；D、供应商注册 时间截止响应文 件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程。以上均提供复印件	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	若投标产品及其配置产品为医疗设备的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证	若投标产品及其配置产品为医疗设备的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证（复印件）	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	若投标产品及其配置产品为医疗设备的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并针对其自身生产的产品需提供医疗器械生产许可证或生产备案凭证，针对非自身生产的产品需提供医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。	若投标产品及其配置产品为医疗设备的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并针对其自身生产的产品需提供医疗器械生产许可证或生产备案凭证，针对非自身生产的产品需提供医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。（复印件）	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

第五章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为五人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

- 二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
 - （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
 - （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
 - （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在四川政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。	货物分项报价明细表 开标一览表 分项报价表 关于招标文件第二章中实质性要求的承诺函（实质性要求）

2	招标文件第三章“3.4商务要求”中的实质性要求及“3.5其他要求”中的实质性要求	投标人应符合本项目招标文件第三章“3.4商务要求”中的实质性要求的实质性内容及“3.5其他要求”中的实质性要求的实质性内容，不允许有负偏离。注：投标人应针对招标文件的要求进行响应。（按照关联格式要求提供相应资料。）	商务要求和其他要求 应答表 投标文件封面 投标人认为应提交的其他相关资料
3	其他实质性要求	评标委员会依据本招标文件要求的其他实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的其他实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。	关于招标文件第二章中实质性要求的承诺函（实质性要求）

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：确定3家供应商为中标候选人。

（综合评分法适用）按投标人综合得分从高到低顺序排列，确定中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（最低评标价法适用）按投标人投标报价从低到高顺序排列，确定中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

详细评审	投标产品技术指标和配置	投标产品技术指标和配置完全符合招标文件“3.3技术要求”没有负偏离得34分。低于招标要求的（负偏离），重要性条款（▲号条款）负偏离一项扣1分，非重要性条款负偏离一项扣0.2分，扣完为止。以最低级别编号（例如（例如1、2等））为一条参数。（注：重要性条款（▲号条款）18条，非重要性条款80条）注：技术要求中打“▲”号的为本次招标项目的重要性条款，须提供具有检测资质的第三方出具的投标产品检验报告复印件并加盖投标人公章。（检验报告的内容须与投标人应答以上重要性参数的内容一致，若与应答的重要性参数内容不一致，视为不满足该条参数）（注：技术支撑材料需在投标文件中注明所在页码）	34.00	客观	投标产品技术支撑材料 投标人认为应提交的其他相关资料 投标产品技术参数表
	配送方案	对投标人提供针对本项目的配送方案进行评审，内容包括：①为本项目配送的配送人员清单；②为本项目配送拟投入的配送车辆；③配送安全管理制度；④质量保障体系方案；⑤应急措施，涵盖以上内容且不存在缺陷得15分，在此基础上，每缺少一项内容扣3分，每有一处内容存在缺陷扣2分，扣完为止。 （“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。）	15.00	主观	投标人认为应提交的其他相关资料 配送方案

	售后服务方案	1、对投标人提供针对本项目的售后服务方案进行评审，内容包括： ①质量保证范围及措施、②本地化服务能力{含投标人在项目所在地具有康复辅具指导服务站点，或承诺中标后设立（提供相关证明材料或承诺函并加盖公章）}、③专业的技术支持团队、④售后服务实施方案、⑤人员培训计划，涵盖以上内容且不存在缺陷得18分，在此基础上，每缺少一项内容扣3.6分，每有一处内容存在缺陷扣2分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指： ①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。）	18.00	主观	投标人认为应提交的其他相关资料 售后服务方案
	履约能力	根据投标人提供的2021年1月1日（含）至投标文件截止时间类似项目业绩进行评审（类似业绩是指残疾人辅具采购），每提供一个业绩得1分，最多得3分。（提供合同复印件并加盖投标人公章）。	3.00	客观	履约能力
价格分	价格分	以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价 / 投标报价)×30%×100	30.00	客观	开标一览表 分项报价表 货物分项报价明细表

价格扣除

序号	情形	适用对象	扣除比例(C1)	说明	关联格式
----	----	------	----------	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。	开标一览表 货物分项报价明细表 分项报价表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	---

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“四川政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。

5.8.2 定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在四川政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

详见附件: 投标人认为应提交的其他相关资料

详见附件: 投标产品技术参数表

详见附件: 关于招标文件第二章中实质性要求的承诺函(实质性要求)

详见附件: 配送方案

详见附件: 商务要求和其他要求应答表

详见附件: 售后服务方案

详见附件: 投标产品技术支撑材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力

详见附件: 履约能力

详见附件: 货物分项报价明细表

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同模板（草案）.docx

