

采购需求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1 采购项目概况

压力蒸汽灭菌器采购

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额(元): 480,000.00

采购包最高限价(元): 480,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	压力蒸汽灭菌器采购	1.00	480,000.00	台	工业	是	否	否	否

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称: 压力蒸汽灭菌器采购

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、灭菌器用途: 对医院复用物品进行高温蒸汽灭菌, 并符合 WS 310《医院消毒供应中心第一部分: 管理规范》要求, 符合隔离型设备安装要求。</p> <p>2、灭菌器容积: $\geq 1500L$, 设备兼容洁净蒸汽发生器。</p> <p>3、设计压力 0.1 至 0.3Mpa, 设计全流程灭菌时间≤ 55 分钟。</p> <p>4、设计温度$\geq 144^{\circ}C$, 主体保温玻璃棉, 厚度$\geq 60mm$;</p> <p>5、安全保护:</p> <p style="padding-left: 20px;">A、内室压力超过程序运行允许压力, 程序自动退出转入故障状态下处理;</p> <p style="padding-left: 20px;">B、门关位检测保护: 门开关在程序运行过程中检测异常, 程序自动退出转入故障状态处理;</p> <p style="padding-left: 20px;">C、门安全联锁装置: 门未锁紧时, 蒸汽不能进入灭菌室; 灭菌室压力完全释放才能开门。</p> <p>6、▲主体结构: 环形加强筋结构; 多点进汽≥ 8 个进气口; 所有管</p>

	<p>道需符 EN287 及 ASME 要求，并提供 EN287 及 ASME 复印件。</p> <p>7、焊接工艺：采用全自动焊接机器人焊接，保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。</p> <p>8、▲材质：设备主体及夹层均采用≥ 304 不锈钢，设备具备低温无压排水功能，提设备显示屏截图。</p> <p>9、设计使用寿命：≥ 10 年或不低于 20000 次灭菌循环。</p> <p>10、▲密封门：前后双门双屏，密封门具备保温夹层，灭菌结束后门自动打开进行凉放处理，提供自动门开关门链接实物图片。</p> <p>11、材质：门板材质同内壳一致不小于 1.2mm 厚度不锈钢拉丝面板</p> <p>12、▲结构：与主体啮合齿数≥ 60 个，门板加强筋板数量≥ 4 个。</p> <p>13、动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。</p> <p>14、门胶圈：采用医用透明高抗撕硅橡胶材质的圆形门胶条，压缩气密封。（提供设备上使用圆形门胶条的实物图片予以证明）</p> <p>15、降噪系统：阀岛具有消音功能，设备运行时≤ 60 分贝，设备验收时独立测试噪音分贝（提供消音装置图片）</p> <p>16、▲程序：内置程序≥ 32 套，（提供程序显示屏界面截图）。</p> <p>17、▲脉动方式：采用负压脉动和正压脉动相结合的方式，（提供打印报表和曲线图）。</p>
--	--

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 30 日

3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明： 合同签订生效后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包 1: 付款条件说明： 货物完成配送交货并验收合格完善验收资料后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 75.00%。

采购包 1: 付款条件说明： 验收合格后，1 年后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

验收标准以投标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。招标人组织验收人员组成验收小组，中标人予以配合，所有技术（服务）要求应满足本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

质保期：一年。售后服务响应：投标人提供 7×24 小时的售后服务，指派专人 与采购人指定的联系人进行售后服务事宜联系，并配置专门固定的售后服务电话，如提供的系统出现故障时，在接到报修电话后立即响应，12 小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在 24 小时内修复（遇特殊情况除外）。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

按招标文件约定处理

3.5 其他要求

无