

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 采购项目概况

为了加速慢性伤口的愈合，减轻患者痛苦，有效缩短疗程，我院拟采购超声刀系统及附件一套。

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额（元）：716,000.00

采购包最高限价（元）：700,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	超声刀系统及附件	1.00	700,000.00	套	工业	是	是	否	否

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称: 超声刀系统及附件

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>★1、用途: 超声刀系统主机配合不同的附件可实现伤口清创功能。</p> <p>2、一台主机兼容超声清创和超声骨刀功能;</p> <p>▲3、至少包含两种工作频率,且工作频率在 25kHz-35KHz 之间;</p> <p>▲4、手柄刀头一体化设计,术中无需单独安装,刀头非一次性耗材(提供产品说明书予以佐证);</p> <p>▲5、主机具备自动注水功能,注水量多档可调;</p> <p>▲6、最大输出功率≥60W;</p> <p>▲7、采用有线脚踏激活方式;</p> <p>▲8、手柄采用电致伸缩技术,能量转换率高,可选择性清除坏死组织及菌膜层,保留健康组织及肉芽组织;</p> <p>9、具备开机自检,主机智能识别手柄功能;</p> <p>10、手柄更换,即插即用,无需再次主机自检;</p> <p>11、主机面板可调节功率大小、注水量大小;</p> <p>12、主机面板显示屏可显示故障代码及激发时间;</p> <p>13、手柄类型,可选配不少于 4 种不同类型的手柄,能够支持平整面、窦形面、间隙创面的清理;至少配置双球头手柄 1 个。</p> <p>14、整个手柄、刀头及手柄连线均可高温高压消毒灭菌后重复使用,且并无次数限制;</p> <p>15、单个手柄重量≤170g;</p> <p>16、手柄连线与手柄为分离式设计,且与各型号手柄互相通用;</p> <p>17、手柄采用中心注水模式。</p> <p>注: 上述标注“▲”项的为重要条款,投标人不满足或不响应的将影响投标人得分; 上述未标注“▲”项的为一般条款,投</p>

		标人不满足或不响应的将影响投标人得分；上述标注“★”项的为实质性要求，标人不满足或不响应的将作无效投标处理。
--	--	--

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 90 日日

3.4.2 交货地点

采购包 1:

内江市中医医院

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 签订合同后, 达到付款条件起 5 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 验收合格后, 收到有效增值税发票后, 达到付款条件起 5 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

应严格按照政府采购相关法律法规以及本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

1、 质保期：整机 ≥ 2 年，质保期内出现任何质量问题，由中标供应商全权负责； 2、 投标人承诺备件送达期限：在设备的使用寿命期内，不超过 7 个工作日的；承诺设备停产后的备件供应 10 年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；承诺终身负责设备系统升级及正常运行；以及承诺对医院操作人员提供培训（具体培训日期和时间长短由双方商议决定），使之了解设备的结构，确保能够进行日常操作及维护保养； 3、 质保期内中标人负责产品维护、维修及抢修，在质保期内设置 7 \times 24 小时技术支持热线电话（固话、手机）。如 2 小时内无法电话解决问题，中标人维修工程师必须在接到故障报告后 24 小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由中标人承担。承诺质保期后，如设备出现故障时，接到采购人通知后 2 小时做出响应，48 小时内给予技术支持或到达现场维修排除故障。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

1、甲方违约责任：（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；（2）甲方逾期支付货款的，除应及时补足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过 360 天的，乙方有权终止合同；（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 2、乙方违约责任（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过 30 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 15 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十的赔偿金给甲方。（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，

还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。3、双方就合同及与合同相关内容应协商解决,如协商不成向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.5 其他要求

1. 进口设备中标供应商需提供出厂日期为一年内的货物,国产设备中标供应商需提供出厂日期为半年内的货物装机后性能验证和配置满足采购要求。2. 中标人负责产品安装、调试,直至采购人能正常使用,所需的一切材料、备件、专业工具均由中标人负责提供。3. 中标人应提供产品运输安装、维修所需的专用工具和仪器,所涉及的价格包括在报价总价格中。4. 验收时须同时提供有效的产品授权资料。(注:招标文件中的 3.4 3.5 均为实质性响应要求,投标人必须全部满足,不满足或不响应的作无效投标处理。)