

政府采购项目采购需求

采购单位：南部县妇幼保健院

所属年度：2023年

编制单位：南部县妇幼保健院

编制时间：2023年12月01日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 南部县妇幼保健院妇幼保健机构能力建设医疗设备采购项目

(二) 项目所属年度： 2023年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 800,900.00元 ， 大写（人民币）： 捌拾万零玖佰元整

(五) 项目概况： 为了加强县级妇幼保健机构能力建设，提升我院儿童康复及保健服务能力，我院需配备一批儿童康复、保健医疗设备，为残疾儿童提供专业的诊断和治疗。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：询价

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：537,100.00 ， 大写（人民币）： 伍拾叁万柒仟壹佰元整

最高限价（元）： 537,100.00 ， 大写（人民币）： 伍拾叁万柒仟壹佰元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	神经肌肉低频电刺激仪
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	20,000.00	单价（元）	20,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	多关节主被动训练仪 智能情景互动康复训练系统
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	194,200.00	单价（元）	194,200.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	悬吊康复训练器
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	245,000.00	单价（元）	245,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无

	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
4	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	减重装置
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	77,900.00	单价（元）	77,900.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：神经肌肉低频电刺激仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、输出通道：至少三路脉冲输出。</p> <p>2、交流电压220V，频率50Hz。</p> <p>3、额定输入功率：$\geq 35VA$。</p> <p>4、输出脉冲波形：双向不对称方波</p> <p>5、输出脉冲频率</p> <p>模式一：输出载波频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz~5Hz可调，步进0.5Hz，允差$\pm 15\%$；</p> <p>模式二：输出载波频率为0.5Hz~5Hz可调，步进0.5Hz，允差$\pm 15\%$。</p> <p>6、输出脉冲宽度</p> <p>模式一：脉冲宽度为1ms，允差$\pm 30\%$；</p>

		<p>模式二：脉冲宽度为10ms，允差±30%。</p> <p>7、调幅度</p> <p>模式一调幅度为100%，允差±5%。</p> <p>8、输出幅度</p> <p>分99档可调，最大输出幅度为55V，允差±20%。</p> <p>9、周期</p> <p>模式一：载波周期为2ms，调制波周期为0.2s-2s，允差±15%。</p> <p>模式二：载波周期为0.2s-2s，允差±15%。</p> <p>10、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±30s，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。</p> <p>11、卡通外观设计,激发儿童治疗积极性。</p> <p>12、≥10寸真彩液晶触摸显示屏，方便操作（提供第三方检测报告或公开发行的彩页给予佐证）</p>
--	--	---

标的名称：多关节主被动训练仪智能情景互动康复训练系统

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、电源：额定电压a. c. 220V，额定频率50Hz。 额定输入功率：80VA。</p> <p>2、显示方式：≥8寸液晶触摸显示屏。</p> <p>3、屏幕水平方向0° ~180° 可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0° ~180° 可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范</p>

围0~50mm, 允差±10%。下肢训练部分伸缩调节, 可调节范围0~110mm, 允差±10%。

4、支持并配有情景互动功能:

4.1、支持单人、多人游戏, 单人游戏不低于5个, 多人游戏不低于2个; (提供游戏品名或游戏界面给予佐证)

4.2、开机可自动无线连接, 无需配置; 所有登陆系统的用户, 系统都会建档, 建档之后, 该用户的历史纪录会被统计和收录在系统中。

4.3、多人游戏可同时支持不少于4台设备同屏训练

4.4、可对训练数据进行记录并生成报告, 带打印功能

4.5、软件系统: 智能识别连接、患者个人数据库、自动记录信息训练, 软件有完整的病例管理、数据记录、报告输出功能。

4.6、配有独立显示屏幕: ≥ 55 寸液晶屏幕显示 (提供公开发布的彩页或官网截图等给予佐证)

5、主动模式

提供力矩 (主动阻力矩), 1Nm~15Nm, 允差±5%, 分15档设定, 步进为1Nm; 初始设定为1档, 每档递增1Nm; 在训练过程中显示屏会显示当前的速度, 训练时间和阻力; 训练结束后, 训练结果会在屏幕上显示。

6、被动模式

a) 训练时间可调, 调节范围: 1min~60min, 允差±30s, 步进为1min, 默认20min;

b) 训练速度可调，调节范围：5rpm~55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；

c) 运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

d) 电机输出至少分为高、中、低3档

e) 痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

f) 痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

7、训练结果显示

训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离等数据。

8、上肢训练具有臂托。（提供实物图片或彩页图片给予佐证）

9、机器自带座椅，一体式座椅设计，为患者训练时提供更好的安全保证。（提供实物图片或彩页图片给予佐证）

标的名称：悬吊康复训练器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、网架：4个立体工作面，可满足三维与多角度的支持训练，可自由调整高度及悬吊。网架尺寸：4500mm（长）*3000mm（宽）*2400mm（高），允差±10%。</p> <p>2、多点悬吊可以进行反射的诱发，利用悬吊带、船、绳梯等，可以让患者在不稳定支撑面上进行反射诱发，靶肌肉功能位训练</p>

等，悬吊提供的辅助让治疗师在给患者治疗时有更多的空间来帮助、诱导患者进行训练。

悬吊鞋：最大承重60kg，尺寸185*85mm允差±10%；

绳梯（配两块座板）：最大承重50kg，尺寸2000*900mm，允差±10%；

吊兜：最大承重30kg，尺寸2100*1100*980mm，允差±10%；

吊船：最大承重30kg，尺寸1740*850*130mm，允差±10%；

多功能棒：最大承重60kg，尺寸650*70mm，允差±10%；

平衡凳：最大承重50kg，尺寸1500*570*434mm，允差±10%；

木塔（配合平衡凳使用）：最大承重50kg，尺寸1500*567*920mm，允差±10%；

支撑摆动装置：最大承重40kg，尺寸630*380mm，允差±10%；

座板：最大承重50kg，尺寸940*800mm，允差±10%；

双杠：最大承重30kg，1700*30mm，允差±10%；

3、配有滑轨式悬吊装置，和悬吊衣搭配使用适合儿童在减重状态下步态训练。

滑轨（可往返运动）：承重 $\geq 150\text{kg}$ ，尺寸为 $\geq 3500\text{mm}$ 位移量；

悬吊高度：0~1500mm可调；

4、平衡训练衣可以提供外在支撑，给予肌力弱的肌肉适当的支撑。根据患儿体型可自由调节大小。

5、通过使用悬吊绳和平衡气垫等一系列功能训练可以刺激感觉运动器官，提高感觉和运动的协调能力。

平衡气垫：最大承重 $\geq 100\text{kg}$ ，尺寸320*150mm允差±5%

6、滚筒和巴氏球可对脑瘫患儿进行平衡协调训练。

滚筒：最大承重 $\geq 80\text{kg}$

巴氏球：最大承重 $\geq 80\text{kg}$ ，尺寸850mm；

7、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。

8、绳索、吊索自由组合，训练形式丰富。

红色长绳：带挂钩登山扣，最大承重 $\geq 100\text{kg}$ ，尺寸2400mm允差 $\pm 5\%$ ；

红色长绳：带挂钩登山扣，最大承重 $\geq 100\text{kg}$ ，尺寸1500mm允差 $\pm 5\%$ ；

弹力绳：带挂钩登山扣，最大承重 $\geq 30\text{kg}$ ，尺寸2400mm允差 $\pm 5\%$ ；

标的名称：减重装置

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、外形尺寸(mm)：1100×1080×1580，允差$\pm 10\%$</p> <p>2、额定输入功率：$\geq 1800\text{W}$</p> <p>3、额定电压：a. c. 220V，额定频率：50Hz，备用电源：DC 24V</p> <p>4、控制方式：电动控制</p> <p>5、立柱升降调节范围 (mm)：0~300，允差$\pm 10\text{mm}$</p> <p>6、扶手高度调节范围(mm)：0~300，允差$\pm 10\text{mm}$</p> <p>7、根据患者体重，通过吊带控制，调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。</p>

	<p>8、立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者能承受范围内，从而进行步态训练；</p> <p>9、配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行点控操作。</p> <p>10、配备DC24V备用电源，确保设备在没有电源提供下的正常使用</p> <p>11、配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。</p> <p>12、带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。</p> <p>13、配有儿童专用跑台：</p> <p>13.1、速度范围：0.1-10 公里/小时</p> <p>13.2、电子表LCD智能化视窗：显示运动时间、距离、速度、心率、热量、坡度等数据，带Mp3功放；</p> <p>13.3、跑步板：18mm厚，多点减震设计；带有支撑器（支撑、固定、减重作用）</p> <p>13.4、带有矫型器，校正步态姿势</p>
--	--

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	①提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	①可提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2022或2023年度供应商完整的全套财务报表复印件（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表），③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	1、若报价产品为医疗器械的，报价产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。（供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。）； 2、若报价产品为医疗器械的，供应商若为报价产品生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证；供应商若为报价产品非生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）；（复印件）	1、若报价产品为医疗器械的，报价产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。（供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。）； 2、若报价产品为医疗器械的，供应商若为报价产品生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证；供应商若为报价产品非生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）；（复印件）

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：自合同签订之日起15日

4) 合同履行地点：南部县妇幼保健院

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、 付款条件说明： 合同签订后 ， 达到付款条件起 5 日内， 支付合同总金额的 30.00 %；

2、 付款条件说明： 货物到达采购人指定场所， 经安装、 调试并验收合格后 ， 达到付款条件起 90 日内， 支付合同总金额的 65.00 %；

3、 付款条件说明： 余款在设备正常运行满一年 ， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 5.00 %；

9) 验收交付标准和方法： 中标人配合采购人组织项目验收， 采购人和中标人将按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】2

05号)等相关规定,依据采购文件、响应文件及国家、行业现行相关标准要求验收。

10)质量保修范围和保修期:投标人须提供全新的货物(包含整机、零部件、配件、说明书、合格证等),须符合国家(行业)现行标准和本项目提出的质量和技术要求。出现任何问题,由投标人负责三包(包退、包换、保修)且费用由投标人承担。

(投标人须在技术、服务性投标文件中单独提供承诺函,格式自拟,必须由投标人法定代表人/单位负责人签字加盖投标人单位公章)。质保期:项目整体质保期为项目验收合格之日起一年。在质保期内,零配件及其维修的费用由中标人自行承担;质保期后维护和维修以最优惠的价格提供维修服务。(投标人须在技术、服务性投标文件中单独提供承诺函,格式自拟,必须有投标人法定代表人/单位负责人签字和加盖投标人单位公章)

11)知识产权归属和处理方式:合同约定

12)成本补偿和风险分担约定:合同约定

13)违约责任与解决争议的方法:合同约定

14)合同其他条款:无

12、履约验收方案

1)验收组织方式:自行验收

2)是否邀请本项目的其他供应商:否

3)是否邀请专家:否

4)是否邀请服务对象:否

5)是否邀请第三方检测机构:否

6)履约验收程序:一次性验收

7)履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：采购文件技术部分

10) 商务履约验收内容：采购文件商务部分

11) 履约验收标准：1、按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、成交人的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。2、其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205号和《政府采购需求管理办法》（财库【2021】22号）的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

(二) 分包名称：合同包二

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：263,800.00，大写（人民币）：贰拾陆万叁仟捌佰元整

最高限价（元）：263,800.00，大写（人民币）：贰拾陆万叁仟捌佰元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	儿童水疗机
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	108,000.00	单价（元）	54,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品	无

	品		原因	
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	熏蒸治疗机
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	155,800.00	单价（元）	77,900.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：儿童水疗机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、额定电压：a. c. 220V 额定频率：50Hz</p> <p>2、额定输入功率：3100V · A。</p> <p>3、最大容积：320L。</p> <p>4、材质：亚克力+钢化玻璃。</p> <p>5、外形尺寸：1500mm×1000mm×1150mm 允差±50mm。</p> <p>6、内槽尺寸：1000mm×800mm×615mm 允差±50mm。</p> <p>7、自动恒温：恒温温度25℃~42℃可调、恒温功率：1500V · A。</p> <p>8、时间设定：设定范围1min~60min可调。</p> <p>9、臭氧消毒：具备消毒指示，消毒报警。</p> <p>10、七彩灯光：2组，多种颜色自动切换。</p> <p>11、配备普通水嘴≥1个</p>

12、水泵功率1100V·A。

13、气泵功率350V·A。

14、气泡：22组气泡喷嘴。

15、涡流：6个涡流转向装置，大小方向可调节。

16、强排流量：60L/min。

17、具备音乐播放功能，音量大小可调。

18、配备观测窗，方便互动。（提供说明书或产品彩页予以佐证）

19、具备漏电保护、过载保护等功能，确保设备安全运行。（提供说明书或产品彩页予以佐证）

20、控制及显示方式：全中文操作面板、液晶显示。

21、配备生物陶瓷热敷袋用于治疗前热敷和治疗后的冷敷。

21.1、外形尺寸：265×182×40mm，重量：1.75kg（允差±10%）。

21.2、升温迅速、保温时间长，操作简单，使用方便；保温时间：热敷袋加温到60℃后，在25℃室温下，30min后外袋中央表面温度不小于40℃。

21.3、耐热性能：瓷珠（不含外包袋）在微波炉内加热至100℃时，无破裂；（提供说明书或产品彩页予以佐证）

21.4、耐压性能：瓷珠在10kg静态压力下，历时10分钟无破裂；

21.5、使用成本低，每加热一次仅需少量电能；

21.6、瓷珠坚固耐用、耐压、耐热性能优良，使用寿命长。

标的名称：熏蒸治疗机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、电源：交流电压220V，频率50Hz</p> <p>2、额定输入功率：2100W</p> <p>3、治疗机温度：可在1~99℃范围设定，室温~45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46~99℃为煎药温度。（提供说明书或产品彩页予以佐证）</p> <p>4、治疗机治疗时间控制：治疗总时间可在1~99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。</p> <p>5、外形尺寸：长1790mm，宽650mm，高965mm，允差±10%。</p> <p>6、上水方式：手动。加液量：18L。</p> <p>7、熏蒸面积：1300mm×560mm，允差±10%，6块熏蒸垫；</p> <p>8、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、治疗结束自动提示。</p> <p>9、双重安全保护功能：治疗机超过工作温度设定值时，第一路保护装置启动，停止加热。当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置立即启动，切断电源。</p> <p>10、臭氧消毒功能：（提供说明书或产品彩页予以佐证）</p> <p>a. 开启臭氧消毒功能10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³；</p> <p>b. 正常工作是臭氧气体外泄露量应不大于0.16mg/m³。</p>

11、可做局部熏蒸（颈、肩、脊柱、下肢）；也可做露头式全身熏蒸；

12、采用数码显示；自动送暖风装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定；

13、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

14. 配备深层肌肉刺激仪，用于肌肉刺激，按摩。

14.1、主机尺寸：90×46×140mm，允差±20mm。

14.2、转速：1800rpm、2300rpm、2800rpm、3200rpm四挡可调，允差±5%。（提供说明书或产品彩页予以佐证）

14.3、振动幅度：≥6mm。

14.4、工作时间：10min自动断电，允差±5%。（提供说明书或产品彩页予以佐证）

14.5、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为使用者提供安静的使用环境。

14.6、电源：内部直流供电，电压：12V，允差±10%。

14.7、电池容量：2000mAh（3节），电能24Wh，允差±10%。

14.8、充电接口：TYPE-C。

14.9、按摩头：≥7个。（提供说明书或产品彩页予以佐证）

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	①提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	①可提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2022或2023年度供应商完整的全套财务报表复印件（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表），③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起15日
- 4) 合同履行地点：采购人指定地点

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、 付款条件说明： 合同签订后 ， 达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 30.00 %；

2、 付款条件说明： 货物到达采购人指定场所，经安装、调试并验收合格后，达到付款条件起 90 日内，支付合同总金额的 65.00 %；

3、 付款条件说明： 余款在设备正常运行满一年 ， 达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00 %；

9) 验收交付标准和方法：成交供应商配合采购人组织项目验收，采购人和成交供应商将按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）等相关规定，依据采购文件、响应文件及国家、行业现行相关标准要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：投标供应商须提供全新的货物（包含整机、零部件、配件、说明书、合格证等），须符合国家（行业）现行标准和本项目提出的质量和技术要求。出现任何问题，由投标人负责三包（包退、包换、保修）且费用由供应商承担。（投标人须在技术、服务性投标文件中单独提供承诺函，格式自拟，必须由投标人法定代表人/单位负责人签字加盖投标人单位公章）。质保期：项目整体质保期为项目验收合格之日起一年。在质保期内，零配件及其维修的费用由中标人自行承担；质保期后维护和维修以最优惠的价格提供维修服务。（投标人须在技术、服务性投标文件中单独

提供承诺函，格式自拟，必须有投标人法定代表人/单位负责人签字和加盖投标人单位公章)

11) 知识产权归属和处理方式：合同约定

12) 成本补偿和风险分担约定：合同约定

13) 违约责任与解决争议的方法：合同约定

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

 供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：采购文件技术部分

10) 商务履约验收内容：采购文件商务部分

11) 履约验收标准：1、按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、成交人的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。2、其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205号和《政府采购需求管理办法》（财库【2021】22号）的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否