

采购需求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1项目概况

本项目共计1个采购包，拟确定成交供应商1名。

3.2采购内容

3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）：613,316.00

采购包最高限价（元）：613,316.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	输尿管肾镜	1.00	58,666.00	台	工业	否	否	否	否
2	麻醉机	1.00	430,000.00	台	工业	是	否	否	否
3	双极电切内窥镜	1.00	80,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	医用降温毯	1.00	44,650.00	台	工业	否	否	否	否

3.3技术参数

采购包1：

标的名称：输尿管肾镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	(1)视向角：0° (2)视场角：≥75° (3)头部最细端外径：≤Fr8.5 (4)后端外径：≤Fr12 (5)景深范围：3~20mm (6)工作长度：≥425mm (7)器械通道：≥Φ1.8mm (8)采用整体高强度合金钢镜管

标的名称：麻醉机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>★(1)≥15寸彩色触摸屏，麻醉机屏幕采用外挂式非内嵌式设计，外挂式触控屏可以根据操作位置的需要，可多角度旋转调节，可折叠。（须提供实物图片证明和中文使用说明书证明）</p> <p>(2)配备锂电池，单节锂电池使用时间≥120分钟。</p> <p>★(3)模块插槽在麻醉机机身正面（非侧面），便于医护人员观察模块状态，支持3个模块同时使用，模块可与同品牌的插件式监护仪实现共享，标配双有创血压模块，可选配AG、BIS等监测模块。（须提供实物图片证明和中文使用说明书证明）</p> <p>★(4) 标配两个大容量旋转式抽屉（非抽拉式），可旋转角度大于90度。（须提供实物图片证明和中文使用说明书证明）</p> <p>(5)标配具有的AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费。</p> <p>(6)具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.01L，适用于成人、小儿和婴幼儿低微流量麻醉手术。</p> <p>(7)气动电控呼吸机，标配VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、PRVC等通气模式。</p> <p>(8)控制通气模式下：</p> <p>★8.1 VCV模式下潮气量设定范围：最低15ml，最高1500ml。（须提供实物图片证明和中文使用说明书证明）</p> <p>★8.2 吸呼比调节范围：4:1到1:10；监测范围：4:1到1:12。（须提供实物图片证明和中文使用说明书证明）</p> <p>★(9)呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，最多可同屏显示5道波形。（须提供实物图片证明和中文使用说明书证明）</p> <p>★(10)呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。（须提供实物供图片证明和中文使用说明书证明）</p> <p>(11)集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L，智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。回路泄漏量不应超过65ml/min。</p> <p>(12)配备有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。</p> <p>(13)标配回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。</p> <p>(14)双挥发罐罐位，具备互锁功能，标配进口七氟醚挥发罐1只，挥发罐容量不小于300ml，挥发罐具备安全运输模式-T模式，转运更换无需排空麻醉药。</p>
---	--

标的名称：双极电切内窥镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1		<p>(1)内窥镜镜体全部采用优质不锈钢管；</p> <p>(2)带有方向标，蓝宝石镜头；</p> <p>(3)采用耐高温高强度陶瓷；</p> <p>(4)外鞘大量精细的外鞘出水孔，更有利于保证术中视野清晰；</p> <p>(5)不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；</p> <p>(6)外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流；</p> <p>(7)内窥镜可承受低温等离子消毒；</p> <p>(8)最大插入部外径：≤Ø8.8mm 工作长度：≥180mm</p> <p>(9)镜体外径：Ø4mm 手术电极行程：≥24mm</p> <p>(10)视场角：≥60°；视向角：≥30°</p> <p>(11)角分辨力：≥2.97°</p> <p>(12)内窥镜观察景深范围3mm~50mm</p> <p>(13)放大倍率：≥1.5X 目镜罩外径：Ø32mm</p> <p>(14)光缆接头外径：Ø10mm</p> <p>(15)配置：</p> <table border="1" data-bbox="443 860 922 1281"> <tr> <td>内窥镜</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>操作手件（被动式）</td> <td>1把</td> </tr> <tr> <td>外鞘</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>内鞘</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>内鞘闭孔鞘芯</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>内鞘接阀</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>冲洗接头</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>冲洗瓶</td> <td>1个</td> </tr> </table>	内窥镜	1支	操作手件（被动式）	1把	外鞘	1支	内鞘	1支	内鞘闭孔鞘芯	1支	内鞘接阀	1个	冲洗接头	1个	冲洗瓶	1个
内窥镜	1支																	
操作手件（被动式）	1把																	
外鞘	1支																	
内鞘	1支																	
内鞘闭孔鞘芯	1支																	
内鞘接阀	1个																	
冲洗接头	1个																	
冲洗瓶	1个																	

标的名称：医用降温毯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>(1)机柜：不锈钢喷塑外壳，防撞缓冲栏，万向转动脚轮。</p> <p>★(2)制冷： 旋转式压缩机，制冷量≥2000 瓦，在环境温度23℃的条件下：空载平均速率：在环境温度23℃±2℃条件下，制冷空载平均速率：每下降1℃小于60秒，对应的温度变化区间：25℃～17℃。</p> <p>负载最大平均速率：在规定的负载条件下，制冷最大平均速率：每小时大于4.4℃。</p> <p>★(3)静音磁力循环水泵，10升间隔式不锈钢蓄水器，（须提供中文使用说明书或技术白皮书或彩页等证明材料）</p> <p>(4)水路连接：防漏水设计的水路快速插接装置，连接可靠，插拔方便，确保无水漏出。显著提高产品的安全性4路输出输入，可同时接驳4套附件，与患者体表接触面积超过40% ，分别包裹患者躯干和肢体进行降温，患者降温效果更显著。</p> <p>★(5)温度控制系统，控制界面单键操作，具有参数记忆功能，保证使用相同参数时，通电即用，利于争分夺秒救治患者。（须提供中文使用说明书或技术白皮书或彩页等证明材料）</p> <p>★(6)高亮LED 显示，设定温度与实测温度以不同颜色实时显示。</p> <p>水温设定范围：3℃—40℃</p> <p>水温显示精度：0.1℃</p> <p>水温探头测量精度：±1℃</p> <p>体温设定范围：30℃—38℃。</p> <p>体温显示精度：0.1℃</p> <p>体温探头测量精度：±0.5℃</p> <p>(7)控制模式：手动模式，自动模式，体温监控模式</p> <p>(8)附件： 毯子采用TPU（热塑性聚氨酯弹性体）材料，TPU具有优越的耐低温及耐臭氧性能，使用寿命长，患者舒适，便于清洗。等内径水路与随机水流模式，确保快速水循环和高效热交换。TPU材质具有优越的耐低温及耐臭氧性能，使用寿命长，患者舒适，便于清洗。</p> <p>(9)安全报警：循环液体不足时，有缺水声光报警并停止工作。体温传感器监测功能异常时，有字符及声响报警并停止工作。水路阻塞报警。</p> <p>★(10)通过电磁兼容（EMC）检测。</p>
---	--

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起30日

3.4.2 交货地点

采购包1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1: 付款条件说明： 政府采购合同签订后，支付预付款，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1: 付款条件说明： 项目实施完成验收合格并交付使用后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的

65.00%。

采购包1：付款条件说明：售后服务期满一年后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的5.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1) 符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。2) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与成交供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担；3) 成交供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；4) 验收标准以采购文件、响应文件技术参数及要求和相关行业标准为准。其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

①本项目质保期限为1年（质保期为验收合格之日起开始计算）；②供应商提供每月定期巡回保养服务。③在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务；④如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备；⑤质保期内，同一设备、同一质量问题连续次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务；⑥在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

3.5其他要求

1、以上3.4商务要求为实质性要求，不允许负偏离。2、若按“4.3.6推荐成交候选供应商”的推荐顺序仍并列的，由询价小组在评审现场进行随机抽签决定最终推荐顺序。3、本项目涉及CCC认证产品参与报价的，应在响应文件中提供CCC认证证书。本项目无3C认证产品。4、政府采购供应商信用融资：根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。中国工商银行营山支行 联系人：阳博 联系方式：0817-8310513 地址：营山县新北路68号 中国建设银行营山支行 联系人：刘伟 联系方式：18781741682 联系人：温东升 联系方式：18428396251 地址：营山县新北路2号四川营山农商银行股份有限公司东城支行 联系人：冯荣 联系电话13699694386 地址：营山县北塔后街文运国际商业区 四川天府银行股份有限公司营山支行 联系人：罗蓉蓉 联系电话：19982822802 地址：营山县三星北路158号（三星美庐）。5、质疑投诉：（1）参与供应商：已依法在四川政府采购网（<https://zfcg.scsczt.cn/>）项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件的潜在供应商；（2）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；（3）监督管理办公室：南充市营山县财政局，联系电话：0817-8218553，地址：四川省南充市营山县北坝

街36号，邮编：637700。