

政府采购项目采购需求

采购单位：青神县人民医院

所属年度：2023年

编制单位：青神县人民医院

编制时间：2023年12月18日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：体外碎石机

(二) 项目所属年度：2023年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额（元）：400,000.00元，大写（人民币）：肆拾万元整

(五) 项目概况：

用于泌尿系统结石碎石治疗。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况

3. 同类采购项目历史成交信息情况

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

(六) 是否采购环境标识产品：否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：400,000.00，大写（人民币）：肆拾万元整

最高限价（元）：400,000.00，大写（人民币）：肆拾万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	医用超声波仪器及设备	标的名称	体外碎石机
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	400,000.00	单价（元）	400,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：体外碎石机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		<p>一、技术参数及要求</p> <p>1.碎石系统：</p> <p>★（1）有透镜电磁式冲击波源，可与液电式冲击波源兼容互选。</p> <p>★（2）高压放电范围最大值：$\leq 16KV$，确保碎石安全性，焦点治疗深度$\geq 140mm$，可变焦，提供产品注册证或检测报告证明。</p> <p>（3）高压放电电容储能：$50J\sim 128J$。</p> <p>★（4）聚焦范围径向$\pm 7.5mm$，轴向$-45\sim 70mm$，具备冲击波高频高压系统，保证冲击波能量的稳定性。</p> <p>（5）脉冲前沿$\leq 0.3\mu S$，脉宽$\leq 0.6\mu S$，提供检测报告证明；</p> <p>（6）压缩声压峰最大值$\geq 60MPa$；</p> <p>2.治疗臂与冲击波治疗头：</p> <p>★（1）治疗臂可翻转200度，在床上位和下位都能碎石，与治疗臂一体</p>

化的治疗头独立上下升降运动幅度**300mm**。

(2) 治疗头向前拐角**20度**，向后拐角**30度**。

3.B超**定位系统**:

(1) 环冲击波源锥形多角度运动的**B超**探头定位装置，具备电子自动测距功能。

(2) 探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差**≤2mm**;

(3) 探头表面与第二焦点测距误差**≤2mm**;

(4) 电动的探头具备伸缩功能，行程**25-125mm**;

(5) 测量与显示误差**≤2mm**;

4.操作系统:

★ (1) 整机配置独立的数控**MCU**系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示，带给用户舒适高效的操作体验。

(2) 碎石时可选择连续触发、单次击发多种形式;

(3) 触发频率范围：**60~120次/分钟(1~2HZ)**;

(4) 水循环系统具有自动排气、恒温超温保护自动循环装置。

5.治疗床与主机:

(1) 治疗床全电动控制，三维六向运动。上下升降范围**≥150mm**，纵向移动范围**≥40mm**，横向移动范围**≥140mm**。

(2) 可与主机分离的独立的移动式多功能手术床。

(3) 治疗床为三段可拆装式（含床主体、头板、尾板），可配置泌尿手术附件（如脚托、压腹带），可进行泌尿外科的一般诊疗手术。

(4) 机械传动系统最小调节精度**≤1mm**。

(5) 治疗床有效载荷 **≥130Kg**。

6.产品配置要求:

(1) 治疗床**1台**

(2) 主机**1台**

(3) 电气柜 **1台**

(4) 控制台（**10寸**触控屏摇杆） **1台**

(5) 冲击波源(电磁式声学透镜聚焦) **1套**

(6) 电容箱(真空高压脉冲触发)**1套**

(7) 冲击波高频高压发生器 **1套**

(8) 水处理器 **1套**

(9) **B超**定位装置**1套**

(10) 压腹带 **1套**

1

(11) 硅胶水囊 3个

(12) 工具箱 1套

(13) B超机全数字彩色多普勒超声诊断系统 1套

二、售后服务要求（提供承诺函）

1.维修响应时间：维修人员1小时内响应，24小时内到达现场。

2.供货方保证质保期内设备开机率≥95%，提供全套技术资料、操作手册、维修手册，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.供货方保证提供系统安装调试，应用培训。整机保修一年。保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。

注：带★号为实质性参数。

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	投标产品中有医疗器械的，所投医疗器械需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。	提供复印件加盖供应商鲜章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
2	供应商为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。	提供复印件加盖供应商鲜章。

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
{{未填写}}					

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：30
- 4) 合同履行地点：青神县人民医院
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
- 7) 质量保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
- 8) 合同支付约定：
 - 1、付款条件说明：合同签订后，支付预付款（如中标（成交）供应商为民营中小企业则预付合同金额的40%），达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。
 - 2、付款条件说明：设备安装调试及验收合格正常运行半年后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。
 - 3、付款条件说明：设备经验收合格并正常运行一年（如中标（成交）供应商为民营中小企业则支付合同金额的30%），达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。
- 9) 验收交付标准和方法：1.供应商交付标准应严格按照采购文件、响应文件的内容交付采购人。 2.本项目采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。
- 10) 质量保修范围和保修期：整机保修一年。
- 11) 知识产权归属和处理方式：供应商在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不得产生因第三方提出

侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12) 成本补偿和风险分担约定：本项目合同价为供应商最终响应的价格，采购人不另行支付任何费用。

13) 违约责任与解决争议的方法：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，提请青神县人民法院裁决。

14) 合同其他条款：/

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：/

9) 技术履约验收内容：对采购标的的技术参数内容和标准进行验收

10) 商务履约验收内容：对采购的售后服务要求等商务条款进行验收。

11) 履约验收标准：本项目采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。

12) 履约验收其他事项：/

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否