

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1 采购项目概况

本项目采购为一次性聚乙烯薄膜手套、一次性使用手术单一批。要求耗材符合医院临床使用要求，符合医疗器械相关标准。

### 3.2 采购内容

#### 3.2.1 标的清单

采购包1:

采购包预算金额（元）：822,000.00

采购包最高限价（元）：822,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	一次性聚乙烯薄膜手套	3,000,000.00	300,000.00	对	工业	否	否	否	否
2	一次性使用手术单1	126,000.00	378,000.00	张	工业	是	否	否	否
3	一次性使用手术单2	180,000.00	144,000.00	张	工业	否	否	否	否

### 3.3 技术要求

采购包1:

标的名称：一次性聚乙烯薄膜手套

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	一、采购清单										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产品名称</th> <th>参考数量</th> <th>计量单位</th> <th>单价最高限价 价 (元)</th> <th>单项最高限价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次性聚乙烯薄膜手套</td> <td>3000000</td> <td>对</td> <td>0.1</td> <td>300000</td> </tr> </tbody> </table>	产品名称	参考数量	计量单位	单价最高限价 价 (元)	单项最高限价 (元)	一次性聚乙烯薄膜手套	3000000	对	0.1	300000
	产品名称	参考数量	计量单位	单价最高限价 价 (元)	单项最高限价 (元)						
一次性聚乙烯薄膜手套	3000000	对	0.1	300000							
<p>注：采购数量以实际使用数量为准，在本项目总的最高限价内支付。</p> <p>二、产品技术参数要求</p> <p>1.产品由聚乙烯材料制成。</p> <p>2.型号含有大码、中码和小码，具体根据采购人要求供货。</p> <p>3.手套外观应五指分明。</p> <p>4.呈透明或半透明状，无杂质。</p> <p>5.手套不透水。</p> <p>6.每袋包装规格≥100支。</p>											

标的名称：一次性使用手术单1

参数性质	序号	技术参数与性能指标									
1	一、采购清单										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产品名称</th> <th>参考数量</th> <th>计量单位</th> <th>单价最高限价 价 (元)</th> <th>单项最高限价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次性使用手术单1</td> <td>126000</td> <td>张</td> <td>3</td> <td>378000</td> </tr> </tbody> </table>	产品名称	参考数量	计量单位	单价最高限价 价 (元)	单项最高限价 (元)	一次性使用手术单1	126000	张	3	378000
	产品名称	参考数量	计量单位	单价最高限价 价 (元)	单项最高限价 (元)						
一次性使用手术单1	126000	张	3	378000							
<p>注：采购数量以实际使用数量为准，在本项目总的最高限价内支付。</p> <p>二、产品技术参数要求</p> <p>1.适用于各科手术中体液渗透，能有效隔离，防止交叉感染，保护医疗机构手术床面不受污染。</p> <p>2.规格：90*190cm。</p> <p>3.主要材质：非织造布、吸水材料、塑料薄膜。</p> <p>4.经环氧乙烷灭菌，无菌，解析后其环氧乙烷残留量应小于10μg/g，为一次性产品。</p> <p>5.手术单缝制应牢固，不应有脱线、跳针现象，缝制密度不少于6针/3cm。</p> <p>6.含吸水材料所含非织造布单位面积质量不小于12g/m<sup>2</sup>。</p> <p>7.含吸水材料的手术单所用非织布的防水等级应不大于GB/T4745-2012中1级的规定。</p>											

标的名称：一次性使用手术单2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	一、采购清单										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产品名称</th> <th>参考数量</th> <th>计量单位</th> <th>单价最高限价 价 (元)</th> <th>单项最高限价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次性使用手术单2</td> <td>180000</td> <td>张</td> <td>0.8</td> <td>144000</td> </tr> </tbody> </table>	产品名称	参考数量	计量单位	单价最高限价 价 (元)	单项最高限价 (元)	一次性使用手术单2	180000	张	0.8	144000
	产品名称	参考数量	计量单位	单价最高限价 价 (元)	单项最高限价 (元)						
一次性使用手术单2	180000	张	0.8	144000							
<p>注：采购数量以实际使用数量为准，在本项目总的最高限价内支付。</p> <p>二、产品技术参数要求</p> <p>1.适用于各科手术中体液渗透，能有效隔离，防止交叉感染，保护医疗机构手术床面不受污染。</p> <p>2.规格：40*50cm。</p> <p>3.主要材质：非织造布、吸水材料、塑料薄膜。</p> <p>4.经环氧乙烷灭菌，无菌，解析后其环氧乙烷残留量应小于10μg/g，为一次性产品。</p> <p>5.手术单缝制应牢固，不应有脱线、跳针现象，缝制密度不少于6针/3cm。</p> <p>6.含吸水材料所含非织造布单位面积质量不小于12g/m<sup>2</sup>。</p> <p>7.含吸水材料的手术单所用非织布的防水等级应不大于GB/T4745-2012中1级的规定。</p>											

### 3.4 商务要求

#### 3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起1095日

#### 3.4.2 交货地点

采购包1:

广安市人民医院

#### 3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

#### 3.4.4 支付约定

采购包1: 付款条件说明：自合同签订生效后前35个月按每月实际使用量结算，在收到供应商开具有效发票后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 97.30%。

采购包1: 付款条件说明：自合同签订生效后第36个月按每月实际使用量结算，在收到供应商开具有效发票后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 2.70%。

#### 3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

1、配送产品涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。2、中标人须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。3、验收由采购人组织，中标人配合进行。按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收；采购人与中标人如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承

担，验收期限相应顺延。如验收合格，双方签署履约验收报告。4、其他未尽事宜将参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)以及《广安市政府采购项目履约验收工作规程》(广市财采【2021】275号)的要求进行。

### 3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1、质保期：货物质保期≥12个月。2、供应商需按照采购人供货要求供货，原则上供货时间不超过72小时；应急时须在24小时内送达。3、采购人对不符合质量、有效期、包装、订单数量、产品质量和双方约定的其他要求的产品，有权拒绝接收，供应商应对不符合要求的产品在5日内进行更换，不得影响采购人的检测工作。4、供应商为采购人提供现场技术培训(包括操作、维修、保养等技术、简单故障排除等)。5、供应商应按采购人要求按时送货。服务期内出现三次不能按时配送，采购人有权终止合同，并追究供应商由此造成的损失；对于供应商出现无故停止供货、断供等现象，采购人有权终止合同，并追究供应商相应责任。

### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

一、违约责任 (一) 甲方违约责任 1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；2、甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之五/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；3、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。(二) 乙方违约责任 1、乙方交付的货物质量不符合合同规定的，甲方可以解除本合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付合同总价百分之二十的违约金。2、乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货货款总额的千分之五/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之二十的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款。3、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二十向甲方支付违约金。4、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。二、争议解决办法 (一) 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。(二) 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

### 3.5其他要求

★1.以上“3.4商务要求”为实质性要求。★2.因“3.4.4支付约定”电子化系统固化格式，本项目实际价款支付方式按以下约定为准：自合同签订生效后每月按实际使用量结算，在收到供应商开具有效发票后，达到付款条件起30日内支付，本项目支付总金额不超过项目最高限价。3.样品(送样)要求，详见采购文件附件。