

招标项目技术、服务及其他商务要求

★一、技术参数要求

序号	标的名称	技术参数要求	单位	数量	采购内容对应的中小企业划分标准 所属行业
1	CT备用球管	参数要求: 1) 最大阳极热容量: 7.5MHU 2) 最高管电压: 150kv 3) 焦点: $\geq 0.9\text{mm} \times 0.8\text{mm}$ (小), $\geq 1.6\text{mm} \times 1.4\text{mm}$ (大) 4) 常规 CT 扫描功率: 小焦点 $\geq 42\text{KW}$; 大焦点 $\geq 72\text{KW}$ 技术要求: 紧急维保; 定期保养; 开机率保障; 影像质量检查; 设备除尘保养。	支	1	工业

注:

1、本项目采购产品中采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围的, 投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购;

2、本项目采购产品中如有强制采购的节能产品, 用“#”号标示;

二、服务方案（仅用于评分）

1、投标人提供针对本项目的实施方案包括：①项目进度计划、②项目保障措施、③送货及安装调试方案、④交货期保障方案、⑤验收方案。

2、投标人提供的针对本项目的培训方案包括：①培训对象及培训目标、②培训师资安排、③后续继续培训服务。

3、投标人提供的针对本项目的售后服务方案包括：①售后服务团队设立、②远程服务能力、③售后备品备件管理及售后巡检方案、④售后应急预案。

★三、商务要求

1、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：合同签订生效后 10 日内

4) 合同履行地点：渠县人民医院

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：本项目不收取履约保证金

7) 质量保证金及缴纳形式：本项目不收取质量保证金

8) 合同支付约定：签定合同生效 10 日内，采购人向中标人支付 CT 备用球管合同金额的 90%，剩余合同金额的 10%在球管使用一个月后，球管无质量问题采购人一次性付清。

9) 验收交付标准和方法：中标人与采购人应严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》《财库〔2021〕22 号）的要求及双方合同约定的要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期:

①中标人需提供全新的球管（含零部件、配件等），表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权；

②货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准；

③中标人提供的球管，能保证曝光 20 万秒次或壹年质保期，以先到期为准。

④中标人提供 7*24 小时热线服务和现场支持服务，质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后 4 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经中标人 3 次维修（包括中标人未依约履行维修义务的情形）仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。

⑤质保期内球管损坏，中标人无条件及时提供备用球管并更换，采购人不与中标人发生除备用球管外的任何费用，且中标人需保证 48 小时内恢复采购人正常使用

⑥在质保期内，中标人对报价产品提供每年不少于 4 次的巡检服务。

⑦中标人须对采购人进行免费培训和技术支持，培训内容至少包括培训人员设置、培训安排、培训周期内容以及培训费用。

⑧结合安装调试，中标人应派售后服务人员免费培训操作维修至采购人技术人员能掌握设备的使用，能排除常见故障。

⑨中标人应有完整的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，具有专门固定的售后服务电话，中标人变更此联系人员需提前 5 个工作日以书面形式通知采购人，否则视为未变更。

11) 知识产权归属和处理方式:

①采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控,中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

②本项目数据的所有权归渠县人民医院,未经渠县人民医院同意,中标人不得私自拷贝、删除、转移、泄漏及售卖数据。

12) 成本补偿和风险分担约定: 以合同约定为准

13) 违约责任与解决争议的方法: 合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,任何一方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

14) 合同其他条款: 无。

2、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 否

4) 是否邀请服务对象: 否

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 分段/分期验收

7) 履约验收时间: 投标人提出验收申请之日起 10 日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 以合同约定为准

9) 技术履约验收内容: 根据招标文件要求及中标人投标文件响应情况进行技术履约验收。

10) 商务履约验收内容：根据招标文件要求及中标人投标文件响应情况进行商务履约验收。

11) 履约验收标准：中标人与采购人应严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》《财库〔2021〕22号）的要求及双方合同约定的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

3、风险控制措施和替代方案：

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否

注：本项目带“★”的为实质性要求，不满足作为无效投标处理。