

采购项目技术、服务内容条款及其他商务要求

一、采购需求

(一) 项目概述

平昌县人民医院 CT 球管采购

(二) 采购内容及其数量

采购内容	数量	预算(万元)	是否允许采购进口产品
CT球管	1	65	否
行业划分	工业		

二、技术、服务要求

靶角:	靶角: $-7^{\circ}-0.0^{\circ}+15/60^{\circ}$ (靶面角度为 -7° ,公差范围为 $-0.0^{\circ}\sim+0.25^{\circ}$)
最大峰值管电压:	$\geq 140\text{kV}$
峰值电压档位:	至少具有4个档位 70 kV-140 kV
阳极最大热容量:	$\geq 5\text{MHU}$
阳极最大冷却率:	9.6kw/815 kHU/Min
焦点尺寸:	\geq 小焦点0.5 mm x1.0 mm \geq 大焦点 1.0 mm x1.0 mm

球管质保期：	20万秒次或一年，先到为准。
兼容性	球管须匹配uCT-510CT设备。

三、商务要求

1. 交货期及地点

1.1 交货时间：签订合同后 30 日内。

1.2 交货地点：平昌县人民医院指定地点。

2. 本项目支持预付款；合同签订后 10 日以内采购人向中标供应商支付合同金额的 40%预付款；到货后采购人按照合同对供应商提供的产品验收合格后，供应商提供正规发票，采购人以银行转帐方式向中标供应商支付总货款的 55%，剩余余款待设备验收合格之日起 1 年无息全额支付。

3、质保期内由成交供应商负责球管维护、维修及抢修，若球管出现故障，成交供应商应在 2 小时内做出维修方案，如 4 小时内无法远程解决问题，成交供应商维修工程师必须在接到故障报告后 8 小时内到达采购人现场处理，人工、差旅、更换部件等一切费用（包括材料）均包含在本项目预算中。

4、验收标准：供应商完成项目后，采购人应严格按照四川省财政厅《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

5、其他要求：其他事项以合同约定为准。