

项目编号：N5132262022000032

# 金川县人民医院供应室设备采购项目

## 竞 争 性 磋 商 文 件

金川县人民医院  
四川联投招标代理有限公司

共同编制

四川·金川  
2022年6月

## 目 录

第一章	磋商邀请 .....	2
第二章	磋商须知 .....	6
第三章	响应文件格式 .....	26
第四章	供应商资格条件要求 .....	50
第五章	供应商资格证明材料 .....	53
第六章	采购项目技术、服务内容及其他商务要求 .....	55
第七章	磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容 .....	80
第八章	评审方法 .....	81
第九章	政府采购合同（样例） .....	94

## 第一章 磋商邀请

四川联投招标代理有限公司受金川县人民医院委托，拟对金川县人民医院供应室设备采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、采购项目基本情况

- 1、项目编号：N5132262022000032。
- 2、采购项目名称：金川县人民医院供应室设备采购项目。
- 3、采购人：金川县人民医院。
- 4、采购代理机构：四川联投招标代理有限公司。

### 二、资金情况

资金来源及金额：财政性资金 260 万元。

### 三、采购项目简介

本项目共 1 个包（详见磋商文件第六章）。

### 四、供应商邀请方式

本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（<https://zfcg.scsczt.cn>）上以公告形式发布。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他要求

- 1、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；
- 2、若响应产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理

办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；

3、若响应产品为消毒设备，供应商需提供制造商的消毒产品生产企业卫生许可证；

4、若响应产品为压力设备，投标人需提供制造商的《特种设备（压力容器）生产许可证》；

5、本项目不接受联合体磋商。

## 六、禁止参加本次采购活动的供应商

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

## 七、磋商文件获取方式、时间、地点

1、**时间：**磋商文件获取开始日期(2022年7月1日)至磋商文件获取截止日期(2022年7月7日)，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）。

2、**地点：**项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。

3、**方式：**在线获取。

八、公告期限：3个工作日。

**九、递交响应文件截止时间和竞争性磋商时间：**2022年7月12日14:30（北京时间）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封不符合磋商文件要求的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

**十、递交响应文件和磋商地点：**四川联投招标代理有限公司开标大厅（四川省成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区2015号）。

### 十一、联系方式

**采购人：金川县人民医院**

通讯地址：金川县临江路24号

联系人：刘老师

联系电话：0837-2523079

**采购代理机构：四川联投招标代理有限公司**

地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区2015号

联系人：张女士

联系电话：028-67873777

电子邮件：qa@scltzb.com

### 十二、注意事项

本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台，登录方式及地址：通过四川政府采购网（<https://zfcg.scsczt.cn>）首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400 服务电话：4001600900

CA 及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

## 第二章 磋商须知

### 一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	邀请磋商 供应商的方式	本次采购采取公告的方式邀请参加磋商的供应商。
2	采购预算 (实质性要求)	采购预算：2600000 元； 超过采购预算的报价为无效报价。
3	最高限价 (实质性要求)	最高限价：2600000 元；单价限价详见第六章单价 限价要求。 超过最高限价的报价为无效报价。
4	低于成本价 不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>1、在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。</p> <p>供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。</p> <p>3、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效</p>

序号	应知事项	说明和要求
		书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
5	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受残疾人福利性单位产品价格扣除优惠政策。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
6	国家节能产品政府采购政策（如涉及）	1、供应商所投产品属于财政部和国家发改委公布的政府采购节能产品品目清单内优先采购产品类别内的，将按照第八章《综合评分明细表》的要求进行加分； 2、供应商所投产品中属于财政部和国家发改委公布的政府采购节能产品品目清单内强制采购产品类别内的，供应商必须选取取得认证证书的产品进



序号	应知事项	说明和要求
		行响应。
7	国家环境标志产品政府采购政策(如涉及)	1、供应商所投产品属于财政部和生态环境部公布的政府采购环境标志产品品目清单内的，将按照第八章《综合评分明细表》的要求进行加分。
8	国家无线局域网产品政府采购政策(如涉及)	<p>供应商所投产品属于财政部、国家发改委或信息产业部公布的（截止本项目采购公告发布当天）最新一期的无线局域网产品政府优先采购清单范围的，将按照第八章《综合评分明细表》的要求进行加分；</p> <p>注：财政部、国家发改委或信息产业部公布的无线局域网产品清单可在中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a>）、国家发展改革委网站（<a href="http://www.ndrc.gov.cn">http://www.ndrc.gov.cn</a>）、中华人民共和国工业和信息化部（<a href="https://www.miit.gov.cn">https://www.miit.gov.cn</a>）上自行查阅、下载。</p>
9	磋商情况公告	供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
10	磋商保证金	本项目不收取磋商保证金。
11	履约保证金	<p>金额：政府采购合同金额的 5%。</p> <p>交款方式：履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（<b>包括网银转账，电汇等方式</b>）。</p> <p>收款单位：金川县人民医院</p> <p>交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前</p> <p>退款时间：项目合同约定的质保期满后采购人无息退还。</p> <p>履约保证金不予退还情形：验收结果不合格的，履</p>

序号	应知事项	说明和要求
		约保证金将不予退还。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。
12	采购项目核心产品	<b>脉动真空压力蒸汽灭菌器</b>
13	答疑会和现场考察	本项目有（ ）/无（√）答疑会/现场考察
14	磋商响应有效期	90 个日历天（磋商有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算，有效期短于该规定期限的磋商无效。）
15	响应文件份数	供应商磋商时应准备资格性响应文件叁份（其中正本壹份、副本贰份）（ <b>实质性要求</b> ），其他响应文件叁份（其中正本壹份、副本贰份）（ <b>实质性要求</b> ），响应文件电子文档壹份。
16	磋商文件咨询	联系人：张女士 联系电话：028-67873777
17	磋商过程、 结果工作咨询	联系人：张女士 联系电话：028-67873777
18	成交通知书领取	成交公告在四川政府采购网上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件到四川联投招标代理有限公司领取成交通知书。 联系人：张女士 联系电话：028-67873777 地址：成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 N5 区 2015 号。
19	发票开具	供应商在领取成交通知书时应提供有效、完善的开票信息进行发票开具。 联系人：张女士 联系电话：028-67873777 地址：成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 N5 区 2015 号
20	供应商询问、质疑	根据委托代理协议约定，供应商询问与质疑由采购

序号	应知事项	说明和要求
		人或招标代理机构在委托范围内负责答复。 联系人：张女士 联系电话：028-67873777 地址：成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 N5 区 2015 号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围；供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受多次质疑。
21	供应商投诉	投诉受理单位：金川县财政局； 监督投诉电话：0837-2524176。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
22	政府采购合同公告备案	政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。
23	信用融资	1、有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭成交通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容可查询“川财采[2018]123号”）。 2、成都市范围内政府采购项目成交的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容可查询“成财采[2019]17号”）。
24	代理服务费	金额：本次代理服务费 42000 元，由成交供应商在领取成交通知书前支付。

序号	应知事项	说明和要求
		收款单位：四川联投招标代理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司成都益州支行 银行账号：51050141618500000138
25	所属行业	工业

## 二、总 则

### 1、适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物采购。
- 1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2、采购主体

- 2.1 本次磋商的采购人是**金川县人民医院**。
- 2.2 本次磋商的采购代理机构是**四川联投招标代理有限公司**。

### 3、合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

由代理机构提供供应商购买采购文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

### 4、磋商费用(实质性要求)

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，

否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人/采购人委托磋商小组以抽签方式方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.4 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.7.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.7.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.7.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.7.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.7.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 6、联合体竞争性磋商（是否接受见第一章磋商邀请）

6.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

## 7、磋商保证金（实质性要求）

本项目不收取磋商保证金。

## 8、响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起\_\_\_\_\_（时间见须知附表）天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

## 9、知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 三、磋商文件

#### 10、磋商文件的构成

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

10.1.1 磋商邀请

10.1.2 磋商须知

10.1.3 供应商资格条件要求

10.1.4 供应商资格证明材料

10.1.5 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

10.1.6 响应文件格式

10.1.7 评审方法

10.1.8 政府采购合同（草案）

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现存在虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

#### 11、磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。



11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商应于响应文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正公告通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买磋商文件的供应商，供应商在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

11.4 供应商认为采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

## **12、答疑会和现场考察（是否组织见须知附表）**

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## **四、响应文件**

### 13、响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

### 14、响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15、计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

### 17、响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第三章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### 18、响应文件的印制、签署和装订（响应文件份数要求见须知附表）

18.1 供应商磋商时应准备资格性响应文件，其他响应文件，响应文件电子文档壹份。资格性响应文件和其他响应文件必须分册装订。

18.2 资格性响应文件应为正本壹份副本\_\_\_\_\_份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称、年月日以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 其他响应文件应为正本壹份副本\_\_\_\_\_份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称、年月日以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.4 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档应以 U 盘形式提交。

18.5 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.6（**实质性要求**）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、响应专用章等）或下属单位印章代替。

18.7 响应文件正本和副本需要逐页编码。

18.8 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.9 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（第八章 2.4.6 规定的例外情形除外）

18.10 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

**19、响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）**

19.1 响应文件密封时，应将资格性响应文件、其他响应文件、电子文档分别封装。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称、年月日。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖单位公章。

19.4 未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许范围内，要求修改完善后接收。

## 20、响应文件的递交

20.1 资格性响应文件、其他响应文件和电子文档应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 本次采购不接收邮寄的响应文件。

20.3 递交响应文件时，供应商递交的响应文件名称、项目编号、分包号应当与磋商文件的名称、编号、分包号一致。但是，响应文件实质内容的名称和磋商文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

20.4 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；现场告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.5 最终报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

## 21、响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按“第二部分供应商采购须知”的相关规定不予退还。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

21.4.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

21.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，

但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

21.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

22、磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

## 六、成交事项

### 23、确定成交供应商

方式一：采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

方式二：采购人授权磋商小组根据综合评分排名直接确定成交供应商。

本项目采用方式一确定成交供应商。

23.1 采购代理机构自评审结束后 2 个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在 5 个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

23.3.1 发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

23.3.2 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

23.3.3 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

23.3.4 成交候选供应商提供虚假材料；

23.3.5 成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 24、行贿犯罪

24.1 根据《最高人民法院人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）的规定，候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得存在行贿犯罪记录。

供应商应当向采购人提供其单位、现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪承诺函。

24.2 成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪行为的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 25、成交结果

25.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2 成交公告发布后，成交供应商凭公司介绍信原件及经办人有效身份证明加盖鲜章到四川联投招标代理有限公司领取成交通知书。

成交公告期限为1个工作日。

## 26、成交通知书

26.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法

规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

### 27、签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

### 28、合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大

型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 29、合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30、补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31、履约保证金（是否收取详见须知附表）

31.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

### 32、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。



## 34、履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

## 35、验收

详见第六章商务要求中履约验收方法。

## 36、资金支付

详见第六章商务要求中付款方式。

# 八、磋商纪律要求

## 37、供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- 37.1 提供虚假材料谋取成交；
- 37.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- 37.3 与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- 37.4 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 37.5 在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- 37.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 37.7 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- 37.8 将政府采购合同转包或者违规分包；
- 37.9 提供假冒伪劣产品；
- 37.10 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 37.11 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 37.12 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备以上情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

38、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

注：质疑、投诉应当采用书面形式（同时提供质疑函可编辑 Word 文档格式，电子文档），质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程、成交结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

## 十、其他

39、本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

40、（**实质性要求**）在本次递交磋商文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于 20%。

41、（**实质性要求**）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

## 第三章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、特别说明：本格式中涉及“法定代表人”签字或盖章的内容，若其非法人单位则“法定代表人”代指“单位负责人”。

第一部分 “资格性响应文件” 格式

(正本/副本)

XXXX 项目

# 资格性响应文件

供 应 商 名 称:

采 购 项 目 编 号:

日期: XX 年 XX 月 XX 日

## 一、法定代表人/单位负责人授权书

四川联投招标代理有限公司：

本授权声明：\_\_\_\_\_（单位名称），\_\_\_\_\_（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方参加\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

职 务：

被授权人签字：

职 务：

日 期：

注：

- 1、非法定代表人/单位负责人直接参与投标并签署投标文件时才须提供；
- 2、应附法定代表人/单位负责人和授权代表的身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

## 法定代表人/单位负责人证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

经营期限：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（申请人名称）

的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供 应 商：（单位公章）

日 期：

注：

- 1、法定代表人/单位负责人直接参与磋商并签署响应文件时才须提供。
- 2、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。
- 3、供应商为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

## 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

### 三、参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函

致四川联投招标代理有限公司：

本单位 \_\_\_\_\_（供应商名称）参加 \_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）的政府采购活动，针对本单位在参加本次政府采购活动前三年内行贿犯罪情况作出如下承诺：

我单位及单位现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录。

特此承诺。

我公司对于以上填写的信息真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：



## 四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、\_\_\_\_（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、\_\_\_\_（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“采购文件中明确的所属行业”见须知附表。

3、资产总额、营业收入保留两位小数。

**注：若该项目不属于“专门面向中小企业”项目，请将“格式四”内容放在“其他响应文件”里。**

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

## 监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 五、其他资格性证明材料

注：供应商应按磋商文件第五章相关要求提供证明材料。

## 第二部分 “其他响应文件” 格式

封面：

(正本/副本)

XX 项目

# 其他响应文件

供 应 商 名 称：

采 购 项 目 编 号：

时 间：XX 年 XX 月 XX 日

## 一、报价函

四川联投招标代理有限公司：

1、我方全面研究了“\_\_\_\_\_”项目磋商文件(项目编号：\_\_\_\_\_），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，首轮总报价为人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元），根据磋商进程，以最后一轮报价为最终响应提供所需货物的价格。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本\_\_\_\_\_份，电子文件 1 份，用于磋商报价。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、本次磋商，我方递交响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起\_\_\_\_\_个日历天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期：

## 二、承诺函

XXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读本项目磋商文件，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

八、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

十、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十一、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“磋商费用”、

“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

十二、在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于 20%，我方承诺符合该要求。

十三、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十四、如果我方中标，我方同意按照磋商文件“投标人须知附表”要求向本项目招标代理机构交纳招标代理服务费。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日



### 三、报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

人民币：元

序号	采购内容	项目内容	报价金额（元）	交货时间
大写：				

注：

1、报价应是最终用户验收合格后的总价，是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、集成费用和磋商文件规定的完成本项目工作所需的一切相关费用。响应文件所有的报价总价应一致，若有不一致，以此表为准。

2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 分项报价明细表（若有）

采购项目名称：

采购项目编号：

人民币：元

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额	备注	
分项报价合计（元）：									
大写：									

注：本项目若有分项报价，供应商应按以下求填写。

1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出响应总价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期：

## 四、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人/单位负责人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

## 五、技术、服务要求应答表

项目名称：

采购编号：

序号	采购文件要求	响应文件响应

注：1、如与采购文件的技术、服务要求有偏离(包括正偏离和负偏离), 请将偏离条款逐条应答。如与采购文件技术、服务要求的所有条款无偏离, 则在此表中应答完全响应或无偏离。

2、供应商不得虚假应答, 否则将取消其成交资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

## 六、商务应答表

项目名称：

采购编号：

序号	采购文件要求	响应文件响应

注：1、如与采购文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离), 请将偏离条款逐条应答。如与采购文件的商务要求的所有条款无偏离, 则在此表中应答完全响应或无偏离。

2、供应商不得虚假应答, 否则将取消其成交资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日



## 八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

采购编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX

## 九、最终报价表

最终报价表		
四川联投招标代理有限公司：  我公司（企业）认真阅读了竞争性磋商文件的采购内容，并严格按竞争性磋商文件、修改补充文件中规定的要求以及技术参数，通过仔细核算，作出最终报价：		
项目名称及包号	技术、服务要求	总合计（人民币：元）
	完全响应竞争性磋商文件要求（详见竞争性磋商响应文件）	小写：_____元  大写：_____元
注：  1、报价表必须逐一填写完整；否则，视为无效响应报价。 2、响应报价保留小数点后两位。 3、此报价是最终用户验收合格后交付使用的总价。 4、最终报价表在磋商结束后现场单独递交。		
供应商名称：  法定代表人或委托授权代表（签字或加盖个人名章）：  联系电话：  日 期：		





## 十、国家节能、环境、无线局域网产品认证证书

注：供应商所投产品中属于财政部和国家发改委公布的政府采购节能产品品目清单内强制采购产品类别内的，供应商必须选取取得认证证书的产品进行响应，并提供产品认证证书复印件，否则响应无效

## 十一、采购文件中要求提供的其他资料

注：请按照文件要求自行编写。

## 第四章 供应商资格条件要求

### 一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

(一) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 其他要求

1、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

2、若响应产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；

3、若响应产品为消毒设备，供应商需提供制造商的消毒产品生产企业卫生许可证；

4、若响应产品为压力设备，投标人需提供制造商的《特种设备（压力容器）生产许可证》；

5、本项目不接受联合体磋商。

(三) 其他类似效力要求：

1、授权参加本次磋商活动的供应商代表证明材料。

### 二、响应产品的资格、资质性及其他类似效力要求

(一) 响应产品的资格、资质性要求：

响应产品有属于政府采购节能产品品目清单内强制采购产品的，应提供具有认证证书的产品。

(二) 响应产品的其他类似效力要求：无

注：关于资格要求中“5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的说明。1. 供应商成立时间不足3年的，从成立之日起计算。2. 重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。3. 供应商在参加本项目采购活动前3年内被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，期限届满的，可以参加本次采购活动。

## 第五章 供应商资格证明材料

### 一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

#### （一）应当提供的供应商资格、资质性要求的相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（注：①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第三章第一部分格式二）；

3、具备健全财务会计制度的证明材料（注：①可提供响应截止时间前三年内任意一年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供 2020 或 2021 年任意时间段供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供响应截止时间前一年内银行出具的有效资信证明；④供应商注册时间距响应截止时间不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第三章第一部分格式二）；

5、具备履行合同所必需的设备和技术能力的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第三章第一部分格式二）；

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第三章第一部分格式二）；

7、参加本次政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第三章第一部分格式三）。

8、若响应产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理

办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；（提供证明材料复印件并加盖供应商鲜章）

9、若响应产品为消毒设备，供应商需提供制造商的消毒产品生产企业卫生许可证；（提供证明材料复印件并加盖供应商鲜章）

10、若响应产品为压力设备，投标人需提供制造商的《特种设备（压力容器）生产许可证》；（提供证明材料复印件并加盖供应商鲜章）

**（二）应当提供的供应商其他类似效力要求的相关证明材料：**

1、身份证明材料：非法定代表人提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和代理人的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；法定代表人直接参加的，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

注：

1、本章要求提供的复印件均须加盖响应单位的公章（鲜章）。

2、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

## 第六章 采购项目技术、服务内容及其他商务要求

### 一、项目概述

该项目为金川县人民医院供应室设备采购项目。

### 二、项目需求

#### (一) 采购清单 (实质性要求)

序号	设备名称	单位	数量	单价限价 (元)	备注
1	脉动真空压力蒸汽灭菌器	台	2	298600	
2	质量管理追溯系统	套	1	369000	
3	医用真空干燥柜	台	1	125000	
4	医用干燥柜	台	1	51000	
5	环氧乙烷气体监测仪	套	1	28500	
6	双门互锁传递窗	台	1	7200	
7	污物接收台	台	1	5100	
8	清洗工作台	台	1	8100	
9	污物清洗槽 (双)	台	1	9880	
10	密封回收车	台	2	8710	
11	小车清洗机	台	2	4550	
12	洗眼器	台	1	1820	
13	电动升降传递窗	台	2	11000	
14	器械柜	个	2	6200	
15	敷料柜	个	1	6200	
16	双门互锁传递窗	台	5	5100	



17	篮框储物架（双列）	台	1	4420	
18	柴油发电机组	台	1	512993	
19	洁净系统	套	1	792267	

## （二）技术参数要求

### 1. 脉动真空压力蒸汽灭菌器

1、适用范围：适用于医疗器具、手术器械湿热灭菌和灭菌后的干燥。

2、容积： $\geq 800L$ 。

3、压力与温度：设计压力： $-0.1/0.25\text{Mpa}$ ，设计温度： $\geq 134^{\circ}\text{C}$ 。

▲4、主体结构：灭菌器主体采用夹套式结构。提供加盖生产企业鲜章的产品竣工图或技术白皮书。

5、开门方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

6、门安全连锁：压力安全连锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

▲7、密封门：双门通道型、机动门、带有压力安全连锁装置、双门互锁以保证检查包装及灭菌区与无菌物品存放区的有效隔离。门驱动装置采用原装进口知名品牌的微型特种减速电机驱动。采用门槽充蒸汽的技术密封，以避免灭菌结束时通过门槽将污染空气充入包裹内的灭菌隐患同时也确保温度恒定不会产生冷凝水。按照国家感染控制规范要求 and 欧盟最新灭菌标准执行。须提第三方权威机构出具的关于密封方式的证明文件。

8、管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。

9、缸体及大门要求：内表面采用机抛光处理，耐腐蚀。缸体上具有标准的GMP验证接口及超压泄放安全阀。验证接口可方便地为设备进行验证，超压泄放安全阀可以确保缸体使用安全。

▲10、主要控制阀门：蒸汽管路控制全部使用国际知名进口品牌不锈钢角座式气动阀且阀门数量 $\geq 7$ 个，可以运行500万次无故障，可靠性高。提供产品竣工图，并说明各气动角座阀的用途。

▲11、抽缓冲装置：设备具有抽真空缓冲装置，使得真空泵在抽真空接近极限真空时减缓抽真空速率，平稳到达极限真空状态，从而能够极大延长真空

泵的使用寿命。提供第三方权威机构出具的关于抽真空方式/装置的证明文件。

▲12、蒸汽源：电热自产蒸汽，设备自带蒸发器并在夹套里加热产蒸汽，仅需办理设备压力容器使用证书，蒸发器无需办理证书。提供设备生产图纸并加盖生产企业公章和设备及电加热部分实物照片。

13、PLC 控制器：采用知名 PLC 控制器，抗干扰能力强，可在恶劣的工业环境中稳定工作。

14、网络、通讯协议：支持 TCP/IP 等众多网络协议，带有多种通讯接口。

15、屏：采用≥7 英寸知名品牌触摸屏，多级权限管理。支持多种模式通讯。

▲16、打印方式：通过内置微型针式打印机（不接受热敏式）打印过程参数；可长久保存。提供打印机的实物照片及铭牌照片。

17、记录内容：灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等可使用打印机进行打印；报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。

18、安全保护：包括但不限于超压保护、门关位检测保护、低温及高温报警和误操作保护、具有多档低温补偿装置等。

19、程序数量：灭菌类程序：≥5 套，至少包括织物，器械、液体、BD 试验程序。

20、干燥时间：干燥时间设定范围：0~9999 秒可设。

▲21、设备尺寸：由于场地实际使用限制，设备外形尺寸应为 1400mm（宽）×1750mm（深）×2000mm（高）（尺寸均±30mm）。供应商需提供生产厂家发布的产品彩页或生产厂家提供的白皮书复印件并加盖投标人鲜章。

## 2. 质量管理追溯系统

1、总体要求：全面提高消毒供应中心信息沟通效率和消毒供应中心工作效能，实现从回收清点及清洗、包装及灭菌、发放、相关科室接收等相关流程环节全方位监控；提供相关管理报表，全面提升消毒供应中心风险控制及综合管理水平。

### 2、回收子系统

2.1 回收管理子系统：回收时会显示器械包内器械明细的图片，并打印小票进行签字确认。提供具有确认功能的小票的实物照片。

▲2.2 外来包回收：由外来包送包公司通过微信填写外来包信息，消毒供应中心操作员在触摸屏上点击确认即可回收；提供具有微信确认回收功能的实物照片。

2.3 支持扫描包内和包外标签条码，能提供配套的铝合金包内清点卡，具备条码或二维码，能随时增补包内清点卡。

2.4 物品回收时一并登记清洗信息，包括清洗机次机号、清洗程序等。

2.5 物品回收后自动向相应科室发送微信消息，通知回收物品包情况。

### 3、包装审核及灭菌子系统

3.1 根据包内器械列表对器械包进行配装，审核合格后进行封包登记，打印二维码标签。支持按清洗打包（即系统自动列出已经清洗的物品包，选择即可打包）。

3.2 包装界面（及扫描界面）可显示当前已扫描且未保存的每个物品包的条码号、包名、回收科室、价格、应进行的包装方式、灭菌方式、物品包图片、物品包内器械明细等。无需退出包装界面即可全屏显示物品包的大图。包装界面应对物品包自动分类，便于快速选择所需物品包。

3.3 包装时可一并登记灭菌信息，包括灭菌机次号、灭菌时间、灭菌程序等。

### 4、发放管理子系统

4.1 发放管理子系统：对发放人进行记录，通过扫描物品包条码及科室条码等完成操作，能自动打印小票。能进行“物品即将过期提醒”。

4.2 系统支持借包发放，借包发放时在小票上打印还包二维码，科室还包时消毒供应中心操作员只需扫描小票上的还包二维码即可还包。系统可随时查询当前借包未还情况及历史借包情况。

▲4.3 物品发放时自动向相应科室发送微信消息，通知发放物品包情况；临床科室可对物品包发放情况进行“确认接收”操作。提供具有微信确认发放功能的实物照片。

### 5、手术室登记子系统

5.1 能对消毒供应中心发放的物品包在线“确认接收”。

5.2 能扫码登记物品包使用信息，包括病人信息、医生信息等。

5.3 能查询手术室相关报表。

### 6、其它要求

▲6.1 各临床科室可通过手机微信对消毒供应中心发放的物品包“确认接收”，能在手机微信上对物品包扫码追溯。具有微信确认接收功能的实物照片。

6.2 能实现 CSSD 无纸化，包括温湿度登记表、空气消毒记录表、灭菌器维护记录表、湿包登记表等几十种 CSSD 日常工作表格。

★7、系统对接：由于需要将原科室的过氧化氢低温等离子体灭菌器纳入追溯管理，并在系统中监测原科室的过氧化氢低温等离子体灭菌器的相关参数，以便于形成完整的追溯记录，因而系统应该能够确保与原科室的清洗消毒及灭菌等相关设备的对接。

### 3. 医用真空干燥柜

1、有效容积： $\geq 120L$ ，提供内室尺寸。

2、结构及材质：矩形结构内胆，采用优质铝合金防锈板焊接成型具有优质的热传导性，表面光洁提高热辐射效率，有利于腔体内温度控制，提高干燥性能。

3、材质要求：门罩采用一体化不锈钢板切割而成，无焊接，强度高，不变形；外壳采用优质 304 不锈钢拉丝板。

4、干燥程序：上下舱各预设 $\geq 8$ 套默认程序，用户可根据需要对参数进行调整。提供程序界面实物图片。

▲5、干燥方式：采用脉冲干燥，干燥时间短，干燥效果好，提供权威机构的相关文件，证明干燥方式为脉冲干燥。

6、门构造：电动密封门，采用前后双门密封互锁，采用大尺寸钢化玻璃；可清晰观察舱内物品干燥状态。

▲7、温湿度控制系统：选用知名品牌温湿度传感器，能够精确检测干燥时内胆实时的温度及湿度，通过程序智能判断是否干燥。提供温湿度传感器实物照片及程序界面实物图片。

8、加热方式：采柜体采用 PTC 加热膜，安全高效，升温均匀。

9、过滤器：采用高效空气过滤器，过滤精度  $0.3\ \mu m$ ，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内，避免外界空气的二次污染。

10、控制方式：采用 PLC 控制，彩色液晶触摸屏操作，屏幕 $\geq 7$ 英寸。

▲11、内胆尺寸：深度 $\geq 710mm$ ，满足深腔器械的干燥要求，提供设备舱体

图纸证明文件，加盖鲜章。

12、紧急开门功能：设备在运行过程中，设备出现故障时，可通过紧急开门键打开设备舱门取出器械。

#### 4. 医用干燥柜

1、适用范围：医院中心供应室、手术室和其它需要物品干燥的部门。

▲2、内舱容积：有效容积 $\geq 550L$ ，提供内室具体尺寸以供核实。

3、外观要求：整体选用 304 不锈钢拉丝板，外观简洁大方，易清洁。

4、材质要求：外罩、舱体采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，整体缝隙小、美观、易于清洁。

5、密封门：结构门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。

6、安全保护措施：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。

7、过滤器：采用 HEPA 高效空气过滤器，过滤精度  $0.3\ \mu m$ ，过滤效率 $\geq 99.97\%$ 。

▲8、智能化操作：操作程序采用智能化软件、液晶触摸显示屏，内置针对不同器械设置的不同程序，各运行参数可调，多种干燥方式可选择，满足医院不同器械的干燥需求。

9、干燥温度：室温—150 度之间连续可调，可根据物品材质不同设置。

10、干燥时间：1min-999min 连续可调。

11、装载量： $\geq 9$  层设计（可根据客户要求调整）可放 $\geq 18$  个标准打包中号篮筐。

#### 5. 环氧乙烷气体监测仪

1、检测气体：过氧化氢低温等离子及环氧乙烷气体浓度。

2、检测范围： $0\sim 10mg/m^3$

3、检测精度： $\leq \pm 2\%FS$ ，分辨率： $0.01mg/m^3$ 。

4、显示方式：具有 LCD 显示屏，数字显示。

5、采用独立电化学传感器，具有良好的抗干扰性。

6、采用先进微处理技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好。

- 7、采用主动式测量技术，数据更精确。
- 8、专业设计，专门针对过氧化氢低温等离子及环氧乙烷气体浓度监测的产品。
- 9、可通过双路报警装置，对灭菌场所的有害气体进行监控。
- 10、壁挂式安装，安装更便捷。
- 11、具报警功能，现场声光报警，气体浓度超标即时报警，是工作场所作业的安全保障，有效防止职业危害的发生。
- 12、自检功能，传感器与显示装置都具有自检功能，协助用户及时发现故障。
- 13、报警设置：配置两级报警，可设置报警方式：常规高低报警、区间控制报警。
- 14、报警记录：24 小时实时监测传输报警记录导出。

## **6. 双门互锁传递窗 1**

- 1、304 不锈钢，双门带锁，作为物品传递通道。
- 2、外形尺寸：600×600

## **7. 污物接收台**

- 1、304 不锈钢材质
- 2、双层设计，中间带隔板。
- 3、带踢脚板设计，整体美观，简洁。
- 4、外形尺寸：1600×600×800（mm）

## **8. 清洗工作台**

- 1、采用优质 304 不锈钢材质。
- 2、前后边角采用为圆弧设计，避免人员受到伤害，易于清理。
- 3、双层设计，便于物品的分类和存放。
- 4、上层四周设计有围板，美观大方。
- 5、外形尺寸：1800×1100×820（mm）。

## **9. 污物清洗槽（双）**

- 1、热水接口，流量大并且可以自由调节。

2、双槽带沥水台、带门、带台下柜;整体圆弧下降台面,水控制在台面内部外流。

▲3、槽体为 SUS304 不锈钢一体冲压成型,带溢水台,安全可靠。

4、外形尺寸: 1800×650×950 (mm)。

## 10. 密封回收车

1、304 不锈钢。

2、单面开门,门能旋转。

3、采用台湾进口全塑静音轮,推拉省力、平稳。

4、内置隔板,高度可调,可运输不同大小的物品。

5、门体采用复合式结构,更安全,硅橡胶密封,完全密封式下送。

6、外形尺寸: 1100×600×950 (mm)。

## 11. 小车清洗机

1、用感应电机,低噪音,压力高,清洗彻底;壳体及车架采用一体化高强度 ABS 制成,设计紧凑小巧,美观。

2、内置清洗液瓶,加液方便快捷;设有插座,水枪配有可调试喷嘴,枪柄有安全锁扣,防止意外打开。

3、净重 12.5Kg,十分轻便,方便移动;压力 70bar,流量 6L/min,功率 1400W。

## 12. 洗眼器

1、清洗槽配套使用。

2、双头出水,可有效保证清洗效果。

3、喷淋头为软性橡胶,出水呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。

4、供水软管长 1.4m,软性 PVC 管。

5、用于快速清除有害物质对眼睛的侵害。

6、用于对双眼及脸部进行冲洗的喷水口,出水量为: 12L/min。

7、采用全铜制作,可安装于桌面。

## 13. 电动升降传递窗

1、304 不锈钢。

2、电动升降、触摸控制、操作简单。

- 3、采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观。
- 4、作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域。
- 5、电源 220V，0.1KW。
- 6、外形尺寸：1000×100×1600（mm）。

#### 14. 器械柜

- 1、304 不锈钢。
- 2、四门、四层隔板。
- 3、外开门，带钢化玻璃视窗。
- 4、用于存放敷料或其他物品。
- 5、单层隔板承重为 40Kg。
- 6、外形尺寸：960×400×1750（mm）。

#### 15. 敷料柜

- 1、304 不锈钢。
- 2、两门、四层隔板。
- 3、开门、玻璃视窗。
- 4、储容量大, 也可作为库房储柜。
- 5、外形尺寸：960×400×1750（mm）。

#### 16. 双门互锁传递窗 2

- 1、304 不锈钢。
- 2、通道内带紫外线灯可对传递窗内消毒。
- 3、门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离。
- 4、带玻璃视窗，可观察传递窗内物品。
- 5、机械式的双门互锁功能避免人为地操作失误。
- 6、外形尺寸：600×580×700（mm）。

#### 17. 篮框储物架（双列）

- 1、304 不锈钢。
- 2、立式网筐存储结构、易于通风。
- 3、根据不同需要可以存放 20 只标准篮筐。



4、外形尺寸：1150×820×1750（mm）。

5、配备 12 只标准篮筐

## 18. 柴油发电机组

1、发电机组基本技术参数：

1.1 主用功率：功率≥800KW，容量≥1000KVA。

1.2 功率因数：≥0.8，性能等级达到或优于 G2。

1.3 结构及启动方式：采用开架式结构，电启动方式启动。

1.4 额定电压、电流及频率：额定电压 400/230V，额定电流 ≥1440A，  
额定频率为 50Hz。

1.5 整机尺寸：由于安装条件限制，要求设备尺寸≤4300\*2000\*2300mm。

2、发动机组技术参数：

2.1 最大功率：≥968KW。

2.2 总排量：≤31.8L。

2.3 转速：额定转速≥1500rpm/min，怠速转速≤680rpm/min，调速方式为  
电子调速，通过闭式水冷方式进行冷却。

2.4 进气方式：废气涡轮增压、中冷。

2.5 设备压缩比≥15.7：1。

2.6 启动及喷射方式：采用电启动直喷。

2.7 汽缸及排列方式：V 型 12 缸，缸径≥150mm，行程≥150mm。

2.8 能耗：机油消耗率 ≤4g/kw.h，燃油消耗率≤200g/kw.h，机油容量≥  
114L，冷却液容量≤154L。

3、发电机系统技术参数：

3.1 容量及功率：容量≥1000KVA，功率≥800KW。

3.2 功率因数：≥0.8（滞后），发电机绝缘等级不低于 H 级，发电机防护  
等级不低于 IP23 级。

3.3 额定电压及频率：额定电压为 400/230V，电压为 50Hz，3 相 4 线电。

3.4 励磁方式：无刷自励磁。

3.5 电压变化范围限制：

①电压调整范围：≥±5%

- ②稳态电压调整率： $\leq \pm 1\%$
- ③瞬态电压调整率： $\leq +15\% \sim -15\%$
- ④电压调制：0.3%
- ⑤电压波动率： $\leq 0.5\%$
- ⑥电压不平衡度： $\leq 1\%$
- ⑦冷热态电压变化： $\leq \pm 2\%$
- ⑧输出电压波形畸变率： $\leq 5\%$
- ⑨波形失真率： $\leq 5\%$
- ⑩不对称负载下的线电压偏差： $\leq \pm 5\%$
- ⑪瞬态电压偏差（100%突减功率）： $\leq \pm 20\%$
- ⑫瞬态电压偏差（突加功率）： $\leq -15\%$
- ⑬电压恢复时间（100%突减功率）： $\leq 3s$
- ⑭电压恢复时间（突加功率）： $\leq 3s$
- ⑮稳态频率调整率  $\leq 0\% \sim -0.5\%$
- ⑯瞬态频率调整率： $+7\% \sim -7\%$

#### 4、浮充电器技术参数

4.1 基本型号：DC-6A。

4.2 电压：220V/24V。

#### 5、蓄电池系统技术参数

5.1 免维护蓄电池： $\geq 120AH$ 。

5.2 蓄电池数量 $\geq 2$ 只。

5.3 启动电压：24V。

#### 6、控制系统技术参数：

6.1 系统界面：采用中文界面。

6.2 信号接口：干接点信号接口为DC24V，串口通信接口为USB。

6.3 外部电源：可依据需要选配12-36V外部电源。

7、电缆： $3 \times 185m^2 + 95m^2 \times 1$ 。

8、ATS 切换柜：630A。

9、铜鼻子： $185m^2$ 。

10、铜鼻子： $95m^2$ 。

**19. 洁净系统**

序号	材料设备	规格	参考数量	单位
1	医用抗菌 PVC 地板	地面 PVC 卷材 $\delta = 2\text{mm}$	222.7	$\text{m}^2$
2	土建墙	厚: 200mm	85.3	$\text{m}^2$
3	拆除墙		220	$\text{m}^2$
4	拆顶		160	$\text{m}^2$
5	湿区墙砖	300*450(含 1.5 厚聚氨酯涂膜防水)	122.3	$\text{m}^2$
6	洁净铝扣板	铝扣板 600*600*0.8mm	29.5	$\text{m}^2$
7	湿区防滑地砖	地面找平 300*300(含 1.5 厚聚氨酯涂膜防水)	27.2	$\text{m}^2$
8	硫氧镁净化彩钢板隔墙	50 型	442	$\text{m}^2$
9	硫氧镁净化彩钢板吊顶	50 型	223	$\text{m}^2$
10	钢制气密双开门 M1521	1500*2100	1	樘
11	钢制气密单开门 M1221	1000*2100	5	樘
12	钢制气密单开门 M0921	900*2100	12	樘
13	钢制气密单开门 M0721	800*2100	12	樘
14	钢制气密单开门 M0520	700*2100	1	樘
15	钢制气密单开门	600*2100	3	樘

	M0520			
16	钢制气密单开门 M0520	500*1800	7	樘
17	304 不锈钢门套	0.8mm	26	m <sup>2</sup>
18	成套配电柜	配电箱 AL 1. 落地安装、N=24KW 2. 成套配电箱安装 3. 端子板接线 4. 焊、压接线端子 6. 盘柜配线	1	台
19	成套配电柜	配电箱 APKT 1. 落地安装、N=29.4KW 2. 成套配电箱安装 3. 端子板接线 4. 焊、压接线端子 6. 盘柜配线	1	台
20	成套配电柜	配电箱 AP 1. 落地安装、N=173KW 2. 成套配电箱安装 3. 端子板接线 4. 焊、压接线端子 6. 盘柜配线	1	台
21	设备配电箱	根据设备需要配置	12	台
22	LED 净化平板灯	600*600, 40W	42	套
23	LED 净化平板灯 带应急	600*600, 40W	13	套
24	LED 净化平板灯	300*300, 12W	4	套

25	LED 防爆灯	10W	6	套
26	电话外网双口插座	双口	2	个
27	二三孔插座(安全型)	250V 10A	42	个
28	防溅型二三孔插座(安全型)	250V 10A	8	个
29	内网插座	单 口	11	个
30	单联单控开关	250V 10A	26	套
31	双联单控开关	250V 10A	9	套
32	强电镀锌桥架	200*100	22	m
33	弱电镀锌桥架	100*50	50	m
34	网线	CAT6e	250	m
35	电气配管	JDG20	256	m
36	电气配管	JDG25	20	m
37	电气配管	JDG32	26	m
38	电气配管	JDG50	10	m
39	千兆交换机	24 口	1	台
40	电力电线	WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	800	m
41	电力电线	WDZ-BYJ-4.0mm <sup>2</sup>	650	m
42	电力电缆	WDZ-YJV-5X4.0mm <sup>2</sup>	135	m
43	电力电缆	WDZ-YJV-5X6.0mm <sup>2</sup>	65	m
44	电力电缆	WDZ-YJV-5X10.0mm <sup>2</sup>	42	m
45	电力电缆	WDZ-YJV-5X16.0mm <sup>2</sup>	35	m
46	电力电缆	WDZ-YJV-4x35+1X16mm <sup>2</sup>	25	m
47	单门禁控制器		2	个

48	出门按钮		2	个
49	电磁锁		2	个
50	直流变频中央空调室外机	1. 名称: VRT-1 室外机 2. 规格: 冷量 40kw, 热量 45kw, 功率 10.8kw	1	台
51	直流变频中央空调室内机	1. 名称: 多联机室内机 VR-22 2. 规格: 冷量 2.2kw, 热量 2.5kw	7	台
52	直流变频中央空调室内机	1. 名称: 多联机室内机 VR-40 2. 规格: 冷量 4.0kw, 热量 4.5kw	1	台
53	直流变频中央空调室内机	1. 名称: 多联机室内机 VR-56 2. 规格: 冷量 5.6kw, 热量 6.3kw	4	台
54	虑杀净化模块	有中高效过滤、化学除醛、金属离子灭活的功能和室内机配套	5	套
55	直膨式恒温恒温净化机组	风量 1800m <sup>3</sup> /h、制冷量 11.0kw、新风预热量 3.0KW、电加热 5.0kw、加湿量 5.0k/h, 机外余压 650pa、机组内设粗 (G4) 中 (F8) 效过滤器, 空调段位: 混合段, 初效段, 风机段、匀流段, 中效段, 表冷段, 加热段, 加湿段, 出风段。 配控制, 对室内温可设定。 新风电动阀与主机开关连锁: 同开同闭。 配外接风机出线及控制, 启停与主机风机启停连锁	1	台
56	高效送风口	GB01: 600x600、配 H13 无隔板过滤器, 含调节阀, 额定风量 1000m <sup>3</sup> /h	3	个

57	门绞式可开百叶 风口带滤网	1. 名称：门绞式可开百叶风口带滤网带人字阀 2. 规格：320*250	4	个
58	初、中效新风机箱	1. 名称：初、中效新风机箱 2. 规格：风量：2500m <sup>3</sup> /h, 机组内设粗(G4)中(F8)效过滤器	1	台
59	微压差计	0~60pa	2	个
60	温控器	1. 名称：温控器 2. 功能：运转、停止、温度设定、调节、故障显示等	12	个
61	排气扇	1. 名称：排风机 2. 规格：风量 200m <sup>3</sup> /h, 余压 200Pa	6	台
62	离心风机 JP-06	1. 名称：排风机 2. 规格：风量 360m <sup>3</sup> /h, 余压 125Pa	1	台
63	离心风机 JP-01/JP-02	1. 名称：排风机 2. 规格：风量 300m <sup>3</sup> /h, 余压 135Pa	2	台
64	离心风机 JP-03	1. 名称：排风机 2. 规格：风量 1200m <sup>3</sup> /h, 余压 240Pa	1	台
65	离心风机 JP-04	1. 名称：排风机 2. 规格：风量 900m <sup>3</sup> /h, 余压 290Pa	1	台
66	离心风机 JP-05	1. 名称：排风机 2. 规格：风量 770m <sup>3</sup> /h, 余压 200Pa	1	台
67	单层百叶风口	1. 规格：300mm*300mm（配过滤网）	12	个
68	单层百叶风口	1. 规格：500mm*200mm（配过滤网）	7	个
69	单层百叶风口	1. 规格：700mm*250mm（配过滤网）	5	个
70	双层百叶送风口	1. 规格 200*200	1	个
71	方形散流器	1. 名称：方形散流器	8	个

		2. 规格：400*400mm		
72	方形散流器	1. 名称：方形散流器 2. 规格：300*300mm	9	个
73	防雨百叶带防虫滤网	1. 名称：防雨百叶带防虫滤网 2. 规格：630*400	1	个
74	防雨百叶带防虫滤网	1. 名称：防雨百叶带防虫滤网 2. 规格：200*200	2	个
75	防雨百叶带防虫滤网	1. 名称：防雨百叶带防虫滤网 2. 规格：320*250	2	个
76	防雨百叶带防虫滤网	1. 名称：防雨百叶带防虫滤网 2. 规格：500*200	1	个
77	防雨百叶带防虫滤网	1. 名称：防雨百叶带防虫滤网 2. 规格：1200*250	1	个
78	70℃防火阀	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500mm*250mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	1	个
79	70℃防火阀	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：400mm*200mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	1	个
80	70℃防火阀	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320mm*200mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	1	个
81	手动调节阀	1. 名称：手动调节阀 2. 规格：200mm*120mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	16	个
82	手动调节阀	1. 名称：手动调节阀 2. 规格：200mm*200mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	5	个



83	手动调节阀	1. 名称：手动调节阀 2. 规格：200mm*160mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	4	个
84	手动调节阀	1. 名称：手动调节阀 2. 规格：250mm*160mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	4	个
85	手动调节阀	1. 名称：手动调节阀 2. 规格：250mm*200mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	2	个
86	手动调节阀	1. 名称：手动调节阀 2. 规格：320mm*200mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	4	个
87	手动调节阀	1. 名称：手动调节阀 2. 规格：500mm*250mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	1	个
88	手动调节阀	1. 名称：手动调节阀 2. 规格：400mm*200mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	1	个
89	止回阀	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：200mm*200mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	4	个
90	止回阀	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：250mm*200mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	2	个
91	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：200mm*200mm 3. 支架形式、材质：型钢制作安装	1	个
92	镀锌板风管	1. 名称：碳钢风管 2. 材质：镀锌薄钢板	180	m <sup>2</sup>

		3. 形状：矩形 4. 板材厚度：综合规格 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：机制镀锌铁皮风管 机械加工成型，法兰连，含 0.5-0.7mm 镀锌铁皮、胶水、法兰间 5mm 海绵垫片、吊筋 6. 接口形式：咬口		
93	橡塑保温棉	1. 材料：B1 级难燃橡塑 2. 绝热厚度：20mm 厚	2.5	m <sup>3</sup>
94	冷媒铜管	1. 材质：紫铜管 2. 规格：Φ6.35 3. 焊接方法：铜焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气密试验，抽真空实验，氮气吹扫	42	m
95	冷媒铜管	1. 材质：紫铜管 2. 规格：Φ9.52 3. 焊接方法：铜焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气密试验，抽真空实验，氮气吹扫	10	m
96	冷媒铜管	1. 材质：紫铜管 2. 规格：Φ12.7 3. 焊接方法：铜焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气密试验，抽真空实验，氮气吹扫	48	m
97	冷媒铜管	1. 材质：紫铜管 2. 规格：Φ15.88 3. 焊接方法：铜焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：	10	m

		气密试验，抽真空实验，氮气吹扫		
98	冷媒铜管	1. 材质：紫铜管 2. 规格：Φ28.58 3. 焊接方法：铜焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求： 气密试验，抽真空实验，氮气吹扫	8	m
99	橡塑保温套	1. 绝热材料品种：B1 难燃橡塑发泡 保温隔热材料 2. 规格：Φ6*15mm	42	m
100	橡塑保温套	1. 绝热材料品种：B1 难燃橡塑发泡 保温隔热材料 2. 规格：Φ10*15mm	10	m
101	橡塑保温套	1. 绝热材料品种：B1 难燃橡塑发泡 保温隔热材料 2. 规格：Φ13*15mm	48	m
102	橡塑保温套	1. 绝热材料品种：B1 难燃橡塑发泡 保温隔热材料 2. 规格：Φ16*15mm	10	m
103	橡塑保温套	1. 绝热材料品种：B1 难燃橡塑发泡 保温隔热材料 2. 规格：Φ28*20mm	8	m
104	铜管分歧管	1. 材质：紫铜 2. 规格：三分支器 3. 焊接方法：铜焊	11	个
105	U-PVC 管及保温	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格等级：DN20	42	米

		4. 连接形式：粘接连接		
106	U-PVC 管及保温	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格等级：DN25 4. 连接形式：粘接连接	25	米
107	塑料管 纯水管 PPR 管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管 DN50mm	62	m
108	塑料管 纯水管 PPR 管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管 DN50mm	8.7	m
109	塑料管 纯水管 PPR 管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管 DN50mm	6	m
110	塑料管 纯水管 PPR 管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN32	24	m

		5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管 DN50mm		
111	塑料管 给水管 PPR 管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管 DN50mm	69	m
112	塑料管 给水管 PPR 管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管 DN50mm	10	m
113	塑料管 给水管 PPR 管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管 DN50mm	13	m
114	塑料管 给水管 PPR 管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管 DN50mm	26	m
115	塑料管 给水管 PPR 管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R	20	m

		<p>4. 型号、规格：DN50</p> <p>5. 连接方式：热熔连接</p> <p>6. 套管：刚性防水套管 DN50mm</p>		
116	镀锌钢管（排水） DN50	<p>1. 镀锌钢管（排水）DN50</p> <p>2. 其余满足设计及规范要求</p>	11.5	m
117	镀锌钢管（排水） DN80	<p>1. 镀锌钢管（排水）DN80</p> <p>2. 其余满足设计及规范要求</p>	8.3	m
118	镀锌钢管（排水） DN100	<p>1. 镀锌钢管（排水）DN100</p> <p>2. 其余满足设计及规范要求</p>	15	m
119	塑料管 UPVC $\varnothing$ 50	<p>1. 安装部位：室内</p> <p>2. 输送介质：排水</p> <p>3. 材质：UPVC</p> <p>4. 型号、规格：<math>\varnothing</math> 50mm</p> <p>5. 连接方式：粘接连接</p>	26.5	m
120	塑料管 UPVC $\varnothing$ 75	<p>1. 安装部位：室内</p> <p>2. 输送介质：排水</p> <p>3. 材质：UPVC</p> <p>4. 型号、规格：<math>\varnothing</math> 75mm</p> <p>5. 连接方式：粘接连接</p>	18	m
121	塑料管 UPVC $\varnothing$ 110	<p>1. 安装部位：室内</p> <p>2. 输送介质：排水</p> <p>3. 材质：UPVC</p> <p>4. 型号、规格：<math>\varnothing</math> 110mm</p> <p>5. 连接方式：粘接连接</p>	27.4	m
122	PPR 截止阀	<p>1. 类型：PPR 截止阀</p> <p>2. 型号：DN20</p>	44	个
123	PPR 球阀	<p>1. 类型：PPR 球阀</p> <p>2. 型号：DN20</p>	2	个

124	PPR 球阀	1. 类型：PPR 球阀 2. 型号：DN50	1	个
125	305 不锈钢拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：不锈钢 2. 其余满足设计及规范要求	3	组
126	柜式洗手盆	1. 柜式洗手盆 2. 脚踏开关 3. 其余满足设计及规范要求	9	组
127	不锈钢地漏	DN50	5	个

注：“★”为本项目实质性参数要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理；“▲”项为重要参数要求，非实质性参数要求，需按要求提供佐证材料进行佐证，未做要求的需提供有效技术证明材料（生产厂家发布的产品彩页或有资质的第三方检验机构出具的检验/检测报告或生产厂家提供的白皮书）复印件进行佐证，否则作负偏离处理；非“★、▲”项为一般参数要求。

### 三、商务要求（实质性要求）

（一）供货期限：自合同签订后 50 个日历日完成安装、调试。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）报价要求：供应商的报价应包含完成本项目所需的一切费用。采购人不承担除报价外的任何费用。

（四）验收方法：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求，按磋商文件要求、成交供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。

（五）质保期：本项目总体质保期 1 年。

（六）付款方式：项目通过采购人履约验收并合格后，中标人须开具等额发票和提供相应支付申请材料，采购人支付合同金额的 100%。

（七）其他要求：

1、成交供应商在项目实施过程中的安全责任由成交供应商自行负责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。

2、所有拆卸安装费用包含其内，流程改造中，工程增加费用以总价为主、

不另计费，除业主要求额外增加外，采购人不承担除报价外的任何费用。

#### **四、政府采购政策要求：（实质性要求）**

本项目强制节能产品：本项目若涉及《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖供应商公章，否则投标无效。



## 第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第六章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

## 第八章 评审方法

### 1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

1.4.1 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

1.4.2 审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

1.4.3 根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

1.4.4 推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

1.4.5 起草评审报告并进行签署；

1.4.6 向采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

1.4.7 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

### 2、磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要

包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- (1) 磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (6) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (7) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目由磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，对没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查或满足实质性要求的供应商不足 3 家的（**本章 2.3.1 的情况除外**），终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.3.1 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124 号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”，若采购过程中符合要求的供

应商（社会资本）只有 2 家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求评审。

#### 2.4 磋商。

2.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。

磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 磋商过程中，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，**审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：**

- （1）响应文件正副本数量不足的；
- （2）响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评审委员会评判的；
- （3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；

(4) 经最终磋商后，供应商的响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；

(5) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

(6) 属于竞争性磋商文件中无效响应情形的。

但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

(1) 响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

(2) 响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

(3) 以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.4.7 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.8 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.9 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5 报价。

2.5.1 报价超过竞争性磋商文件规定的政府采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.5.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交

最后报价的供应商不得少于 3 家（本章 2.3.1 和 2.5.3 的情况除外）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（本章 2.3.1 和 2.5.3 的情况除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.3 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库（2014）214 号第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

2.5.4 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信，应按照无效响应文件处理。

2.5.5 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.6 报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上（本章2.3.1和2.5.3的情况除外）成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商推荐顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

2.8 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9 采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

- （1）资格性审查认定错误的；
- （2）分值汇总计算错误的；
- （3）分项评分超出评分标准范围的；
- （4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；

不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购代理机构未提供书面建议的。

2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；
- (3) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- (5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，



可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.13 终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除本章 2.3.1 和 2.5.3 的情况外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

### 3、综合评分

3.1 本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

3.2 专家小组成员应对供应商的响应文件进行独立评审及打分。

3.3 综合评分明细表

3.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组自由裁量权为原则。

3.3.2 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30分	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30×100%；	

		<p>(一) 小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小、微企业) 价格扣除:</p> <p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件,未提供的,视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。</p> <p>3、监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件,未提供的,视为放弃享受残疾人福利性单位产品价格扣除优惠政策。</p> <p>5、符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。</p>	
2	技术参数 37%	<p>37分</p> <p>供应商针对磋商文件第六章“采购清单及技术参数要求”对应的技术参数条款的响应得分规则如下:</p> <p>1. ▲项参数条款响应得分=(供应商满足▲项参数条款的数量÷▲项参数条款的总数量(共16项))×16分。</p> <p>2. 非★、▲项参数条款响应得分=(供应商满足非★、▲项参数条款的数量÷非★、▲项参数条款的总数量(共244项))×21分。</p> <p>注:“★”为本项目实质性参数要求,不允许负偏离,否则作无效响应处理;“▲”项为重要参数要求,非实质性参数要求,需按要求提供佐证材料进行佐证,未做要求的需提供有效技术证明材料(生产厂家发布的产品彩页或有资质的第三方检验机构出具的检验/</p>	

			检测报告或生产厂家提供的白皮书) 复印件进行佐证, 否则作负偏离处理; 非“★、▲”项为一般参数要求。	
3	项目实施方案 22%	22分	<p>根据供应商针对本项目的供货实施方案(包含①备货及运输方案; ②装卸货方案; ③出入库措施; ④调换货措施; ⑤供货进度保障措施; ⑥供货质量保证措施; ⑦安全保障措施; ⑧人员配置及岗位分工; ⑨安装方案; ⑩疫情防控措施; ⑪特殊情况下紧急供货措施) 进行综合评审; 以上 11 项内容为专门针对本项目编制, 符合本项目实际情况, 能够保障项目顺利实施的得 22 分, 缺少一项内容扣 2 分, 每有一项内容存在瑕疵扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>注: 瑕疵是指方案中存在①不适用项目实际情况的情形②凭空编造③逻辑漏洞、混乱④科学原理错误⑤前后不一致⑥不可能实现的夸大情形等。</p>	
4	售后服务方案 10%	10分	<p>根据供应商针对本项目制定的售后服务方案(包含①后续服务保障措施和计划; ②售后服务人员及联系电话; ③质量保证范围; ④售后服务措施及相关承诺; ⑤产品适配服务方案) 进行综合评审; 以上 5 项内容为专门针对本项目编制, 符合本项目实际情况, 能够保障项目顺利实施的得 10 分, 缺少一项内容扣 2 分, 每有一项内容存在瑕疵扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>注: 瑕疵是指方案中存在①不适用项目实际情况的情形②凭空编造③逻辑漏洞、混乱④科学原理错误⑤前后不一致⑥不可能实现的夸大情形等</p>	
5	节能、环境标志、无线局域网	1分	<p>供应商所响应产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得 0.5 分; 每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得 0.5 分; 每有一项为无线局域网产品政府采购清</p>	

	<p>网产品 1%</p>	<p>单中的产品的得 0.5 分。本项共 1 分。</p> <p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不可重复计分；</li> <li>2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。</li> <li>3、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（公章），否则不予给分。</li> <li>4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（公章）。</li> </ol> <p>注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准。</p>	
--	-------------------	---	--

注：①得分按四舍五入计算，保留小数点后两位。

②供应商注册地为少数民族或不发达地区的，综合评分相同时，排名优先。  
(提供证明材料)

#### 4、磋商纪律及注意事项

4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露

给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3 对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并出具书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

## 5、磋商小组在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

## 第九章 政府采购合同（样例）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及本采购项目的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

货物名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	随机配件	交货期

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：\_\_\_\_\_元，即 RMB¥\_\_\_\_\_元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕

迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）\_\_\_\_\_标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起\_\_\_日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的\_\_\_\_\_日内，在合同签订生效之日起天内交货到甲方指定地点，随即在\_\_\_\_\_日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时必须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后\_\_\_日内初步验收。初步验收合格后，进入\_\_\_试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后\_\_\_日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；



(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后\_\_\_\_日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方\_\_\_\_次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

## 五、付款方式

### （一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的\_\_\_\_日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款¥\_\_\_\_元，人民币大写\_\_\_\_元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满\_\_\_\_后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的\_\_\_\_日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥\_\_\_\_元，人民币大写：\_\_\_\_\_元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

### （二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之\_\_\_\_计算款额¥\_\_\_\_\_元，人民币大写：\_\_\_\_\_元整）后的\_\_\_\_日内支付合同金额百分之\_\_\_\_的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的\_\_\_\_日内，提交支付凭证资料给\_\_\_\_财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之\_\_款项：¥\_\_\_\_元，人民币大写\_\_\_\_元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满\_\_\_\_后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的\_\_\_\_日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥\_\_\_\_元，人民币大写：\_\_\_\_\_元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后\_\_\_\_年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后\_\_小时内响应到场，\_\_\_\_小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方\_\_次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

### 1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之\_\_的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之\_\_/天的违约金；逾期付款超过\_\_天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

### 2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价

的百分之\_\_的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之\_\_\_/天的违约金；逾期交货超过天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之\_\_的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在\_\_天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之\_\_的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之\_\_向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购

管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：\_\_年\_\_月\_\_日

签约日期：\_\_年\_\_月\_\_日