附件一、报价清单

一、手术室设备								
（一）室内设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	机械麻醉吊塔		台	16				
2	机械外科吊塔		台	10				
3	机械腔镜吊塔		台	3				
4	LED 双头无影灯		台	12				
5	LED 单头无影灯		台	4				
6	电动摄影平床		张	2				
7	电动液压外科手术台		张	1				
8	术野摄像机吊臂		台	3				
9	腔镜清洗中心		套	1				
10	过氧化氢低温等离子机		台	1				
11	不锈钢医用保温柜		台	15				
12	不锈钢医用保冷柜		台	15				
13	304 不锈钢器械柜		台	20				
14	304 不锈钢麻醉柜		台	20				

15	304 不锈钢药品柜		台	20				
16	不锈钢书写台		台	13				
17	情报面板（含书写台）		台	3				
18	液晶情报面板		台	16				
19	LED 六联观片灯		台	10				
20	PACS 一体机		台	4				
21	电源插座箱面板		台	57				
22	电源插座箱面板		台	19				
23	气体终端箱		台	13				
24	气体终端箱		台	9				
25	无影灯预埋锚栓		台	16				
26	吊塔预埋锚栓		台	29				
27	显示器双屏吊臂		台	2.00				
（二）暖通设备								
序号	**货物名称**	**技术参数要求**	**单位**	**数量**	**生产厂家**	**品牌规格**	**单价**	**总价**
1	模块化风冷式（热）水机组	制冷量 130KW、制热量 140KW、水流量 22.4m3/h.	台	2.00				
2	模块化风冷式（热）水机组	制冷量 100KW、制热量 110KW、水流量 17.2m3/h.	台	2.00				
3	立式循环水泵 LB-04/05	流量 52.0m3/h、扬程 22.0 米、功率 5.5kw	台	2.00				

4	立式循环水泵 LB-06/07	流量 42.0m3/h、扬程 24.0 米、功率 4.0kw	台	2.00				
5	新风处理机 KPD-03	风量 3000m3/h、制冷量 22.0KW、制热量 35.5KW、机外余压 320Pa	台	1.00				
6	新风处理机 KPD-05	风量 5000m3/h、制冷量 43.5KW、制热量 62.5KW、机外余压 360Pa	台	1.00				
7	医用净化空气处理机组 AHU-01	风量 10000m3/h、制冷量 11.5KW、制热量 15.0KW、电加热 5.0KW、电加湿 10.0Kg/h、机外余压 700Pa	台	1.00				
8	医用净化空气处理机组 AHU-02	风量 2400m3/h、制冷量 8.0KW、制热量 12.0KW、电加热 5.0KW、电加湿 8.0Kg/h、机外余压 700Pa	台	1.00				
9	医用净化空气处理机组 AHU-03	风量 10500m3/h、制冷量 8.0KW、制热量 14.0KW、电加热 5.0KW、电加湿 10.0Kg/h、机外余压 700P	台	1.00				
10	医用净化空气处理机组 AHU-04	风量 2800m3/h、制冷量 8.0KW、制热量 12.0KW、电加热 5.0KW、电加湿 8.0Kg/h、机外余压 700Pa	台	1.00				
11	医用净化空气处理机组 AHU-05	风量 3800m3/h、制冷量 17.0KW、制热量 22.0KW、电加热 8.0KW、电加湿 15.0Kg/h、机外余压 700Pa	台	1.00				
12	医用净化空气处理机组 AHU-06	风量 4200m3/h、制冷量 18.0KW、制热量 24.0KW、电加热 8.0KW、电加湿 15.0Kg/h、机外余压 700Pa	台	1.00				
13	医用净化空气处理机组 AHU-07	风量 4000m3/h、制冷量 17.0KW、制热量 22.0KW、电加热 8.0KW、电加湿 15.0Kg/h、机外余压 700Pa	台	1.00				
14	医用净化空气处理机组 AHU-08	风量 13800m3/h、制冷量 27.0KW、制热量 50.0KW、电加热 16.0KW、电加湿 32.0Kg/h、机外余压 800Pa	台	1.00				
15	医用净化新风处理机组 PAU-01	风量 12500m3/h、制冷量 102.0KW、除湿制冷量 23.2KW、除湿再热量 28.7KW、机外余压 550Pa	台	1.00				

16	电热式加湿器	加湿量 10Kg/h，功率 8.0kw	台	2.00				
17	电热式加湿器	加湿量 8Kg/h，功率 6.0kw	台	1.00				
18	电热式加湿器	加湿量 15Kg/h，功率 11.0kw	台	3.00				
19	电热式加湿器	加湿量 32Kg/h，功率 24.0kw	台	1.00				
20	卧式风机盘管	FP-34、风量 340m3/h、制冷量 2.0KW、制热量 2.2KW、压力 30Pa	台	23.00				
21	卧式风机盘管	FP-51、风量 510m3/h、制冷量 2.8KW、制热量 3.2KW、压力 30Pa	台	21.00				
22	卧式风机盘管	FP-68、风量 680m3/h、制冷量 3.6KW、制热量 4.0KW、压力 30Pa	台	14.00				
23	卧式风机盘管	FP-85、风量 850m3/h、制冷量 4.2KW、制热量 5.0KW、压力 50Pa	台	4.00				
24	卧式风机盘管	FP-136、风量 1360m3/h、制冷量 6.9KW、制热量 8.1KW、压力 50Pa	台	5.00				
25	等离子空气净化器	功率 6.0W，电压 220V,适应风量 200~3000m3/h	个	67.00				
26	不锈钢送风天花	Ⅰ级:1350×1350×500	台	1.00				
27	不锈钢送风天花	Ⅰ级:2650×2450×500	台	2.00				
28	不锈钢送风天花	Ⅲ级、Ⅲ负压:2650×1450×500	台	7.00				
29	新风处理机 KPD-04	风量 4000m3/h、制冷量 30.5KW、制热量 49.0KW、机外余压 360Pa	台	2.00				
30	低噪音排风机	风量 180m3/h	台	1.00				
31	低噪音排风机	风量 450m3/h	台	1.00				
32	低噪音排风机	风量 500m3/h	台	14.00				
33	低噪音排风机	风量 360m3/h	台	3.00				
34	低噪音排风机	风量 300m3/h	台	9.00				
35	低噪音排风机	风量 800m3/h	台	1.00				
36	低噪音排风机	风量 550m3/h	台	1.00				

（三）电气设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	四层手术部照明插座配电箱	1.名称：四层手术部照明插座配电箱 2.规格：4AL-1，30.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
2	四层门诊产科插座配电箱	1.名称：四层门诊产科插座配电箱 2.规格：4AL-FCK，24.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
3	四层手术部配电箱	1.名称：四层手术部配电箱 2.规格：4AT-UPS，45.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
4	四层手术部、妇产科门诊总配电箱	1.名称：四层手术部、妇产科门诊总配电箱 2.规格：4AT-FCK，102.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
5	手术室分娩室照明及插座配电箱	1.名称:手术室分娩室照明及插座配电箱 2.规格：SS4-01，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
6	手术室分娩室照明及插座配电箱	1.名称:手术室分娩室照明及插座配电箱 2.规格：SS4-02，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
7	手术室分娩室照明及插座配电箱	1.名称:手术室分娩室照明及插座配电箱 2.规格：SS4-03，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
8	手术室分娩室照明及插座配电箱	1.名称:手术室分娩室照明及插座配电箱 2.规格：SS4-04，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子	台	1.00				

		5.盘柜配线						
9	手术室分娩室照明及插座配电箱	1.名称:手术室分娩室照明及插座配电箱 2.规格：SS4-05，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
10	手术室分娩室照明及插座配电箱	1.名称:手术室分娩室照明及插座配电箱 2.规格：SS4-06，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
11	五层手术部照明插座配电箱	1.名称：五层手术部照明插座配电箱 2.规格：5AL-1，37.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
12	五层麻醉复苏配电箱	1.名称：五层麻醉复苏配电箱 2.规格：5AL-FS，15.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
13	五层手术部配电箱	1.名称：五层手术部配电箱 2.规格：5AT-UPS，83.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
14	五层手术部总配电箱	1.名称：五层手术部总配电箱 2.规格：AT-SSB，120.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
15	手术部医用空调总配电箱	1.名称：手术部医用空调总配电箱 2.规格：AP-001，143.7KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
16	手术室照明及插座配电箱	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-01，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
17	手术室照明及插座	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-02，6.5KW	台	1.00				

	配电箱	3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线						
18	手术室照明及插座配电箱	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-03，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
19	手术室照明及插座配电箱	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-04，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
20	手术室照明及插座配电箱	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-05，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
21	手术室照明及插座配电箱	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-06，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
22	手术室照明及插座配电箱	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-07，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
23	手术室照明及插座配电箱	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-08，8.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
24	手术室照明及插座配电箱	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-09，8.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
25	手术室照明及插座配电箱	1.名称：手术室照明及插座配电箱 2.规格：SS5-10，8.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				

26	空调主机配电箱AP-KTJ	1.名称：空调主机配电箱 2.规格：AP-KTJ，90.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
27	空调主机配电箱AT-KT1	1.名称：空调主机配电箱 2.规格：AT-KT1，68.6KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
28	空调强弱电一体配电箱	1.名称：空调强弱电一体配电箱 2.规格：AP-RO1，16.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
29	空调强弱电一体配电箱	1.名称：空调强弱电一体配电箱 2.规格：AP-RO2，9.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
30	空调强弱电一体配电箱	1.名称：空调强弱电一体配电箱 2.规格：AP-RO3，16.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
31	空调强弱电一体配电箱	1.名称：空调强弱电一体配电箱 2.规格：AP-RO4，9.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
32	空调强弱电一体配电箱	1.名称：空调强弱电一体配电箱 2.规格：AP-RO5，15.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
33	空调强弱电一体配电箱	1.名称：空调强弱电一体配电箱 2.规格：AP-RO6，15.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
34	空调强弱电一体配电箱	1.名称：空调强弱电一体配电箱 2.规格：AP-RO7，15.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子	台	1.00				

		5.盘柜配线						
35	空调强弱电一体配电箱	1.名称：空调强弱电一体配电箱 2.规格：AP-RO8，35.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
36	强弱电一体配电箱AP-RO9	1.名称：空调强弱电一体配电箱 2.规格：AP-RO9，15.6KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
37	水泵控制箱AP-SBKZ2	1.名称：水泵控制箱 2.规格：AP-SBKZ2，5.5KW 3.一用一备、自动控制 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
38	水泵控制箱AP-SBKZ3	1.名称：水泵控制箱 2.规格：AP-SBKZ2，4.0KW 3.一用一备、自动控制 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
39	新风空调强弱电控制柜	1.名称：新风空调强弱电控制柜 2.规格：KPD-03，1.1KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
40	新风空调强弱电控制柜	1.名称：新风空调强弱电控制柜 2.规格：KPD-04，1.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
41	新风空调强弱电控制柜	1.名称：新风空调强弱电控制柜 2.规格：KPD-05，2.2KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
42	抢救分娩室配电箱	1.名称：抢救分娩室配电箱 2.规格：CK4-01，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
43	抢救分娩室配电箱	1.名称：分娩室一配电箱 2.规格：CK4-02，6.5KW	台	1.00				

		3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线						
44	抢救分娩室配电箱	1.名称：分娩室二配电箱 2.规格：CK4-03，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
45	抢救分娩室配电箱	1.名称：分娩室二配电箱 2.规格：CK4-04，6.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
46	产科配电箱	1.名称：产科配电箱 2.规格：CK-UPS，72.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
47	电源（带旁通）	在线式、60KVA、应急时间 min30	台	1.00				
48	电源（带旁通）	在线式、100KVA、应急时间 min30	台	1.00				
49	医疗 IT 系统	1.名称：医疗 IT 系统 2.型号：五件套（含隔离变压器、电流互感器、专用电源、外接报警单元、绝缘监测仪等） 3.容量：6.3kVA	台	17.00				
50	医疗 IT 系统	1.名称：医疗 IT 系统 2.型号：五件套（含隔离变压器、电流互感器、专用电源、外接报警单元、绝缘监测仪等） 3.容量：8.0kVA	台	3.00				
51	硬盘	1T	个	2.00				
52	千兆交换机 8 口	1.名称：8 口千兆全网管交换机，POE 机架式 2.规格:8 口	台	1.00				
53	千兆交换机 24 口	1.名称：24 口千兆全网管交换机，POE 机架式 2.规格:24 口	台	1.00				
54	24 路硬盘录像机	16242U 标准机架式 2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源 8 盘位，可满配 8T 硬盘 2 个千兆网口	个	1.00				

		2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO：16 进 4 路（可选配 8 出）						
55	集中显示器	1.名称:集中监控触控器 2.规格:15 寸	台	1.00				
56	功率放大器	1.名称：功率放大器 2.规格:详设计及相关规范	个	4.00				
57	广播主机	1.名称：广播主机 2.规格:详设计及相关规范	个	4.00				
58	呼叫系统分机	1.名称：呼叫系统分机 2.规格:详设计及相关规范	个	38.00				
59	呼叫系统显示屏	1.名称：呼叫系统显示屏 2.规格:详设计及相关规范	个	5.00				
60	呼叫主机	1.名称：呼叫主机 2.规格:详设计及相关规范	个	5.00				
61	24 口配线架	1.名称：配线架 2.规格:24 口	个	1.00				
62	可编程 PLC 净化机组自动控制箱	1.名称:自动控制箱 2.规格:PLC 3.包含温湿度传感器,数字模块等详设计	台	8.00				
（四）手术室数字化设备								
序号	**货物名称**	**技术参数要求**	**单位**	**数量**	**生产厂家**	**品牌规格**	**单价**	**总价**
1	一体化示教终端含软件		台	3.00				
2	嵌入式触控屏		台	3.00				
3	视教数字一体化手术室系统软件		套	3.00				
4	高清数字全景摄像机		台	3.00				
5	高清术野摄像机		台	3.00				
6	高保真音频系统		台	3.00				
7	领夹式无线耳麦		台	3.00				

8	数字一体化主控机（主）		台	2				
9	支架式医用键盘		台	2				
10	医用鼠标		台	2				
11	数字一体化主控机（副）		台	2				
12	数字一体化手术室系统软件		套	2				
13	吊臂医用显示器		台	4				
14	高清数字全景摄像机		套	2				
15	4K 术野摄像机		台	2				
16	无线麦克风		台	2				
17	吸顶音箱		套	2				
18	示教室编解码系统		套	1				
19	远程示教会诊软件		套	1				
20	高清数字全景摄像机		台	1				
21	无线麦克风		台	1				
22	高保真音箱		套	2				
23	高保真数字功放		台	1				
24	75 寸 4K 显示器		台	1				
25	时序电源		套	1				
26	网络交换机		台	1				

27	标准机柜		套	1				
28	医学流媒体服务系统软件		套	1				
29	专用流媒体主机		台	1				
30	应用主机		台	1				
31	医学影像管理系统软件		套	1				
（五）医气设备								
序号	**货物名称**	**技术参数要求**	**单位**	**数量**	**生产厂家**	**品牌规格**	**单价**	**总价**
1	自动控制柜	1.名称：自动控制柜 2.其他:详设计及相关规范	套	1.00				
2	氮气汇流排	1.名称：氮气汇流排 2.型号：一套包含 2 组、每组 2 瓶 220VAC，0.2A 3.其他:详设计及相关规范	套	1.00				
3	自动控制柜	1.名称：自动控制柜 2.其他:详设计及相关规范	套	1.00				
4	二氧化碳汇流排	1.名称：二氧化碳汇流排 2.型号：一套包含 2 组、每组 2 瓶 220VAC，0.2A 3.其他:详设计及相关规范	套	1.00				
（五）给排水设备								
序号	**货物名称**	**技术参数要求**	**单位**	**数量**	**生产厂家**	**品牌规格**	**单价**	**总价**
1	不锈钢污洗池（三盆）	1.名称:不锈钢污洗池 2.材质:1.2mmSUS，316L 不锈钢	套	5.00				
2	不锈钢感应刷手池	1.名称：三工位刷手槽 2.材质:1.2mmSUS，316L 不锈钢 3.附件名称、数量:医用感应水龙头	台	10				
3	不锈钢感应刷手池	1.名称:两工位刷手槽 2.材质:1.2mmSUS，316L 不锈钢 3.附件名称、数量:医用感应水龙头	台	2				

二、ICU 设备								
（一）室内设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	ICU 吊桥		台	20				
（二）暖通设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	卧式风机盘管	FP-34、风量 340m3/h、制冷量 2.0KW、制热量 2.2KW、压力 30Pa	台	12				
2	卧式风机盘管	FP-51、风量 510m3/h、制冷量 2.8KW、制热量 3.2KW、压力 30Pa	台	4				
3	卧式风机盘管	FP-68、风量 680m3/h、制冷量 3.6KW、制热量 4.0KW、压力 30Pa	台	1				
4	卧式风机盘管	FP-85、风量 850m3/h、制冷量 4.2KW、制热量 5.0KW、压力 50Pa	台	9				
5	等离子空气净化器	功率 6.0W，电压 220V,适应风量 200~3000m3/h	个	26				
6	新风处理机 KPD-01	风量 1500m3/h、制冷量 11.0KW、制热量 18.4KW、机外余压 200Pa	台	1.00				
7	新风处理机 KPD-03	风量 3000m3/h、制冷量 22.0KW、制热量 35.5KW、机外余压 320Pa	台	1.00				
8	低噪音排风机	风量 600m3/h、压力 185Pa	台	1.00				
9	低噪音排	风量 1150m3/h、压力 290Pa	台	1.00				

	风机							
10	低噪音排风机	风量 950m3/h、压力 240Pa	台	1.00				
（三）电气设备								
序号	**货物名称**	**技术参数要求**	**单位**	**数量**	**生产厂家**	**品牌规格**	**单价**	**总价**
1	新风空调强弱电控制柜	1.名称：新风空调强弱电控制柜 2.规格：KPD-1，0.32KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
2	新风空调强弱电控制柜	1.名称：新风空调强弱电控制柜 2.规格：KPD-03，1.1KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
3	五层ICU照明插座配电箱	1.名称：五层 ICU 照明插座配电箱 2.规格：5AL-2，29.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 6.盘柜配线	台	1.00				
4	五层ICU配电箱	1.名称：五层 ICU 配电箱 2.规格：5IT1，18.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 6.盘柜配线	台	1.00				
5	五层ICU配电箱	1.名称：五层 ICU 配电箱 2.规格：5IT2，12.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 6.盘柜配线	台	1.00				
6	五层ICU配电箱	1.名称：五层 ICU 配电箱 2.规格：5IT3，12.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 6.盘柜配线	台	1.00				
7	医疗IT系统	1.名称：医疗 IT 系统 2.型号：五件套（含隔离变压器、电流互感器、专用电源、外接报警单元、绝缘监测仪等） 3.容量：6.3kVA	台	7.00				

8	探视主机	1.名称：探视主机；详设计及相关规范	个	1.00				
9	探视分机	1.名称：探视分机；规格:详设计及相关规范	个	2.00				
10	千兆交换机8口	1.名称：8口千兆全网管交换机，POE机架式	台	1.00				
11	床头分机	1.名称：床头分机；详设计及相关规范	个	20.00				
12	功率放大器	1.名称：功率放大器；详设计及相关规范	个	1.00				
13	广播主机	1.名称：广播主机；详设计及相关规范	个	1.00				

三、检验科设备								
（一）室内设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	冷库		㎥	24				
2	培养矮台	1.名称：培养矮台 2.规格：3500*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
3	仪器台	1.名称：仪器台 2.规格：1500*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
4	仪器台	1.名称：仪器台 2.规格：3000*900 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
5	中央边台	1.名称：中央边台 2.规格：1300*2500 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
6	中央边台	1.名称：中央边台 2.规格：3250*1500 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	2				
7	中央边台	1.名称：中央边台 2.规格：3750*1500 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	6				
8	边台	1.名称：边台 2.规格：2000*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	3				
9	边台	1.名称：边台 2.规格：2500*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	2				
10	边台	1.名称：边台 2.规格：2650*750 3.材质：全钢结构，实心理化板	套	1				

		4.其他:详设计及相关规范						
11	边台	1.名称：边台 2.规格：2800*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
12	边台	1.名称：边台 2.规格：3000*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	2				
13	边台	1.名称：边台 2.规格：3200*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
14	边台	1.名称：边台 2.规格：3450*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
15	边台	1.名称：边台 2.规格：3500*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	2				
16	边台	1.名称：边台 2.规格：3600*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
17	边台	1.名称：边台 2.规格：4200*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
18	边台	1.名称：边台 2.规格：4400*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
19	边台	1.名称：边台 2.规格：4500*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
20	边台	1.名称：边台 2.规格：6200*750 3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范	套	1				
21	采血边台	1.名称：边台 2.规格：600*1200	套	6				

		3.材质：全钢结构，实心理化板 4.其他:详设计及相关规范						
（二）暖通设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	Jk-01净化空调机组	风量3800m3/h、制冷量38.0KW、制热量30.0KW、电加热量15.0kw、电加湿12.0Kg/h、机外余压650Pa	台	1.00				
2	Jk-02净化空调机组	风量1500m3/h、制冷量18.0KW、制热量14.0KW、电加热量6.0kw、电加湿8.0Kg/h、机外余压600Pa	台	1.00				
3	卧式风机盘管	FP-34、风量340m3/h、制冷量2.0KW、制热量2.2KW、压力30Pa	台	10.00				
4	卧式风机盘管	FP-51、风量510m3/h、制冷量2.8KW、制热量3.2KW、压力30Pa	台	6.00				
5	卧式风机盘管	FP-68、风量680m3/h、制冷量3.6KW、制热量4.0KW、压力30Pa	台	10.00				
6	卧式风机盘管	FP-85、风量850m3/h、制冷量4.2KW、制热量5.0KW、压力50Pa	台	5.00				
7	卧式风机盘管	FP-136、风量1360m3/h、制冷量6.9KW、制热量8.1KW、压力50Pa	台	8.00				
8	等离子空气净化器	功率6.0W,电压220V,适应风量200~3000m3/h	个	39.00				
9	新风处理机KPD-02	风量2000m3/h、制冷量15.0KW、制热量22.5KW、机外余压240Pa	台	1.00				
10	新风处理机KPD-04	风量4000m3/h、制冷量30.5KW、制热量49.0KW、机外余压360Pa	台	1.00				

11	低噪音排风机	风量 360m3/h,压力 125Pa	台	1.00				
12	低噪音排风机	风量 700m3/h,压力 190Pa	台	1.00				
13	低噪音排风机	风量 300m3/h,压力 135Pa	台	1.00				
14	低噪音排风机	风量 4500m3/h,压力 700Pa	台	1.00				
15	低噪音排风机	风量 2000m3/h,压力 650Pa	台	1.00				
1	Jk-01 净化空调机组	风量 3800m3/h、制冷量 38.0KW、制热量 30.0KW、电加热量 15.0kw、电加湿 12.0Kg/h、机外余压 650Pa	台	1.00				
（三）电气设备								
序号	**货物名称**	**技术参数要求**	**单位**	**数量**	**生产厂家**	**品牌规格**	**单价**	**总价**
1	新风空调强弱电控制柜	1.名称：新风空调强弱电控制柜 2.规格：KPD-02，0.45KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
2	新风空调强弱电控制柜	1.名称：新风空调强弱电控制柜 2.规格：KPD-04，1.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
3	JK-01 强弱电配电柜	1.名称：净化空调 JK-01 强弱电配电箱 2.规格：JK-01，17.2KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
4	JK-02 强弱电配电柜	1.名称：净化空调 JK-02 强弱电配电箱 2.规格：JK-02，9.5KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				

5	三层检验科照明插座配电箱	1.名称：三层检验科照明插座配电箱 2.规格：3AL，20.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
6	三层检验科净化区域总配电箱	1.名称：三层检验科净化区域总配电箱 2.规格：AT-PCR，68.7KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
7	三层检验科配电箱	1.名称：三层检验科配电箱 2.规格：JYK-UPS，40.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
8	三层检验科总配电箱	1.名称：三层检验科配电箱 2.规格：AT-JYK，155.7KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
9	电源（带旁通）	在线式、40KVA、应急时间 min30	台	1.00				
10	硬盘	1T	个	1.00				
11	千兆交换机 24 口	1.名称：24 口千兆全网管交换机，POE 机架式 2.规格:24 口	台	1.00				
12	24 路硬盘录像机	16242U 标准机架式 2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源 8 盘位，可满配 8T 硬盘 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO：16 进 4 路（可选配 8 出）	个	1.00				
13	千兆交换机 48 口	1.名称：48 口千兆全网管交换机，POE 机架式；	个	3.00				

14	监视器	22 寸液晶显示器，塑胶外观， 显示：LED 背光；物理分辨率 1920×1080P；亮度 250cd/㎡；对比度 1000:1，功耗：≤35W，接口：VGA 输入*1，HDMI 输入*1，3.5mm 音频输入*1，BNC 输入*1，USB 输入*1；	个	1.00				
15	24 口配线架	1.名称：配线架；规格:24 口	个	1.00				
16	48 口配线架	1.名称：配线架；:48 口	个	3.00				
（四）纯水设备								
序号	**货物名称**	**技术参数要求**	**单位**	**数量**	**生产厂家**	**品牌规格**	**单价**	**总价**
1	纯水机组		套	1.00				

四、NICU/PICU 设备								
（一）室内设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	NICU 立柱塔		台	14				
2	PICU 吊桥		台	7				
（二）暖通设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	多联机室内机 DFV-D22F1	制冷量 2.2KW、制热量 2.8KW、风量 450m3/h、带线控器	台	11.00				
2	多联机室内机 DFV-D28F1	制冷量 2.8KW、制热量 3.2KW、风量 450m3/h、带线控器	台	3.00				
3	多联机室内机 DFV-D36F1	制冷量 3.6KW、制热量 4.0KW、风量 600m3/h、带线控器	台	5.00				
4	多联机室内机 DFV-D56F1	制冷量 5.6KW、制热量 6.3KW、风量 800m3/h、带线控器	台	4.00				
5	空调多联机室外机	DFV-620WSMA、制冷量 61.5KW、制热量 69.0KW、带线控器	台	1.00				
6	空调多联机室外机	DFV-250WSMA、制冷量 28.0KW、制热量 31.5KW、带线控器	台	1.00				
7	多联机新风机 X-1	DFV-300XFSA、风量 3000m3/h、制冷量 28.0KW、制热量 17.4kw、带线控器	台	1.00				
8	低噪音排风机	风量 450m3/h、风压 135Pa	台	2.00				
9	低噪音排风机	风量 950m3/h,风压 400Pa	台	1.00				

（三）电气设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	六层NICU、PICU照明插座配电箱	1.名称：六层NICU、PICU照明插座配电箱 2.规格：6AL-1，56.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 6.盘柜配线	台	1.00				
2	六层NICU、PICU配电箱	1.名称：六层NICU、PICU配电箱 2.规格：6AP-UPS，45.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
3	六层NICU、PICU配电箱	1.名称：六层NICU、PICU配电箱 2.规格：6AP-1，104.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
4	六层NICU、PICU、IT配电箱	1.名称：六层NICU、PICU、IT配电箱 2.规格：6IT1-NICU，18.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
5	六层NICU、PICU、IT配电箱	1.名称：六层NICU、PICU配电箱 2.规格：6IT2-NICU，12.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
6	六层NICU、PICU、IT配电箱	1.名称：六层NICU、PICU配电箱 2.规格：6IT1-PICU，18.0KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
7	六层NICU、PICU、总配电箱	1.名称：六层NICU、PICU、总配电箱 2.规格：6AP-1，104KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
8	AL-XK配电箱	1.名称：五层输血科配电箱；规格：AL-XK，22.0KW 2.端子板接线 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线	台	1.00				

9	医疗IT系统	1.名称：医疗IT系统；型号：五件套（含隔离变压器、电流互感器、专用电源、外接报警单元、绝缘监测仪等） 2.容量：6.3kVA	台	9.00				
10	硬盘	1T	个	1.00				
11	探视主机	1.名称：探视主机；规格:详设计及相关规范	个	1.00				
12	探视分机	1.名称：探视分机；规格:详设计及相关规范	个	2.00				
13	千兆交换机16口	1.名称：16口千兆全网管交换机，POE机架式；规格:16口	台	2.00				
14	16路硬盘录像机	16路NVR组成硬件规格；2U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；8盘位，可满配8T硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；报警IO：16进4路（可选配8出）	台	1.00				
15	千兆交换机24口	1.名称：24口千兆全网管交换机，POE机架式；规格:24口	台	2.00				
16	千兆交换机48口	1.名称：48口千兆全网管交换机，POE机架式；规格:48口	个	2.00				
17	监视器	22寸液晶显示器，塑胶外观；显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P；亮度250cd/m²；对比度1000:1，功耗：≤35W；接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1；	个	1.00				
18	床头分机	1.名称：床头分机；规格:详设计及相关规范	个	14.00				
19	24口配线架	1.名称：配线架；规格:24口	个	2.00				
20	48口配线架	1.名称：配线架；规格:48口	个	2.00				
21	16口配线架	1.名称：配线架；规格:16口	个	2.00				
22	不锈钢污洗池	1.名称:不锈钢污洗池；材质:1.2mmSUS，316L不锈钢	套	5.00				

五、专项设备								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	一体蒸发冷螺杆空气源热泵机组	制冷量 430KW、制热量 346KW、水流量 74.0m3/h.	台	1.00				
2	立式循环水泵 LB-01/02/03	流量 44.0m3/h、扬程 28.0 米、功率 7.5kw	台	3.00				
3	空调主机配电箱 AT-KT2	1.名称：空调主机配电箱 2.规格：AT-KT2，111.6KW 3.端子板接线 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
4	水泵控制箱 AP-SBKZ1	1.名称：水泵控制箱 2.规格：AP-SBKZ1，15.0KW 3. 两用一备、自动控制 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线	台	1.00				
5	电源（带旁通）	在线式、80KVA、应急时间 min30	台	1.00				
6	网络交换机 48 口	1.名称：48 口千兆全网管交换机，POE 机架式 2.规格:48 口	个	9.00				
7	48 路硬盘录像机	48 路 NVR 组成硬件规格： 2U 标准机架式 2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源 8 盘位，可满配 8T 硬盘 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO：16 进 4 路（可选配 8 出）	个	1.00				
8	监视器	22 寸液晶显示器，塑胶外观， 显示：LED 背光；物理分辨率 1920×1080P； 亮度 250cd/㎡；对比度 1000:1，功耗：≤35W， 接口：VGA 输入*1，HDMI 输入*1，3.5mm 音频输入*1，BNC 输入*1，USB 输入*1；	个	2.00				
9	网络配线架 48 口	1.名称：配线架；规格: 48 口	个	9.00				

六、安装材料								
序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	生产厂家	品牌规格	单价	总价
1	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级 ：空心砖墙 2.墙体类型 ：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆(中砂) M5 4.已含配砖	m3	861.08				
2	构造柱C25	1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	5.43				
3	过梁C25	1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级： C25	m3	1.38				
4	现浇构件钢筋HRB400 直径≤φ10 砌体	钢筋种类、规格:HRB400 钢筋 直径≤φ10 砌体	t	1.096				
5	现浇构件钢筋HRB400 直径≤φ10	钢筋种类、规格:HRB400 钢筋 直径≤φ10	t	0.376				
6	现浇构件钢筋HRB400 直径φ12～φ14	钢筋种类、规格:HRB400 钢筋 直径φ12～φ14	t	2.027				
7	植筋φ6	钢筋种类、规格：植筋 φ6	个	12				
8	植筋φ8	钢筋种类、规格：植筋 φ8	个	18				
9	植筋φ10	钢筋种类、规格：植筋 φ10	个	114				

10	预埋铁件	1.钢材种类：型钢综合 2.规格 ：综合	t	2.151				
11	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格：0.8mm 的 9X25 孔镀锌铁丝网 2.做法：铺 250mm 宽,厚 0.8mm 的 9X25 孔镀锌铁丝网 3.部位：钢筋混凝土和砌体材料交接处，以及砖墙埋管处	m2	155.40				
12	手术室铅防护自动门TM1521	1.名称：手术室铅防护自动门 2.规格：1500*2100 3.其他:带观察窗，带闭门器，含门锁等五金件	樘	2				
13	气密封双开手推门M1521	1.名称：气密封双开手推门 2.规格：1500*2100 3.其他:带闭门器，含门锁等五金件	樘	9				
14	气密封双开手推门M1421	1.名称：气密封双开手推门 2.规格：1400*2100 3.其他:带闭门器，含门锁等五金件	樘	4				
15	气密封单开手推门M1221	1.名称：气密封单开手推门 2.规格：1200*2100 3.其他:钢板气密封手动单开门，带观察窗，带防撞带，带闭门器，含门锁等五金件	樘	16				
16	气密封单开手推门M1021	1.名称：气密封单开手推门 2.规格：1000*2100 3.其他:钢板气密封手动单开门，带观察窗，带防撞带，带闭门器，含门锁等五金件	樘	144				
17	气密封单开手推门M0921	1.名称：气密封单开手推门 2.规格：900*2100 3.其他:钢板气密封手动单开门，带观察窗，带防撞带，带闭门器，含门锁等五金件	樘	41				
18	气密封单开手推门M0821	1.名称：气密封单开手推门 2.规格：800*2100 3.其他:带观察窗，带防撞带，带闭门器，含门锁等五金件	樘	3				

19	气密封单开手推门M0721	1.名称：气密封单开手推门 2.规格：700*2100 3.其他:带观察窗，带防撞带，带闭门器，含门锁等五金件	樘	5				
20	气密封铅防护单开手推门M0921	1.名称：气密封铅防护单开手推门 2.规格：900*2100 3.其他:带闭门器，含门锁等五金件	樘	5				
21	甲级防火门M1521	1.名称：甲级防火门 2.规格：1500*2100 3.其他:详设计及相关规范	樘	9				
22	甲级防火门M1421	1.名称：甲级防火门 2.规格：1400*2100 3.其他:详设计及相关规范	樘	2				
23	甲级防火门M1221	1.名称：甲级防火门 2.规格：1200*2100 3.其他:详设计及相关规范	樘	1				
24	乙级防火门M1521	1.名称：乙级防火门 2.规格：1500*2100 3.其他:详设计及相关规范	樘	15				
25	乙级防火门M1221	1.名称：乙级防火门 2.规格：1200*2100 3.其他:详设计及相关规范	樘	10				
26	乙级防火门M1021	1.名称：乙级防火门 2.规格：1000*2100 3.其他:详设计及相关规范	樘	37				
27	乙级防火门M0921	1.名称：乙级防火门 2.规格：900*2100 3.其他:详设计及相关规范	樘	2				
28	甲级防火门M1021	1.名称：甲级防火门 2.规格：1000*2100 3.其他:详设计及相关规范	樘	3				

29	单开电动门TM1521		樘	28				
30	铝合金型材窗	1.窗类型：铝合金型材窗（含纱扇） 2.窗代号：详设计 3.尺寸：详设计 4.材料种类：铝合金型材 5.玻璃品种、厚度：8mm钢化玻璃 6.报价含所有五金材料 7.玻璃厚度详设计，材质厚度由专业厂家结合相关规范确定以确保安全与稳定	m2	84.98				
31	乙级防火窗	1.窗类型：乙级防火窗 2.窗代号：详设计 3.尺寸：详设计 4.材料种类：铝合金型材 5.玻璃品种、厚度：普通玻璃 6.报价含所有五金材料 7.玻璃厚度详设计，材质厚度由专业厂家结合相关规范确定以确保安全与稳定	m2	13.20				
32	木窗帘盒	1.M8吊杆@1200 2.12X80X200木夹板木螺丝固定 3.25X40X100木方@1200 4.UC60龙骨吊件 5.18mm免漆板	m	114.56				
33	直型输液天轨(每间手术室2套)	1.窗帘轨材质、规格 ：直型输液天轨(每间手术室2套) 2.轨的数量 ；详设计 3.防护材料种类：符合设计要求	m	88.40				
34	U型输液导轨	1.窗帘轨材质、规格 ：U型输液导轨 2.轨的数量 ；详设计 3.防护材料种类：符合设计要求	m	33.80				
35	L型隔帘轨	1.窗帘轨材质、规格 ：直型输液天轨(每间手术室2套) 2.轨的数量 ；详设计 3.防护材料种类：符合设计要求	m	33.80				
36	墙面1.5mm厚JS水泥	1.1.5mm厚JS水泥基涂膜防水两遍(淋浴间防水1.8m)	m2	1481.27				

	基涂膜防水							
37	地面1.5mm厚聚氨脂涂膜防水	1.1.5mm厚聚氨脂涂膜防水两遍	m2	480.19				
38	无机地坪漆	1.无机地坪漆 2.找平层厚度、砂浆配合比：30mmC20细石混凝土找平处理,表面撒干水泥收光,切伸缩缝平整度不大于2mm/1000mm（另列）	m2	33.01				
39	30mmC20细石混凝土找平层	找平层厚度、砂浆配合比：30mmC20细石混凝土找平处理,表面撒干水泥收光,切伸缩缝平整度不大于2mm/1000mm	m2	6541.22				
40	平面水泥砂浆掺硫酸钡找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚预拌水泥砂浆掺硫酸钡[硫酸钡的粒径为325目(约45微米)]抹面压实擀光 2.沙:水泥:硫酸钡 ： 1:1:4	m2	97.75				
41	防滑地砖300*300地面	1.白水泥擦缝 2.楼面贴300X300X8mm米白色哑光防滑地砖 3.5mm厚水泥胶粘结层 4.20mm厚预拌水泥砂浆保护层找1%坡向地漏 5.1.5mm厚聚氨脂涂膜防水两遍（另列） 6.素水泥结合层一道	m2	452.68				
42	医用PVC地板（地面）	1.医用地板(PVC地板),厚度2mm 2.双面涂地板粘合剂5mm厚超强自流平吸收性界面积 3.PVC材质、厚度2mm、凹陷值≤0.05mm、不含200项及以上有害物质	m2	4726.40				
43	手术室内橡胶地板（地面）	1.橡胶地板 δ=2mm 2.双面涂地板粘合剂5mm厚超强自流平吸收性界面处理剂	m2	638.00				

44	医用PVC地板踢脚线	1.踢脚线高度 :100mm 2.粘结层厚度、材料种类 :详设计 3.PVC材质、厚度2mm、凹陷值≤0.05mm、不含200项及以上有害物质	m2	507.56				
45	橡胶地板踢脚线	1.踢脚线高度 :100mm 2.粘结层厚度、材料种类 :详设计 3.面层材料种类、规格、颜色:橡胶地板踢脚线	m2	56.58				
46	墙内填充50mm岩棉	1.墙内填充50mm岩棉	m2	523.35				
47	300*450湿区墙砖（墙面）	1.白水泥擦缝 2.墙面贴300X600X8mm米白色哑光瓷砖 3.6mm厚预拌水泥砂浆粘结层 4.1.5mm厚JS水泥基涂膜防水两遍(淋浴间防水1.8m)（另列） 5.5~7mm厚1:3水泥砂浆打底 6.挂铁丝网20X20X0.5mm	m2	1482.00				
48	手术室电解钢1.2mm钢板（墙面）	1.龙骨材料种类、规格、中距 ：30*50方钢龙骨 2.基层材料种类、规格 ：12mm石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色 ：1.2mm电解钢板	m2	1152.98				
49	无机预涂板（墙面）	1.龙骨材料种类、规格、中距 ：75型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 ：12mm石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色 ：6mm无机预涂板	m2	9431.02				
50	2mm厚防辐射铅板	1.名称：铅板 2.规格：2mm 4.龙骨材料种类、规格、中距 ：50*30*2龙骨 5.基层材料种类、规格 ：木工板 12mm	m2	242.48				
51	手工硫氧镁净化彩钢板（墙面）	1.名称：硫氧镁彩钢板 2.规格：50型 3.其他:含铝型材	m2	627.00				
52	无机预涂	1.龙骨材料种类、规格、中距 ：75型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 ：12mm石膏板	m2	21.24				

	板（ICU隔断）	3.面层材料品种、规格、颜色 ：6mm无机预涂板						
53	玻璃窗1000*2100	1.名称：玻璃窗 2.规格：1000*2100 3.钢化玻璃 8mm	m2	2.10				
54	发血窗口1800*2100	1.名称：发血窗口 2.规格：1800*2100 3.钢化玻璃 8mm	m2	3.78				
55	采血窗口2100*1500	1.名称：采血窗口 2.规格：2100*1500 3.钢化玻璃 8mm	m2	3.15				
56	采血窗口7000*1500	1.名称：采血窗口 2.规格：7000*1500 3.钢化玻璃 8mm	m2	10.50				
57	接样窗口1500*1500	1.名称：接样窗口 2.规格：1500*1500 3.钢化玻璃 8mm	m2	4.50				
58	标本接收窗口1200*2100	1.名称：标本接收窗口 2.规格：2100*1500 3.钢化玻璃 8mm	m2	2.52				
59	谈话窗1000*1000	1.名称：谈话窗 2.规格：1000*1000 3.钢化玻璃 8mm	m2	1.00				
60	谈话窗1200*1000	1.名称：谈话窗 2.规格：1200*1000 3.钢化玻璃 8mm	m2	1.20				
61	谈话窗1500*1000	1.名称：谈话窗 2.规格：1500*1000 3.钢化玻璃 8mm	m2	1.50				
62	观察窗1500*1000	1.名称：观察窗 2.规格：1500*1000 3.钢化玻璃 8mm	m2	1.50				

63	观察窗1800*1000	1.名称：观察窗 2.规格：1800*1000 3.钢化玻璃 8mm	m2	1.80				
64	观察窗1500*1500	1.名称：观察窗 2.规格：1500*1500 3.钢化玻璃 8mm	m2	2.25				
65	传递窗600mm*600mm	1.名称：传递窗 2.规格：600mm*600mm 3.钢化玻璃 8mm	m2	4.68				
66	ICU玻璃隔断	1.边框材料种类、规格 ：不锈钢板 1mm 2.玻璃品种、规格、颜色 :钢化玻璃 10mm 3.嵌缝、塞口材料品种：详设计	m2	45.55				
67	铝合金边框	1.名称：窗口 隔断铝合金边框 2.规格：δ=1.0mm 3.材质：铝合金 4.其他:详设计及相关规范	m2	25.19				
68	成品隔断	1.名称：卫生间隔断 2.规格：H=2.1m,厚12mm抗倍特板 3.其他:详设计及相关规范	m2	429.00				
69	手术室电解钢板（吊顶）	1.龙骨材料种类、规格、中距 ：30*50方钢龙骨 2.基层材料种类、规格 ：12mm石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色 ：1.2mm电解钢板	m2	569.50				
70	600X600铝扣板吊顶	1.Φ8mm镀锌吊杆与承载龙骨用承载龙骨吊码连接，双向中距≤1200mm 2.A字龙骨用A字龙骨吊件与承载龙骨联结 3.面层：600X600铝扣板吊顶（上人） 4.吊顶金属角线	m2	4650.00				
71	300X300铝扣板吊顶	1.Φ8mm镀锌吊杆与承载龙骨用承载龙骨吊码连接，双向中距≤1200mm 2.A字龙骨用A字龙骨吊件与承载龙骨联结 3.面层：300X300铝扣板吊顶 4.吊顶金属角线	m2	418.00				
72	手工硫氧镁净化彩钢板（吊	1.名称：硫氧镁彩钢板 2.规格：50型 3.其他:含铝型材	m2	336.73				

	顶）							
73	采血窗口雅士灰大理石	1.采血窗口雅士灰大理石板 2.400 宽 3.石材磨半圆边 4.其他:详设计及相关规范	m2	12.22				
74	顶面圆弧铝	1.圆弧铝 2.:详设计及相关规范	m	368.64				
75	地面收边压条	1.收边压条 2.:详设计及相关规范	m	3819.03				
76	不锈钢防撞角	1.名称：不锈钢防撞角 2.规格：δ=1.2mm 3.材质：304 不锈钢 4.其他:详设计及相关规范	个	76				
77	不锈钢防撞带	1.名称：不锈钢防撞带 2.规格：δ=1.2mm 3.材质：304 不锈钢 4.其他:详设计及相关规范	m	354.04				
78	更衣柜	1.名称：更衣柜 2.规格：900mm*450mm 3.其他:详设计及相关规范	个	51				
79	货架	1.名称：货架 2.规格：500mm*1500mm 3.材质：全钢 4.其他:详设计及相关规范	个	14				
80	文件柜	1.名称：文件柜 2.规格：450mm*900mm 3.材质：全钢 4.其他:详设计及相关规范	个	15				
81	安装辅材	1.名称：安装辅材 2、支架、割片等	项	1.00				
82	构造柱	1.构件类型：构造柱 2.本项目投标人应根据设计图纸,施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及材质均执行该综合单价 3.支模要求满足设计及施工验收规范	m2	94.32				
83	过梁	1.构件类型：过梁 2.本项目投标人应根据设计图纸,施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及材质均执行该综合单价 3.支模要求满足设计及施工验收规范	m2	29.85				

84	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 ：框架结构 2. 地下室建筑面积 ：无地下室 3. 建筑物檐口高度、层数：详图纸	项	1.00				
85	氧气不锈钢管8*1.5	1.名称：氧气不锈钢管 2.规格：φ8*1.5 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	414				
86	氧气不锈钢管14*1.5	1.名称：氧气不锈钢管 2.规格：φ14*1.5 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	35				
87	氧气不锈钢管25*2	1.名称：氧气不锈钢管 2.规格：φ25*2 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	259				
88	氧气不锈钢管38*2.5	1.名称：氧气不锈钢管 2.规格：φ38*2.5 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	198				
89	空气不锈钢管10*1.5	1.名称：空气不锈钢管 2.规格：φ10*1.5 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	399.2				
90	空气不锈钢管20*2	1.名称：空气不锈钢管 2.规格：φ20*2 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	293.59				
91	空气不锈钢管25*2	1.名称：空气不锈钢管 2.规格：φ25*2 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	71				
92	氮气不锈钢管8*1.5	1.名称：氮气管 2.型号：φ8*1.5 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	108				

93	氮气不锈钢管20*2	1.名称：氮气管 2.型号：ϕ20*2 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	169				
94	氮气不锈钢管25*2	1.名称：氮气管 2.型号：ϕ25*2 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	70				
95	二氧化碳不锈钢管8*1.5	1.名称：二氧化碳管 2.型号：ϕ8*1.5 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	162				
96	二氧化碳不锈钢管20*2	1.名称：二氧化碳管 2.型号：ϕ20*2 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	183				
97	二氧化碳不锈钢管25*2	1.名称：二氧化碳管 2.型号：ϕ25*2 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	69				
98	负压吸引不锈钢管10*1.5	1.名称：负压吸引管 2.型号：ϕ10*1.5 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	399.2				
99	负压吸引不锈钢管38*2.8	1.名称：负压吸引管 2.型号：ϕ38*2.8 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	35				
100	负压吸引不锈钢管76*3	1.名称：负压吸引管 2.型号：ϕ38*2.8 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	258.7				
101	负压吸引	1.名称：负压吸引管 2.型号：ϕ133*3.5	m	193.5				

	不锈钢管133*3.5	3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范						
102	黄蜡管ϕ6	1.名称：黄蜡管ϕ6 2.规格：ϕ6 3.材质：不锈钢 4.管件：含管件安装 5.其他：详设计及相关规范	m	8.5				
103	麻醉废气管DN100	1.名称：UPVC-排水管 2.型号：DN75 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	173				
104	氧气流量计	1.名称：氧气流量计 2.规格：详设计 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	3				
105	氧气终端	1.名称：氧气终端 2.规格：CQ-2　带维修阀 3.其他：双回流、减压、稳压	个	36				
106	负压吸引终端	1.名称：负压吸引终端 2.型号：带维修阀 3.其他：双回流、减压、稳压	个	36				
107	空气终端	1.名称：空气终端 2.规格: 带维修阀 3.其他：双回流、减压、稳压	个	36				
108	氧气二级稳压箱	1.名称：氧气二级稳压箱 2.规格：详设计 3.其他：详设计及相关规范	台	3				
109	空气二级稳压箱	1.名称：空气二级稳压箱 2.规格：详设计 3.其他：详设计及相关规范	台	3				
110	压力检测箱	1.名称：压力检测箱 2.规格：详设计 3.其他：详设计及相关规范	台	5				
111	房间维修阀DN10	1.名称：房间维修阀 2.规格：DN10 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	328				
112	楼层维修	1.名称：楼层维修阀 2.规格：DN15	个	1				

	阀 DN15	3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求						
113	楼层维修阀DN20	1.名称：楼层维修阀 2.规格：DN20 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
114	楼层维修阀DN25	1.名称：楼层维修阀 2.规格：DN25 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	6				
115	楼层维修阀DN32	1.名称：楼层维修阀 2.规格：DN32 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	3				
116	楼层维修阀DN125	1.名称：楼层维修阀 2.规格：DN125 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	2				
117	电气配线BV-2.5mm2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：BV-2.5mm2 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	154				
118	电气配线BV-4mm2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：BV-4mm2 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	129				
119	五孔电源插座	1.名称：五孔电源插座 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	84				
120	单控开关	1.名称：单控开关 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.符合设计及规范要求	个	21				
121	床头灯罩	1.名称：床头灯罩 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	21				
122	床头灯	1.名称：床头灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计	套	21				

		4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求						
123	豪华铝合金设备带	1.规格型号：210*60mm，三腔体结构，厚度1.5mm,双面 2.铝合金表面静电喷涂	m	32				
124	铝合金装饰罩	1.规格型号：60*40mm 2.材质：铝合金	m	16				
125	PPR-冷水管DN15	1.名称：PPR管 2.型号：DN15 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	589				
126	PPR-冷水管DN20	1.名称：PPR管 2.型号：DN20 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	110				
127	PPR-冷水管DN25	1.名称：PPR管 2.型号：DN25 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	115				
128	PPR-冷水管DN32	1.名称：PPR管 2.型号：DN32 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	219				
129	PPR-冷水管DN40	1.名称：PPR管 2.型号：DN40 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	59				
130	PPR-冷水管DN50	1.名称：PPR管 2.型号：DN50 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	110				
131	PPR-热水管DN15	1.名称：PPR管 2.型号：DN15 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	435				

132	PPR-热水管DN20	1.名称：PPR管 2.型号：DN20 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	224				
133	PPR-热水管DN25	1.名称：PPR管 2.型号：DN25 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	60				
134	PPR-热水管DN32	1.名称：PPR管 2.型号：DN25 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	18				
135	PPR-纯水管DN15	1.名称：PPR管 2.型号：DN25 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	98				
136	PPR-纯水管DN20	1.名称：PPR管 2.型号：DN20 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	33				
137	PPR-纯水管DN25	1.名称：PPR管 2.型号：DN25 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	6				
138	PPR-纯水管DN32	1.名称：PPR管 2.型号：DN32 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	41				
139	UPVC-排水管DN50	1.名称：UPVC-排水管 2.型号：DN50 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	455				
140	UPVC-排水管DN75	1.名称：UPVC-排水管 2.型号：DN75 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计	m	87				

		5.详设计及相关规范						
141	UPVC-排水管DN100	1.名称：UPVC-排水管 2.型号：DN100 3.安装部位：室内 4.接方式：详设计 5.详设计及相关规范	m	585				
142	球阀DN15	1.名称：球阀 2.规格：DN15 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	222				
143	球阀DN20	1.名称：球阀 2.规格：DN20 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	8				
144	球阀DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	8				
145	球阀DN32	1.名称：球阀 2.规格：DN32 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	4				
146	球阀DN40	1.名称：球阀 2.规格：DN40 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
147	球阀DN50	1.名称：球阀 2.规格：DN50 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	4				
148	地漏DN50	1.名称：地漏 2.规格：DN50 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个（组）	29				
149	紧急喷淋	1.名称：球阀 2.规格：DN15 3.材质：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	3				
150	淋浴器	1.名称：淋浴器 2.材质：详设计 3.附件名称、数量：详设计 4.详设计及相关规范	套	15				

151	拖把池	1.名称：拖把池 2.材质：详设计 3.附件名称、数量：详设计 4.详设计及相关规范	组	17				
152	蹲便器	1.名称：蹲便器 2.材质：详设计 3.附件名称、数量：详设计 4.详设计及相关规范	组	25				
153	坐便器	1.名称：坐便器 2.材质：详设计 3.附件名称、数量：详设计 4.详设计及相关规范	组	2				
154	洗手盆	1.名称：洗手盆 2.材质：详设计 3.附件名称、数量：详设计 4.详设计及相关规范	组	55				
155	洗眼器	1.名称：洗眼器 2.材质：详设计 3.附件名称、数量：详设计 4.详设计及相关规范	个（组）	18				
156	综合水盆	1.名称：综合水盆 2.材质：详设计 3.附件名称、数量：详设计 4.详设计及相关规范	组	27				
157	橡塑保温管	1.名称：橡塑保温管 2.规格：20mm 厚 B1 级保温管壳保温 3.其它：满足设计及规范要求	m3	2.8				
158	“手术中”灯	1.名称：“手术中”灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	19				
159	LED 洁净平板灯 1200*300	1.名称：LED 洁净平板灯 1200*300 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	150				
160	LED 洁净平板灯 1200*300、带应急	1.名称：LED 洁净平板灯 1200*300、带应急 90min 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	20				

	90min							
161	LED 洁净平板灯 600*300	1.名称：LED 洁净平板灯 600*300 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	10				
162	LED 洁净平板灯 900*300	1.名称：LED 洁净平板灯 900*300 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	68				
163	LED 洁净平板灯 900*300、带应急 90min	1.名称：LED 洁净平板灯 900*300、带应急 90min 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	20				
164	LED 直发光面板灯 1200*600	1.名称：LED 直发光面板灯 1200*600 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	44				
165	LED 直发光面板灯 600*600	1.名称：LED 直发光面板灯 600*600 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	625				
166	防雾筒灯	1.名称：防雾筒灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	30				
167	洁净筒灯	1.名称：洁净筒灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	10				
168	紫外线灭菌灯	1.名称：紫外线灭菌灯 1X40W 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计	套	24				

	1X40W	4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求						
169	紫外线灭菌灯1X20W	1.名称：紫外线灭菌灯 1X2W 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	套	17				
170	单口内网插座	1.名称：单口内网插座 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含底盒费用 5.其它：满足设计及规范要求	个	82				
171	单口外网插座	1.名称：单口外网插座 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含底盒费用 5.其它：满足设计及规范要求	个	83				
172	地面二三孔插座(安全型,IP65)	1.名称：地面二三孔插座(安全型,IP65) 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	23				
173	电动门插座	1.名称：电动门插座 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	26				
174	电话外网双口插座	1.名称：电话外网双口插座 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含底盒费用 5.其它：满足设计及规范要求	个	55				
175	二三孔插座(安全型)	1.名称：二三孔插座(安全型) 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	426				
176	防溅型二三孔插座(安全型)	1.名称：防溅型二三孔插座(安全型) 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	14				

177	空调插座	1.名称：空调插座 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	2				
178	门禁插座(安全型)	1.名称：门禁插座(安全型) 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	6				
179	刷手池插座	1.名称：刷手池插座 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	20				
180	双口内网插座	1.名称：双口内网插座 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含底盒费用 5.其它：满足设计及规范要求	个	83				
181	双口内网地板插座	1.名称：双口内网地板插座 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含底盒费用 5.其它：满足设计及规范要求	个	20				
182	双口外网插座	1.名称：双口外网插座 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含底盒费用 5.其它：满足设计及规范要求	个	2				
183	外网插座	1.名称：外网插座 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含底盒费用 5.其它：满足设计及规范要求	个	1				
184	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.符合设计及规范要求	个	175				
185	定时开关	1.名称：定时开关 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.符合设计及规范要求	个	4				
186	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.符合设计及规范要求	个	52				

187	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.符合设计及规范要求	个	52				
188	双联双控开关	1.名称：双联双控开关 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.符合设计及规范要求	个	12				
189	音量开关	1.名称：音量开关 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.符合设计及规范要求	个	67				
190	等电位端子箱LEB	1.名称:等电位端子箱LEB 2.安装方式:详设计 3.其它未尽事宜详设计及技术要求	台	38				
191	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质 ：镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.符合设计及规范要求	m	568				
192	T3级浪涌保护器	1.名称：T3级浪涌保护器 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	组	19				
193	T2级浪涌保护器	1.名称：T2级浪涌保护器 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	组	15				
194	远程触控面板	1.名称：远程触控面板 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	1				
195	主机控制面板	1.名称：主机控制面板 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	1				
196	天花板扬声器	1.名称：天花板扬声器 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	个	128				
197	电缆桥架100×100	1.名称：电缆桥架 2.型号：100×100 3.材质：钢质 4.类型：槽式含桥架支吊架、桥架隔板、盖 板及桥	m	395				

		架连接弯头、三通、四通等配件 5.接地方式：满足设计及规范要求						
198	电缆桥架150×100	1.名称：电缆桥架 2.型号：150×100 3.材质：钢质 4.类型：槽式含桥架支吊架、桥架隔板、盖 板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5.接地方式：满足设计及规范要求	m	552				
199	电缆桥架200×100	1.名称：电缆桥架 2.型号：200×100 3.材质：钢质 4.类型：槽式含桥架支吊架、桥架隔板、盖 板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5.接地方式：满足设计及规范要求	m	485				
200	电缆桥架200×200	1.名称：电缆桥架 2.型号：200×200 3.材质：钢质 4.类型：槽式含桥架支吊架、桥架隔板、盖 板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5.接地方式：满足设计及规范要求	m	31				
201	电缆桥架300×100	1.名称：电缆桥架 2.型号：300×100 3.材质：钢质 4.类型：槽式含桥架支吊架、桥架隔板、盖 板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5.接地方式：满足设计及规范要求	m	25				
202	1080P高清网络摄像机	1.名称：1080P 高清网络摄像机 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	69				
203	8/4 门禁控制器	1.名称：8/4 门禁控制器 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	44				
204	出门按钮	1.名称：出门按钮 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	44				
205	电磁锁	1.名称：电磁锁 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	22				

206	读卡器	1.名称：读卡器 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	4				
207	可视门禁室外机	1.名称：可视对讲门口机 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	19				
208	可视门禁主机	1.名称：可视门禁主机 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	台	4				
209	空气压差开关	1.名称：空气压差开关 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	组	16				
210	空气压差传感器	1.名称：空气压差传感器 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求	组	8				
211	电气配线UTP-CAT6e	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：UTP-CAT6e 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	26000				
212	电力电缆WDZB-YJE-0.6/1KV-5x16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJE-0.6/1KV-5x16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：综合考虑 5.综合单价含电缆头制作安装 6.其它：满足设计及规范要求	m	435				
213	电力电缆WDZB-YJE-0.6/1KV-5x10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJE-0.6/1KV-5x10mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：综合考虑 5.综合单价含电缆头制作安装 6.其它：满足设计及规范要求	m	453				
214	电力电缆WDZB-YJE-0.6/1K	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJE-0.6/1KV-5x6mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：综合考虑 5.综合单价含电缆头制作安装	m	695				

	V-5x6mm2	6.其它：满足设计及规范要求						
215	电力电缆WDZB-YJE-0.6/1KV-4x25+1x16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJE-0.6/1KV-4x25+1x16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：综合考虑 5.综合单价含电缆头制作安装 6.其它：满足设计及规范要求	m	117				
216	电力电缆WDZB-YJE-0.6/1KV-5x4mm2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJE-0.6/1KV-5x4mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：综合考虑 5.综合单价含电缆头制作安装 6.其它：满足设计及规范要求	m	50				
217	电力电缆WDZB-YJE-0.6/1KV-4x50+1x25mm2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJE-0.6/1KV-4x50+1x25mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：综合考虑 5.综合单价含电缆头制作安装 6.其它：满足设计及规范要求	m	16				
218	电力电缆WDZB-YJE-0.6/1KV-4x35+1x16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJE-0.6/1KV-4x35+1x16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：综合考虑 5.综合单价含电缆头制作安装 6.其它：满足设计及规范要求	m	127.5				
219	电力电缆WDZB-YJE-0.6/1KV-4x70+1x35mm2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJE-0.6/1KV-4x70+1x35mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：综合考虑 5.综合单价含电缆头制作安装 6.其它：满足设计及规范要求	m	216.5				
220	电力电缆WDZB-	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJE-0.6/1KV-4x120+1x70mm2 3.材质：铜芯	m	68				

	YJE-0.6/1KV-4x120+1x70mm2	4.敷设方式、部位：综合考虑 5.综合单价含电缆头制作安装 6.其它：满足设计及规范要求						
221	电气配线WDZB-BYJ-6mm2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZB1-BYJ-6mm2 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	4100				
222	电气配线WDZB-BYJ-4mm2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZB1-BYJ-4mm2 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	26500				
223	电气配线WDZB-BYJ-2.5mm2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZB1-BYJ-2.5mm2 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	26500				
224	电气配线RVV-2*1.5mm2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV-2*1.5mm2 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	650				
225	电气配线RVV-2*1.0mm2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV-2*1.0mm2 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	986				
226	电气配线RVV-4*1.0mm2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV-4*1.0mm2 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	24				
227	电气配线RS485	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RS485 4.材质：铜芯 5.其它：满足设计及规范要求	m	660				
228	电气配管JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位:综合考虑	m	15100				

		5.其它：满足设计及规范要求						
229	电气配管JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位:综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	m	200				
230	电气配管JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32 4.配置形式及部位:综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	m	60				
231	电气配管JDG50	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG50 4.配置形式及部位:综合考虑 5.其它：满足设计及规范要求	m	80				
232	冷媒紫铜管Φ6.4*0.8mm	1.名称:冷媒紫铜管Φ6.4*0.8mm 2.介质:冷媒水 3.连接形式:详设计 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求	m	67.5				
233	冷媒紫铜管Φ12.7*0.8mm	1.名称:冷媒紫铜管Φ12.7*0.8mm 2.介质:冷媒水 3.连接形式:详设计 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求	m	173				
234	冷媒紫铜管Φ9.5*0.8mm	1.名称:冷媒紫铜管Φ9.5*0.8mm 2.介质:冷媒水 3.连接形式:详设计 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求	m	32.2				
235	冷媒紫铜管Φ15.9*0.8mm	1.名称:冷媒紫铜管Φ15.9*0.8mm 2.介质:冷媒水 3.连接形式:详设计 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求	m	32.2				
236	冷媒紫铜管Φ22.2*1.0mm	1.名称:冷媒紫铜管Φ22.2*1.0mm 2.介质:冷媒水 3.连接形式:详设计 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求	m	59.2				
237	冷媒紫铜	1.名称:冷媒紫铜管Φ28.6*1.2mm 2.介质:冷媒水	m	36.8				

	管Φ28.6*1.2mm	3.连接形式:详设计 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求						
238	冷媒紫铜管Φ25.4*1.2mm	1.名称:冷媒紫铜管Φ25.4*1.2mm 2.介质:冷媒水 3.连接形式:详设计 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求	m	9.8				
239	U-PVC冷凝水管DN20	1.名称:UPVC冷凝水管DN20 2.介质:冷凝水 3.连接形式:粘接 4.包含支吊架,刷漆等费用 5其它：满足设计及规范要求	m	527				
240	U-PVC冷凝水管DN25	1.名称:UPVC冷凝水管DN25 2.介质:冷凝水 3.连接形式:粘接 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求	m	122				
241	U-PVC冷凝水管DN32	1.名称:UPVC冷凝水管DN32 2.介质:冷凝水 3.连接形式:粘接 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求	m	171				
242	U-PVC冷凝水管DN40	1.名称:UPVC冷凝水管DN40 2.介质:冷凝水 3.连接形式:粘接 4.含支吊架,刷漆等费用 5.其他：满足设计及规范要求	m	55				
243	风管止回阀200×200	1.名称：风管止回阀 2.规格：200×200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	40				
244	风管止回阀250×200	1.名称：风管止回阀 2.规格：250*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	38				
245	风管止回阀250*250	1.名称：风管止回阀 2.规格：250*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	2				
246	风管止回阀320	1.名称：风管止回阀 2.规格：320×250 3.安装方式：满足设计要求	个	2				

	×250	4.其它：满足设计及规范要求						
247	电动二通阀DN20	1.名称：电动二通阀 2.规格：DN20 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	133				
248	电动二通阀DN32	1.名称：电动二通阀 2.规格：DN32 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	4				
249	电动二通阀DN40	1.名称：电动二通阀 2.规格：DN40 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	3				
250	电动三通调节阀DN40	1.名称：电动三通调节阀 2.规格：DN40 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	8				
251	电动三通调节阀DN50	1.名称：电动三通调节阀 2.规格：DN50 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
252	机械定风量阀320*250	1.名称：机械定风量阀 2.规格：320*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	3				
253	机械定风量阀320*320	1.名称：机械定风量阀 2.规格：320*320 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	8				
254	机械定风量阀400*250	1.名称：机械定风量阀 2.规格：400*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
255	机械定风量阀400*320	1.名称：机械定风量阀 2.规格：400*320 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	7				

256	机械定风量阀630*500	1.名称：机械定风量阀 2.规格：630*500 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
257	静态平衡阀DN100	1.名称：静态平衡阀 2.规格：DN100 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
258	静态平衡阀DN65	1.名称：静态平衡阀 2.规格：DN65 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
259	静态平衡阀DN80	1.名称：静态平衡阀 2.规格：DN80 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
260	闸阀DN40	1.名称：闸阀 2.规格：DN40 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	48				
261	蝶阀DN80	1.名称：蝶阀 2.规格：DN80 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	10				
262	蝶阀DN65	1.名称：蝶阀 2.规格：DN65 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	10				
263	蝶阀DN100	1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	14				
264	蝶阀DN125	1.名称：蝶阀 2.规格：DN125 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	5				
265	截止阀DN32	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	12				
266	截止阀DN20	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.安装方式：满足设计要求	个	272				

		4.其它：满足设计及规范要求						
267	止回阀DN100	1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	3				
268	止回阀DN80	1.名称：止回阀 2.规格：DN80 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	4				
269	泄水阀DN25	1.名称：泄水阀 2.规格：DN25 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	8				
270	自动排气阀DN20	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN20 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	12				
271	单层百叶回风口400*200	1.名称：单层百叶回风口 2.规格：400*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	45				
272	单层百叶回风口500*200	1.名称：单层百叶回风口 2.规格：500*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	35				
273	单层百叶回风口600*200	1.名称：单层百叶回风口 2.规格：600*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	25				
274	单层百叶回风口700*250	1.名称：单层百叶回风口 2.规格：700*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	15				
275	单层百叶	1.名称：单层百叶回风口 2.规格：1000*250	个	13				

	回风口1000*250	3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求						
276	高效过滤风口GB01	1.名称：高效过滤风口GB01 2.规格：配H13无隔板过滤器，额定风量1000m3/h 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	29				
277	高效过滤风口GB02	1.名称：高效过滤风口GB02 2.规格：配H13无隔板过滤器，额定风量500m3/h 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	20				
278	铝合金可开百叶风口P-1	1.名称：铝合金可开百叶风口P-1 2.规格：400*300、铝合金喷塑、带F5中效过滤器 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	3				
279	铝合金可开百叶风口P-2	1.名称：铝合金可开百叶风口P-2 2.规格：320*250、铝合金喷塑、带F5中效过滤器 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	13				
280	铝合金可开百叶风口P-3	1.名称：铝合金可开百叶风口P-1 2.规格：250*200、铝合金喷塑、带F5中效过滤器 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	38				
281	铝合金可开百叶风口带滤网FK-01	1.名称：铝合金可开百叶风口带滤网FK-01 2.规格：200*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	9				
282	铝合金可开百叶风口带滤网FK-02	1.名称：铝合金可开百叶风口带滤网FK-02 2.规格：300*300 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	7				
283	铝合金可开百	1.名称：铝合金可开百叶风口带滤网FK-03 2.规格：400*400 3.安装方式：满足设计要求	个	3				

	叶风口带滤网FK-03	4.其它：满足设计及规范要求						
284	铝合金可开百叶风口带滤网FK-04	1.名称：铝合金可开百叶风口带滤网FK-04 2.规格：600*400 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	4				
285	铝合金双层百叶风口带滤网200*200	1.名称：铝合金双层百叶风口带滤网 2.规格：200*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	120				
286	铝合金双层百叶风口带滤网320*250	1.名称：铝合金双层百叶风口带滤网 2.规格：320*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	11				
287	铝合金双层百叶风口带滤网400*250	1.名称：铝合金双层百叶风口带滤网 2.规格：400*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	20				
288	门铰式可开百叶风口带滤网400*320	1.名称：门铰式可开百叶风口带滤网 2.规格：400*320 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	7				

289	门铰式可开百叶风口带滤网250*200	1.名称：铝合金双层百叶风口带滤网 2.规格：250*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	9				
290	送风口（散流器）300*300	1.名称：送风口（散流器） 2.规格：300*300 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	86				
291	送风口（散流器）400*400	1.名称：送风口（散流器） 2.规格：400*400 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	81				
292	Y型过滤器DN20	1.名称：Y型过滤器 2.材质：满足设计规范要求 3.型号、规格：DN20 4.连接形式:详设计 5.其它：满足设计及规范要求	个	133				
293	Y型过滤器DN32	1.名称：Y型过滤器 2.材质：满足设计规范要求 3.型号、规格：DN32 4.连接形式:详设计 5.其它：满足设计及规范要求	个	4				
294	Y型过滤器DN40	1.名称：Y型过滤器 2.材质：满足设计规范要求 3.型号、规格：DN40 4.连接形式:详设计 5.其它：满足设计及规范要求	个	13				
295	Y型过滤器DN65	1.名称：Y型过滤器 2.材质：满足设计规范要求 3.型号、规格：DN65 4.连接形式:详设计 5.其它：满足设计及规范要求	个	5				
296	Y型过滤器DN80	1.名称：Y型过滤器 2.材质：满足设计规范要求 3.型号、规格：DN80 4.连接形式:详设计 5.其它：满足设计及规范要求	个	4				

297	Y 型过滤器 DN100	1.名称：Y 型过滤器 2.材质：满足设计规范要求 3.型号、规格：DN100 4.连接形式:详设计 5.其它：满足设计及规范要求	个	3				
298	Y 型过滤器 DN125	1.名称：Y 型过滤器 2.材质：满足设计规范要求 3.型号、规格：DN125 4.连接形式:详设计 5.其它：满足设计及规范要求	个	1				
299	电子水处理仪 CG1	1.名称：电子水处理仪 CG1 2.规格：水处理量 65-115m3/h 3.安装方式：综合考虑 4.含调试、基础费用 5.其它：满足设计及规范要求	台	1				
300	电子水处理仪 CG2	1.名称：电子水处理仪 CG2 2.规格：水处理量 32-65m3/h 3.安装方式：综合考虑 4.含调试、基础费用 5.其它：满足设计及规范要求	台	2				
301	风机盘管线控板	1.名称：风机盘管线控板 2.型号.规格：详设计 3.安装高度：详设计 4.符合设计及规范要求	个	133				
302	铝合金防雨百叶带滤网 250*200	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：250*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	10				
303	铝合金防雨百叶带滤网 200*200	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：200*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	10				
304	铝合金防雨百叶带滤网 250*2	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：250*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	2				

	50							
305	铝合金防雨百叶带滤网320*250	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：320*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	2				
306	铝合金防雨百叶带滤网400*250	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：400*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	2				
307	铝合金防雨百叶带滤网400*320	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：400*320 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
308	铝合金防雨百叶带滤网500*200	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：500*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	3				
309	铝合金防雨百叶带滤网500*320	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：500*320 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
310	铝合金防雨百叶带滤网630*320	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：630*320 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				

311	铝合金防雨百叶带滤网630*400	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：630*400 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	2				
312	铝合金防雨百叶带滤网800*200	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：800*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	4				
313	铝合金防雨百叶带滤网800*250	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：800*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	2				
314	铝合金防雨百叶带滤网1000*250	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：1000*250 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
315	铝合金防雨百叶带滤网1000*200	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：1000*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
316	铝合金防雨百叶带滤网1100*200	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：1100*200 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
317	铝合金防	1.名称：铝合金防雨百叶带滤网 2.规格：630*320	个	1				

	雨百叶带滤网1400*800	3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求						
318	可开固定式百叶风口XH2	1.名称：可开固定式百叶风口XH2 2.规格：900*350、带F6中效过滤器 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	1				
319	可开固定式百叶风口XH3	1.名称：可开固定式百叶风口XH3 2.规格：1150*350、带F6中效过滤器 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	39				
320	可开固定式百叶风口XH3（带H3高效过滤器）	1.名称：可开固定式百叶风口XH3（带H3高效过滤器） 2.规格：1150*350、带F3中效过滤器 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	个	4				
321	不锈钢膨胀水箱V=1.0m3	1.名称：不锈钢膨胀水箱V=1.0m3 2.规格：1.5mm不锈钢、V=1.0m3 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	台	1				
322	不锈钢膨胀水箱V=0.8m3	1.名称：不锈钢膨胀水箱V=0.8m3 2.规格：1.5mm不锈钢、V=0.8m3 3.安装方式：满足设计要求 4.其它：满足设计及规范要求	台	2				
323	高效过滤风机箱EAF-01	1.名称：高效过滤风机箱EAF-01 2.规格：L=950m3/h,N=0.18kW/220V，配H13过滤器、机外余压250Pa 3.安装方式：综合考虑 4.含调试、支吊架费用 5.其它：满足设计及规范要求	台	1				
324	高效过滤	1.名称：高效过滤风机箱EAF-02 2.规格：L=1150m3/h,N=0.20kW/220V，配H13过滤器、	台	1				

	风机箱EAF-02	机外余压250Pa 3.安装方式：综合考虑 4.含调试、支吊架费用 5.其它：满足设计及规范要求						
325	高效过滤风机箱EAF-03	1.名称：高效过滤风机箱EAF-03 2.规格：L=550m3/h,N=0.12kW/220V，配H13过滤器、机外余压250Pa 3.安装方式：综合考虑 4.含调试、支吊架费用 5.其它：满足设计及规范要求	台	1				
326	高效过滤风机箱EAF-04	1.名称：高效过滤风机箱EAF-04 2.规格：L=450m3/h,N=0.10kW/220V，配H13过滤器、机外余压250Pa 3.安装方式：综合考虑 4.含调试、支吊架费用 5.其它：满足设计及规范要求	台	1				
327	高效过滤风机箱EAF-05	1.名称：高效过滤风机箱EAF-05 2.规格：L=4500m3/h,N=3.0kW/380V，配H13过滤器、机外余压500Pa 3.安装方式：综合考虑 4.含调试、支吊架费用 5.其它：满足设计及规范要求	台	1				
328	高效过滤风机箱EAF-06	1.名称：高效过滤风机箱EAF-06 2.规格：L=2000m3/h,N=1.5kW/380V，配H13过滤器、机外余压500Pa 3.安装方式：综合考虑 4.含调试、支吊架费用 5.其它：满足设计及规范要求	台	1				
329	回风静压箱500*500*500	1.名称：回风静压箱 2.规格：500*500*500 3.安装方式：综合考虑 4.含支吊架费用 5.其它：满足设计及规范要求	个	1				
330	回风静压箱1000*1000*700	1.名称：回风静压箱 2.规格：1000*1000*700 3.安装方式：综合考虑 4.含支吊架费用 5.其它：满足设计及规范要求	个	2				
331	回风静压箱800*6	1.名称：回风静压箱 2.规格：800*630*600 3.安装方式：综合考虑 4.含支吊架费用	个	1				

	30*600	5.其它：满足设计及规范要求						
332	回风静压箱1200*900*700	1.名称：回风静压箱；规格：1200*900*700；安装方式：综合考虑；含支吊架费用；其它：满足设计及规范要求	个	1				
333	回风静压箱1000*1000*700	1.名称：回风静压箱；规格：1000*1000*700；安装方式：综合考虑；含支吊架费用；其它：满足设计及规范要求	个	2				
334	微压差计	1.名称：微压差计；规格：0~60Pa；安装方式：满足设计要求；其它：满足设计及规范要求	支	11				
335	温度计	1.名称：温度计；规格：0~50°C；安装方式：满足设计要求；其它：满足设计及规范要求	支	46				
336	压力表	1.名称：压力表；规格：0~50°C；安装方式：满足设计要求；其它：满足设计及规范要求	台	60				
337	可屈挠橡胶软接头DN32	1.名称：可屈挠橡胶软接头；规格：DN32；安装方式：综合考虑；其它：满足设计及规范要求	个	8				
338	可屈挠橡胶软接头DN40	1.名称：可屈挠橡胶软接头；规格：DN40；安装方式：综合考虑；其它：满足设计及规范要求	个	26				
339	可屈挠橡胶软接头DN65	1.名称：可屈挠橡胶软接头；规格：DN65；安装方式：综合考虑；其它：满足设计及规范要求	个	8				
340	可屈挠橡胶软接头DN80	1.名称：可屈挠橡胶软接头；规格：DN80；安装方式：综合考虑；其它：满足设计及规范要求	个	8				
341	可屈挠橡胶软接头	1.名称：可屈挠橡胶软接头；规格：DN100；安装方式：综合考虑；其它：满足设计及规范要求	个	6				

	DN100							
342	可屈挠橡胶软接头DN125	1.名称：可屈挠橡胶软接头；规格：DN125 ；安装方式：综合考虑；其它：满足设计及规范要求	个	2				
343	能量计	1.名称：能量计；规格：累计冷热量，带数据输出功能；安装方式：满足设计要求；其它：满足设计及规范要求	台	3				
344	换气扇	1.名称：换气扇；规格：详设计；安装方式：满足设计要求；其它：满足设计及规范要求	台	24				
345	双层微穿孔板消声器1500*320*320	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*320*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
346	双层微穿孔板消声器1500*400*320	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*400*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	3				
347	双层微穿孔板消声器1500*400*400	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*400*400；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	2				
348	双层微穿孔板消声器1500*500*320	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*500*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				

349	双层微穿孔板消声器1500*800*500	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*800*500；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	6				
350	双层微穿孔板消声器1500*1000*500	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*1000*500；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
351	双层微穿孔板消声器1500*520*450	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*520*450；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	2				
352	双层微穿孔板消声器1500*600*450	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*600*450；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	3				
353	双层微穿孔板消声器1500*600*520	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*600*520；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
354	双层微穿孔板消声	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*700*520；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				

	器1500*700*520							
355	双层微穿孔板消声器1500*700*450	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*700*450；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	2				
356	双层微穿孔板消声器1500*830*600	1.名称：双层微穿孔板消声器；规格：1500*830*600；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
357	70℃防火阀400*250	1.名称：70℃防火阀；规格：400*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	3				
358	70℃防火阀400*320	1.名称：70℃防火阀；规格：400*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	8				
359	70℃防火阀500*250	1.名称：70℃防火阀；规格：500*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	5				
360	70℃防火阀250*200	1.名称：70℃防火阀；规格：250*200；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	15				
361	70℃防火阀250*2	1.名称：70℃防火阀；规格：250*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	5				

	50							
362	70℃防火阀400*400	1.名称：70℃防火阀；规格：400*400；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	2				
363	70℃防火阀500*320	1.名称：70℃防火阀；规格：500*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	4				
364	70℃防火阀800*500	1.名称：70℃防火阀；规格：800*500；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	5				
365	70℃防火阀1000*500	1.名称：70℃防火阀；规格：1000*500；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
366	电动密闭阀320*200	1.名称：电动密闭阀；规格：320*200；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
367	电动密闭阀320*250	1.名称：电动密闭阀；规格：320*200；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	4				
368	电动密闭阀320*320	1.名称：电动密闭阀；规格：320*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	6				
369	电动密闭阀400*250	1.名称：电动密闭阀；规格：400*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	3				
370	电动密闭	1.名称：电动密闭阀；规格：400*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	8				

	阀400*320							
371	电动密闭阀500*250	1.名称：电动密闭阀；规格：500*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
372	电动密闭阀500*320	1.名称：电动密闭阀；规格：500*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	2				
373	电动密闭阀630*400	1.名称：电动密闭阀；规格：630*400；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
374	电动密闭阀630*320	1.名称：电动密闭阀；规格：630*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
375	电动密闭阀630*500	1.名称：电动密闭阀；规格：630*500；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
376	电动密闭阀1000*500	1.名称：电动密闭阀；规格：1000*500；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
377	手动对开多叶调节阀200*120	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：200*120；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	95				
378	手动对开多叶调节	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：200*160；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	10				

	阀200*160							
379	手动对开多叶调节阀200*200	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：200*200；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	65				
380	手动对开多叶调节阀250*160	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：250*160；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	20				
381	手动对开多叶调节阀250*200	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：250*200；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	26				
382	手动对开多叶调节阀250*250	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：250*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	4				
383	手动对开多叶调节阀320*200	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：320*200；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	35				
384	手动对开多叶调节阀320*2	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：320*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	13				

	50							
385	手动对开多叶调节阀320*320	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：320*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	2				
386	手动对开多叶调节阀400*250	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：400*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	3				
387	手动对开多叶调节阀400*320	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：400*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	6				
388	手动对开多叶调节阀400*400	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：400*400；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	2				
389	手动对开多叶调节阀500*250	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：500*250；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
390	手动对开多叶调节阀500*320	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：500*320；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	8				

391	手动对开多叶调节阀500*500	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：500*500；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
392	手动对开多叶调节阀630*400	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：630*400；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	5				
393	手动对开多叶调节阀800*500	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：800*500；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	6				
394	手动对开多叶调节阀1000*500	1.名称：手动对开多叶调节阀；规格：1000*500；材质：详设计；其它：满足设计及规范要求	个	1				
395	不锈钢波纹管软接DN20	1.名称：不锈钢波纹管软接；规格：DN20；安装方式：综合考虑；其它：满足设计及规范要求	个	266				
396	压差旁通阀DN80	1.名称：泄水阀；规格：DN25；安装方式：满足设计要求；其它：满足设计及规范要求	个	1				
397	不锈钢板	1.名称：0.5mm 不锈钢板；材质：不锈钢板；形状：矩形；包含支吊架,刷漆等费用；其它：满足设计及规范要求	m2	81				
398	镀锌钢板矩形风管	1.名称：矩形风管；材质：镀锌钢板；形状：矩形；包含支吊架,刷漆等费用；其它：满足设计及规范要求	m2	4036				

399	镀锌钢板圆形风管	1.名称：圆形风管；材质：镀锌钢板；形状：矩形；包含支吊架,刷漆等费用；其它：满足设计及规范要求	m2	107.96				
400	镀锌钢管DN20	1.安装部位: 室内 2.输送介质:供回水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:丝接 6.包含支吊架,刷漆等费用 7.其它：满足设计及规范要求	m	815				
401	镀锌钢管DN25	1.安装部位: 室内 2.输送介质:供回水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:丝接 6.包含支吊架,刷漆等费用 7.其它：满足设计及规范要求	m	18				
402	镀锌钢管DN32	1.安装部位: 室内 2.输送介质:供回水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:丝接 6.包含支吊架,刷漆等费用 7.其它：满足设计及规范要求	m	95				
403	镀锌钢管DN40	1.安装部位: 室内 2.输送介质:供回水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:丝接 6.包含支吊架,刷漆等费用 7.其它：满足设计及规范要求	m	172				
404	镀锌钢管DN50	1.安装部位: 室内 2.输送介质:供回水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:丝接 6.包含支吊架,刷漆等费用 7.其它：满足设计及规范要求	m	118				
405	无缝钢管DN65	1.安装部位: 室内 2.输送介质:供回水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN65 5.连接方式:丝接	m	225				

		6.包含支吊架,刷漆等费用 7.其它：满足设计及规范要求						
406	无缝钢管DN80	1.安装部位: 室内 2.输送介质:供回水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN80 5.连接方式:丝接 6.包含支吊架,刷漆等费用 7.其它：满足设计及规范要求	m	332				
407	无缝钢管DN100	1.安装部位: 室内 2.输送介质:供回水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:丝接 6.包含支吊架,刷漆等费用 7.其它：满足设计及规范要求	m	330				
408	无缝钢管DN125	1.安装部位: 室内 2.输送介质:供回水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN125 5.连接方式:丝接 6.包含支吊架,刷漆等费用 7.其它：满足设计及规范要求	m	35				
409	通风管道保温	1.名称:通风管道保温；材质：详设计；厚度：详设计；其它：满足设计及规范要求	m3	147.02				

注：