

政府采购项目采购需求

采购单位：华蓥市人民医院

所属年度：2022年

编制单位：华蓥市人民医院

编制时间：2022年07月07日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 华蓥市人民医院全自动智能化心脏复苏机和医用外伤冲洗设备采购项目

(二) 项目所属年度： 2022年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 450,000.00元 ， 大写（人民币）： 肆拾伍万元整

最高限价（元）： 340,000.00元 ， 大写（人民币）： 叁拾肆万元整

(五) 项目概况： 为华蓥市人民医院便携式智能心肺复苏机（便携式智能心肺复苏机）和医用外伤 冲洗设备（医用外伤冲洗器）采购设备。 备注： 括号中设备名称是注册证名称。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况

3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 不专门面向中小企业采购

2. 不专门面向的原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：450,000.00，大写（人民币）：肆拾伍万元整

最高限价（元）：340,000.00，大写（人民币）：叁拾肆万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定单价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	医用电子生理参数检测仪器设备	标的名称	医用电子生理参数检测仪器设备
	数量	2.00	单位	项
	合计金额（元）	350,000.00	单价（元）	175,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
2	采购品目	病房护理及医院通用设备	标的名称	病房护理及医院通用设备
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	100,000.00	单价（元）	100,000.00
	是否采购节能产	否	未采购节能产品	无

品		原因	
是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称：医用电子生理参数检测仪器设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标									
★	1	<p>一、本项目采购数量及主要技术参数要求</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>便携式智能心肺复苏机</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>医用外伤冲洗器</td> <td>1套</td> </tr> </tbody> </table> <p>(一) 便携式智能心肺复苏机功能参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电动电控型心肺复苏机，无需任何气源可实现按压，摆脱了长途转运过程中气源不足问题。 2. 按压模式：15:2、30:2和连续按压三种模式。 3. 连续按压：100-120次/分钟多档可调，步进量：5次/分钟，误差：±4次/分钟。 4. 30:2模式：100-120次/分钟多档可调，步进量：5次/分钟，每次停顿不大于5秒，误差：±4次/分钟。 5. 15:2模式：100-120次/分钟多档可调，步进量：5次/分钟，每次停顿不大于5秒，误差：±4次/分钟；。 6. 按压深度：3.0cm-6.0cm多档可调，步进量：0.5cm误差：-0.1cm-0.2cm。 7. 采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，防止患者位移，承载板防滑，固定带固定。 8. 机械噪音：≤56dB(A)。 9. 收缩与舒张比：1:1。 10. 施救范围：胸骨厚度17.5-29.0cm，最大胸宽48cm。 11. 工作条件：1. 环境温度：5℃-40℃ 2. 相对湿度：≤80% 	序号	名称	数量	1	便携式智能心肺复苏机	2台	2	医用外伤冲洗器	1套
序号	名称	数量									
1	便携式智能心肺复苏机	2台									
2	医用外伤冲洗器	1套									

3. 大气压强：70Kpa~106Kpa

12. 电源电压：100-240V~；50/60Hz；电池：24V□；电池容量：4500mAh。

13. 在无外接装置状态下，能独立工作长达2个小时。采用锂电池供电的方式，可外接单独充电，也可在主机内直接充电使用。

14. 低电压报警：具有低电压提示功能，当出现提示信息时，供电电压值在21.0V±0.5V范围内。

15. 彩色液晶显示屏，侧视无角度干涉。

16. 主机（含电池）重量≤9.4Kg。

★17. 按压盘具有自动定位。

★18. 患者仰卧位置有红色光标参照。

19. 按压盘使用负压吸杯，保证每次按压后廓回弹。

20. 机械性能：按压盘垂直下降距离≤12cm。

21. 支持非水平按压：工作倾斜度≤40°，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，也不会损害患者。

22. 高度：65cm±2cm；宽度：54±1cm。

23. 通气设置：配合呼吸机，手动呼吸气囊使用。

24. 数据存储功能及信息：可存储事件号、日期、时间、按压深度、模式、按压频率、运行时长、总时长。

25. 数据查看：设备开机状态下，通过USB接口和数据线与PC机建立连接后，可查看储存的数据，且只能读取无法写入。

26. 数据导出：可通过USB 接口进行数据导出。

27. 记忆功能：当设备的供电电源意外中断时，除当前的运行参数外所有存储的数据信息不发生改变。

28. 外壳防护等级：IPX3。

29. 便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中等各种场合提供高质量连续心肺复苏。

30. 安全要求：心肺复苏机的安全通用要求应符合GB 9706.1-2007；

31. 电磁兼容性：心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合YY 0505-2012的要求。

32. 配置清单

序号	物品名称	数量
1	主机	1套
2	电池	2件

3	适配器	1件
4	承载板	1件
5	一次性压盘护套	10件
6	负压吸杯按压盘	2件
7	颈部固定带	1套
8	便携包	1件

标的名称：病房护理及医院通用设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p style="text-align: center;">（二）医用外伤冲洗器技术参数</p> <p>1. 医用外伤冲洗器为二类医疗器械；</p> <p>2. 医用外伤冲洗器外观尺寸：长+宽+高相加不大于100CM，进水管尺寸：长度不低于150CM；</p> <p>3. 对环境温度要求：5~40℃，相对湿度要求：≤80%；</p> <p>4. 适用电源：20A以上220V交流电；</p> <p>5. 输入功率：3500VA；</p> <p>★6. 出水温度范围：30℃~40℃，出水温度可手动设定；</p> <p>7. 清水出水流量≥1.4L/min，可通过流量阀调节；</p> <p>8. 全程清洗时间：≥15分钟，可以实现清洗液、清水自动交替冲洗；</p> <p>★9. 有配套专业弱碱性清洗消毒液，具有CMA狂犬病毒灭活检验报告（卫消产品），包装单位容量≥300ML；配套液体伤口敷料（一类医疗器械）（PH均值8.00-8.10之间），包装单位容量≥300ML；配套弱碱性液体敷料（一类医疗器械），对冲洗后伤口进行护理。</p> <p>10. 配备专业清洗万向支架，方便患者冲洗；</p> <p>11. 配备高低多功能清洗池，长+宽+高相加不大于280CM，清洗池具备清洗床功能，可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗；</p>

12. 可选配可移动式打印设备，保存冲洗记录。

医用外伤冲洗器配置清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	清洗枪及水管	套	1	
3	安装模板	张	1	
4	前置过滤器	套	1	
5	附件包	套	1	
6	进水水管	米	3	2分PE管
7	安装固定架	只	2	

清洗池配置清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	清洗池	台	1	带下水接头
2	下水管	套	1	
3	前垫板	块	1	
4	后垫板	块	1	

注：以上带“★”的条款实质性技术参数要求，不得有负偏离；否则，视为无效响应。

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	<p>供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件</p>	<p>资格条件 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 法律、行政法规规定的其他条件； 资格证明材料 1. 具有独立承担民事责任的能力。（供应商若为企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”； 供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码的事业单位法人证书”； 若为其他组织：提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”； 若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照（复印件）； 2. 具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函）； 3. 具备健全的财务会计制度的证明材料。（①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件；②也可提供2020或2021年度投标人内部的财务报表复印件；③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程）（复印件）；⑤也可提供承诺函（任选其一）； 4. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）； 5. 具有依法缴纳税收。提供2022年以来任意连续一个月的缴纳税收证明材料。（银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明等； 供应商注册时间至响应文件递交截止日不足一个月的提供具有依法缴纳税收的良好记录承诺函原件或按实际应缴纳情况提供）； 6. 具有社会保障资金的良好记录。提供2022年以来任意连续一个月的社保缴纳证明材料。（银行电子回单或社保部门出具的票据或有关证明等； 供应商注册时间至响应文件递交截止日不足一个月的提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录承诺函原件或按实际应缴纳情况提供）； 7. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函； 8. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函）；</p>
2	<p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>	<p>①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件；②也可提供2020或2021年度投标人内部的财务报表复印件；③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。⑤也可提供承诺函（任选其一）</p>

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需提供承诺函并加盖单位公章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	根据采购项目提出的特殊条件	1. 供应商为生产厂商的应具有中华人民共和国医疗器械生产许可证，供应商为经销商的应提供医疗器械经营许可证或有效备案表（仅限医疗器械适用）； 2. 报价产品须具有医疗器械注册证和医疗器械产品注册登记表（仅限医疗器械适用，若二者证件已经合一，则只需提供该产品的医疗器械注册登记证件）；

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	价格扣除	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。	-	是

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定单价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起60日
- 4) 合同履行地点：由采购人指定地点
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：10%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：根据国务院令658号第四十八条规定，成交单位向采购人缴纳政府采购合同金额 10% 的履约保证金。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：华蓥市财政局 开户行：四川华蓥农村商业银行股份有限公司 银行账号：88160120007705802 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：履约保证金要求备注：“华蓥市人民医院XXX项目履约保证金”。（成交单位在合同签订前需缴纳，履约保证金的退还方式由采购人与中标单位根据相关规定在合同中进行确定。）

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、 付款条件说明： 设备送达并安装完成通过验收合格后 ， 达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 95.00 %；

2、 付款条件说明： 待采购人使用自验收合格之日起满1年后无息付清 ， 达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 5.00 %；

9) 验收交付标准和方法： 验收标准以谈判文件技术参数及要求和相关行业标准为准；成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）

10) 质量保修范围和保修期：质保期内，货物如发生故障所需更换的零配件应将免费负责更换（人为产生的故障、不可抗力因素不在此保修范围内）

11) 知识产权归属和处理方式：乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对_上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金。

12) 成本补偿和风险分担约定：（1）甲方无正当理由拒收接收设备的，甲方应偿付合同总价百分之一 的违约金；（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一 的违约金；逾期付款超过 90 天的，乙方有权终止合同；（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任（1）乙方交付的设备质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的设备给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。（2）乙方不能交付设备或逾期交付设备而违约的，除应及时交足设备外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一的违约金；逾期交货超过 90天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 30 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十 的赔偿金给甲方。（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁

机构) 裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的, 乙方除应向甲方返还已收款项外, 还应另按合同总价的百分之一 向甲方支付违约金。(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的, 还应按甲方损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给甲方。

13) 违约责任与解决争议的方法: 1、因设备的质量问题发生争议, 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。设备符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 设备不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。 2、合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决。协商或调解不成的, 由事发当地人民法院管辖。

14) 合同其他条款: /

12、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 否

4) 是否邀请服务对象: 否

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: /

9) 技术履约验收内容: 按合同执行

10) 商务履约验收内容: 按合同执行

11) 履约验收标准：验收标准以谈判文件技术参数及要求和相关行业标准为准；成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)

12) 履约验收其他事项：/

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否