

政府采购项目采购需求

采购单位：兴文县人民医院

所属年度：2022年

编制单位：兴文县人民医院

编制时间：2022年06月16日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：兴文县人民医院采购移动式C臂X射线机

(二) 项目所属年度：2022年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额（元）：850,000.00元，大写（人民币）：

(五) 项目概况：随着骨科手术技术的发展，需要采购一台移动式C臂X射线机。主要用于手术中的部分造影及局部摄影等工作，使骨科手术中利用透视达到精准定位。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况

3. 同类采购项目历史成交信息情况

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 不专门面向中小企业采购

2. 不专门面向的原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：是

- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：850,000.00，大写（人民币）：捌拾伍万元整

最高限价（元）：850,000.00，大写（人民币）：捌拾伍万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	医用X线设备	标的名称	医用X线设备
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	850,000.00	单价（元）	850,000.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称：医用X线设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1		<p>(一) 配置要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、一体式C形臂机架 1套 2、高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1套 3、限束器 1套 4、防散射密纹滤线栅 1套 5、非晶硅动态平板探测器 1套 6、一体化电脑≥32英寸液晶显示器 1套 7、数字采集处理工作站软件 1套 8、DAP 1套 9、≥10英寸液晶触摸操作屏 1套 <p>(二) 功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一体式平板C型臂 2.≥210mm*210mm动态平板探测器，输出灰阶≥16bit 3.智能控制剂量，适于手术需要；根据临床预设多部位、多体位、多体型的成人、儿童等人体特征透视参数 4.具备多重自动保护及故障代码提示功能 5.C臂机架在解锁状态下可实现任意角度悬停 6.≥10英寸触控式彩色液晶操作屏 7.液晶显示器与主机一体化设计，≥32英寸4K液晶显示器，显示器可大角度旋转，显示器上方具备曝光状态指示灯 8.一键开关机，可快速启动机器 9.无网电待机设计，可实现在多个手术室之间的无网电待机转场 10.激光定位，满足不同摆位的定位需求 <p>(三) 技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.X射线管组件： <ol style="list-style-type: none"> 1.1最大输出功率（摄影）：≥5kW 1.2 主逆变频率：≥110kHz 1.3 输出电压：40kV~120kV 1.4最大摄影电流：≥100mA 1.5摄影mAs：1mAs~280mAs 1.6连续透视电流：0.3~4mA 1.7脉冲透视电流：≥0.3~30mA 1.8管组件热容量:≥ 900KHU 2.探测器： <ol style="list-style-type: none"> 2.1探测器类型：非晶硅动态平板探测器 2.2闪烁体类型：碘化铯 2.3有效成像面积：≥210mm*210mm 2.4采集矩阵：≥1300x1300 2.5 输出灰阶(A/D位数)≥16 3.机架参数： <ol style="list-style-type: none"> 3.1 C形臂滑转：≥135° 3.2 C形臂的旋转：≥±180° 3.3 C形臂垂直方向范围：≥400mm 3.4 C形臂水平方向范围：≥200mm 3.5 C形臂水平摆动：≥±15° 3.6 焦屏距：≥1000mm 3.7 C形臂的弧深度：≥660mm 3.8 C形臂的开口距离：≥800mm 3.9 全平衡机架：具备全平衡 4.图像处理工作站参数 :登记、采集、查询、修改、裁剪、标记、垂直镜像、水平镜像、实时任意角度旋转、实时图像缩放、实时图像增强处理、窗宽窗位、图像全选、单窗、多窗、移动、负像、测量、报表、保存、预览、胶片等。 <p>备注：本采购需求内容只作为参考，最终内容（实质性要求、技术或服务要求、商务条款等）以采购文件内容为准。</p>
---	--	---

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	投标产品的生产商应具有《医疗器械生产企业许可证》	供应商需提供《医疗器械生产企业许可证》复印件，并加盖鲜章。
2	投标产品应具有《医疗器械注册证》	投标产品需提供投标产品应提供《医疗器械注册证》复印件，并加盖鲜章。
3	供应商应具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证	供应商提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证，并加盖鲜章。

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履行地点：兴文县人民医院
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
- 7) 质量保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：全部货物安装调试完毕并验收合格购人之日起，采接到供应商通知与票据凭证资料（即开

具正式增值税发票)以后30日,达到付款条件起7日,支付合同总金额的15.00%;

2、付款条件说明:全部货物安装调试完毕并验收合格之日起,采购人接到供应商通知与票据凭证资料(即开具正式增值税发票)180日以后,达到付款条件起7日,支付合同总金额的75.00%;

3、付款条件说明:于设备正常使用一年后,达到付款条件起7日,支付合同总金额的10.00%;

9)验收交付标准和方法:1.合同签订时间:合同至成交通知书发出之日起10日内签订2.在合同签订生效之日起30日内交货到采购人指定地点,随即在3日内全部完成安装调试验收合格交付使用。3.验收标准:按国家有关规定以及采购人采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由采购人在采购与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;验收合格后并出具验收单,由采购人及供应商共同签署。4.供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人;供应商不能完整交付货物及相关资格证明材料和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。

10)质量保修范围和保修期:质保期为验收合格后一年,质保期内出现质量问题,供应商在接到通知后4小时内响应到场,24小时内完成维修或更换,并承担修理调换的费用;如货物经供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准,视作供应商未能按时交货,采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

11)知识产权归属和处理方式:供应商保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,供应商除应向采购人返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之5向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

12)成本补偿和风险分担约定:无

13)违约责任与解决争议的方法:(一)供应商交付的货物质量不符合合同规定的,供应商应向采购人支付合同总价的百分之5的违约金,并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人,如供应商未在采购人规定的时间内更换货物的,采购人有权单方解除合同,供应商已收的货款应退回并按合同总价的百分之5承担违约责任。(二)供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的,除应及时交足货物外,应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之5/天的违约金;逾期交货超过30天,采购人有权终止合同,供应商则应按合同总价的百分之5的款额向采购人偿付赔偿金,并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。(三)供应商保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,供应商除应向采购人返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之5向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。(四)供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的,还应按采购人损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给采购人。(五)因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由采购人承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由供应商承担。(六)合同履行期间,若双方发生争议,若协商不成,由采购人所在地人民法院管辖。

14)合同其他条款:无

12、履约验收方案

1)验收组织方式:自行验收

2)是否邀请本项目的其他供应商:否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

 供应商提出验收申请之日起3日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

10) 商务履约验收内容：（一）在合同签订生效之日起30个工作日内交货到采购人指定地点，随即在3日内全部完成安装调试验收合格交付使用。（二）验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；（三）供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

11) 履约验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否