

项目编号：N5134372023000053

# 东西部协作资金设备采购 项目

## 招 标 文 件

中国·四川

雷波县人民医院、四川寰宇卫创招标代理有限公司共同编制

2023年5月

采购文件编号：HYWC[2023]09号

## 目 录

第一章 投标邀请.....	3
第二章 投标人须知.....	5
第三章 投标文件格式.....	28
第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求.....	61
第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	63
第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求.....	66
第七章 评标办法.....	83
第八章 政府采购合同.....	94

## 第一章 投标邀请

四川寰宇卫创招标代理有限公司（采购代理机构）受雷波县人民医院（采购人）委托，拟对东西部协作资金设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：N5134372023000053。

二、招标项目：东西部协作资金设备采购项目。

三、资金来源：财政资金。

四、招标项目简介：详见招标文件第六章。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

详见招标文件第四章。

六、招标文件获取时间、地点：

1、招标文件自2023年5月24日至2023年5月30日在线获取（地址）获取。（招标文件售后不退，投标资格不能转让）。

2、获取地点：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交的起止时间：2023年6月13日13时30分-14时00分（北京时间）。

2、投标文件递交地点：雷波县明玉小区二单元10楼1003。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、投标截止时间及开标时间：2023年6月13日14:00（北京时间）。

九、开标地点：雷波县明玉小区二单元10楼1003。

十、本投标邀请在四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：雷波县人民医院

地址：凉山彝族自治州雷波县锦城镇南街82号

联系人：倪老师

联系电话：0834-8822226

**采购代理机构：**四川寰宇卫创招标代理有限公司

通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段 1 号 1 栋 406 单元 1 楼 1 号

联系人：蒋女士      联系电话：028-87367071（报名咨询）

联系人：邓女士      联系电话：028-87367071（采购文件咨询）

联系人：李女士      联系电话：028-87367071（财务室）

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	采购预算：800000 元； 超过采购预算的投标为无效投标。
	最高限价 (实质性要求)	最高限价：800000 元； 超过最高限价的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。
2	进口产品 (实质性要求)	本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品响应时，其投标文件按无效处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。
3	是否专门面向中小企业的项目或专门面向监狱企业、残疾人福利单位采购的项目	<input type="checkbox"/> 本项目为专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目
4	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p> <p>注：1、本项目供应商提供成本构成书面说明并提交相关证明材料的合理时间由评审委员会现场确定。</p> <p>2、投标人应当保证其提供的说明、证明材料真实、有效，如若在项目评审后等发现其项目成本明显高于其说明、证明的，投标人担承提供虚假材料谋取中标及采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商等行为情形的相关法律责任。</p>
5	<p>小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除 <b>（实质性要求）</b></p>	<p>小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除</p> <p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。</p> <p>2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>3、依据《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）文件规定：中小企业参加政府采购活动时，只需要在其投标、响应文件中按照有关规定提供《中小企业声明函》，即可在评审时认定其中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时，提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。</p> <p>4、投标人若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之一，仅享受一次价格扣除。</p>
6	<p>评标情况公告</p>	<p>所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。</p>
7	<p>投标保证金 <b>（实质性要求）</b></p>	<p>本项目不收取投标保证金</p>

序号	条款名称	说明和要求
8	投标文件组成	<p>1、投标文件分资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分。资格性投标文件用于资格审查小组资格审查，其他响应性投标文件用于评审委员会符合性审查和综合评分。</p> <p>2、投标人应按准备资格性投标文件正本1份和副本3份<b>(实质性要求)</b>；其他响应性投标文件正本1份和副本3份<b>(实质性要求)</b>；电子文档份数1份（与投标文件正本一致的PDF/Word文档存入）、“开标一览表”1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。</p>
9	履约保证金 (实质性要求)	<p>执行标准：按照国务院令第658号文件执行。</p> <p>金 额：成交金额的5%。</p> <p>收款单位：雷波县人民医院。</p> <p>开 户 行：签订合同前由采购人提供。</p> <p>开户行行号：签订合同前由采购人提供。</p> <p>银行账号：签订合同前由采购人提供。</p> <p>缴纳方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。</p> <p>交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前。</p> <p>注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。</p> <p>履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。</p> <p>交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前；</p> <p>退款时间：验收合格后，成交供应商凭退履约保证金申请书和缴纳凭证到雷波县人民医院办理。</p>
10	采购文件咨询	联系人：邓女士。联系电话：028-87367071。
11	开标、评标工作咨询	联系人：邓女士。联系电话：028-87367071。
12	中标通知书领取	<p>中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商将领取中标通知书的相关资料（1、介绍信，2、身份证复印件，3、采购代理服务费用缴费凭证，4、接收邮寄的地址、联系人、联系电话）加盖公章，发送到 hywc2021@163.com，款到指定账户并接收到邮件后，将中标通知书邮寄到中标供应商指定地点。</p> <p>联系人：蒋女士 联系电话：028-87367071。</p> <p>中标供应商逾期发送邮件或不收取快递，由此引发的中标供应商权</p>

序号	条款名称	说明和要求
		益损失由其自行负责。
13	供应商询问	<p>供应商询问由四川寰宇卫创招标代理有限公司负责答复。</p> <p>联系人：邓女士。</p> <p>联系电话：028-87367071。</p> <p>地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段1号1栋406单元1楼1号</p>
14	供应商质疑	<p>与本项目相关的所有询问与质疑均由四川寰宇卫创招标代理有限公司（采购代理机构）受理和答复，供应商须以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>联系人：邓女士。</p> <p>联系电话：028-87367071。</p> <p>地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段1号1栋406单元1楼1号</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。</p>
15	供应商投诉	<p>投诉受理单位：雷波县财政局，联系人：雷波县财政局，联系电话：0834-8857051，联系地址：新街290号。</p>
16	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门。</p>
17	行贿犯罪档案查询工作在本项目采购工作中的落实（实质性要求）	<p>1、本项目参加政府采购活动的投标人及其现任的法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。</p> <p>2、行贿犯罪记录查询结果有行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。</p> <p>3、其他未尽事项按行相关规定执行。</p> <p>注：本项所指的法定代表人适用于独立法人单位投标人，主要负责人适用于其他组织形式的投标人（如分支机构等）</p>
18	重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准	<p>具体金额标准：2000000.00元（四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额）。</p> <p>注：1、采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，从其规定；</p> <p>2、四川省省外投标人按所在地相关标准执行。</p>



序号	条款名称	说明和要求
		3、相关法律、法规、规范文件有新规的，从其规定。
19	节能环保要求 (实质性要求)	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品(节能产品政府采购品目清单中★号产品)，供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。(如涉及)
20	现场踏勘	本项目不组织，由投标人自行现场踏勘，费用自行承担。
21	答疑会	本项目采购人不组织答疑会。
22	政府采购供应商信用 融资	四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)，中标(成交)供应商可依据政府采购合同申请政府采购信用融资，上述文件请在四川政府采购网查询。
23	采购代理服务费	1、采购代理服务费参照发改价格〔2015〕299号规定进行收取，由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时与代理机构结算招标代理服务费。招标代理服务费计入投标报价。本项目代理服务费人民币12000元。 2、代理服务费账户 交款方式：公对公账户 银行转账(以当地银行下账时间为准)。 招标代理机构：四川寰宇卫创招标代理有限公司。 联系人：李女士 联系电话：028-87367071 收款单位：四川寰宇卫创招标代理有限公司。 开户行：乐山市商业银行股份有限公司成都分行。 银行账号：81012100000120273 特别注意：请在备注栏必须填写“项目编号”代理服务费!
24	就本次招标后续措施的 友情告知与提示	1、根据采购人总体的工作部署，采购人经过本次公开招标后，如没有成功确定中标供应商的，本项目采购人可能选择按《中华人民共和国政府采购法》第三十、三十一条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第四十三条、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)第二十七条等文件之规定采用竞争性谈判或单一来源方式采购本项目。 2、请参与本次投标的供应商谨慎、认真应答本次投标活动。

序号	条款名称	说明和要求
		3、供应商必须按照招标文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消其中标资格，并上报财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。
25	备注	若招标文件中其他内容与须知附表内容不一致的，以须知附表为准。

## 二、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 雷波县人民医院 。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川寰宇卫创招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；
- （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- （3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

**5.1 提供相同品牌产品处理。**提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：监护型急救车车辆。

**5.2 提供相同制造厂商不同品牌产品处理。**制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**5.3 利害关系供应商处理。**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

**5.4 前期参与供应商处理。**为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

**5.5 利害关系代理人处理。**2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其

投标文件作为无效处理。

**5.5 如为信息系统采购项目**，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

**5.6** 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

**5.7** 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

**5.8 回避。**政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

注：本条所述的“采购人自主采取公平、择优的方式选择”是指评审委员会中的采购人代表在评审现场代表采购单位自己作主、不受他人支配采取公平、择优的方式选择参加评审的投标人，此权利行使的过程中既不需要相关投标人参与，也不需要采纳相关投标人的意见或建议；所有投标人须尊重并认可采购人及采购代表的自主行为。

### 三、招标文件

#### 6. 招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）投标文件格式；
- （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
- （五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- （六）招标项目技术、商务及其他要求；
- （七）评标办法；
- （八）合同主要条款。

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，由此引起投标人损失由投标人自行承担。

## 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。提供招标文件期限届满后，获取招标文件或者资格预审文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并予公告。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4 购买了招标文件的供应商须在开标截止时间前全程跟进、关注、了解四川政府采购网上发布的关于本项目的更正公告（如有更正公告）。采购代理机构将采用书面

形式（电子邮件）发送至投标人报名介绍信中留下的邮箱中。

7.5 本项目招标文件中的未尽事项，按照现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

7.6 本项目招标文件中的内容与现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件规定有冲突或背离的，按照现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

## **8. 答疑会和现场考察**

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

8.3 本项目不组织现场答疑和现场考察。

## **四、投标文件**

### **9. 投标文件的语言（实质性要求）**

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：1、供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。2、格式文件，对于如生产厂家授权书及原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外）。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### **10. 计量单位（实质性要求）**

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不支持联合体参与投标

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

### 14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标文件分资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分。资格性投标文件用于资格审查小组资格审查，其他响应性投标文件用于评审委员会符合性审查和综合评分。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

#### 14.1 资格性投标部分

(1) 投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料（详见招标文件第五章）。

(2) 其他投标人认为应该提供的资格证明材料。

## **14.2 其他响应性投标部分**

**14.2.1 报价部分。**投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

(1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（**实质性要求**）。

(2) 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（**实质性要求**）。

**14.2.2 技术部分。**投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术包括下列内容：

(1) 投标产品的品牌、型号、配置；

(2) 投标产品本身的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

(3) 技术方案、项目实施方案；

(4) 投标产品技术参数表；

(5) 产品彩页资料；

(6) 产品工作环境条件；

(7) 产品验收标准和验收方法；

(8) 产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

(9) 投标人认为需要提供的文件和资料。

注：凡在投标文件中标的设备性能指标，必须真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现投标人弄虚作假，经第三方验证属实，招标人有权要求投标人无条件退货并依据合同按投标人无法供货进行相关处罚。



**14.2.3 商务部分。**投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（**实质性要求**）；
- (3) 证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；
- (4) 商务应答表；
- (5) 投标人根据第四章和第五章资格要求、第六章技术参数和第七章评分细则提供的相关证明材料
- (6) 其他投标人认为需要提供的文件和资料。

**14.2.4 售后服务。**投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

- (1) 产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；
- (2) 说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供投标人的服务承诺和保障措施等；
- (3) 培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；
- (4) 其他有利于用户的服务承诺。

#### **14.2.5 其他部分。**

投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### **15. 投标文件格式**

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **16. 投标保证金（实质性要求）**

按照招标文件第二章投标人须知附表投标保证金要求执行。

## 17. 投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 90 天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

## 18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标人应按准备资格性投标文件正本 1 份和副本 3 份（**实质性要求**）；其他响应性投标文件正本 1 份和副本 3 份（**实质性要求**）；电子文档份数 1 份（与投标文件正本一致的 PDF/Word 文档存入）、“开标一览表” 1 份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用 A4 幅面纸印制，逐页编码。

## 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，资格性投标文件、其他响应性投标文件、“开标一览表”、“电子文档”均应单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

## 20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

20.4 未单独密封提交“开标一览表”用于开标唱标的投标人，致使开标过程中对其无法唱标的，投标无效。

## 21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投

标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22. 开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

(2) 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

(3) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后，参加开标的各投标人代表需现场对开标过程及开标记录进行签字确认，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

(4) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

(5) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## **24. 资格审查**

24.1 开标结束后，由采购人代表 1 人和招标代理机构（四川寰宇卫创招标代理有限公司）2 人共同组成资格审查小组，依法对投标人的资格进行审查。

24.2 采购人和招标代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.3 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 25. 开评标过程存档

25.1 开标和评标过程进行全过程电子监控,并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.2 开标过程应当由采购代理机构负责记录,由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

## 26. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

## 27. 中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一,是合同的有效组成部分。

27.2 投标人中标后,拒绝领取中标通知书的,招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

27.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后,采购人改变中标结果,或者中标人无正当理由放弃中标的,应当承担相应的法律责任。

27.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的,招标采购单位在取得有权主体的认定以后,将宣布发出的中标通知书无效,并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回),依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.5 中标公告发出后,中标供应商自行领取中标通知书的,可凭有效身份证明证件到四川寰宇卫创招标代理有限公司领取中标通知书。(联系人、联系电话等详见投标人须知前附表)

## 六、签订及履行合同和验收

### 28. 签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4 中标人在合同签订之后 2 个工作日内，将签订的合同（一式二份）送四川寰宇卫创招标代理有限公司进行归档。

### **29. 合同分包（实质性要求）**

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### **30. 合同转包（实质性要求）**

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### **31. 补充合同**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### **32. 履约保证金**

按照招标文件第二章投标人须知附表履约保证金要求执行。

### **33. 合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### **34. 合同备案**

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### **35. 履行合同**

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### **36. 验收**

36.1 中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

36.2 其余详见招标文件第六章。

### **37. 资金支付**



采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金支付方式、程序为：详见招标文件第六章（约定不得违反招标文件及投标文件已明确的要求）。**特殊说明：如若中标（成交）后本项目存在对中标（成交）结果质疑、投诉、举报等异议情况的，本项目的资金支付按处理结果执行。**

## 七、投标纪律要求

### 38. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- （3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- （6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （8）将政府采购合同转包或者违规分包；
- （9）提供假冒伪劣产品；
- （10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- （11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- （12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 39. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

### 40. 询问

40.1 供应商对政府采购活动有疑问的,可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、定标结果的询问,应向采购人提出;对采购过程和程序等内容的询问,应向采购代理机构提出。

40.2 询问应当明确询问事项,以书面形式提出,并由供应商签字或者加盖公章。

40.3 采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。

40.4 询问事项超出采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当书面告知供应商向采购人提出询问。

### 41. 质疑、投诉

41.1 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》的规定办理(详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询)。

41.2 供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害,可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的,须在购买采购文件之日起7个工作日内提出,逾期提交的质疑不予受理。

41.3 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.4 质疑、投诉应当采用书面形式,质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、询价过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,并确保真实性,便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时,必须坚持“谁主张谁举证”,遵守“实事求是”和“谨慎性”原则,不得进行虚假、恶意质疑,不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

## 九、其他

42. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

43. 本次采购文件中加注（实质性要求）的条款，若未明确要求提供证明材料或承诺函，视为仅约束中标人，由中标人和采购人签订合同前进行核实。

### 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。（如果供应商投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、本章格式如为多页的，无须逐页盖章。

封面

正本/副本

包号（如涉及）

# 资格性投标文件

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

投标日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## 一、承诺函（一）

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

**（实质性要求）**二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

**（实质性要求）**三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

**（实质性要求）**四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我方承诺，根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致我方无法提供该类证明材料的，我方将按照招标文件要求响应。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：。

日期：。

## 二、法定代表人/单位负责人身份证明书

\_\_\_\_\_（法定代表人/单位负责人姓名）在\_\_\_\_\_（投标人名称）  
处任\_\_\_\_\_（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人/单位  
负责人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人签字或者加盖法定代表人/单位负责人名章：

- 注：
- 1、供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
  - 2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。
  - 3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
  - 4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。
  - 5、此授权书盖章位置未做强制性要求。

### 三、法定代表人/单位负责人授权书

\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

本授权声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（项目编号：\_\_\_\_\_）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：\_\_\_\_\_。

授权代表签字：\_\_\_\_\_。

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位盖章）。

日期：\_\_\_\_\_。

**注：1、**供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

**2、**应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

**3、**身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

**4、**身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

**5、**此授权书盖章位置未做强制性要求。



## 四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”

注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖投标人公章；

2.投标人若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺。

## 五、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

(根据第五章要求提供)

## 六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

(根据第五章要求提供)

## 七、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

(根据第五章要求提供)

## 八、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

（根据第五章要求提供）

## 九、提供具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

(根据第五章要求提供)

## 十、根据本项目提出的特殊要求的证明材料

（根据第五章要求提供）

## (一) 投标截止时间前三年内供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录的声明及承诺

\_\_\_\_\_ (采购代理机构名称)

我单位在参加本项目“\_\_\_\_\_” (项目名称) 项目 (项目编号: \_\_\_\_\_) (包号: \_\_\_\_\_) 投标活动中, 已认真阅读并认知了关于供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录方面的规定要求, 在此我单位声明并承诺如下:

1、在参加本项目投标前三年内 (单位注册不满三年的, 按实计算), 我单位及其现任法定代表人/主要负责人的行贿犯罪记录情况为: \_\_\_\_\_ (填写“具有”或“不具有”) 行贿犯罪记录; 我单位的现任法定代表人/主要负责人姓名为: \_\_\_\_\_, 身份证号: \_\_\_\_\_。

2、如若我单位及现任法定代表人/主要负责人在规定期限内具有行贿犯罪记录, 我单位承担如下:

- 1) 中标 (成交) 后未签订政府采购合同的, 认定中标 (成交) 无效;
- 2) 按提供虚假材料谋取中标处理;
- 3) 招标文件规定的其他应当承担的处理;
- 4) 相关法律法规规定的其他应当承担的相关处罚;

3、如若我单位伪造、变造行贿犯罪档案查询结果告知函的, 按相关法律、法规、规范性文件的规定处理, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

4、其他未尽事项按行相关法律法规规定执行。

投标人名称: \_\_\_\_\_ (单位公章)。

法定代表人或授权代表 (签字或加盖个人名章): \_\_\_\_\_。

日期: \_\_\_\_\_。



## (二) 信用查询相关资料

(根据第五章要求提供)

## 十一、强制节能清单（如涉及）

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号),对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理,本项目如涉及政府强制采购产品(节能产品政府采购品目清单中★号产品),供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书,否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

## 十二、3C 及其他国家强制要求承诺函（如涉及）

我方承诺：

本项目技术参数中如涉及到 3C 强制认证产品或其他国家强制要求我公司均满足相关要求，我方若中标，在中标后签订合同前向采购人提供《中国强制性产品认证》（3C 证书）或其他国家强制要求证明材料复印件。

投标人名称：                    （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

- 注：1、投标人根据自身情况如实进行承诺，格式可以自拟。  
2、本项目若不涉及可不提供此表。

封面

正本/副本

包号（如涉及）

# 其他响应性投标文件

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

投标人名称： \_\_\_\_\_（盖章）

投标日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 一、投 标 函

\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“\_\_\_\_\_”项目（项目编号：\_\_\_\_\_）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求（包括文件中“注”和“实质性要求”的内容）向采购人提供所需货物，投标价详见开标一览表。

（实质性要求）二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（实质性要求）三、我方为本项目提交的资格性投标文件正本 1 份和副本 3 份；其他响应性投标文件正本 1 份和副本 3 份，电子文档 1 份，用于开标唱标的“开标一览表” 1 份。

（实质性要求）四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止之日起 90 天。

（实质性要求）五、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、我方承诺，如我方提供了虚假响应招标文件的投标文件，愿意接受财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_。

通讯地址：\_\_\_\_\_。

邮政编码：\_\_\_\_\_。

联系电话：\_\_\_\_\_。

传 真：\_\_\_\_\_。

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日。

## 二、开标一览表

序号	类别名称	投标总价 (万元)	交货时间	备注
1				
投标报价总价：大写： 小写： (万元)				

- 注：1、 投标人投标报价总价超过本项目最高限价的，做无效投标处理。  
2、 报价应是最终用户验收合格后的总价，包含本项目的一切费用。  
3、 “开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称： (单位公章)。

法定代表人或授权代表 (签字或加盖个人名章)： 。

日 期： 。

### 三、分项报价明细表

序号	产品名称	规格型号	品牌及制造商	单位	数量	单价	金额	是否属于进口产品	备注
分项报价合计（大写）： （小写）：（万元）									

注：1、此表格式可自拟。

- 2、投标人按“分项报价明细表”详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
- 3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
- 4、是否属于进口产品以产地为准。

投标人名称：（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：。

日期：。





## 五、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：1、事业单位、其他组织及自然人根据实际情况据实填写此表，若未填报完善不影响投标资质及效力。

2、此表格中需要填写的若无涉及可不填写此项或“/”。

投标人名称：                    （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                    。

日    期：                    。



## 七、投标产品技术参数表

项目编号：

序号	货物（设备）名称	招标文件要求	投标产品技术参数	响应/偏离

注：1、以上表格格式行、列可增减。

2、供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

3、供应商必须不得虚假响应，凡经查实，将取消其中标资格；并上报财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。

投标人名称：                    （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                    。

日    期：                    。

## 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

注： 1、投标人根据自身实际情况填写，若无涉及可不填写此项或“/”。  
2、以上表格格式行、列可增减。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日期： 。



## 十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1. \_\_\_\_（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十一、监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若未提供证明文件的则不享受监狱企业价格折扣。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1.若未提供此声明函的则不享受残疾人企业价格折扣。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。



### 十三、知识产权声明函

四川寰宇卫创招标代理有限公司：

本单位\_\_\_\_\_（公司名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）  
的投标活动，现承诺声明：

1、本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

**注：1、本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追求法律责任。**

**2、如供应商承诺函后，再发生知识产权纠纷，则全部责任由供应商负责。**

投标人名称：（单位公章）

日期：

## 十四、本项目采购代理服务费用响应承诺书

\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

我单位在参加本项目“\_\_\_\_\_”（项目名称）项目（项目编号：\_\_\_\_\_）（包号：\_\_\_\_\_）投标活动中，若我单位为本项目中标供应商，我方保证在领取中标通知书前按采购文件规定或结果公告公示代理服务费金额，向贵公司即四川寰宇卫创招标代理有限公司指定的银行账号以转账或以现金方式一次性支付约定的代理服务费用。

若因我方过错造成质疑、投诉或使项目重新开展政府采购活动的，我方愿意承担所造成的一切损失特此承诺！

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_。

日期：\_\_\_\_\_。

## 十五、其他投标人认为需要提供的文件和资料

（供应商根据采购文件要求及自身情况自行提供）



## 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性 及其他类似效力要求

### 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

#### (一) 资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需求的资格条件要求:

本项目为非专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目。

3、根据本项目提出的特殊要求:

(1) 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录;

(2) 截止至投标截止时间前, 未在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因, 在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的, 视为未被列入失信记录。)

(3) 投标人具有中华人民共和国医疗器械III类经营许可证(III类资质复印件加盖公章, II、III类备案证无效)。

(4) 所投产品须列入工业和信息化部最新发布《车辆生产企业及产品公告》, 并请列出产品所在文号、页码, 并复印该页附在投标文件中(指正式公布版, 所在页复印件)。

(5) 投标产品(急救呼吸机、除颤监护仪、监护仪、心电图机、便携式吸引器、输液泵、注射泵)具有中华人民共和国医疗器械注册证。

**（二）其他类似效力要求：**

授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

**二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求**

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。（如涉及）

2、技术参数中如涉及到 3C 强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求，投标时提供《中国强制性产品认证》（3C 证书）或其他国家强制要求证明材料复印件，或提供承诺函，承诺中标后签订合同前向采购人提供。（如涉及）。

注：本项目不支持联合体投标

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：200 万元

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

## 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

### 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

#### （一）资格要求相关证明材料：

##### 1、具有独立承担民事责任的能力：

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；（复印件盖投标人公章）

银行、保险、石油石化、电力、电信行业由分机构参与投标的均视为具有独立承担民事责任的能力，不得因其为负责人形式而认定不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。

##### 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

###### （1）具有良好的商业信誉

提供具有良好的商业信誉的承诺函原件；（格式自拟）

###### （2）健全的财务会计制度

①提供 2021 年或 2022 年经审计的年度财务审计报告复印件（至少包含报告本身以及报告中提及的财务报表），②也可提供 2021 年或 2022 年供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明，④成立不足一年的法人或者组织以及非盈利性单位或其他机关事业单位提供公司财务制度；（复印件盖投标人公章）

##### 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式自拟）

##### 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）提供 2021 年 1 月 1 日以来任意一个月纳税的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳税收的良好记录的承诺函原件；（盖投标人公章。免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料复印件）；

(2) 提供 2021 年 1 月 1 日以来任意一个月社保的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函原件；（盖投标人公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件；（格式自拟）

6、法律、行政法规规定的其他条件；

提供具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件；（格式自拟）

7、根据本项目提出的特殊要求：

(1) 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录；（格式详见第三章）

(2) 在投标截止时间前，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道查询投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如投标人被列入相关名单则视为无效投标。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）；（供应商或采购代理机构提供查询记录截图）

(3) 投标人具有中华人民共和国医疗器械Ⅲ类经营许可证（Ⅲ类资质复印件加盖公章，Ⅱ、Ⅲ类备案证无效）。（复印件盖投标人公章）

(4) 所投产品须列入工业和信息化部最新发布《车辆生产企业及产品公告》，并请列出产品所在文号、页码，并复印该页附在投标文件中（指正式公布版，所在页复印件）。（复印件盖投标人公章）

(5) 投标产品（急救呼吸机、除颤监护仪、监护仪、心电图机、便携式吸引器、输液泵、注射泵）具有中华人民共和国医疗器械注册证。（复印件盖投标人公章）

## **(二) 其他类似效力要求相关证明从材料：**

1、法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

2、法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提



供。)。。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号),对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理,本项目如涉及政府强制采购产品(节能产品政府采购品目清单中★号产品),供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书,否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。(如涉及)

2、技术参数中如涉及到 3C 强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求,投标时提供《中国强制性产品认证》(3C 证书)或其他国家强制要求证明材料复印件,或提供承诺函,承诺中标后签订合同前向采购人提供。(如涉及)。

**注: 1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应,除投标人自愿以外,不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料,投标人有权不予提供,且不影响投标文件的有效性和完整性。**

**2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定,不得一概而论。**

**3、本章节要求提供的证明材料需加盖投标人鲜章,也可用骑缝章代替。**

## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

### 一、项目概况

#### 1、采购项目目标的划分

标的名称	项目类别	所属行业
专用车辆	货物	工业

### 二、采购内容及要求

#### (一) 采购数量

序号	设备名称	规格	数量
1	监护型急救车车辆	辆	2

#### (二) 技术参数要求

基础参数			
A	1.	燃油种类	汽油
	2.	排气量 ml	1997-2017≤
	3.	排放标准	GB17691-2018 国VI
	4.	▲整备质量(kg)	2440-2460
	5.	总质量(kg)	3300-3320
	6.	轴距(mm)	3300-3320
	7.	工作方式	直列、四缸、涡轮增压中冷、缸内直喷
	8.	▲外形尺寸(长×宽×高)(mm)	5341-5261×2082-2092×2600-2610
	9.	医疗车尺寸(长×宽×高)(mm)	2700-2720×1730-1750×1650-1770
	10.	最大功率(Kw/rpm)	140-160/1500-3000
	11.	最大扭矩 Nm/rpm	260-300/1500-2500
	12.	悬挂系统	前悬麦弗逊独立悬挂后悬钢板弹簧非独立悬挂
	13.	制动系统	前通风盘式 后实心盘式

	14.	▲变速器	自动档
	15.	最高车速(km/h)	155-175
	16.	油箱容积(L)	70-90
	17.	座位数	6-7位
车辆标准配置			
B	1.	防抱死制动系统 (ABS)	
	2.	制动力分配系统 (EBD)	
	3.	车辆维护警告系统	
	4.	中控门锁	
	5.	驾驶室 3 座椅	
	6.	驾驶员安全气囊	
	7.	驾驶室电动车窗	
	8.	后双开门	
	9.	收音机	
	10.	USB 接口	
	11.	后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜	
空调及照明系统			
C	1.	驾驶室原厂空调制冷系统	1 套
	2.	医疗舱暖气系统。	1 套
	3.	医疗舱改装独立直排空调系统	1 套
	4.	医疗舱排风换气系统 (双向换气)	1 套
电源系统			
D	1.	自动充电、智能电池组系统	1 套
	2.	▲车辆左侧驾驶门后方配置 220V/10A 带防护盖的外接电源插座及 10m 长移动电缆 (需提供外接电源充电装置检测报告)	1 套
	3.	▲外接电源充电装置的所有材料应达到阻燃 (UL94-V0) 要求, 【提供车辆制造商送检第三方机构或 CMA 资质认定机构出具的配件材料阻燃检测报告复印件作为证明】;	1 套

	4.	▲车辆改装电路要求：1、基于 PLC 控制的医疗车控制系统；2、医疗舱电路部分需使用汽车专用线束及接头；3、电线电缆采用绝缘层+屏蔽层+导线的屏蔽线，通信类线缆采用绝缘层+屏蔽层+信号导线+屏蔽层接地导线的屏蔽线，完全屏蔽车内高低压线束的电磁干扰。 （【提供车辆制造商送检第三方机构或 CMA 资质认定机构出具的改装线束耐高温压力、阻燃测试、橡胶件防水性能检测、耐振动性能检测、耐盐雾性能检测的报告复印件作为证明】（注：该项视为 1 条参数）	1 套
	5.	▲智能充电控制装置：1、确保主电瓶的正常充电；2、自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命；3、辅助电瓶独立工作，避免偷耗主电瓶电能；4、加装蓄电池，附加蓄电池与原车电池的电路连接要求实现：（1）在附加电池装置中做到车辆停驶时副蓄电池和原车电池自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需求；（2）当发电机发电量不足时，断开连接，优先为车辆供电。（提供图片或第三方检测机构出具的检测报告复印件）（注：该项视为 1 条参数）	1 套
	6.	▲车辆左侧驾驶门后方配置 220V/10A 带防护盖的外接电源插座及 10m 长移动电缆（需提供外接电源充电装置检测报告）	1 套
	7.	医疗舱内安装 12V 插座	2 套
	8.	医疗舱内安装 220V 插座	4 套
	9.	车载（12V/220V）逆变供电系统	1 套
	10.	紫外线消毒灯	1 套
<b>紧急警报系统</b>			
E	1.	100W 警报器一套	1 套
	2.	车顶前部安装长排蓝色警灯（爆闪）	1 套
	3.	车身左右两侧安装长方形爆闪灯 4 蓝	1 套
	4.	车身左右两侧中部安装长方形白色照明灯	1 套
	5.	车身尾部安装长方形爆闪灯	2 套
	6.	驾驶室安装警报、警灯控制按钮	1 套

医疗舱内装置			
F	1.	驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有封闭透明窗，能推拉，	1 套
	2.	医疗舱左侧上部为长条吊柜（上掀门带蓝色有机玻璃），	1 套
	3.	隔断后左侧为立柜，上部为控制面板，中间为侧开门储物柜（带蓝色有机玻璃），下部医疗柜轻型环保材料	1 套
	4.	医疗舱卷帘门安装于左侧后尾柜	1 套
	5.	医疗舱右侧安装长条储物式座椅带三点式安全带（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）	1 套
	6.	医疗舱右侧安装一个单人座椅带三点式安全带（后背可调节）	1 套
	7.	★医疗舱安装单人折叠医生座椅。【提供符合 GB15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和实验方法》车辆制造商送检第三方机构或 CMA 资质认定机构出具的检测报告作为证明】；	1 套
	8.	▲单人折叠医生座椅的固定支架。【需提供符合 GB/T 10125-2021 中性盐雾腐蚀检测、含氯溶液腐蚀检测，车辆制造商送检的第三方机构或 CMA 资质认定机构出具的检测报告作为证明】；	1 套
	9.	控制面板总成	1 套
	10.	医疗舱左侧齐窗医疗柜，下部有机推拉玻璃。前部三层可调节设备架。	1 套
	11.	医疗舱后射灯	1 套
	12.	医疗舱滑动输液挂钩	1 套
	13.	改装右侧中间滑动门	1 套
	14.	医疗舱中门安装上车踏板	1 套
	15.	中门安装推拉玻璃	1 套
	16.	医疗舱左侧尾部安装氧气固定柜	1 套
	17.	医疗舱左侧安装密闭式中央供氧系统	1 套
	18.	医疗舱左侧安装湿化器专用的氧气插座	1 套
	19.	医疗舱左侧安装车载呼吸机专用的氧气插座	1 套
	20.	医疗舱左侧安装配套湿化器	1 套

21.	医疗舱左侧安装输液泵，注射泵悬挂竖杆装置	1 套
22.	医疗舱配套 10 升氧气瓶（带减压阀）	2 套
23.	医疗舱安装车载氧气插口（可供呼吸机和湿化器使用）	1 套
24.	医疗舱顶部安全抗菌扶手	1 套
25.	医疗舱顶部输液盒（可固定 2 个输液瓶）	1 套
26.	1kg 灭火器	1 套
27.	医疗舱保温隔音、隔热层	1 套
28.	★医疗舱地板采用耐酸、碱及阻燃、防滑、防静电地板革、耐磨损性、燃烧速率≤100mm/min 试验。【提供符合 QC/T 15-1992、GB 8410-2006 标准的，车辆制造商送检的第三方机构或 CMA 资质认定机构出具的检测报告作为证明】	1 套
29.	垃圾桶（固定）	1 套
30.	医疗舱全套防撞软包	1 套
31.	医疗舱前后对讲系统	1 套
32.	<p>1. ★车外终端机一套（后置车外终端机要求质保 2 年，须提供我国相关测试依据为 GB 4208-2008/IEC 60529-2001 《外壳防护等级（IP 代码）》标准要求等级≥IP68 的第三方检测报告并提供针对采购人该项目 2 年延保售后服务承诺书；签订合同时提供检测报告复印件供采购人查验和存档）</p> <p>采用 200 万逐行扫描 CMOS</p> <p>捕捉运动图像无锯齿</p> <p>采用双室光学夜视效果好</p> <p>外观采用金属外壳结构；</p> <p>自主安装支架；</p> <p>带数字宽动态、透雾功能，强光抑制；</p> <p>支持同轴 高清输出, 图像清晰、细腻，分辨率达 1080p</p> <p>支持 ICR 红外滤片式自动切换, 自动彩转黑功能, 实现昼夜监控</p> <p>有效像素：1920(H) X 1080 (V)；</p> <p>信号制式：PAL /NTSC；</p>	1 套

		<p>最低照度：彩色 0.005Lux；黑白 0Lux；</p> <p>快门速度：AUTO/ 1/50 (1/60) -1/100,000sec。</p> <p>成像器件：1/2.9"CMOS；</p> <p>自适应数字降噪，2D-DNR 和 3D-DNR 确保多种环境画面干净细腻；</p> <p>日夜转换模式：日夜切换 IR-CUT</p> <p>宽动态：≥80db 红外距离：15 米背光补偿；</p> <p>支持接口类型：M12 镜头；</p> <p>光圈：固定光圈 F1.8；可视角度：水平≥110°；垂直≥58°；</p> <p>温度：-20℃至+80℃；湿度：10% - 90%；</p> <p>2、电源：（注：该条不计为参数）</p> <p>2.1、DC 12V（宽电压 9V-15V）；</p> <p>2.2、防水等级：IP68；</p> <p>2.3、功率：&lt;3w；</p> <p>2.4、尺寸：≥74.0mm(L) x ≥64.0mm(W) x ≥72.0mm(H)；</p> <p>2.5、重量：≤270g。</p> <p>（注：该项视为 6 条参数）</p>	
	33.	提供医疗舱医疗柜 PVC 板检测报告	1 套
	34.	铝合金急救自动上车担架床(带固定器、安全带)	1 套
	35.	车身外部粘贴强效反光色带及急救标准图徽（客户单位字体自己提供）	1 套
<b>车载急救设备(一辆车一台套设备)</b>			
G	1.	<p>急救呼吸机</p> <p>1、适用范围：用于院外或院内的幼儿、儿童、成人患者进行转运途中的呼吸生命支持。</p> <p>技术参数：（注：该条不计为参数）</p> <p>1、气动电控</p> <p>2、≥2.4TFT 彩屏；分辨率≥320*240</p> <p>3、显示屏可显示电池工作状态、外界电源情况、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力等状态</p>	1 套

	<p>4、具备中文语音智能导航操作系统和报警功能.</p> <p>5、可选配面罩供氧、吸痰、呼吸急救三合一功能</p> <p>6、配备专用急救包转运平台，可手提、单肩背，包可直接固定于急救车或担架床上</p> <p>7、主机上可通过不同颜色区分幼儿、儿童及成人模式</p> <p>8、▲呼吸模式：IPPV、辅助呼吸功能（Assist）、手动呼吸模式（M）等</p> <p>9、主机重量：≤1.5Kg</p> <p>10、工作压力：2.7 ~ 6.0bar</p> <p>11、吸呼时间比： 1:1.67</p> <p>12、潮气量：100ML - 1100ML 可调</p> <p>13、氧气浓度：60%和100%，2档可调</p> <p>14、每分钟呼吸流量（MV）：3-20L/min 可调，8档可调</p> <p>15、呼吸频率：5~40bpm，10档可调</p> <p>16、触发压力：-2~-4mbar 之间，误差±1mbar</p> <p>17、监测指标：气道压力(-10~60mbar)，气道阻塞，电池电量，气源压力等</p> <p>18、气道压力上下限：20-60mbar 连续可调</p> <p>19、气道安全压力：≤75mbar</p> <p>20、呼吸系统顺应性≤ 100 ml/cmH20</p> <p>21、吸气和呼气阻力：流量 30L/min 和 60L/min 不大于 6hPa</p> <p>22、呼吸软管接头：硅胶螺纹管Φ15mm/内Φ22mm</p> <p>23、呼吸机气源连接管道接头规格：外螺纹 9/16-18</p> <p>24、电源：AC：100 ~240V， 1.5~4A，50~60HZ；DC：12V 适配器</p> <p>25、可充电锂电池，电池功率≥3400mAh</p> <p>26、可连续使用 6 小时以上</p> <p>27、防水保护等级：IPX4</p> <p><b>（注：该项视为 28 条参数）</b></p>	
--	---	--



<p>2.</p>	<p>除颤监护仪</p> <p>1、体外除颤监护仪配置<math>\geq 8.4</math>英寸彩色 TFT 显示屏，界面最多可显示 4 道监护参数波形</p> <p>2、显示模式具有高对比度显示界面，可通过 VGA 外接显示器。</p> <p>3、采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；</p> <p>4、支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型；</p> <p>5、体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯</p> <p>6、▲体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为<math>\geq 25</math>种，最小为 1J，最大为 360J；</p> <p>7、病人阻抗范围：体外除颤：20~250 欧；体内除颤：15-250 欧；</p> <p>8、体外除颤监护仪标配支持 AED 除颤功能，电击能量 100J~360J 可配置，配置符合 AHA2010 急救指南，可电击心率 VF, VT</p> <p>9、体外除颤监护仪支持 CPR 心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行 CPR 操作，过程符合 AHA2010 急救指南中 CPR 指南要求</p> <p>10、体外除颤监护仪支持体内除颤功能，可选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为 14 种，最小为 1J，最大为 50J</p> <p>11、电池供电情况下除颤监护仪充电至 200J<math>\leq 5s</math>，充电至 360J<math>\leq 8s</math>；</p> <p>12、体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测</p> <p>13、可选配起搏功能，起搏模式具有固定起搏和按需起搏</p> <p>14、可选配升级实现 12 导 ECG、SPO<sub>2</sub>、2 通道体温、NIBP、2 通道 IBP、旁流呼气末 CO<sub>2</sub></p> <p>15、可监测心律失常种类<math>\geq 26</math>种；</p> <p>16、具有<math>\geq 120</math>小时趋势图和趋势表、<math>\geq 200</math>条参数报警事件、<math>\geq 2000</math>组血压数据、<math>\geq 480min</math>录音存储、<math>\geq 120</math>小时全息波形</p>	<p>1 套</p>
-----------	--	------------

	<p>17、体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能</p> <p>18、具有声音报警、灯光报警、文字描述三种报警方式</p> <p>19、体外除颤监护仪最大可配置 2 块锂离子电池（标配一块），其中 1 块可支持 360J 除颤<math>\geq</math>210 次，单 ECG 检测<math>\geq</math>6 小时</p> <p>20、电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量；</p> <p><b>（注：该项视为 20 条参数）</b></p>	
<p>3.</p>	<p>监护仪</p> <p>1、<math>\leq</math>4.3 英寸，16：9 彩色液晶屏，高清显示，触摸屏操作。支持拼音、五笔、手写等输入方式。</p> <p>2、尺寸：长度 &lt; 200mm、宽度 &lt; 90mm、高度 &lt; 110mm，重量 &lt; 1.2kg，轻便易携带。</p> <p>3、外围接口包括 RJ45 网口、15V DC 电源插座、多功能接口、等电位端接口、各参数模块传感器接口（ECG、SPO2、NIBP、CO2、T1、T2）</p> <p>4、支持车载电源。标配一锂电池工作，内置一个 2600mAh 锂电池，工作时间 大于 4 小时，外接 4400mAh 聚合物电池，工作时间大于 8 小时，并可置于急救包内。</p> <p>5、配备急救转运监护专用包，防水抗震，可放置急救用品和仪器附件，便于野外携带和使用。</p> <p>6、不配置：ExNeo®心电、Masimo 血氧/脉率、AcuTec™无创血压、呼吸、体温</p> <p>7、▲ExNeo®心电技术，（需提供证明文件）。3 导联或 5 导联心电电缆线可选</p> <p>8、共模抑制比<math>\geq</math>100dB，抗工频干扰、抗高频电刀干扰、抗肌电干扰、防除颤</p> <p>9、标配 Masimo 血氧技术，显示：脉搏氧数值、脉柱图、容积波、脉率</p> <p>10、AcuTec™无创血压，测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压；</p>	<p>1 套</p>

	<p>具有硬件和软件双重过压保护</p> <p>11、标配双体温接口，测量通道：T1、T2、TD（温差）</p> <p>12、具有呼吸窒息报警,报警设置:10s~40s</p> <p>13、支持拼音、五笔、手写等输入方式。</p> <p>14、配置静音键、波形冻结键、血压测量键、主菜单键、系统开关键。支持延时关机。</p> <p>15、简洁的操作风格，采用九大常用快捷键，适用于急诊急救。</p> <p>16、支持标准界面和大字体界面。</p> <p>17、可以与同品牌插件式监护仪进行病历数据交换。</p> <p>18、支持 SD 卡数据存储，掉电保存，实时病例存储、回顾。</p> <p>19、声光三级智能报警，报警灯红、黄、蓝三色智能切换，报警音量可调节。</p> <p>20、48 小时趋势存储回放，1 小时短趋势显示，5 分钟 II 导心电图波形回放界面</p> <p>21、100 个 ARR 报警事件菜单回顾。</p> <p>22、可增配呼吸末二氧化碳、儿童配件</p> <p>23、选配全球金标准的插件式 RESPIRONICS 呼末二氧化碳测量模块及附件</p> <p>24、测量方式：主流式、旁流式、微流式。</p> <p>25、测量参数：呼吸率、呼末二氧化碳浓度（EtCO<sub>2</sub>）和吸入二氧化碳浓度（InsCO<sub>2</sub>）。</p> <p><b>（注：该项视为 25 条参数）</b></p>	
4.	<p>心电图机</p> <p>1、导联：12 导联同步采集、显示、打印</p> <p>2、增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、AGC、分级增益：10/5mm/mV 、20/10mm/mV</p> <p>3、数字滤波器：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz</p>	1 套

	<p>4、定标电压：<math>1\text{mV} \pm 1\%</math></p> <p>5、噪声电平：<math>\leq 15\text{uVp-p}</math></p> <p>6、频率特性：<math>0.05\text{Hz}-150\text{Hz}</math></p> <p>7、时间常数：<math>\geq 5\text{S}</math></p> <p>8、输入阻抗：<math>\geq 50\text{M}\Omega</math></p> <p>9、输入回路电流：<math>\leq 50\text{nA}</math></p> <p>10、抗击化电压：<math>\pm 650\text{mV}</math></p> <p>11、共模拟制比：<math>\geq 105\text{dB}</math></p> <p>12、节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道 12 导联任选。</p> <p>13、记录速度：<math>5\text{mm/s}</math>、<math>10\text{mm/s}</math>、<math>12.5\text{mm/s}</math>、<math>25\text{mm/s}</math>、<math>50\text{mm/s}</math>。</p> <p>14、记录纸：支持卷纸/折叠纸：规格：<math>210\text{mm}</math>，并具有 12X1、6X2、6X2+1R、3X4+3R、3X4、一分钟节律导联、平均模板、自动分析、中文自动诊断报告等输出打印格式，可记录导联标记、增益、走纸速度、患者信息、分析报告等详细信息。</p> <p>15、5.7 英寸 TFT 真彩液晶屏，带背光灯按键</p> <p>16、交直流两用。</p> <p>17、可存储最近 2 分钟 12 导联波形。</p> <p>18、分析多达 122 种心律失常类型。</p> <p>19、可存储回放 300 例病人数据，</p> <p>20、可通过 U 盘，扩展内存容量。</p> <p>21、具有导联连接示意图，能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。</p> <p>22、▲Cali-Rec™ 智能打印校正系统(需提供证明文件)</p> <p>23、具有 Wilson（标准导联）和 Cabrera 导联两种导联模式</p> <p>24、具有便携式提手。</p> <p>25、内置环保耐用型锂电池，能连续工作 2 小时以上。</p> <p><b>（注：该项视为 25 条参数）</b></p>	
5.	<p>便携式吸引器</p> <p>主要技术参数（注：该条不计为参数）</p>	1 套

	<p>1、负压范围：0~600mmHg(80KPa)</p> <p>2、负压调节方式：线性连续调节，</p> <p>3、负压调节范围 0~600mmHg(80KPa) ，</p> <p>4、抽吸流量：&gt;20 升/分钟</p> <p>5、重复使用收集罐容积：1000ml，</p> <p>6、连续工作时间：≥30 分钟</p> <p>7、蓄电池类型：铅，4Ah，</p> <p>8、额定电压：12VDC，</p> <p>9、电机功率：70W，</p> <p>10、最大耗用电流：6A，</p> <p>11、充电电压：DC12~15V/AC100~230V</p> <p><b>(注：该项视为 11 条参数)</b></p>	
6.	<p>输液泵</p> <p>1、用途：在 ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液</p> <p>2、设备先进、结构合理、加工精密</p> <p>3、模块式设计，能与床旁输液工作站结合组成床旁输液管理系统；</p> <p>4、可选配滴数传感器，提高给药精度；</p> <p>5、无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；</p> <p>6、安全要求：<b>(注：该条不计为参数)</b></p> <p>6.1 安全防护可靠，防护类型：IP23；</p> <p>6.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；</p> <p>6.3 压力报警阈值至少 12 档可调</p> <p>6.4 压力报警阈值最低 75mmHg，最高 975 mmHg。</p> <p>6.5 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，易于清洁和消毒。</p> <p>6.6 阻塞回撤功能 (Anti-Bolus)：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；</p> <p>6.7 防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；</p>	1 套

	<p>6.8▲双重气泡探测：超声气泡探头，可探测<math>\geq 20 \mu\text{L}</math>的单个气泡，单个气泡大小分 <math>20 \mu\text{L}</math>、<math>50 \mu\text{L}</math>、<math>100 \mu\text{L}</math>、<math>250 \mu\text{L}</math>、<math>500 \mu\text{L}</math>、<math>800 \mu\text{L}</math> 共 6 档可调；连续气泡监测功能：可以设置每小时 0.1-4ml 的累积气泡报警阈值，1 小时内检测到的累积气泡体积<math>\geq</math>设定的报警阈值触发报警；</p> <p>6.9 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间 1-5min 可调；可打开或关闭此功能。</p> <p>7、精度要求：（注：该条不计为参数）</p> <p>7.1 精度<math>\leq \pm 5\%</math></p> <p>7.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；</p> <p>8、基本要求：</p> <p>8.1 速率范围：0.1-1900ml/h，递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h），1ml（1000-1900ml/h）；</p> <p>8.2 预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；</p> <p>8.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）</p> <p>8.4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；</p> <p>8.5 快推“bolus”：0.1-1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选；</p> <p>8.6 排气：0.1-1900ml/h</p> <p>8.7 KVO：0.1-5.0ml/h，递增 0.1ml/h；</p> <p>8.8 支持在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器；</p> <p>8.9 不小于 3.5 英寸 TFT 彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；</p> <p>8.10 立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达 270 度</p> <p>8.11 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；</p> <p>8.12 具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息</p> <p>8.13 具有 7 种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯</p>	
--	---	--

	<p>度模式、序列模式、微量模式和首剂量模式；</p> <p>8.14 支持不拆机手动更换电池；</p> <p>8.15 电池工作时间<math>\geq 9</math>小时@25ml/h；</p> <p>8.16 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；</p> <p>8.17 信息储存：自动储存 2000 条的操作信息；</p> <p>8.18 RS232 接口：数据传输、护士呼叫、DC 连接；</p> <p>8.19 可加装无线模块，实现无线联网监测；</p> <p>8.20 全中文软件操作界面，中文显示病人信息等。</p> <p>8.21 支持药物库，可储存 2000 种药物信息。</p> <p>8.22 支持 DERS 药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus 上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值</p> <p>8.23 可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示</p> <p>8.24 药物颜色标识显示支持大于 10 种颜色</p> <p>8.25 四种累计量管理模式：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量</p> <p>8.26 支持输血</p> <p><b>（注：该项视为 42 条参数）</b></p>	
7.	<p>注射泵</p> <p>1、用途：在 ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。</p> <p>2、设备先进、结构合理、加工精密；</p> <p>3、安全要求：<b>（注：该条不计为参数）</b></p> <p>3.1 安全防护可靠，防护类型：CF I、IP34；</p> <p>3.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；</p> <p>3.3 压力报警阈值 5 档可调，最低 75mmHg；</p> <p>3.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；</p> <p>3.5 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；</p> <p>4、精度要求：<b>（注：该条不计为参数）</b></p> <p>4.1 注射精度<math>\leq \pm 2\%</math> 或 0.005mL/h 取大者；</p>	1 套

	<p>4.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。</p> <p>5、基本要求：（注：该条不计为参数）</p> <p>5.1 速率范围：0.1-1600ml/h，递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；</p> <p>5.2 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；</p> <p>5.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；安装固定：可固定在输液支架上；</p> <p>5.4 快推“bolus”：0.1-1600ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选；</p> <p>5.5 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；</p> <p>5.6 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；</p> <p>5.7 具备独立电源开关，单通道使用时更节能。</p> <p>5.8 ▲屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息；</p> <p>5.9 整机重量不超过4kg；</p> <p>5.10 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，并显示具体报警信息；</p> <p>5.11 具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息</p> <p>5.12 具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；</p> <p>5.13 具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。</p> <p>5.14 双通道注射时，电池工作时间<math>\geq 3</math>小时@5ml/h，可升级至<math>\geq 6</math>小时@5ml/h</p> <p>5.15 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；</p> <p>5.16 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息；</p> <p>5.17 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；</p> <p>5.18 可加装无线模块，实现无线联网监测；</p> <p>5.19 全中文软件操作界面。</p>	
--	--	--



	<p>5.20▲四种累计量管理模式：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量</p> <p>5.21 主机采用双提手设计，方便携带。</p> <p>（注：该项视为 30 条参数）</p>	
--	--	--

注：其中带“★”参数为实质性参数。带▲为重要参数，将会影响评分。技术参数依据国家工信部发改委官方汽车公告参数。文件中出现的规格型号均为参考型号，供应商可提供其他型号产品投标，但需要证明其性能指标优于参考型号。

### 三、商务要求(实质性要求)

1、付款方式：合同签订后采购人 5 日内支付合同总金额的 40%；交付车辆并经采购人验收合格后 5 日内支付合同总金额的 60%。

2、交货时间：合同签订后 20 个工作日内。

3、报价须知：本合同总价款是包括所有设备的供货、运输、卸货、安装到位、调试、验收、培训、保修、管理费、服务/售后服务、利润、税金、不含车辆购置税及保险等所有费用，投标人的投标报价是所有货物在使用现场安装调试完毕经验收合格后交货的固定不变价格。

4、质量保证及售后服务：

(1) 产品质量保证期：投标产品底盘车部分质量保证期不低于 2 年或 6 万公里；改装部分不低于 1 年。

(2) 质量保障：投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

5、售后服务要求：

(1) 投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①电话咨询：中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在 48 小时内到达现场（远郊区 72 小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在 72 小时内解决的，应在 120 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

③技术升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服

务。

(2) 质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服 务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

6、其他要求：

(1) 供应商需协助采购人对车辆进行上户。

## 第七章 评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。**投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。**

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3、评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招

标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中,发现本招标文件有下列情形之一的,评标委员会应当停止评标:

- (1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的;
- (2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的;
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围,但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的;
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围,但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的;
- (5) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法,或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法,但实际上不符合国家规定;
- (6) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的;
- (7) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的,评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外,评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求,对符合资格的投标文件进行审查,以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求,必须以本招标文件的明确规定作为依据,否则,不能对投标文件作为无效处理,评标委员会不得臆测符合性审查事项。

### 3.2.2 符合性审查内容

序号	项目内容	评审内容	备注
1	投标文件正副本数量	投标文件正副本数量是否按照招标文件要求提交。	
2	投标文件签字、盖章	投标文件签字、盖章是否符合招标文件要求。	

3	投标文件其他实质性要求	投标文件其他实质性要求是否符合招标文件要求提交。	
结论	<b>应全部通过</b>		

3.2.3 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过 2 个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.4 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选人供应商。中标候选人供应商应当排序。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

- （一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- （三）评标方法和标准；
- （四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- （五）评标结果和中标候选人排序表；
- （六）评标委员会授标建议；

**（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。**

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投

标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- （一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
- （二）投标文件中已经明确的内容事项；
- （三）投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预

算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

**注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。**

3.9 低于成本价投标处理。（详见招标文件第二章投标人须知前附表）

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）客观评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

- （一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；
- （二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- （三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- （四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；
- （五）招标采购单位未提供书面建议的。



## 4. 评标细则及标准

4.1 本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.3 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 × 100%。 注：小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。	共同评分因素
2	技术指标及配置 45%	45 分	1、投标人所投产品完全符合或优于招标文件技术参数要求，没有负偏离的得 45 分；其中带“★”参数为实质性参数；带“▲”参数共 16 项，负偏离一项扣 2.5 分；其余参数共 250 项，负偏离一项扣 0.02 分。扣完为止。 注：“▲”项为本项目重要技术参数，非实质性技术参数，参数后括号内若注明需要提供检验/检测报告复印件等有效证明的，按要求提供材料进行佐证。	技术评分因素
3	实施方案 12%	12 分	根据投标人提供的针对本项目的实施方案进行综合评审，内容包含但不限于：①备货与运输方案；②进度保障措施；③人员配置计划；④岗位职责的明确程度；⑤安装调试方案；⑥应急措施；⑦安全保障措施；⑧配送体系及配送工具。	技术评分因素

			<p>方案符合采购文件要求的得 12 分，每有一项缺项或漏项扣 1.5 分，每有一项内容有缺陷扣 0.75 分，扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p>	
4	履约能力 4%	4 分	<p>投标人自 2019 年 1 月 1 日（含）以来，具有类似项目业绩的（类似项目指：救护车采购），每提供 1 个得 2 分，最多得 4 分。</p> <p>注：提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖投标人鲜章。</p>	共同评分因素
5	售后服务 8%	8 分	<p>在满足招标文件基本要求的情况下，根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案进行综合评审，内容包括：①售后服务人员配置及联系电话；②售后服务承诺；③培训方案；④质量保障范围。</p> <p>方案符合采购文件要求的得 8 分，每有一项缺项或漏项扣 2 分，每有一项内容有缺陷扣 1 分，扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p>	技术评分因素
6	节能、环境标志产品 1%	1 分	<p>所投产品中有属于节能产品政府采购品目清单内优先采购产品或环境标志产品政府采购品目清单内产品的得 0.5 分；具有无线局域网认证产品政府采购清单内产品的得 0.5 分，最多得 1 分。</p> <p>注：属于节能产品政府采购品目清单内优先采购产品或环境标志产品政府采购品目清单内产品的提供有效认证证书复印件；具有无线局域网认证产品政府采购清单内产品的需提供中国政府采购网发布的最新一期清单所在页。</p>	共同评分因素

## 5、废标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后3个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选人中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，

不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第八章 政府采购合同（样例）

合同编号：

签订地点：XXXX

签订时间：XXXX年XX月XX日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机配件	交货期

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：\_\_\_\_\_元，即RMB¥\_\_\_\_\_元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）\_\_\_\_\_标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起\_\_\_日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出

具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后\_\_\_\_日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后\_\_\_\_日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后\_\_\_\_日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方\_\_\_\_次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行。

## 五、付款方式

### （一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的\_\_\_\_日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款¥\_\_\_\_元，人民币大写\_\_\_\_元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满\_\_\_\_后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的\_\_\_\_日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥\_\_\_\_元，人民币大写：\_\_\_\_元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

### （二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履行保证金（按合同总价的百分之\_\_\_\_计算款额¥\_\_\_\_元，人民币大写：元整）后的\_\_\_\_日内支付合同金额百分之\_\_\_\_的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的\_\_\_\_日内，提交支付凭证资料给\_\_\_\_财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之\_\_\_\_款项：¥\_\_\_\_元，人民币大写元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满\_\_\_\_后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的\_\_\_\_日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥\_\_\_\_元，人民币大写：\_\_\_\_元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后\_\_\_\_小时内响应到场，\_\_\_\_小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。



## 七、违约责任

### 1、甲方违约责任

- (1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 的违约金；
- (2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之\_\_\_/天的违约金；逾期付款超过\_\_天的，乙方有权终止合同；
- (3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

### 2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之\_\_的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之\_\_\_/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之\_\_的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在\_\_天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之\_\_的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之\_\_向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

- 1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
- 2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）  
法定代表人（授权代表）：  
地 址：  
开户银行：  
账号：  
电 话：  
传 真：  
签约日期：XX年XX月XX日

乙方：（盖章）  
法定代表人（授权代表）：  
地 址：  
开户银行：  
账号：  
电 话：  
传 真：  
签约日期：XX年XX月XX日