



项目编号：N5101012023000719

2023 年多通道输注工作站等 医疗设备采购项目

招 标 文 件

中国·四川

成都市第四人民医院、四川乐投招标代理有限公司

共同编制

2023 年 5 月

采购文件编号：SCLTZB2023-112 号



目录

第一章 投标邀请	3
第二章 投标人须知	5
第三章 投标文件格式	25
第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	59
第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明 材料	61
第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求	64
第七章 评标办法	77
第八章 医疗设备购销合同（模板）	87



第一章 投标邀请

四川乐投招标代理有限公司（采购代理机构）受成都市第四人民医院（采购人）委托，拟对2023年多通道输注工作站等医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：N5101012023000719。

二、招标项目：2023年多通道输注工作站等医疗设备采购项目。

三、资金来源：财政资金。

四、招标项目简介：详见招标文件第六章。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

详见招标文件第四章。

六、招标文件获取时间、地点：

1、招标文件自2023年5月30日至2023年6月5日在线获取（地址）（投标资格不能转让）。

2、获取地点：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交的起止时间：2023年6月20日09时30分-10时00分（北京时间）。

2、投标文件递交地点：成都市高新区吉泰五路88号T3-4406

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、投标截止时间及开标时间：2023年6月20日10:00（北京时间）。

九、开标地点：成都市高新区吉泰五路88号T3-4406。

十、本投标邀请在四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：成都市第四人民医院



地址：成都市金牛区互利西一巷 8 号

联系方式：联系人：许老师

联系电话：028-69515784

采购代理机构：四川乐投招标代理有限公司


通讯地址：乐山市市中区嘉定中路 570 号 19 楼 2、3、4、5 号

联系人：周女士 联系电话：028-61524101（报名咨询）

联系人：张女士 联系电话：0833-2485290/2350977-811（采购文件咨询）

联系人：刘女士 联系电话：19938850937（财务室）

联系人：袁女士 联系电话：0833-2485290/2350977-803（开票咨询）





第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1.	采购预算 (实质性要求)	采购预算：568400 元； 超过采购预算的投标为无效投标。
	最高限价 (实质性要求)	最高限价：523100 元； 超过最高限价的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。
2.	进口产品 (实质性要求)	本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品响应时，其投标文件按无效处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。
3.	是否专门面向中小企业的项目或专门面向监狱企业、残疾人福利单位采购的项目	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目
4.	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。



序号	条款名称	说明和要求
		<p>注：1、本项目供应商提供成本构成书面说明并提交相关证明材料的合理时间由评审委员会现场确定。</p> <p>2、投标人应当保证其提供的说明、证明材料真实、有效，如若在项目评审后等发现其项目成本明显高于其说明、证明的，投标人担承担提供虚假材料谋取中标及采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商等行为情形的相关法律责任。</p>
5.	小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)价格扣除 (实质性要求)	<p>小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)价格扣除</p> <p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评标。</p> <p>2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件,残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的,联合体投标协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的,可给予联合体6%的价格扣除。</p> <p>4、联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> <p>5、依据《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》(川财采[2016]35号)文件规定:中小企业参加政府采购活动时,只需要在其投标、响应文件中按照有关规定提供《中小企业声明函》,即可在评审时认定其中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时,提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。供应商参加政府采购活动时,提供虚假《中小企业声明函》的,以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。</p> <p>6、投标人若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之一,仅享受一次价格扣除。</p>
6.	评标情况公告	所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
7.	投标保证金 (实质性要求)	本项目不收取投标保证金。
8.	投标文件组成	1、投标文件分资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分。资格



序号	条款名称	说明和要求
		性投标文件用于资格审查小组资格审查，其他响应性投标文件用于评审委员会符合性审查和综合评分。 2、投标人应准备资格性投标文正本 1 份和副本 3 份（ 实质性要求 ）；其他响应性投标文件正本 1 份和副本 3 份（ 实质性要求 ）；电子文档份数 1 份（与投标文件正本一致的 PDF/Word 文档存入）、“开标一览表” 1 份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
9.	履约保证金 (实质性要求)	金额：合同总价的5%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式） 收款单位：成都市第四人民医院 开户银行：中信银行成都金牛支行 银行账号：7413110183100000111 交款时间：中标、成交通知书发放后，采购合同签订前。 履约保证金退还方式：按照合同及采购文件约定。 履约保证金退还时间：按照合同及采购文件约定。 履约保证金不予退还情形：按照合同及采购文件约定。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。无正当理由逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。
10.	采购文件咨询	联系人：张女士 联系电话：0833-2485290/2350977-811
11.	开标、评标工作咨询	联系人：张女士 联系电话：0833-2485290/2350977-811
12.	中标通知书领取	中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商将领取中标通知书的相关资料（1、介绍信，2、身份证复印件，3、采购代理服务费用缴费凭证，4、接收邮寄的地址、联系人、联系电话）加盖公章，发送到 1tzb2021@126.com，款到指定账户并接收到邮件后，将中标通知书邮寄到中标供应商指定地点。 联系人：王女士，联系电话：028-61524101 中标供应商逾期发送邮件或不收取快递，由此引发的中标供应商权益损失由其自行负责。
13.	供应商询问	供应商询问由四川乐投招标代理有限公司负责答复。 联系人：张女士。 联系电话：0833-2485290/2350977- 811。 地址：乐山市市中区嘉定中路 570 号 19 楼 2、3、4、5 号。 邮编：614000。
14.	供应商质疑	与本项目相关的所有询问与质疑均由四川乐投招标代理有限公司（采购代理机构）受理和答复，供应商须以书面形式一次性提出针



序号	条款名称	说明和要求
		对同一采购程序环节的质疑。 联系人：张女士。 联系电话：0833-2485290/2350977- 811。 地址：乐山市市中区嘉定中路 570 号 19 楼 2、3、4、5 号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。
15.	供应商投诉	投诉受理单位：成都市财政局，地址：成都市锦城大道366号，联系人：成都市财政局政府采购监督管理处，联系电话：028-61882648。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
16.	政府采购合同公告备案	政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。
17.	行贿犯罪档案查询工作在本项目采购工作中的落实 (实质性要求)	1、本项目参加政府采购活动的投标人及其现任的法定代表人/主要负责人投标前三年内不得具有行贿犯罪记录。 2、行贿犯罪记录查询结果有行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。 3、其他未尽事项按行相关规定执行。 注：本项所指的法定代表人适用于独立法人单位投标人，主要负责人适用于其他组织形式的投标人（如分支机构等）
18.	严重违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准	具体金额标准：200 万元以上的罚款。 注：1、法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。 2、相关法律、法规、规范文件有新规的，从其规定。
19.	节能环保要求 (实质性要求)	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。(如涉及)
20.	不发达地区和少数民族民	扶持不发达地区和少数民族地区政策，按现行有效政策执行供应商



序号	条款名称	说明和要求
	族地区	为不发达地区和少数民族地区政策条件的，在同等条件（包括但不限于）下享有优先采购的机会。
21.	现场踏勘	本项目不组织，由投标人自行现场踏勘，费用自行承担。
22.	答疑会	本项目采购人不组织答疑会。
23.	政府采购供应商信用融资	四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号），中标（成交）供应商可依据政府采购合同申请政府采购信用融资，上述文件请在四川政府采购网查询。
24.	采购代理服务费	<p>1、按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则及与采购人签订的委托代理协议之相关规定，由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时与代理机构结算招标代理服务费。招标代理服务费计入投标报价。本项目代理服务费人民币 6138.72 元。</p> <p>2、代理服务费账户 交款方式：公对公账户 银行转账（以当地银行下账时间为准）。 招标代理机构：四川乐投招标代理有限公司。 联系人：刘女士 联系电话：19938850937（财务室） 收款单位：四川乐投招标代理有限公司。 开户行：乐山市商业银行股份有限公司通悦路支行。 开户行行号：313665000367 银行账号：03092100000148990 特别注意：请在备注栏必须填写“项目编号”代理服务费！</p>
25.	就本次招标后续措施的友情告知与提示	<p>1、根据采购人总体的工作部署，采购人经过本次公开招标后，如没有成功确定中标供应商的，本项目采购人可能选择按《中华人民共和国政府采购法》第三十、三十一条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十三条、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）第二十七条等文件之规定采用竞争性谈判或单一来源方式采购本项目。</p> <p>2、请参与本次投标的供应商谨慎、认真应答本次投标活动。</p> <p>3、供应商必须按照招标文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消其中标资格，并上报财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。</p>
26.	备注	若招标文件中其他内容与须知附表内容不一致的，以须知附表为准。

二、总 则



1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市第四人民医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川乐投招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；
- （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- （3）向采购代理机构购买了招标文件。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：多通道输注工作站。

5.2 提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造



厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

5.6 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；



(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

注：本条所述的“采购人自主采取公平、择优的方式选择”是指评审委员会中的采购人代表在评审现场代表采购单位自己作主、不受他人支配采取公平、择优的方式选择参加评审的投标人，此权利行使的过程中既不需要相关投标人参与，也不需要采纳相关投标人的意见或建议；所有投标人须尊重并认可采购人及采购代表的自主行为。

三、招标文件

6. 招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 投标文件格式；
- (四) 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
- (五) 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- (六) 招标项目技术、商务及其他要求；
- (七) 评标办法；
- (八) 合同主要条款。

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，由此引起投标人损失由投标人自行承担。



7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。提供招标文件期限届满后，获取招标文件或者资格预审文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并予公告。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4 购买了招标文件的供应商须在开标截止时间前全程跟进、关注、了解四川政府采购网上发布的关于本项目的更正公告（如有更正公告）。采购代理机构将采用书面形式（电子邮件）发送至投标人报名介绍信中留下的邮箱中。

7.5 本项目招标文件中的未尽事项，按照现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

7.6 本项目招标文件中的内容与现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件规定有冲突或背离的，按照现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

8.3 本项目不组织现场答疑和现场考察。

四、投标文件

9. 投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材



料。(说明:1、供应商的法定代表人为外籍人士的,法定代表人的签字和护照除外。2、格式文件,对于如生产厂家授权书及原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外)。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时,以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10. 计量单位(实质性要求)

除招标文件中另有规定外,本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币(实质性要求)

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标(实质性要求)

本项目不支持联合体投标。

13. 知识产权(实质性要求)

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,需在投标文件中声明,并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档,并承诺提供无限期技术支持,采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。同时需在投标文件中提供声明,并提供相关知识产权证明文件,否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果,不影响有效性。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权,则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用,采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标文件分资格性投标文件



和其他响应性投标文件两部分。资格性投标文件用于资格审查小组资格审查，其他响应性投标文件用于评审委员会符合性审查和综合评分。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 资格性投标部分

(1) 投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料（详见招标文件第五章）。

(2) 其他投标人认为应该提供的资格证明材料。

14.2 其他响应性投标部分

14.2.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

(1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（**实质性要求**）。

(2) 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（**实质性要求**）。

14.2.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术包括下列内容：

(1) 投标产品的品牌、型号、配置；

(2) 投标产品本身的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

(3) 技术方案、项目实施方案；

(4) 投标产品技术参数表；

(5) 产品彩页资料；

(6) 产品工作环境条件；

(7) 产品验收标准和验收方法；

(8) 产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

(9) 投标人认为需要提供的文件和资料。

注：凡在投标文件中标的设备性能指标，必须真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现投标人弄虚作假，经第三方验证属实，招标人有权要求投标人无条件退货并依据合同按投标人无法供货进行相关处罚。

14.2.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：



(1) 投标函；

(2) 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（**实质性要求**）；

(3) 证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

(4) 商务应答表；

(5) 投标人根据第四章和第五章资格要求、第六章技术参数和第七章评分细则提供的相关证明材料

(6) 其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.2.4 售后服务。 投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

(1) 产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

(2) 说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供投标人的服务承诺和保障措施等；

(3) 培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

(4) 其他有利于用户的服务承诺。

14.2.5 其他部分。

投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16. 投标保证金（实质性要求）

按照招标文件第二章投标人须知附表投标保证金要求执行。

17. 投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 90 天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有



效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标人应按准备资格性投标文件正本 1 份和副本 3 份（**实质性要求**）；其他响应性投标文件正本 1 份和副本 3 份（**实质性要求**）；电子文档份数 1 份（与投标文件正本一致的 PDF/Word 文档存入）、“开标一览表” 1 份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用 A4 幅面纸印制，逐页编码。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，资格性投标文件、其他响应性投标文件、“开标一览表”、“电子文档”均应单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位



将告知投标人不予接收的原因。采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

20.4 未单独密封提交“开标一览表”用于开标唱标的投标人，致使开标过程中对其无法唱标的，投标无效。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22. 开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为



准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

(2) 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

(3) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后，参加开标的各投标人代表需现场对开标过程及开标记录进行签字确认，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

(4) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

(5) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24. 资格审查

24.1 开标结束后，由采购人代表 1 人和招标代理机构（四川乐投招标代理有限公司



司) 2 人共同组成资格审查小组, 依法对投标人的资格进行审查。

24.2 采购人和招标代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定, 对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料等进行审查, 以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.3 合格投标人不足 3 家的, 不得评标。

25. 开评标过程存档

25.1 开标和评标过程进行全过程电子监控, 并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.2 开标过程应当由采购代理机构负责记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

26. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

27. 中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一, 是合同的有效组成部分。

27.2 投标人中标后, 拒绝领取中标通知书的, 招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

27.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后, 采购人改变中标结果, 或者中标人无正当理由放弃中标的, 应当承担相应的法律责任。

27.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的, 招标采购单位在取得有权主体的认定以后, 将宣布发出的中标通知书无效, 并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回), 依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.5 中标公告发出后, 中标供应商自行领取中标通知书的, 可凭有效身份证明证件到四川乐投招标代理有限公司领取中标通知书。(联系人、联系电话等详见投标人须知前附表)

六、签订及履行合同和验收

28. 签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的, 将视为放弃中标, 取消其中标资格并将



按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4 中标人在合同签订之后 2 个工作日内，将签订的合同（一式二份）送四川乐投招标代理有限公司进行归档。

29. 合同分包（实质性要求）

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32. 履约保证金



按照招标文件第二章投标人须知附表履约保证金要求执行。

33. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

36. 验收

36.1 中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

36.2 其余详见招标文件第六章。

37. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金支付方式、程序为：详见招标文件第六章（约定不得违反招标文件及投标文件已明确的要求）。**特殊说明：**如若中标（成交）后本项目存在对中标（成交）结果质疑、投诉、举报等异议情况的，本项目的资金支付按处理结果执行。

七、投标纪律要求

38. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- （3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；



- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

39. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、询问、质疑和投诉

40. 询问

40.1 供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购代理机构提出。

40.2 询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

40.3 采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。

40.4 询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知供应商向采购人提出询问。

41. 质疑、投诉

41.1 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《中华人民共和国财政部令第94



号—政府采购质疑和投诉办法》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

41.2 供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买采购文件之日起7个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

41.3 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、询价过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

九、其他

42. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

43. 本次采购文件中加注（实质性要求）的条款，若未明确要求提供证明材料或承诺函，视为仅约束中标人，由中标人和采购人签订合同前进行核实。



第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。（如果供应商投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、本章格式如为多页的，无须逐页盖章。





封面

正本/副本

包号（如涉及）

资格性投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____（盖章）

投标日期：____年__月__日



一、承诺函（一）

_____（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

（实质性要求）二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

（实质性要求）三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（实质性要求）四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我方承诺，根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致我方无法提供该类证明材料的，我方将按照招标文件要求响应。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：_____（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

日期：_____。



二、法定代表人/单位负责人身份证明书

_____（法定代表人/单位负责人姓名）在_____（投标人名称）处任_____（职务名称）职务，是_____（投标人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人签字或者加盖法定代表人/单位负责人名章：

- 注：
- 1、供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
 - 2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。
 - 3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
 - 4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。
 - 5、此身份证明书盖章位置未做强制性要求。



三、法定代表人/单位负责人授权书

_____（采购代理机构名称）

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权 _____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（项目编号：_____）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：_____。

授权代表签字：_____。

投标人名称：_____（单位盖章）。

日期：_____。

注：1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5、此授权书盖章位置未做强制性要求。



四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”

注：1. 以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖投标人公章；


2. 投标人若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3. 根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺。



五、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料


(根据第五章要求提供)





六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料


(根据第五章要求提供)





七、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料


(根据第五章要求提供)





八、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函


（根据第五章要求提供）





九、提供具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函


(根据第五章要求提供)





十、根据本项目要求提出的特殊资格条件的证明材料

(根据第五章要求提供)





(一) 供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录的声明及承诺

_____ (采购代理机构名称)

我单位在参加本项目“_____”(项目名称)项目(项目编号:____)(包号:__)投标活动中,已认真阅读并认知了关于供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录方面的规定要求,在此我单位声明并承诺如下:

1、在参加本项目投标前三年内(单位注册不满三年的,按实计算),我单位及其现任法定代表人/主要负责人的行贿犯罪记录情况为:_____ (填写“具有”或“不具有”)行贿犯罪记录;我单位的现任法定代表人/主要负责人姓名为:_____,身份证号:_____。

2、如若我单位及现任法定代表人/主要负责人在规定期限内具有行贿犯罪记录,我单位承担如下:

- 1) 中标(成交)后未签订政府采购合同的,认定中标(成交)无效;
- 2) 按提供虚假材料谋取中标处理;
- 3) 招标文件规定的其他应当承担的处理;
- 4) 相关法律法规规定的其他应当承担的相关处罚;

3、如若我单位伪造、变造行贿犯罪档案查询结果告知函的,按相关法律、法规、规范性文件的规定处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

4、其他未尽事项按行相关法律法规规定执行。

投标人名称: _____ (单位公章)。


法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章): _____。

日期: _____。



(二) 信用查询相关资料

(根据第五章要求提供)





十一、禁止投标情形承诺函

四川乐投招标代理有限公司：

作为本项目“_____”（项目名称）项目（项目编号：____）（包号：__）
供应商，现郑重承诺：

我单位不具有禁止投标情形。

如经查实，我单位存在禁止投标情形，我单位自愿接受投标文件作为无效响应文件处理。同时我单位自愿承担因提供虚假资料谋取成交而形成的国家法律、法规、规范性文件及本招标文件规定的各种处罚与处理。

投标人名称：_____（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

日期：_____。




十二、强制节能清单（如涉及）

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。



十四、其他投标人认为应该提供的资格证明材料

(供应商根据自身情况自行提供)





封面

正本/副本

包号（如涉及）

其他响应性投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____（盖章）

投标日期：____年__月__日



一、投 标 函

_____（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“_____”项目（项目编号：_____）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方_____（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求（包括文件中“注”和“实质性要求”的内容）向采购人提供所需货物，投标价详见开标一览表。

（实质性要求）二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（实质性要求）三、我方为本项目提交的资格性投标文件正本 1 份和副本 3 份；其他响应性投标文件正本 1 份和副本 3 份，电子文档 1 份，用于开标唱标的“开标一览表” 1 份。

（实质性要求）四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止之日起 90 天。

（实质性要求）五、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、我方承诺，如我方提供了虚假响应招标文件的投标文件，愿意接受财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。

投标人名称：_____（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

通讯地址：_____。

邮政编码：_____。

联系电话：_____。

传 真：_____。

日 期：_____年 _____月 _____日。



二、开标一览表

序号	类别名称	投标总价 (万元)	交货时间	备注
1				
投标报价总价：大写： 小写： (万元)				

- 注：1、 投标人投标报价总价超过本项目最高限价的，做无效投标处理。
2、 报价应是最终用户验收合格后的总价，包含本项目的一切费用。
3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称： (单位公章)。

法定代表人或授权代表 (签字或加盖个人名章)： 。

日 期： 。



三、分项报价明细表

序号	产品名称	规格型号	品牌及制造商	单位	数量	单价	金额	是否属于进口产品	备注
分项报价合计（大写）： （小写）：（万元）									

- 注：1、此表格式可自拟。
- 2、投标人按“分项报价明细表”详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
- 3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
- 4、是否属于进口产品以产地为准。

投标人名称：（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：。

日期：。



四、商务应答表

项目编号：

序号	招标要求	投标应答
1		
2		
3		
4		

注：1、供应商根据招标文件第六章商务要求据实填写。

2、以上表格格式行、列可增减。

3、**特别提醒：**供应商必须按照招标文件据实填写，不得虚假应答，一经查实，将取消其中标资格，并上报财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。



五、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间	员工总人数：					
企业资质等级				项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：1、事业单位、其他组织及自然人根据实际情况据实填写此表，若未填报完善不影响投标资质及效力。

2、此表格中需要填写的若无涉及可不填写此项或“/”。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。



六、投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	是否通过验收	备注

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称： （单位公章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。
日 期： 。



七、投标产品技术参数表

项目编号：

序号	货物（设备）名称	招标文件要求	投标产品技术参数	响应/偏离

注：1、以上表格格式行、列可增减。

2、供应商必须不得虚假响应，凡经查实，将取消其中标资格；并上报财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日期： 。



八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

- 注： 1、投标人根据自身实际情况填写，若无涉及可不填写此项或“/”。
2、以上表格格式行、列可增减。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日期： 。



九、承诺函

四川乐投招标代理有限公司：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

（实质性要求）一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、行贿犯罪档案查询工作在本项目采购工作中的落实、节能环保要求、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期等实质性要求），如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

（实质性要求）二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（实质性要求）三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（实质性要求）四、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（实质性要求）五、我方承诺，我方未在技术偏离表中应答的技术响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。我方在投标文件中提供的标的性能指标，均为真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现投标人弄虚作假，经第三方验证属实，我公司愿意承担相应法律责任。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。



十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



十一、监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若未提供证明文件的则不享受监狱企业价格折扣。



十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1. 若未提供此声明函的则不享受残疾人企业价格折扣。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。



十三、知识产权声明函

四川乐投招标代理有限公司：

本单位_____（公司名称）参加_____（项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1、本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

注：1、本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追求法律责任。

2、如供应商承诺函后，再发生知识产权纠纷，则全部责任由供应商负责。

投标人名称：（单位公章）

日期：



十四、本项目采购代理服务费用响应承诺书

_____（采购代理机构名称）

我单位在参加本项目“_____”（项目名称）项目（项目编号：_____）（包号：_____）投标活动中，若我单位为本项目中标供应商，我方保证在领取中标通知书前按采购文件规定或结果公告公示代理服务费金额，向贵公司即四川乐投招标代理有限公司指定的银行账号以转账或以现金方式一次性支付约定的代理服务费用。

若因我方过错造成质疑、投诉或使项目重新开展政府采购活动的，我方愿意承担所造成的一切损失特此承诺！

投标人名称：_____（单位公章）。


法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

日期：_____。



十五、其他投标人认为需要提供的文件和资料

(供应商根据采购文件要求及自身情况自行提供)





第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

(一) 资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需求的资格条件要求:

本项目为非专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目。

3、根据本项目提出的特殊要求:

(1) 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录;

(2) 截止至投标截止时间前, 未在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因, 在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的, 视为未被列入失信记录。)

(3) 投标产品为医疗器械的, 投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证;

投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证;

如涉及第三类医疗产品需提供第三类医疗器械经营许可证(已提供包含二类或三类备案的多证合一营业执照的投标人除外)。

(二) 其他类似效力要求:



授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。（如涉及）

2、技术参数中如涉及到 3C 强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求，投标时提供《中国强制性产品认证》（3C 证书）或其他国家强制要求证明材料复印件，或提供承诺函，承诺中标后签订合同前向采购人提供。（如涉及）。

注：本项目不支持联合体投标

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：见“投标人须知附表”。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。



第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

(一) 资格要求相关证明材料:

1、具有独立承担民事责任的能力:

①供应商若为企业法人:提供“统一社会信用代码营业执照”;未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;④若为自然人:提供“身份证明材料”;(复印件盖投标人公章)

银行、保险、石油石化、电力、电信行业由分机构参与投标的均视为具有独立承担民事责任的能力,不得因其为负责人形式而认定不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

(1) 具有良好的商业信誉

提供具有良好的商业信誉的承诺函原件;(格式自拟)

(2) 健全的财务会计制度

①提供经审计的财务审计报告复印件(至少包含报告本身以及报告中提及的财务报表),②也可提供供应商内部财务报表复印件(至少包含资产负债表),③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明,④成立不足一年的法人或者组织以及非盈利性单位或其他机关事业单位提供内部财务制度;(复印件盖投标人公章)

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;(格式自拟)

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

(1) 纳税的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳税收的良好记录的承诺函原件;(盖投标人公章。免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料复印件);

(2) 社保的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录的



承诺函原件；（盖投标人公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件；（格式自拟）

6、法律、行政法规规定的其他条件；

提供具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件；（格式自拟）

7、根据本项目提出的特殊要求：

（1）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录；（格式详见第三章）

（2）在投标截止时间前，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道查询投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如投标人被列入相关名单则视为无效投标。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）；（供应商或采购代理机构提供查询记录截图）

（3）投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；（复印件盖公章）。

投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；（复印件盖公章）。

如涉及第三类医疗产品需提供第三类医疗器械经营许可证（已提供包含二类或三类备案的多证合一营业执照的投标人除外）。（复印件盖公章）。

（二）其他类似效力要求相关证明从材料：

1、法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

2、法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的



相关证明材料

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号),对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理,本项目如涉及政府强制采购产品(节能产品政府采购品目清单中★号产品),供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书,否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。(如涉及)

2、技术参数中如涉及到 3C 强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求,投标时提供《中国强制性产品认证》(3C 证书)或其他国家强制要求证明材料复印件,或提供承诺函,承诺中标后签订合同前向采购人提供。(如涉及)。

注: 1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应,除投标人自愿以外,不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料,投标人有权不予提供,且不影响投标文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定,不得一概而论。

3、本章节要求提供的证明材料需加盖投标人鲜章,也可用骑缝章代替。



第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

（一）项目概况

本项目为 2023 年多通道输注工作站等医疗设备采购项目。

本项目为货物项目。

本项目对应中小企业划分标准所属行业：工业。

本项目核心产品：多通道输注工作站

采购品目	病房护理及医院设备 A02322700	标的名称	多通道输注工作站
采购品目	病房护理及医院设备 A02322700	标的名称	护理通用器械
采购品目	病房护理及医院设备 A02322700	标的名称	输液泵
采购品目	病房护理及医院设备 A02322700	标的名称	注射泵
采购品目	病房护理及医院设备 A02322700	标的名称	双通道静脉微量注射泵

（二）采购具体内容

1. 采购清单

序号	设备名称	计量单位	数量	预算单价 (万元)	最高限单价 (万元)	
1.	多通道输注工作站	台	2	8	7.41	
2.	护理通用器械	手摇病床	台	24	0.3	0.26
3.		床头柜	台	26	0.04	0.04
4.		服药车	台	5	0.2	0.19
5.		治疗车	台	12	0.25	0.24
6.		针灸治疗床	台	10	0.25	0.21
7.		病床	台	5	0.1	0.09



8.		输液车	台	2	0.15	0.14
9.		病历车	台	2	0.2	0.2
10.		治疗柜	台	1	0.7	0.62
11.		器械柜	台	1	0.45	0.38
12.	输液泵		台	23	0.75	0.7
13.	注射泵		台	7	0.7	0.67
14.	双通道静脉微量注射泵		台	2	0.8	0.68

2. 技术参数及要求

(1). 多通道输注工作站

输液信息采集系统

- 1). 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电
- 2). 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
- 3). 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求

注射泵

- ▲1). 注射精度 $\leq \pm 1.8\%$
- 2). 速率范围：0.01-2000ml/h，最小步进 0.01ml/h
- 3). 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml
- 4). 快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
- 5). 可自动统计四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
- 6). 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
- 7). 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
- 8). 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称
- 9). 8 种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA 模式；具备联机功能



- 10). ≥ 3.5 英寸彩色电容触摸显示屏。
- 11). 全中文软件操作界面
- 12). 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
- 13). 支持药物库，可储存 ≥ 5000 种药物信息
- ▲14). 支持 ≥ 4 种药物色彩标识
- 15). 报警时可通过示意图片直观提示报警信息
- 16). 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
- 17). 压力报警阈值至少 15 档可调
- 18). 具备阻塞前预警提示功能
- 19). 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
- 20). 信息储存：可存储 ≥ 3500 条的历史记录
- 21). 电池工作时间 ≥ 5 小时@5ml/h
- 22). 防异物及进液等级 $\geq IP33$
- 23). 整机重量不超过 1.7kg

输液泵

- 1). 支持输血功能
- 2). 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路
- 3). 输液精度 $\leq \pm 5\%$
- 4). 速率范围：0.1-2000ml/h，最小步进 0.01ml/h
- 5). 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml
- 6). 快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
- 7). 可自动统计四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
- 8). 泵门智能电动控制，可自动关闭或打开
- 9). 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
- 10). 8 种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能
- 11). ≥ 3.5 英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作
- 12). 全中文软件操作界面



- 13). 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
 - 14). 支持药物库，可储存 ≥ 5000 种药物信息。
 - ▲15). 支持 ≥ 4 种颜色的药物色彩标识
 - 16). 报警时可通过示意图片直观提示报警信息
 - 17). 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
 - 18). 压力报警阈值最低可设置 50mmHg
 - ▲19). 当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
 - 20). 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
 - 21). 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化
 - 22). 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题
 - 23). 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小 20 μL 的单个气泡报警
 - 24). 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
 - 25). 信息储存：可存储 ≥ 3500 条的历史记录
 - 26). 电池工作时间 ≥ 5 小时@25ml/h
 - 27). 防异物及进液等级 $\geq \text{IP33}$
 - 28). 整机重量 $\leq 1.85\text{kg}$
- ★配置：（实质性要求）**
- 1). 输液信息采集系统 1 套，注射泵 4 个，输液泵 2 个。



(2). 护理通用器械

手摇病床

1). 手摇式三折病床，配置：护栏、杂物架、输液杆、餐桌板、引流钩、床垫、床头柜。

2). 尺寸：长 $\geq 2100\text{mm}$ ，宽 $\geq 950\text{mm}$ ，高 $\geq 480\text{mm}$ 。整体床架采用优质冷轧型材焊接成型，床面采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，床体整体承重 $\geq 200\text{KG}$ 。整床有极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，无剥落、裂纹、皱纹等现象。结构安全，人体接触部位无刃口，固定部位牢固无松动。

3). 床头为 ABS 工程塑料，床尾板为高强度工程塑料，背板升降角度为 $0\sim 75^\circ$ ($\pm 5^\circ$)；腿板升降角度 $0\sim 45^\circ$ ($\pm 5^\circ$)。摇把采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，可 $0^\circ \sim 180^\circ$ 三挡折叠，摇把和丝杆之间采用“万向接”连接，“万向接”为钢件。丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

4). 采用 6 柱合折叠护栏采用铝合金扶手，表面硬化处理，采用厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 铝合金型材，护栏自锁式机构，金属枪把手，护栏升起后护栏上缘距离床面高度 $\geq 36\text{cm}$ 。脚轮采用高级超静音脚轮，4 只全部带刹，推动时脚轮转动灵活。餐桌板为 ABS 工程塑料一次注塑成型，伸缩式，长度可调，颜色与床体一致，不用时有放置位置。

5). 床垫外套为透气性良好的深色防水牛津布，舒适耐用，具有防霉防菌功能。外套拉链封口便于拆洗和清理，侧面带透气孔。内置 $\geq 3\text{cm}$ 高弹海绵与 $\geq 4\text{cm}$ 棕丝，回弹性好，久睡不变形。床垫外形美观整洁，通风耐用，环保无气味等优点。

6). 床头和床尾带 4 个输液杆插孔，配一根输液杆，输液杆为伸缩式，三钩可折叠，不锈钢材质，带 ABS 旋转式锁紧装置。病床两侧均配置两个引流钩。床架下方配置置物架，长度与床宽等同，宽度 $\geq 50\text{mm}$ ，可放置脸盆、杂物等物品。

7). 床头柜：尺寸为长 $\geq 480\text{mm}$ ，宽 $\geq 460\text{mm}$ ，高 $\geq 740\text{mm}$ 。采用优质 ABS 工程塑料注塑成型后装配而成，无毒无味，绝缘性、耐磨性、稳定性优良，使用安全方便。台面为下沉式，深度 $\geq 1\text{mm}$ 。双侧各带毛巾架、手提袋挂钩，可收折，方便存放病员日常用品。配备进餐台，含有筷条放置凹槽和水杯放置槽。配备抽屉，抽拉轻松灵活，内部平整光滑。配备储物柜，柜门带锁，内置可调式搁板，并带有暖水瓶放置装置。床头柜与病床颜色匹配，呈圆弧形造型。

床头柜



- 1). 尺寸：480mm×460mm×740mm（±2%）。
- 2). 材质为不锈钢面底套色，与病床颜色匹配，呈圆弧形造型。无毒无味，绝缘性、耐磨性、稳定性优良，使用安全方便。
- 3). 台面为下沉式，深度≥1mm。双侧各带毛巾架、手提袋挂钩，可收折，方便存放病员日常用品。
- 4). 配备进餐台，含有筷条放置凹槽和水杯放置槽。配备抽屉，抽拉轻松灵活，内部平整光滑。配备储物柜，柜门带锁，内置可调式搁板，并带有暖水瓶放置装置。

服药车

- 1). 尺寸为长≥600mm，宽≥400mm，高≥670mm。
- 2). 主体材质为 ABS 工程塑料。台面易清洗，耐腐蚀，台面不要围栏，可放置≥48 格的一套药盘。
- 3). 车身上部为上下双层抽屉。抽屉采用静音导轨，抽拉灵活无噪音，抽屉内部高度≥75mm，抽屉每层内置 1 套活动式 48 格药盘，可整盘取出，每格有标签插槽。车身下部为平开门，下层配备双开门，中间有隔板，可调节高度。车身侧面配置把手，方便推车，把手位置不高于台面。
- 4). 底部配置四个优质静音耐磨万向脚轮，防静电、防毛发缠绕，脚轮直径≥Φ100mm，推动轻松灵活，转向准确，其中两只带刹车功能。

治疗车

- 1). 尺寸：700mm×500mm×900mm（±50mm）。
- 2). 主体材质为 ABS 工程塑料，上下两层。
- 3). 非白色台面，易清洗，耐腐蚀，有三面围栏。
- 4). ABS 立柱，有铝合金支撑管。
- 5). 上部配有≥1 个抽屉，抽屉抽拉顺滑、静音。
- 6). 下部为置物平台，有三面围栏。
- 7). 侧面配有可拆卸锐器盒。
- 8). 配置四个优质静音耐磨万向脚轮，防静电、防毛发缠绕，脚轮直径≥100mm，推动轻松灵活，转向准确，其中两只带刹车功能。



针灸治疗床

- 1). 尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。
- 2). 最大承载重量：200kg，允差±10kg。
- 3). 材质：床面为 PU 皮革，内衬海绵，皮面易清洁。床边框、床脚管采用碳钢矩管，经焊接打磨后成型，床脚带有塑胶套脚。
- 4). 具有肩孔、扶手、呼吸孔，呼吸孔在患者进行针灸、推拿康复时可拆卸和还原。
- 5). 具有多体位医用诊疗床第一类医疗器械备案凭证。

病床

- 1). 规格尺寸：2040mm×900mm×500mm（±2%）；
- 2). 床头、床尾、床脚，均采用Φ38×1.0mm 不锈钢圆管弯曲而成，床脚安装胶套。
- 3). 床边采用 60mm×30mm×1mm 碳钢矩管制作，床面板采用冷轧钢条板钣金、焊接而成。碳钢部分经酸洗磷化、静电喷塑处理，环保无毒，表面光洁、有亮度。
- 4). 床头、床尾与床身卡扣式联接，安装方便、使用稳固。
- 5). 床垫规格与床相配，床垫外套为军绿色帆布，底层为厚 3cm 天然椰丝成型垫，面层为厚 3cm 海棉，床垫配有拉链，便于装卸、清洗，床垫侧边带有透气孔。

输液车

- 1). 尺寸：长≥620mm，宽≥460mm，高≥900mm
- 2). 主体材质为 ABS 工程塑料，台面安装不锈钢三面围栏，围栏牢固可靠。
- 3). 上部配有抽屉，抽屉数量≥1 个，抽屉内置分割条，可自由分割。下部为架空置物台，可放两个垃圾桶，四面无遮挡，三面有高度≥50mm 的围栏。车身侧面配有一个塑料挂框，配有不锈钢单排龙门输液架。
- 4). 底部配置四个优质静音耐磨万向脚轮，防静电、防毛发缠绕，脚轮直径≥Φ100mm，推动轻松灵活，转向准确，其中两只带刹车功能。

病历车

- 1). 尺寸：长≥710mm，宽≥400mm，高≥840mm
- 2). 车身整体为 ABS 材质。台面易清洗，耐腐蚀，立柱为优质铝合金型材，强度高。
- 3). 车身为双竖排病历格档，不带抽屉，格档数量≥50 格。每格档高度≥25mm，每



格档有长度大于等于病历夹宽度的分割杆。

4). 格档有相应序号对应, 标识数字清晰、易于辨认; 配有安全锁以确保病历资料安全。

5). 配置四个优质静音耐磨万向脚轮, 防静电、防毛发缠绕, 脚轮直径 $\geq \Phi 100\text{mm}$, 推动轻松灵活, 转向准确, 其中两只带刹车功能。

治疗柜

1). 尺寸: $1000\text{mm}\sim 1200\text{mm}\times 400\text{mm}\sim 500\text{mm}\times 1800\text{mm}$ (规格尺寸在此范围内有效, 具体以实际测量为准)。

2). 整体采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 材质为 304 不锈钢。

3). 上柜为推拉门设计, 柜内分三层, 柜门带透明浮法玻璃, 玻璃周围嵌入有装饰胶条, 具有防震作用; 中部为中空操作台, 台面前方菱角采用磨具化制作, 圆弧过渡; 台面下方配置 ≥ 2 个抽屉, 抽屉采用三节式滑轨, 柜内分层设计; 抽屉下方为对开门储物柜, 柜内配置横隔板 1 件, 将柜内分割为两层。柜体底部做强化加固处理。

4). 柜门配有安全锁和不锈钢拉手。

器械柜

1). 尺寸: $900\text{mm}\times 400\text{mm}\times 1800\text{mm}\pm 5\%$ (以实际测量为准)。

2). 采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 材质为 304 不锈钢。柜门为双门对开式设计, 内部多层结构 ≥ 5 层。柜门带透明浮法玻璃, 玻璃周围嵌入有装饰胶条, 具有防震作用。

3). 柜门配有安全锁和不锈钢拉手。



(3). 输液泵

- 1). 适用的输液器：符合标准的所有一次性使用输液器，20d/ml、60d/ml。
- ▲2). 输液模式： ≥ 5 种输液模式可选（速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式），序列模式可设置 ≥ 6 组序列。
- 3). 触摸屏操作，全中文显示界面。
- 4). 屏幕：电阻式触摸屏，显示输液器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI 信号、锁屏状态、外接电源、电池电量和充电状态、输注速度、累积量以及启动、停止、快进等触摸按键区。
- 5). 输液速度范围：0.1~1200.0ml/h，递增：0.1~99.99ml/h（以 0.01ml/h 递增）、100~999.9ml/h（以 0.1ml/h 递增）、1000~1200 ml/h（以 1ml/h 递增）。
- 6). 预置量范围：0.1~9999ml。递增：0.01ml(0.1~99.99ml)；0.1ml(100~999.9)；1ml（1000~9999ml/h）。输液总量：0~9999.9ml。
- 7). 输液精度： $\pm 5\%$ 。
- 8). 双重气泡探测：可探测最小 25ul 的气泡，气泡大小 7 档可调。
- ▲9). 快进操作： $\geq 0.1\sim 1200\text{ml/h}$ 可调，快进方式分手动快进、快速定量快进、自动快进三种，可同步显示快推量。自动快进可自定义速度，还可预置快推量。
- 10). KVO 速度：0.1~5.0ml/h，递增 0.01ml/h。
- 11). 分高、中、低三级声光报警，并同时文字显示报警内容信息，报警音量至少 10 级可调。
- 12). 输液泵的泵门和止液夹由电动止液夹和电动泵门控制。
- 13). 输液过程中无需中断输液就能通过触摸屏直接更改速度。
- 14). 事件记录功能：可存储 ≥ 2000 个回放事件。
- 15). 具有治疗方案记录和导入功能：记录最近 8 条以上治疗方案，选择任一方案后，可直接导入参数启动注射。
- 16). 每台输液泵重量 $\leq 1.4\text{kg}$ （含锂电池）。



(4). 注射泵

1). 全中文显示, 触摸屏操作, 方便快捷。屏幕 ≥ 3.5 英寸, 为彩色电阻式触摸屏, 同屏显示注射器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI 信号、电池电量和充电状态、注射速度、累积量等。

2). 具有防碰撞把手设计。能自动识别规格为 5ml、10ml、20ml、30ml 和 50/60ml 的一次性注射器。配置 WiFi 模块或有线联网模块, 实现无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站, 实现与静脉输注中央站护士呼叫功能。

▲3). 注射模式 ≥ 7 种模式: 速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式(可设置 10 组序列, 且序列模式中具有暂停功能)、TIVA 模式、微量模式、间歇模式。

4). 注射速度设定范围: 0.1~2200ml/h (最小 0.01ml/h 递增)。

5). 流速递增: 0.10~99.99ml/h, 步进为 0.01ml/h, 100.0~999.9ml/h, 步进为 0.1ml/h, 1000~2200ml/h, 步进为 1ml/h。

6). 预置量范围: 0.1~9999ml (最小增量 0.01ml)。注射精度: $\leq \pm 2\%$ (含配套注射器); 机械精度 $\leq \pm 0.5\%$ 。KVO 速度: 0.1~5ml/h 可调, 步进为 0.01ml/h。

7). 阻塞级别: 150mmHg~975mmHg, 12 级可选择, 动态显示管路的压力状态。

8). 分高、中、低三级声光报警, 声音音量等级可调, 有 10 级报警音量, 同时文字显示具体报警信息。以下情况报警: 输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、遗忘操作、管路脱落。

9). 具备事件记录功能, 能够存储 ≥ 2000 个事件。支持内置药物库, 可存储至少 2000 种药物。具备夜间模式: 可自动降低亮度和报警音量, 时间段可调。具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选。

10). 具有治疗方案记录和导入功能: 记录最近 ≥ 8 条治疗方案, 选择任一方案后, 可直接导入参数启动注射。

11). 内置锂电池, 以 5ml/h 速度注射, 标配电池工作时间 ≥ 10 小时。整机重量 $\leq 1.8\text{kg}$ (包含标配电池), 主机自带提手。

12). I 类, 防除颤 CF 型, IP34。



(5) . 双通道静脉微量注射泵

- 1)、能自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml。
- 2)、触摸屏操作，全中文界面显示，屏幕背景颜色至少 6 种可调。
- 3)、实时显示管路的压力状态，压力报警阈值至少 11 级可调。
- ▲4)、具备治疗方案记录及导入功能：记录最近 ≥ 10 条治疗方案配置（包含药物名、输注模式、速度、预置量），任选一个治疗方案，参数自动导入泵的主界面，启动即可。
- 5)、预置量范围：0.1~9999ml（最小增量 0.01ml），累积量范围：0~9999.9ml
- 6)、速率范围：0.1~2000ml/h；5ml (0.1~100)ml/h；10ml (0.1~300)ml/h；20ml (0.1~600)ml/h；30ml (0.1~900)ml/h；50 (60) ml (0.1~2000)ml/h，（最小增量 0.01ml/h）；
- 7)、流速递增：0.01ml/h (0.1~99.99ml/h)，0.1ml/h (100~999.9ml/h)，1ml/h (1000~2000ml/h)；
- 8)、 ≥ 3.5 " 电阻式触摸屏，同屏显示：注射器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、电池电量和充电状态、注射速度、累积量；
- 9)、注射精度： $\leq \pm 2\%$ ；
- 10)、具有 ≥ 7 种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、TIVA 模式；
- ▲11)、快推“bolus”：0.1~2000ml/h，具有手动、快速定量快推、自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间；
- 12)、KVO 速度：0.1~5.0mL/h 可调，且可关闭（增量 0.01mL/h）。
- 13)、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；报警音量可调。
- 14)、信息存储：能够存储、回放最多 2000 个事件。
- 15)、注射即将完成报警时间：1~30min 可调。
- 16)、电池工作时间：单通道工作运行 ≥ 10 小时@5ml/h。
- 17)、整机重量 ≤ 3.0 kg（含锂电池），主机自带提手。
- 18)、安全防护类型：I 类 CF、IP34。

注：带“▲”参数为**重要技术参数**，需提供第三方检验机构出具的检验报告或产品彩页或技术白皮书等材料作为佐证材料加盖供应商鲜章，未提供或提供资料与参数响应不符合视为负偏离。

带“★”参数为**实质性要求**，供应商应全部满足，不满足的将作废标处理。



(三) 商务要求（实质性要求）

1. 交货时间：自合同签订之日起 30 日
2. 交货地点：成都市第四人民医院（金牛区互利西一巷 8 号、双流区草金路 105 号）。
3. 付款方式：合同内全部设备运抵采购人指定地点，安装、调试并经采购人最终验收全部合格后，供货商应提供等额合法有效的增值税发票，采购人收到发票后 15 日内支付合同总价 100% 的合同款。

4. 与采购标的有关的服务要求：

(1) 培训：设备安装调试至正常使用后，供应商应委派工程师现场对采购人操作人员进行免费培训，并对采购人技术维修人员进行常见故障的判断、处理、维修培训，直至其全部熟练掌握操作及基本维修流程等。

(2) 保养：供货商应对设备每满半年进行一次维护保养，并提供加盖鲜章的维护保养单。质保期内，所有产品实现技术服务免费、维修免费，系统终生免费重装、升级。

(3) 维修：质保期内，供货商在接到采购人报修通知后 2 小时内做出维修响应，供货商工程师必须在接到故障通知后 24 小时内到达医院维修，如无法立即解决故障，供货商应在当日提供替代机器或配件，保障诊疗工作的正常开展，相关费用由供货商承担。

(4) 供货商应随设备配置对应的简易操作流程，要求一台设备至少配置两张塑封的操作流程卡。

(5) 供货商须负责完成所供设备与采购人指定的院内信息系统的对接工作，如因对接需要第三方配合所产生的一切费用由供货商承担。

(6) 供货商须协助采购人完成所供设备在采购人 HRP 系统内相关信息的维护工作，包括但不限于字典信息维护、供货单位维护、生产厂家维护等。

(7) 供货商提供的设备须符合《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022 年修订版）》文件要求。

(8) 质量保修范围和保修期：全保，合同内全部设备最终验收合格之日起 ≥ 3 年

(四) 验收方法和标准

- 1) 履约验收主体：采购人。
- 2) 履约验收时间：①计划于试用期通过且满足验收条件后验收。
- ②供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收。
- 3) 履约验收方式：由采购人组织相关专业人员进行验收。
- 4) 履约验收内容：
 - ①设备由供货商安装调试至正常使用后，进入 30 日试用期；试用期间，发生质量问题由供货商负责修理、调试，试用期视修复时长相应顺延；试用期内，供货商工程师须与采购人操作人员逐条测试技术参数响应情况，作为质量验收依据；试用期通过后，双方签署试用单，由采购人组织最终验收。

②按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供货商的投标文




件及承诺与本合同约定标准进行验收。双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

③凡在国家计量检定、校准规程范围内的医疗设备，供货商应进行首次检测或校准，经计量技术监督授权部门检测合格后，方可交付采购人，检测费用由供货商支付，未经检测合格的设备采购人不予验收。

④采购人的验收并不代表确认供货商提供的产品不存在内在质量问题，对因产品的内在质量问题而引起的损失，仍应由供货商全部承担。

5) 履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、采购文件要求、中标(成交)人的响应文件及承诺、签订的合同以及验收所必须具备的其他材料进行验收。





第七章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (一) 熟悉和理解招标文件；
- (二) 审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- (三) 根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- (四) 推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- (五) 起草评标报告并进行签署；
- (六) 向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；
- (七) 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。**投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。**

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。



3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (6) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (7) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2 符合性审查内容

序号	项目内容	评审内容	备注
1	投标文件正副本数量	投标文件正副本数量是否按照招标文件要求提交。	
2	投标文件签字、盖章	投标文件签字、盖章是否符合招标文件要求。	
3	其他实质性要求	投标文件是否符合招标文件其他实质性要求	
结论	应全部通过		



3.2.3 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过 2 个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.4 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。



采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

- (一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (二) 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (三) 评标方法和标准；
- (四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (五) 评标结果和中标候选供应商排序表；
- (六) 评标委员会授标建议；

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确



认), 否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力, 有效的澄清、说明或者更正材料, 是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正, 不得超出招标文件的范围, 不得以此让供应商实质改变投标文件的内容, 不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清:

- (一) 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项;
- (二) 投标文件中已经明确的内容事项;
- (三) 投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中, 投标文件出现下列情况的, 不需要供应商澄清、说明或者更正, 按照以下原则处理:

- (一) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准, 但大写金额出现文字错误, 导致金额无法判断的除外;
- (二) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价汇总金额计算结果为准, 但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外;
- (三) 单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价;
- (四) 对不同语言文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

出现本条第(二)项规定情形, 单价汇总金额比总价金额高, 且超过政府采购预算或者本项目最高限价的, 供应商投标文件应作为无效投标处理; 单价汇总金额比总价金额高, 但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的, 应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注: 评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责, 不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的, 不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。(详见招标文件第二章投标人须知前附表)

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后, 评标委员会拟出具评标报告前, 招标采购单位应当组织 2 名以上的本单位工作人员, 在采购现场监督人员的监督之下, 依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核, 出具复核报告。存在下列情形之一的, 招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标:

- (一) 分值汇总计算错误的;
- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 客观评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的, 由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面



建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

- (一) 评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；
- (二) 招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (三) 招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (四) 招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；
- (五) 招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	评分因素类别
1	报价 30%	30分	1、满足招标文件要求的有效投标人经评审的有效报价的最低价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 ÷ 投标报价) × 30% × 100。 2、根据财库[2020]46号文及财库(2014)68号的通知，对符合小型和微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）参与投标的报价给予10%的扣除，提供《中小企业（残疾人福利性单位）声明函》原件。	共同评分因素
2	技术参数	46分	投标产品参数完全符合招标文件“技术参数及要	技术类



	46%		<p>求”要求（共计 149 条）的得 46 分。 ▲参数完全满足的得 18 分。（共计 9 条）每有一项负偏离的扣 2 分。 非▲参数完全满足的得 28 分（共计 140 条）每有一项负偏离的扣 0.2 分，扣完为止。 注：①非“▲”参数为一般参数；“▲”参数为重要参数； ②“▲”需提供第三方检验机构出具的检验报告或产品彩页或技术白皮书等材料作为佐证材料，未提供或提供资料与参数响应不符视为负偏离。</p>	评分因素
3	项目实施方案 9%	9 分	<p>根据投标人提供的项目实施方案：包括但不限于： ①时间进度安排及人员配置及分工； ②包装运输措施； ③安装调试方案； ④关键点把握控制； ⑤培训验收； ⑥质量保障措施； 方案符合招标文件要求的得 9 分，每有一项缺项或漏项扣 1.5 分，每有一项内容有缺陷扣 0.75 分，扣完为止。 内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p>	技术评分因素
4	业绩 9%	7 分	<p>投标人 2020 年 1 月 1 日以来具有类似项目的业绩，每提供一个得 1.75 分，最多得 7 分。 注：提供采购合同和验收证明或供货协议和验收证明或中标通知书和验收证明复印件。</p>	共同评分因素
		2 分	<p>投标人具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书，完全满足得 2 分，以上要求内容缺少一项扣 1 分，扣完为止；不提供或少提供的本项得 0 分。</p>	
5	售后服务方案 4%	4 分	<p>(1) 根据投标人提供的售后服务方案包括但不限于： ①售后服务网点及人员配置； ②售后服务保证措施（含应急维修方案）等； 方案符合招标文件要求的得 4 分，每有一项缺项或漏项扣 2 分，每有一项内容有缺陷扣 1 分，扣完为止。 内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等</p>	技术类评分因素



			任意一种情形。	
6	节能、环境标志、无线局域网产品 2%	2分	<p>投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。</p> <p>注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。</p> <p>2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。</p> <p>3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。</p>	共同评分因素

5、废标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序



6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后 3 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起 2 个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：



（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。



第八章 医疗设备购销合同（模板）

合同编号：

签订时间：

采购人（甲方）：成都市第四人民医院

统一社会信用代码：1251 0100 4507 5208 21

法定代表人：陈勇

联系方式：028-69515723

地址：四川省成都市金牛区营门口互利西一巷8号

供应商（乙方）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系方式：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规及***项目，招标编号：***的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》之规定，甲、乙双方经友好协商，本着公平、公正、合理、合法、诚实信用的原则，甲、乙双方同意签订本合同，以共同遵守。本项目的《招标文件》《投标文件》《中标通知书》及附件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同设备

序号	设备名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	指定送货地点
1								
合计：¥		(含税)		大写：		(含税)		

以上列表中内容与乙方的《投标文件》中不一致的，以《投标文件》为准。

注：以上总价包括但不限于设备设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前等环节产生的，及质量保修期内保修服务与备用物件等一切含税费用。



二、履约保证金及支付方式

(一)《中标通知书》发放后3日内,政府采购合同生效前,乙方向甲方指定账户支付合同金额的5%作为履约保证金,即:¥(大写:)。

甲方指定收款账户:

账号:

开户行:

纳税人识别号:

(二)如乙方无下列情形,履约保证金将在合同内全部设备最终验收后,且甲方收到乙方出具情况说明及相关材料后30日内无息全额退还给乙方,即:¥(大写:);如乙方存在下列情形,甲方将扣除其全部履约保证金作为赔偿款,且乙方应承担违约责任与赔偿责任。

(三)不退还履约保证金的情况:

1.未按照合同约定完成验收前的各项环节,包括但不限于是否在规定时间内送货、是否组织相关人员培训并考核、是否提交三年保修期的证明文件等;

2.最终验收判定为不合格。

三、合同总价

合同总价为¥(大写:);该合同总价包括但不限于设备设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前等环节产生的,及质量保修期内保修服务与备用物件等一切含税费用。本合同履行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

四、质量及服务要求

(一)乙方须提供全新的设备(含零部件、配件等),设备应符合未经使用、表面无划伤、无碰撞痕迹、权属清楚、未侵害他人的知识产权等要求。

(二)设备必须符合或优于国家及行业相关标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

(三)设备出现质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),因此产生的全部费用由乙方负担,甲方有权到乙方生产场地检查设备质量、生产进度等相关事宜。

(四)设备送至甲方指定地点后,由于甲方保管不当造成的质量问题,乙方亦应负责修理,合理费用由甲方承担。

(五)乙方须承诺提供给甲方的产品在同品牌同型号的情况下,任一产品单价在



合同签订后一年内价格不高于全国范围内同级公立医院采购平均价。如发现高于平均价，乙方应向甲方赔偿 10 倍差额。

(六) 乙方须负责完成所供设备与甲方指定的院内信息系统的对接工作，如因对接需要第三方配合所产生的一切费用由供货商承担。

(七) 乙方须协助甲方完成所供设备在采购人 HRP 系统内相关信息的维护工作，包括但不限于字典信息维护、供货单位维护、生产厂家维护等。

(八) 乙方提供的设备须符合《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022 年修订版）》文件要求。

五、交货及验收

(一) 交货时间：合同生效之日起 30 日内送货至甲方指定地点并完成安装、调试，达到正常运行要求，保证甲方正常使用。如因甲方场地条件不满足而无法安装，则收货时间相应顺延。

(二) 验收由甲方组织，乙方配合进行：

1. 收货查验：设备抵达甲方指定地点当日，须确保产品包装完好、未经使用、表面无划伤、无碰撞痕迹等。双方办理收货手续时，乙方应派专业人员到达现场，依据设备装箱清单、检验合格证书、产品使用说明书、维修手册及质量标准等有关资料，由双方共同开箱检验，拆箱查验后乙方负责现场的垃圾清运。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，乙方须在 3 日内无偿更换、补齐，由此产生的全部费用由乙方自行承担。办理收货手续后，因甲方原因导致的毁坏灭失责任由甲方承担。

2. 调试试用：设备在乙方安装调试完毕且正常使用后，进入 30 日试用期；试用期间，发生质量问题由乙方负责修理、调试，试用期视修复时长相应顺延。如设备经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准或甲方要求标准，甲方有权单方面退货，并视作乙方不能交付设备而须支付违约赔偿金给甲方，乙方还应赔偿甲方由此造成的损失（包括但不限于因第三人向甲方主张权利而发生的全部诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定费、保全费和调查取证的费用，以及来自行政部门的罚款等）；试用期内，乙方工程师须与甲方操作人员逐条测试技术参数响应情况，作为质量验收依据。试用期通过后，双方签署试用单，由甲方组织最终验收。

3. 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标



比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收。合同内全部设备最终验收全部合格后，双方签署验收报告。

（三）乙方交付的设备应当完全符合本合同或者招标文件、投标文件所规定的设备、数量和规格等要求。乙方提供的设备不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收设备，由此引起的风险和责任，由乙方全部承担。

（四）甲方的验收并不代表确认乙方提供的产品不存在内在质量问题，质保期内对因产品的内在质量问题而引起的损失，仍应由乙方全部承担，由此给甲方造成损失的，应赔偿相应损失（包括但不限于因第三人向甲方主张权利而发生的全部诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定费、保全费和调查取证的费用，以及来自行政部门的罚款等）。

（五）乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须在甲方规定时限内负责补齐，逾期未补齐的，视为设备逾期交付，由乙方承担相关的违约责任。

（六）凡在国家计量检定、校准规程范围内的医疗设备，乙方应进行首次检测或校准，经计量技术监督授权部门检测合格后，方可交付甲方，检测费用由乙方支付，未经检测合格的设备甲方不予验收。乙方负责设备性能检测、环境检测，检测费用由乙方支付，未经检测合格的设备甲方不予验收。

（七）乙方应在合同签订前向甲方提供生产企业给代理公司或销售公司的授权书等证明文件；乙方应在交货时提供出厂检验报告原件。

（八）其他未尽事宜应严格按照参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）执行。

六、付款方式

（一）结算方式：本合同所约定送货至甲方指定地点的整批设备安装、调试且最终验收全部合格后，乙方应向甲方提供等额合法有效的增值税发票，甲方收到发票后15日内支付合同总价100%的合同款，即：¥（大写：）。

（二）乙方未在甲方付款前向甲方出具等额合法有效的增值税发票或存在其它违约行为的，甲方有权拒绝付款，且不视为甲方违约。

（三）乙方收款账号：

户名：



开户行：

纳税人识别号：

（四）甲方开票信息：

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

七、质量保修期

本合同设备整机质量保修期为三年，自设备质量最终验收全部合格之日起计算。

八、售后服务

（一）专用工具：乙方应向甲方提供设备安装、维修所需的专用工具，并列出清单与价格，该价格已包括在合同总价中。

（二）备件送达期限：乙方应保证国内不超过七天送达甲方指定地点，进口配件送达时间不超过二十天。

（三）终身零配件供应：乙方应保证设备停产后的备件至少持续供应十年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

（四）设备安装调试至正常使用后，乙方应委派工程师现场对甲方操作人员进行免费培训，并对甲方技术维修人员进行常见故障的判断、处理、维修培训，直至其全部熟练掌握操作及基本维修流程等。

（五）设备每满半年进行一次维护保养，并提供加盖鲜章的维护保养单。质保期内，所有产品实现技术服务免费、维修免费，系统终生免费重装、升级。

（六）乙方应随设备配置对应的简易操作流程，要求一台设备至少配置两张塑封的操作流程卡。

（七）质量保修期内，乙方接到甲方报修通知后 2 小时内应作出维修响应，乙方维修工程师必须在接到故障报告 24 小时内到达甲方现场进行维修，如维修无法立即解决故障，乙方应在当日提供替代机器或配件，相关费用由乙方自行承担。若乙方未按时做出响应，则由此给甲方造成的一切经济损失（包括但不限于因第三人向甲方主张权利而发生的全部诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定费、保全费和调查取证的费用，以及来自行政部门的罚款等）和法律责任均由乙方承担。若乙方无法解决且无法提供替代机器或配件的，甲方有权另行聘请第三方解决，由此产



生的费用应由乙方承担。

(八) 乙方承诺中标后，在合同签订时提供三年保修期的证明文件。质量保修期内，同一产品、同一质量问题经连续三次维修后仍无法正常使用的，须在甲方要求时限内更换相同型号设备。否则，甲方有权单方面退货，并视作乙方不能交付设备而须向甲方支付相应违约赔偿金，且乙方还应赔偿甲方相应损失（包括但不限于因第三人向甲方主张权利而发生的全部诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定费、保全费和调查取证的费用，以及来自行政部门的罚款等）。

(九) 质量保修期内，乙方怠于履行上述售后服务义务，每逾期一日，乙方须向甲方支付本合同总价万分之六的违约金，逾期达五日的，甲方有权另行聘请第三方进行维修，所产生的费用由乙方全部承担。此外，甲方有权单方解除本合同，乙方应按本合同总价百分之三十的款额向甲方偿付违约金并赔偿损失。

(十) 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，若负责人或工程师联系方式有变动，乙方应当及时书面通知甲方。

乙方质保负责人姓名：；电话：

设备原厂维修工程师姓名：；电话：

24 小时服务热线电话：

(十一) 保修期外为终身维护，乙方提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。设备故障维修只收取零配件费用，免收包括但不限于人工费、上门费等在内的其他费用。

九、违约责任

(一) 甲方违约责任

1. 甲方无正当理由拒收设备的，甲方应偿付本合同总价万分之三的违约金；
2. 因甲方单方面原因导致逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金，但是累计不得超过本合同总价的百分之一。
3. 若甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，在乙方提供有效证明的前提下还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

(二) 乙方违约责任

1. 乙方交付的设备与其投标文件中投标产品技术参数不符或者质量不符合合同规定的，甲方有权单方面终止合同，乙方则应按本合同总价的百分之三十的款额向甲方偿付违约金并赔偿损失。



2. 乙方不能交付设备或逾期交付设备而违约的，除应及时交足设备外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的百分之零点五/天的违约金；逾期交货超过十天，甲方有权单方面终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三十的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给投标人的货款，且货款按照百分之六/年计算利息。

3. 乙方设备经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定设备质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 20 天内无条件更换合格的设备，如逾期不能更换合格的设备，甲方有权单方面终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之三十的违约金给甲方并承担上述鉴定费用等甲方由此产生的一切损失。

4. 乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三十的款额向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5. 如乙方违反本合同约定擅自变更或解除本合同的，应另按合同总价的百分之三十的款额向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6. 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方，包括但不限于因第三人向甲方主张权利而发生的全部诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定费、保全费和调查取证的费用，以及来自行政部门的罚款等。

十、争议解决办法

（一）因设备的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方都应向甲方所在地（成都市金牛区）人民法院提起诉讼。

十一、其他

（一）如有未尽事宜，由双方依法订立书面补充合同，补充合同与本合同不一致的，依据补充合同。

（二）本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖公章或合同专用章之日起生效，具有同等法律效力。



(三) 若委托授权代表签署本合同，必须持有加盖公章的法定代表人签字盖手印的授权委托书原件以及授权代表身份证复印件。

(四) 《招标文件》《投标文件》《中标通知书》及附件等均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

甲方：成都市第四人民医院


乙方：

法定代表人/授权代表：

法定代表人/授权代表：

年 月 日

年 月 日





附件 1：财政部于 2018 年 2 月 1 日发布了《政府采购供应商投诉书范本》

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项

1：事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____

公章：_____

日期：_____



质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



附件二 财政部于 2018 年 2 月 1 日发布《政府采购供应商投诉书范本》

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人 1：_____

地 址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2

.....

相关供应商：_____

地 址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否 公告期限：_____

采购结果公告：是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日，向_____提出质疑，质疑事项为：

_____ 采购人/代理机构于____年____月____日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。



四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2


.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章: _____

日期: _____





投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。