

采购需求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 采购项目概况

- 1、本项为成都市双流区金桥社区卫生服务中心医用耗材采购项目。
- 2、本项目核心产品为：紫外线杀菌灯、医用一次性防护服。

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额（元）：1,600,000.00

采购包最高限价（元）：1,515,295.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否 涉 及 核 心 产 品	是否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是否涉 及采购 环境标 志产品
1	详见采购清单	1.00	1,515,295.00	批	工业	是	否	否	否

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称：详见采购清单

	技术参数与性能指标
--	-----------

参数性质	序号							
	1	一、采购清单						
		序号	产品名称 (标的名称)	规格型号	单位	单价 限价 (元)	预估数量	技术参数
		1	压力蒸汽灭菌化学指示卡	200片/盒	盒	33	5	1. 适用于 121 (±2) °C 压力蒸汽灭菌效果的检测, 200 片/盒 (允差 5%);
		2	根管锉	6 支/板	板	45	24	1. 由锉体、柄、橡胶限位块组成, 锉体由镍钛合金制成; 2. ≥6 支/板;
		3	K 挫	6 支/板	板	48	24	1. K 挫, 锉体材质: 镍钛合金; 2. ≥6 支/板;
		4	氧气袋	42L	个	56	30	1. 袋内压缩空气压力 < 10.6Kpa; 2. 充气压力达到 3Kpa 时氧气袋封边宽度为 8-12mm; 3. 停用放置时袋内压力 ≤ 3Kpa; 4. 材质为: 高分子天然橡胶与医用专业帆布复合而成; 5. ≥40L;
		5	拔牙钳	各型	把	152	10	1. 材质: 30Cr13 材料或 2Cr13Mo 或 20Cr13 材料; 2. 规格: 各型;
		6	白凡士林	450ml/瓶	瓶	24	5	1. 规格: ≥450ml/瓶;
		7	避孕套	10 只/盒	盒	6	500	1. 材质: 天然胶乳; 2. ≥10 只/盒;
		8	玻璃拔罐	54mm-72mm	个	5	51	1. 玻璃材质, 口径 54mm-72mm (允差 5%);
		9	玻璃离子水门汀	粉剂, 20g/瓶	瓶	9	10	1. 固化时间 < 6 分钟, 24 小时抗压强度 ≥ 130MPa; 2. 粉剂, 20g/瓶 (允差 5%);
		10	玻璃离子水门	液剂, 15ml/瓶	瓶	9	10	1. 固化时间 < 6 分钟, 24 小时抗压强度 ≥ 130MPa;

	汀					2. 液剂，15ml/瓶（允差5%）；
11	玻璃体温计	三角型棒式	支	5	200	1. 要求三角型棒式，测温范围：35℃~42℃（±0.5℃）；
12	不锈钢治疗盘	30cm*19.8cm*4.8	个	56	50	1. 不锈钢材质，尺寸要求30cm*19.8cm*4.8（允差5%）；
13	不锈钢医用方盘	32cm*22cm*4.8cm	个	38	50	1. 不锈钢材质，尺寸要求32cm*22cm*4.8cm（允差5%）；
14	不锈钢弯盘	肾型	只	9	50	1. 不锈钢材质，肾型；
15	成形片	20片/袋	袋	33	10	1. 材质：不锈钢； 2. ≥20片/袋；
16	齿科藻酸盐印模材料	≥900g/桶	桶	95	10	1. 主要材质：藻酸盐，藻朊酸钾，石膏粉，硅藻土； 2. 普通凝固型，粉末应均匀无杂质； 3. ≥900g/桶；
17	齿科自酸蚀剂	5ml/支	支	56	15	1. 材质：37%磷酸水溶液； 5ml/支（允差5%）；
18	创口贴	70mm*35mm 100片/盒	盒	8	500	1. 敷垫、背贴和保护层组成； 2. 尺寸：70mm*35mm（允差5%），≥100片/盒；
19	打样牙托	塑钢各型	付	9	100	1. 材质：塑钢； 2. 规格要求：各型
20	大便杯	40ml	只	0.78	900	1. 普通塑料，容量≥40ml
21	大便器	无盖	个	6	900	1. 普通塑料，无盖，适合于手术或卧病在床，行动不方便者。
22	拔髓针	10支/盒	板	38	10	1. 长度21mm≥10支/盒；
23	碘仿	粉剂20g	瓶	42	10	1. 粉剂，容量≥20g/瓶；
24	碘伏消毒液	翻盖，50ml/瓶	瓶	6.4	800	1. 适用于皮肤、手、黏膜、创面及伤口消毒，有效含碘量不低于5.0g/L，可灭杀肠道致病菌、化脓性球菌； 2. 翻盖，50ml/瓶（允差5%）；
25	台式血压计	台式	台	150	50	1. 台式，双刻度显示，测量范围：0-300mmHg，灵敏度≥2.25mmHg；

26	电子血压计	儿童	台	190	20	1. 测量方式: 臂式; 2. 测量方法: 示波测定法和柯氏音法; 3、设备测量范围: 压力: 0mmHg~300mmHg (0. 0kPa~40. 0kPa) 脉率. 40~200 次/分钟; 4、臂围尺寸: 22~42 厘米
27	电子血压计	臂式	台	410	50	1. 臂式, 测量范围为压力: 0-299mmHg, 脉搏数: 40 次/分-180 次/分; 2. 精度: 压力±3mmHg 以内, 脉搏数精度为±5%。
28	电子血压计	腕式	台	446	50	1. 腕式, 测量范围为压力: 0-299mmHg, 脉搏数: 40 次/分-180 次/分; 2. 精度: 压力±3mmHg 以内, 脉搏数精度为±5%。
29	耳穴贴	单粒 600 粒/盒	盒	24	200	1. 单粒型≥600 粒/盒;
30	防喷溅面片	头戴式	张	5	3000	1. 头戴式;
31	复合碘抑菌剂	粉: 10g/瓶 液: 10mL/瓶	盒	56	10	1. 主要成分碘、碘化钾、甘油和纯化水; 2. 粉≥10g, 液≥10ml;
32	根管充填剂 (双组份)	粉: 10g/瓶 液: 10mL/瓶	盒	89	10	1. 双组份, 粉主要成分: 氢氧化钙、碘仿, 液主要成分: 甘油; 2. 粉≥10g, 液≥10ml;
33	骨折固定夹板 (钢丝托板)	30cm-50cm	块	32	1800	1. 主要材质为: EVA 泡沫板材、铝合金板等材料; 2. 长度 30cm-50cm (±2cm);
34	骨折固定夹板 (钢丝托板)	60cm-80cm	块	39	1800	1. 主要材质为: EVA 泡沫板材、铝合金板等材料; 2. 长度 60cm-80cm (±5cm);
35	骨折固定夹板	桡骨下端固定夹板	付	26	1500	1. 用于骨折和软组织损伤外固定, 木质夹板, 适用于桡骨下端;
36	消毒液挂架	塑料	只	9	50	1. 塑料材质;
37	光导棒保护套	200 张/盒	盒	33	10	1. ≥200 张/盒;

38	光固化复合树脂	2.5g/支	支	56	10	1. 色号要求：中深黄色，容量 \geq 2.5g/支；
39	光固化氢氧化钙口腔抑菌剂	1g/盒	盒	71	10	1. 主要成分：碘仿及氢氧化钙，容量 \geq 1g/盒；
40	过氧化氢消毒液	500ml/瓶	瓶	7	100	1. 主要成分：过氧化氢，含量为 30g/L \pm 2g/L； 2. 用于皮肤消毒和一般物体表面消毒； 3. 能杀灭化脓性球菌及致病性酵母菌； 4. 500ml/瓶（允差 10%）；
41	过氧化氢消毒液	100ml/瓶	瓶	3	400	1. 主要成分：过氧化氢，含量为 30g/L \pm 2g/L； 2. 用于皮肤消毒和一般物体表面消毒； 3. 能杀灭化脓性球菌及致病性酵母菌； 4. 100ml/瓶（允差 10%）；
42	含氯泡腾消毒片	100 片/瓶	瓶	12	1200	1. 主要成分：二氯乙腈尿酸钠、三氯乙腈尿酸，有效氯含量 45% \pm 5%； 2. 适用于一般物体表面及环境消毒； 3. 能杀灭化脓性球菌，肠道致病菌；4. 100 片/瓶（允差 10%）；
43	75%酒精消毒液	100ml/瓶喷雾	瓶	7	500	1. 主要有效成分：乙醇，乙醇含量 75% \pm 5%（V/V）； 2. 适用于完整皮肤和硬质物体表面消毒； 3. 可杀灭化脓性球菌，肠道致病菌；4. 100ml/瓶（允差 5%）喷雾型；
44	75%酒精消毒液	翻盖 50ml/瓶	瓶	5	1500	1. 主要有效成分：乙醇，乙醇含量 75% \pm 5%（V/V）； 2. 适用于完整皮肤和硬质物体表面消毒； 3. 可杀灭化脓性球菌，肠道致病菌； 4. 翻盖 50ml/瓶（允差 5%）；
45	75%乙	100ml/瓶	瓶	3	500	1. 主要有效成分：乙醇，

	醇消毒液					乙醇含量 75%±5% (V/V) ; 2. 适用于皮肤表面的消毒; 3. 可杀灭化脓性球菌, 肠道致病菌; 4. 100ml/瓶 (允差 5%) ;
46	75%乙醇消毒液	25L/桶	桶	470	2	1. 主要有效成分: 乙醇, 乙醇含量 75%±5% (V/V) ; 2. 适用于皮肤表面的消毒; 3. 可杀灭化脓性球菌, 肠道致病菌; 4. 25L/桶 (允差 5%) ;
47	75%乙醇消毒液	500ml/瓶	瓶	10	200	1. 主要有效成分: 乙醇, 乙醇含量 75%±5% (V/V) ; 2. 适用于皮肤表面的消毒; 3. 可杀灭化脓性球菌, 肠道致病菌; 4. 500ml/瓶 (允差 5%) ;
48	84 消毒液	450ml/瓶	瓶	5	50	1. 主要成分: 次氯酸钠, 有效氯含量 4.0%-5.0%; 2. 适用于物体表面消毒; 3. 可杀灭化脓性球菌, 肠道致病菌; 4. 450ml/瓶 (允差 5%) ;
49	含氯消毒剂浓度试纸	/	本	6	40	1. 试纸用于含氯消毒剂有效浓度的检测, 检测有效氯浓度范围: 0-2000mg/L (±5%);
50	红外线体温计	红外线式	台	332	50	3. 正常使用条件: 10℃-40℃; 4. 精度: ≤0.3 摄氏度; 5. 测量范围: 体温模式: 32℃-42.9℃; 4. 测试距离: 3-5cm; 5. 电源: DC3V (不含电池)
51	黄色脚踏垃圾桶	100L	个	185	100	1. 容积≥100L;
52	黄色脚踏垃圾桶	30L	个	90	100	1. 容积≥30L;
53	黄色脚踏垃圾桶	40L	个	115	100	1. 容积≥40L;

	踏垃圾桶					
54	活性氧消毒剂	1000g/桶	桶	130	50	1. 主要成分：单过硫酸氢钾（含量 18%-25%）氯化钠（含量 5%-6%）； 2. 可杀灭金黄葡萄球菌、大肠杆菌、致病性酵母菌等，适用于医院污水消毒； 3. $\geq 1000\text{g}/\text{桶}$ ；
55	基托蜡	240g/盒	盒	24	10	1. 主要成分为精炼石蜡、蜂蜡，软蜡， $\geq 240\text{g}/\text{盒}$ ；
56	甲士立丁标准比色溶液	500ml 0.5-10mg/L	套	565	10	1. 容量 $\geq 500\text{ml}$ ，比色范围 0.5-10mg/L；
57	免洗手消毒凝胶	500ml/瓶	瓶	30	1000	1. 主要有效成分为乙醇、异丙醇。乙醇含量为 58%-71% (V/V)，异丙醇含量：4.5%-5.5% (V/V)； 2. 对肠道致病菌、化脓性球菌有杀菌作用； 3. 适用于卫生手消毒和外科手消毒； 4. 凝胶状，500ml/瓶（ $\pm 5\%$ ）；
58	抗菌洗手液	500ml/瓶	瓶	24	1000	1. 有效成分含量：对氯间二甲苯酚含量为 0.18-0.22% (W/V) $\pm 2\%$ ； 2. 对肠道致病菌、化脓性球菌有杀菌作用； 3. 适用于手部皮肤的清洁、去污和杀菌 4. 500ml/瓶（ $\pm 5\%$ ）；
59	皮肤消毒剂	60ml/瓶	瓶	7	600	1. 主要成分：醋酸氯己定、有效碘、乙醇。醋酸氯己定含量 4.05g/L-4.95g/L（ ± 0.1 ），有效碘含量：1.8g/L-2.2g/L（ ± 0.1 ），乙醇含量：60%-70% (V/V)（ $\pm 5\%$ ）； 2. 对肠道致病菌、化脓性球菌有杀菌作用； 3. 适用于皮肤和外科手术消毒；4. 60ml/瓶（ $\pm 5\%$ ）；

60	洁牙机 手柄套	100 张/盒	盒	24	10	1. ≥ 100 张/盒;
61	灸盒	竹制多孔	个	19	50	1. 材质: 竹, 多孔;
62	灸盒	竹制双孔	个	16	50	1. 材质: 竹, 双孔;
63	灸盒	竹制单孔	个	11	50	1. 材质: 竹, 单孔;
64	酒精灯	150ml	个	8	50	1. 材质: 玻璃容量 ≥ 150 ml;
65	口腔抑 菌液	20ml/瓶	瓶	24	5	1. 主要成分: 碘, 甘油, 其中碘含量 0.5%-1%; 2. ≥ 20 ml/瓶;
66	利器盒	2L (圆形)	个	10	400	1、材质: 塑料, 2L(允差 5%), 圆形;
67	利器盒	3L (圆形)	个	11	400	1、材质: 塑料, 3L(允差 5%), 圆形;
68	利器盒	5L (圆形)	个	12	400	1、材质: 塑料, 5L(允差 5%), 圆形;
69	利器盒	8L (圆形)	个	14	400	1、材质: 塑料, 8L(允差 5%), 圆形;
70	利器盒	10L	个	20	400	1、材质: 塑料, 10L(允差 5%), 方形;
71	磷酸锌 水门汀	液体, 15ml/ 瓶	瓶	17	10	1. 主要成分氧化锌、磷酸、 铝; 2. 液体, 15ml/瓶 (± 1 ml);
72	磷酸锌 水门汀	粉 30g/瓶	瓶	17	10	1. 主要成分氧化镁、氧化 锌; 2. 粉 30g (± 1 g);
73	脉枕	23*13*5cm	个	24	30	1. 外套材质耐磨锦缎, 内 心材质: 海绵, 外套可拆 洗; 2. 尺寸: 23*13*5cm (允差 10%);
74	木馏油 (外)	20ml/瓶	瓶	42	5	1. 主要成分乙醇和杂酚 油, 其中乙醇含量 3%-7%; 2. ≥ 20 ml/瓶;
75	艾条	18mm*200mm 10 支/盒	盒	24	700	1. 主要成分: 艾绒, 长度: 18mm*200mm (± 10 mm), ≥ 10 支/盒;
76	弹性绷 带	10*450cm	卷	5	500 0	1. 材质: 氨纶, 尺寸: 10cm*450cm (允差 10%);
77	医用绷 带	宽 10cmx 长 600cm	卷	4	150 00	1. 材质为脱脂纱布, 用于 对创面敷料或肢体提供束 缚力, 以起到包扎固定作 用; 2. 规格要求: 宽 10cmx 长

							600cm (允差 10%) ;
78	热敏打印纸	50*20mm*	卷	5.6	200		1. 热敏纸, 尺寸要求: 50*20mm (允差 5%) ;
79	心电图纸	112*100-10M	本	24	50		1. 规格要求: 112mm*100mm-10M (允差 5%) ;
80	十二导心电图纸	210*140-20M	本	27	50		1. 规格要求: 210mm*140mm-20M (允差 5%) ;
81	石蜡油	500ml/瓶	瓶	24	10		1. 规格要求: ≥500ml/瓶;
82	水门汀充填器	八角柄	个	33	10		1. 材质: 产品头部由 40Cr13 或 32Cr13Mo 组成, 表面经过钝化处理; 2. 规格要求: 八角柄;
83	塑料离心管	抗凝各型	袋	113	30		1. 材质: 塑料, 含抗凝各型;
84	塑料离心管	不抗凝各型	袋	80	30		1. 材质: 塑料, 不含抗凝各型;
85	塑料尿杯	40ml 红色有盖	只	1	4000		1. 材质: 塑料, ≥40ml 有盖;
86	塑料尿杯	中号	只	0.09	10000		1. 材质: 塑料, 普通尿杯, 无盖;
87	塑料试管	各型	支	0.09	8000		1. 材质: 塑料, 各型;
88	塑料吸管	1ml	支	0.08	8000		1. 材质: 塑料, 1ml;
89	塑料吸头	6*50 (mm)	支	0.06	5000		1. 材质: 聚丙烯树脂, 6mm*50mm (±5%) ;
90	剔挖器	八角柄	支	45	10		1. 材质: 不锈钢, 八角柄;
91	听诊器	双用	个	33	40		1. 由耳环、听诊头、导管等组成; 2. 规格要求: 双用;
92	透气胶贴(三伏贴)	长度 7cmx 宽度 7cm	张	1.1	10000		1. 不含药, 规格要求: 长度 7cmx 宽度 7cm (允差 5%) ;
93	无菌手术刀片	10 片/包	片	1	200		1. 材质: GB/T1298 规定的 T10 或者 GB/T1299 规定的 Cr06 材料或适合制造刀片的材料; 2. 规格要求: 各型;
94	无神失活抑菌剂	1g/支	支	71	10		1. 用于牙髓失活; 2. 主要原料葡萄糖酸氯己定、多聚甲醛、填料及辅料;

							3. 对金黄色普通球菌和大肠杆菌有抑菌作用； 4. $\geq 1\text{g}/\text{支}$
95	吸潮纸尖	各型	盒	24	20		1. 用于根管治疗中根管的干燥； 2. 由吸水纸制成的纸尖，易吸水，无粘性，硬且有韧性，易放入牙根管内； 3. 规格要求：各型；
96	吸唾管	弱吸	袋	33	20		1. 材质：塑料，弱吸，配合治疗机抽吸装置使用， ≥ 100 支/袋；
97	纤维桩	锥形固位桩 1. 210支/盒	盒	204	10		1. 成分：玻璃纤维 $\geq 60\%$ ，环氧树脂 $\leq 40\%$ ； ▲2. 弯曲强度 $\geq 800\text{MPa}$ ； ▲3. 弹性模量 $10-50\text{GPa}$ ； 4. 桩内10倍放大观察，无可见孔隙； ▲5. 基础粘接强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ； 6. 规格要求：锥形固位桩1. 2， ≥ 10 支/盒；
98	小便器	男用	个	4	500		1. 适合于手术或卧病在床，行动不方便者，材质：塑料，规格要求：男用；
99	压舌板	木质	支	0.18	3000		1. 材质：木质长度：150mm（允差10%）；
100	牙胶尖	普通型各型	盒	24	20		1. 主要组成成分为：古塔胶、氧化锌、硫酸钡等； 2. 规格要求，普通型各型；
101	牙胶尖	大锥度各型	盒	33	10		1. 主要组成成分为：古塔胶、氧化锌、硫酸钡等； 2. 规格要求，大锥度各型；
102	牙科石膏	1kg/袋	袋	52	11		1. 用于制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型，主要成份为石膏； 2. $\geq 1\text{kg}/\text{袋}$ ；
103	牙科手机润滑油	300ml/瓶	瓶	89	10		1. 用于牙科手机润滑用，容量 $\geq 300\text{ml}/\text{瓶}$ ；
104	牙科橡胶抛光头	20个/盒	盒	210	10		1. 机动类，由金属柄和工作端组成，非无菌提供，不含研磨抛光材料； 2. ≥ 20 个/盒；
105	牙挺	空心六角柄	支	80	10		1. 材质：不锈钢材料

	5		型				40Cr13 或 32Cr13Mo 或 68Cr17 及 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10; 2. 空心六角柄型;
	106	氧化锌 丁香酚 水门汀	各型	盒	24	10	1. 成分: 粉剂成分氧化锌 $\geq 88\%$, 液剂成分中丁香酚含量 $\geq 95\%$; 2. 规格要求: 各型;
	107	咬合纸	115mmx22mm 10 张/本 20 本/盒	盒	24	10	1. 涂料纸 115mmx22mm (±2mm), ≥ 180 张/盒;
	108	一次性 多功能 电极片	/	付	565	10	★1. 与采购人现有的迈瑞除颤仪 BeneHeartD3 配套使用;
	109	一次性 肺功能 仪用过 滤嘴	22 口径	个	17	500 0	1. 过滤率: 对 $0.5 \mu\text{m}$ 以上微粒滤除率应 $\geq 90\%$, 泄露速率不超过 25ml/min;
	110	一次性 隔离膜	10*15cm120 0 张/卷	卷	71	10	1. 牙科防污用, 尺寸要求: 长*宽: 10cm*15cm (允差 10%) ≥ 1000 张/卷
	111	一次性 气管插 管 (配 导丝)	各型	个	47	20	1. 材质: 软聚氯乙烯塑料和不锈钢丝, 需无菌提供; 2. 规格: 各型;
	112	一次性 识别手 腕带	各型	只	0.62	300 0	1. 规格要求: 各型;
	113	一次性 使用医 用橡胶 检查手 套	各型	包	85	100 0	1. 材质: 天然橡胶乳胶, 需无菌提供; 2. 规格要求: 各型;
	114	医用薄 膜手套	中号 50 双/ 包	包	7.3	100 00	1. 材质: 聚氯乙烯, 非无菌提供, 一次性使用; 2. 中号 50 双/包 (允差 10%);
	115	一次性 使用灌 肠包	/	只	7	50	1. 要求配置灌肠袋*1 只, 薄膜手套或一次性使用医用橡胶检查手套*1 双, 需无菌提供;
	116	一次性 使用口 腔器械	6*1	套	2	250 0	1. 要求配置: 牙探针*1 支, 牙用镊*1 支, 口镜*1 支, 医用检查垫*1 张, 医用棉

		盒					球*1 个, 检查手套*1 双;
117	一次性使用口腔涂药棒	各型 100 支/筒	筒	56	20		1. 主要组成: 塑料杆, 尼龙绒毛; 2. 各型 100 支/筒 (允差 10%);
118	一次性使用末梢采血针	扭式	支	0.38	5000		1. 适用于末梢采血, 要求扭式;
119	一次性使用三用枪喷水头	125 支/瓶	瓶	94	10		1. 材质: 外管 ABS, 内芯塑料, ≥ 120 支/瓶;
120	一次性使用微量采血吸管	20ul-40ul400 支/筒	筒	42	30		1. 材质: 高硼硅玻璃, 容量要求: 20ul-40ul ≥ 400 支/筒;
121	一次性使用胃管	6.0mm	支	4.4	20		1. 材质: 硅橡胶应无菌提供; 2. 规格: 6.0mm (允差 10%);
122	一次性使用无菌手术衣	各型	件	24	50		1. 主要材质: 纺粘和熔喷复合无纺布; 2. 规格要求: 各型;
123	一次性使用医用帽	条形帽	个	0.56	3000		1. 材质: 非织造布; 2. 样式要求: 条形帽规格要求: 各型;
124	一次性使用枕套	70*45cm	张	2.66	50		1. 规格要求: 70*45cm (允差 10%);
125	一次性使用治疗巾	无洞长 45cmx 宽 50cm	张	1	2000		1. 材质: 非织造布, 无洞长 45cmx 宽 50cm (允差 10%);
126	医疗垃圾袋	70cm*80cm	个	0.9	15000		1. ≥ 1.5 丝规格: 70cm*80cm (允差 10%);
127	医疗垃圾袋	76cm*90cm	个	1.1	2800		1. ≥ 1.5 丝规格: 76cm*90cm (允差 10%);
128	医疗垃圾袋	50cm*56cm	个	0.6	1000		1. ≥ 1.5 丝规格: 50cm*56cm (允差 10%);
129	医疗垃圾袋	90cm*100cm	个	1.8	2800		1. ≥ 1.5 丝规格: 90cm*100cm (允差 10%);
130	医用超声耦合剂	250mL	瓶	6	200		1. 改善探头与患者之间的超声耦合效果, 用于完好皮肤上, 不具备消毒作用,

						≥250mL/瓶;
131	医用外科口罩	各型	只	0.75	30000	▲1. 2ml 合成血液以 16.0kPa 压力喷向口罩外侧后, 口罩内侧面不应出现渗漏; ▲2. 口罩细菌过滤效率应 ≥97%; ▲3. 对非油性颗粒过滤率应 ≥85%; 4. 规格要求: 各型;
132	医用隔离眼罩 (护目镜)	防雾型	个	38	500	1. 防护罩主要材质: 高分子材料, 要求防雾;
133	医用红外激光胶片	DVC+规格 (cm): 20x25	张	14	7000	1. 胶片应为医用激光胶片 (胶片一侧或双侧涂布卤化银感光乳剂/感光材料制作而成); 2. 不含镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯醚; ★3. 产品能与采购人现有设备新东方-1000UF 匹配使用; 4. 尺寸要求: 8*10 英寸;
134	医用胶带	1.25x910	卷	2	3000	1. 主要材质: 非织造布及医用压敏胶粘剂; 2. 含胶量 ≥20g/m ² , 剥离强度 ≥10N/cm; 3. 规格要求: 1. 25cmx910cm (允差 10%);
135	口垫	肺活量吹嘴	只	0.9	5000	1. 肺活量吹嘴, 材质: 塑料;
136	医用退热贴	12mm*5mm4 贴/盒	盒	28	100	1. 主要为背衬、凝胶层、聚乙烯薄膜, 不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分; 2. 规格: 12mm*5mm (允差 5%) 4 贴/盒;
137	穴位贴敷治疗贴	70mmx100mm 2 贴*4 袋/盒	盒	36	500	1. 用于中医穴位贴敷, 适用于咳嗽、咳痰、咳喘等症状的辅助治疗; 2. 规格: 70mmx100mm/贴 (允差 5%) ≥8 贴/盒;
13	医用棉	250 支/袋	袋	71	500	1. 棉头材质: 医用脱脂棉,

	8	签					棉杆：竹签；2. 妇科用，规格：250支/袋(允差5%)；
	139	医用棉签	40支/袋 40袋/包	包	42	500	1. 棉头材质：医用脱脂棉，棉杆：竹签；2. ≥ 1500 支/包；
	140	医用脱脂棉	500g/包	包	45	10	1. YY/T0330-2015的医用脱脂棉，主要供医院临床作敷料用，500g/包(允差5%)；
	141	医用脱脂棉球	0.3G(60小袋/包)	包	36	10	1. 材质为符合YY/T0330-2015的医用脱脂棉； 2. $\geq 0.3g/个 \geq 15g/包$ ；
	142	医用一次性防护服	各型	件	52	1000	1. 由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构； 2. 主要材质：覆PE膜聚丙烯无纺布材料制成； ▲3. 防护服材料透湿润量应 $\geq 2500g/(m^3 \cdot d)$ ； ▲4. 防护服关键部位材料干态/湿态断裂强力 $\geq 60N$ ； ▲5. 防护服关键部位材料的断裂伸长率 $\geq 15\%$ ； ▲6. 防护服关键部位材料对非油性颗粒的过滤效率不低于70%； ▲7. 防护服的带电量应 $\leq 0.6\mu C/件$ ，材料静电衰减时间不超过0.5S； 8. 经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不超过 $10\mu g/g$ ，产品应无菌； 9. 尺寸要求：各型；
	143	义齿基托树脂	500ml/瓶	瓶	55	5	1. 主要成分：甲基丙烯酸甲酯、N,N-二羟丙基对甲苯胺； 2. 自凝型，液剂，500ml/瓶(允差5%)；
	144	义齿基托树脂	自凝型粉剂 100g/瓶	瓶	33	5	1. 主要成分：聚甲基丙烯酸甲酯(共聚)、二氧化钛、过氧化苯甲酰； 2. 自凝型粉剂 100g/瓶(允差5%)；

145	载玻片	1.0-1.2mm50片/盒	盒	6	200	1.单面磨砂显微镜载玻片； 2.厚度1.0-1.2mm50片/盒（允差5%）；
146	造牙粉	自凝型100g/瓶	瓶	33	5	1.义齿临时修理材料，主要由聚甲基丙烯酸甲酯（共聚）、二氧化钛、过氧化苯甲酰、钛黄组成； 2.自凝型100g/瓶（允差5%）；
147	樟脑苯酚口腔抑菌液	20ml/瓶	瓶	24	8	1.主要成分甲酚，含量45%-55%(ml/ml),20ml/瓶（允差5%）；
148	紫外线强度指示卡	100片/盒	盒	143	3	1.用于杀菌紫外线灯辐照强度检测，由卡片、紫外线感光色块和标准色块组成； 2.100片/盒（允差10%）；
149	紫外线杀菌灯	30W	支	52	30	▲1.紫外线杀菌，辐照强度 $\geq 100 \mu w/cm^2$ ； ▲2.寿命 ≥ 1000 小时； 3.功率：30W（允差5%）；
150	紫外线杀菌灯	36W	支	61	30	▲1.紫外线杀菌，1米辐照强度（ $\mu w/cm^2$ ） $\geq 110 \mu w/cm^2$ ； ▲2.寿命 ≥ 1000 小时； 3.功率：36W（允差5%）；
151	浮标式氧气吸入器	/	台	273	100	1.氧气流量调节范围：1-15L/min无极可调，输出压力0.2-0.3MPa，安全阀压力： $0.35 \pm 0.05MPa$ ；
152	碘仿氢氧化钙口腔抑菌膏	2g/支	盒	71	20	1.主要成分碘仿含量20%-30%，氢氧化钙27%-41%； 2.对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有抑菌作用； 3.规格要求：2g/支（允差5%）；
153	医用固定带	网状各型	个	33	300	1.用于骨科手术创伤配套使用，网状各型；
154	理疗电极片	32mm	片	3	300	★1.与采购人现有盆底康复生物刺激反馈仪MLDB4S配套使用； 2.规格：32mm（允差5%）；

155	理疗电极片	50mm*50mm	片	3	280	★1. 与采购人现有盆底康复生物刺激反馈仪 MLDB4S 配套使用； 2. 规格：50mm*50mm（允差 5%）；
156	理疗电极片	70mm*120mm	片	19	300	★1. 与采购人现有盆底康复生物刺激反馈仪 MLDB4S 配套使用； 2. 规格：70mm*120mm（允差 5%）；
157	理疗电极片	72*155mm	片	19	300	★1. 与采购人现有盆底康复生物刺激反馈仪 MLDB4S 配套使用； 2. 规格：72*155mm（允差 5%）；
158	盆底肌肉康复器	/	个	265	50	★1. 与采购人现有盆底康复生物刺激反馈仪 MLDB4S 配套使用；
159	脉搏血氧仪	指夹式	台	270	60	1. 血氧饱和度数值显示；脉率数值、棒图显示；脉搏波形显示；屏幕亮度调节；自动待机；电池电压低指示；电池电压低至不能正常工作前，电池低电量指示标志出现； 2. 指夹式；
160	去冠器	3*1	套	188	10	1. 主要材质：头部为 GB/T1220 中规定的 32Cr13Mo 材料制成，滑杆应以 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 材料制成，接头、尾帽和滑锤应以 HPb59-1 或 H62 材料制成；
161	一次性使用捆扎止血带	6X9(mm)	米	4	50	1. 材质：乳胶内径 6mm 外径 9mm（允差 5%）；
162	手术剪	直剪 18cm	把	64	10	1. 材质：不锈钢材料直剪 18cm（允差 5%）；
163	手术剪	弯尖头 18cm	把	64	30	1. 材质：不锈钢材料弯尖头 18cm（允差 5%）；
164	医用镊	20cm 横齿	个	26	18	1. 材质：不锈钢材料横齿 20cm（允差 5%）；
165	中频治	各型	对	66	30	★1. 与采购人现有电脑中

	5	疗仪电极片					频治疗仪 XYZP-ID 配套使用，可重复使用； 2. 要求型号：各型；
	166	探头清洁液	50ml/瓶	瓶	130	25	★1. 与采购人现有血液细胞分析仪迈瑞 BC-6100 配套使用，用于血液细胞分析仪的清洗； 2. 50ml/瓶（允差 5%）；
	167	常规生化复合校准品	3ml	瓶	143	10	★1. 与采购人现有生化分析仪迈瑞 BS-800 和试剂配套使用，用于迈瑞检测系统中临床常规生化项目进行浓度测定时的校准，保证测定结果的准确的； 2. 规格：3ml（允差 5%）；
	168	清洗液（CD80 生化分析仪用清洗液）	2L/瓶	瓶	396	25	★1. 与采购人现有生化分析仪迈瑞 BS-800 配套使用，用于反应体系的清洗； 2. 规格：2L/瓶（允差 5%）；
	169	清洁液	1L*4/箱	箱	945	10	★1. 与采购人现有血细胞分析仪迈瑞 BC-5300 配套使用，用于反应体系的清洗； 2. 规格 1L*4/箱；
	170	脂类校准品	1ML	支	282	10	★1. 与采购人现有生化分析仪迈瑞 BS-800 和试剂配套使用，保证测定结果的准确性； 2. 规格：1ML；
	171	多项目尿液化学分析控制品	6 套/盒(冻干品 6 瓶、复溶液 6 瓶)	盒	333	10	1. 用于化学尿液试纸条和干化学尿液分析仪的质量控制； 2. 规格要求：6 套/盒(冻干品 6 瓶、复溶液 6*10ml/瓶)；
	172	乙肝病毒 e 抗原（HBeAg）（液体）标准物质	64NCU/ml0.5ml/支	支	47	10	1. 用于检测乙肝病毒 e 抗原（HBeAg）（液体），确定其含量值，最小取样量 ≤50 μ l； 2. 规格：64NCU/ml0.5ml/支；

173	抗 HBc 质控 (核心抗体 HBcAb) 标准物质	100IU0.5ml	支	47	10	1. 用于检测抗 HBc 质控(核心抗体 HBcAb) 确定其含量值, 最小取样量 $\leq 50 \mu l$; 2. 规格: 100IU0.5ml/支;
174	乙肝病毒 e 抗体 (HBe) (液体) 标准物质	45NCU/ml0.5ml/支	支	47	10	1. 用于检测乙肝病毒 e 抗体 (HBe) (液体), 确定其含量值, 最小取样量 $\leq 50 \mu l$; 2. 规格: 45NCU/ml0.5ml/支;
175	梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) (液体) 标准物质	80mIU0.5ml/支	支	47	10	1. 用于检测梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) (液体), 确定其含量值, 最小取样量 $\leq 50 \mu l$; 2. 规格: 80mIU0.5ml/支;
176	乙肝病毒表抗体 (HBs) (液体) 标准物质	480MIU0.5ml/支	支	47	10	1. 用于检测乙肝病毒表抗体 (HBs) (液体), 确定其含量值, 最小取样量 $\leq 50 \mu l$; 2. 规格: 480MIU0.5ml/支
177	乙肝病毒表面抗原 (HBsAg) 标准物质	64IU/ml0.5ml/支	支	47	10	1. 用于检测乙肝病毒表面抗原 (HBsAg), 确定其含量值, 最小取样量 $\leq 50 \mu l$; 2. 规格: 64IU/ml0.5ml/支;
178	电解质内充液	100ml/瓶	瓶	94	10	1. 与采购人现有电解质分析仪深圳航创 9885 型设备配套使用; 2. 规格: 100ml/瓶;
179	NoClCo PH 内充液	100ml/瓶	瓶	94	10	1. 与采购人现有电解质分析仪深圳航创 9885 型设备配套使用; 2. 规格: 100ml/瓶;
180	电极内充液	100ml/瓶	瓶	94	10	1. 与采购人现有电解质分析仪深圳航创 9885 型设备配套使用;

							2. 规格：100ml/瓶；
18	K+电极	/	只	1180	20		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用；
18	Na+电极	/	只	1180	20		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用；
18	Cl-电极	/	只	1030	20		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用；
18	Ca2+电极	/	只	1180	10		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用；
18	pH电极	/	只	1180	10		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用；
18	Ref电极	/	只	1030	10		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用；
18	多酶去蛋白液	2ml*3/盒	盒	103	10		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用； 2. 规格：2ml*3/盒；
18	电极调理液	0.8ml*5支/盒	盒	55	8		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用； 2. 规格：0.8ml*5支/盒
18	采样针清洗液	5ml*10支/盒	盒	103	8		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用； 2. 规格：5ml*10支/盒；
19	清洗液	20ml/瓶	瓶	103	10		★1. 与采购人现有电解质分析仪康立AFT-800G设备配套使用； 2. 规格：20ml/瓶；
19	一次性使用医用隔离衣	各型	套	36	200		1. 主要材质：非织造布，非无菌提供，一次性使用； 2. 规格：各型；
19	TCu宫内节育环	各型	支	38	30		1. 适用于育龄妇女放置于子宫腔内作避孕用；由TCu节育器及放置器组成，其中TCu宫内节育器组成为：混入医用硫酸钡的低密度

									聚乙烯材料和 99.99%纯度的铜管及尼龙 6 尾丝；放置器组成为：聚乙烯材料的放置管、聚乙烯硫酸钡混合料的定位块、聚丙烯材料的推杆组成。 2. 铜表面积标称值≥220 平方毫米。 3. 规格：各型；
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 365 日

3.4.2 交货地点

采购包 1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明：合同签订生效后，采购人收到供应商提供票据资料后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包 1: 付款条件说明：待预付款抵扣完毕后其余款项每月据实结算，中标供应商将货物送到业主指定地点后，双方验收合格，出具验收记录单;中标供应商出具正式发票、验收单，业主在收到中标供应商相关付款资料，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

1、验收时间：每批次送货完成后由中标人提交验收记录单、送货清单进行验收。 2、验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、采购文件的质量要求以及中标供应商投标文件的承诺进行验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

1.1 质量保证期： ≥ 1 年。 1.2 响应时间：2小时响应。 1.3 本项目供货商提供的产品必须是经验收合格的全新产品。产品若发现有质量问题，应免费更换。 1.4 为保障医疗耗材优质、安全、全面、快捷供应，供应商必须有良好的供应能力。供应商需提供细致全面的供应服务方案和质量承诺，保证医疗耗材的24小时供应。 1.5 医疗耗材达不到使用质量要求时，采购人有权要求更换医疗耗材。供应商供应的医疗耗材如果经常出现质量和供应不足的问题，采购人有权中止合作。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

合同约定。

3.5 其他要求

（1）因系统固化原因，交货期限以此为准：合同签订生效后一年，采购数量以实际使用量为准。中标供应商在签定合同后按采购人要求送货时间按时送货。（2）因系统固化原因，付款方式以此为准：合同签订生效后，采购人收到供应商提供票据资料后7个工作日内向中标供应商支付采购合同金额40%的预付款，待预付款抵扣完毕后其余款项每月据实结算，中标供应商将货物送到业主指定地点后，双方验收合格，出具验收记录单；中标供应商出具正式发票、验收单，业主在收到中标供应商相关付款资料30日内进行转账支付货款。（3）如采购货物清单中涉及阳光采购系统挂网产品的报价不高于“医疗耗材集中挂网阳光采购系统”及“四川省体外诊断试剂阳光采购系统”该品牌型号当月的平均价（提供承诺函，格式自拟）。（4）报价要求：①投标人报价不得超过最高总价限价及最高单价限价，否则报价无效。投标人报价为完成本项目所需的一切费用，包括但不限于材料费、运输费、搬运费、二次转运费、保险费、仓储费、差旅费、项目管理费、税金、代理服务等全部费用。②因系统固化原因，各投标人在线填写分项报价表的单价及总价和开标一览表的总价金额一致，数量填1批。还需填写新增-分项报价表，合计

总价金额需与系统固定格式总价金额保持一致。（在线填写分项报价表时产地写投标人单位自己的地址，货物名称、规格型号、品牌、制造商名称均填写详见新增-分项报价表）（5）其他要求（提供承诺函，格式自拟）①投标人承诺中标后，若投标产品为消毒产品的，供货时须提供有效的《消毒产品卫生安全评价报告》（投标产品若为新消毒产品，须提供有效的卫生许可批件）。②投标人承诺中标后，若投标产品为医疗器械的须符合《医疗器械注册管理办法》要求，供货时须提供有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证或备案证；（6）其他未尽事宜合同约定。注：①3.5 其他要求为商务要求的补充事宜，需在商务应答表中响应。②3.4 商务要求和 3.5 其他要求均为实质性要求。