

一、项目概述：

绵阳市中心医院为满足临床需求，对院内两台 DSA 进行采购维保服务。

二、项目清单及要求：

1、项目名称、技术规格和配置要求、数量：

序号	采购内容	数量	所属行业	不进口产品	核心产品
1	DSA 维保	1 项	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）	本项目不涉及	本项目不涉及

2、技术、商务及其他要求

1、服务要求：

1、服务要求：

▲1.1 保修范围：飞利浦 DSA（型号：Azurion 7 M12 一台，Azurion 7 M20 一台）包含 DSA 球管、探测器、高压系统、工作站等所有备件的保修，不包含所有第三方生产或拥有的设备和软件，如高压注射器，激光相机，外配打印机等。

▲1.2 专用球管作为 DSA 商务核心易损配件，每个型号供应商或授权此项目的厂家须在国内有合法注册的 1 个以上球管的库存备货，有 24 小时供货到现场的能力（附球管注册证、中文标签、2021 年 6 月以后报关单）。

▲1.3 提供支架精显及第二套控制模块升级。

1.4 每合同年度结束一个月内为医院提供本年度设备运行状态报告。

1.5 全年设备的开机率达到 95% 以上（按照一年 365 天×24 小时计算），停机每超出一个工作日，合同期限自动延长两个工作日。

1.6 每合同年度提供与设备相关的维修技术或临床培训一次。

1.7 每合同年度中标人需配合医院进行设备状态检测。

1.8 响应时间：具备客户服务专线电话，24 小时×365 天有工程师接听，接到故障报修电话后，2 小时内做出响应，如有必要工程师在 24 小时内到达现场进行维修。

1.9 定期保养：合同内每台设备每年度提供 2 次高级保养，维护保养服务包括但不限于：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等，保养中需更换的损耗品由中标人提供。

1.10 提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件（包含球管）更换。

▲1.11 备件保障：所有更换备件必须为合法正规的原厂认证合格备件，旧备件由投标人负责回收。

▲1.12 在四川有售后服务机构（或承诺中标后签订合同前在四川地区设立具备售后服务机构，提供承诺函格式自拟），供应商或授权此项目的厂家在四川需有至少3名DSA专业维修资质的工程师（提供原厂同类型产品培训证书复印件。）

▲1.13 提供主动式嵌入式互联网远程诊断服务，包括远程技术诊断及远程临床应用诊断服务。

1.14 全国范围内开通免费热线电话，24小时×365天响应，为用户提供快速诊断和技术咨询服务。

★2、商务要求：

2.1 服务期限/交货时间/工期要求：服务期三年，合同一年一签，签订合同次日起提供服务。

2.2 交货地点：绵阳市中心医院。

2.3 验收标准：采购人组织项目验收，按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《绵阳市财政局关于进一步加强履约验收管理的通知》（绵财采〔2019〕22号）及招标文件技术要求、投标文件响应情况和国家、行业标准进行验收。

2.4 款项支付方式、进度：签订合同完成服务后第6个月后30天内支付年度维保费的50%，剩余50%在完成服务后第12个月后30日内支付。

2.5 对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施：签订合同完成服务后第6个月后25天内支付年度维保费的50%，剩余50%在完成服务后第12个月后25日内支付。

2.6 质保及售后服务要求/后续服务要求：1年。