

医疗美容超声治疗仪（二次）

采购需求

- 1.波束类型：汇聚型；
- 2.声工作频率：4MHZ±15%；
- 3.超声输出方式：脉冲式；
- ▲4.具有大焦域技术；（提供检测报告等佐证资料）
- ▲5.额定输出声功率多档可选，最大额定输出声功率：≥6W；
- 6.脉冲重复周期：≤120ms；（提供检测报告等佐证资料）
- 7.侧壁超声辐射：≤100mW/cm²；
- 8.治疗头超温：≤41℃；
- 9.噪声：≤65dB(A)；
- ▲10.可智能检查手柄激活状态，当系统启动完毕时，手柄未离开手柄座，用户界面处于非激活状态；当手柄离开手柄座后，系统智能识别激活的手柄和治疗头，并自动进入相应主界面；
- ▲11.具有连发模式，最小发射间隔：≤0.4 秒；（提供检测报告等佐证资料）
- ▲12.设备设计使用年限：≥10 年；（提供检测报告等佐证资料）
- 13.主机屏幕尺寸：≥14 寸；
- 14.主机、台车分体式设计，便于移动，可多场景使用。