第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

(带"★"的参数需求为实质性要求,供应商必须响应并满足的参数需求,采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定,并明确具体要求。)

3.1、采购项目概况

南充市中心医院拟采购电子支气管镜一条,本项目为1个包。

3.2、采购内容

采购包1:

采购包预算金额(元):422,800.00 采购包最高限价(元):422,800.00 供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额	计 量	所 属	是 否	是 否	是 否	是 否
			(元)	单位	行业	核心	允 许	属于	属于
						产品	进口	节 能	环 境
							产品	产品	标志
									产品
1	电子支气	1.00	422,800.00	条	工业	是	是	否	否
	管镜								

3.3、技术参数及要求

采购包1:

供应商报价不允许超过标的金额 (招单价的)供应商报价不允许超过标的单价

标的名称: 电子支气管镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标			
	1	(一)技术要求			
		1. 内镜具有记忆功能:内镜中设计有记忆芯片,可将此内镜的主要参数显示于监视器上;			
		★2. 防水一触式接头,不需要防水帽,防止意外进水,便于清洗消毒和维护保养;			
		★3. 插入管可以向左或向右旋转,角度≥120度,减轻操作疲劳、 提高插入顺畅性;			
		4. 视野角度: ≥120 度;			

- ★5. 景深距离: 2-100mm;
 - 6. 最小可视距离: 距离先端 3mm;
 - 7. 先端部外径: ≤4.8mm;
 - 8. 软性插入部外径:≤4.9mm;
 - 9. 钳子管道内径≥1. 95mm;
- ★10. 弯曲部角度: 向上≥210度, 向下≥130度;
 - 11. 有效长度: ≥600mm。

3.4、商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起90日

3.4.2 交货地点和方式

采购包1:

由采购人通知供应商送货至采购人指定地点,运费及货运保险费等相关所有费用有供应商承担, 验收合格前所有风险由供应商承担。

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1:付款条件说明:政府采购合同生效后,达到付款条件起30日,支付合同总金额的30.00%。 采购包1:付款条件说明:合同生效后(验收合格的情况下)6个月内,达到付款条件起30日, 支付合同总金额的65.00%。

采购包 1:付款条件说明:合同生效后(验收合格的情况下)18个月,达到付款条件起30日,支付合同总金额的5.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

按合同要求及其支付办法一次性验收

3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1:

质保期3年,国家法规及政策另有规定的从其规定,并依据合同内容执行。售后服务要求 (1) 货物质量在质保期内质量出现问题,成交供应商应在30分钟内做出服务响应,4小时内负责人员到达现场排除故障,如故障复杂,专业技术工程师24小时内到达现场进行维修,保障设备正常使用,并承担维修费用;如同一货物经成交供应商三次维修仍不能达到本合同约定的质量标准,成交供应商应更换同品牌、相同型号或高于配置要求的新设备,并重新计算质保期。 (2)货到现场后由于采购人的保管不当造成的问题,成交供应商也应负责修复,但费用由采购人承担。(3)在质保期外,成交供应商提供设备更换、维修只收取材料费用,不收取人工技术费用。

3.4.8 违约责任及解决争议的方法

采购包1:

合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。

3.5 其他要求

采购包1:

经评审后的最终报价相同且提供的优先采购产品认证有效证书数量相同的,成交候选供应商并列, 由谈判小组在评审室采取现场抽签的方式决定推荐顺序。: