

政府采购项目采购需求

采购单位：营山县残疾人联合会

所属年度：2023年

编制单位：营山县残疾人联合会

编制时间：2023年04月13日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称： 营山县残疾人联合会2023年辅助器具采购
- (二) 项目所属年度： 2023年
- (三) 项目所属分类： 货物
- (四) 预算金额（元）： 1,050,000.00元 ， 大写（人民币）： 壹佰零伍万元整
- (五) 项目概况： 采购辅助器具一批。
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
 - 1.相关产业发展情况
 - 2.市场供给情况
 - 3.同类采购项目历史成交信息情况
 - 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 - 5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式： 分散采购
- (二) 预算采购方式： 非公开招标
 - 采购方式： 竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购： 否
- (四) 采购包划分： 不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为1050000.000000元,总体预留比例为100.0000%,其中,面向小微企业采购金额为0元,占0%。

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品： 是
- (七) 是否采购节能产品： 是
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务： 否
- (十) 是否属于政务信息系统项目： 否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购: 否

(十二) 是否属于PPP项目: 否

(十三) 是否属于一签多年项目: 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称: 合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模: 中小企业

3) 预留形式: 设置专门采购包

4) 预留比例: 100.0%

2、预算金额(元): 1,050,000.00, 大写(人民币): 壹佰零伍万元整

最高限价(元): 1,050,000.00, 大写(人民币): 壹佰零伍万元整

3、评审方法: 最低评标价法

4、定价方式: 固定总价

5、是否支持联合体投标: 否

6、是否允许合同分包选项: 否

7、拟采购标的的技术要求

| | | | | |
|---|----------|--------------|-----------|--------|
| 1 | 采购品目 | 其他医疗设备 | 标的名称 | 辅助器具 |
| | 数量 | 1,545.00 | 单位 | 批 |
| | 合计金额(元) | 1,050,000.00 | 单价(元) | 679.61 |
| | 是否采购节能产品 | 是 | 未采购节能产品原因 | 无 |
| | 是否采购环保产品 | 是 | 未采购环保产品原因 | 无 |
| | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 工业 |

标的名称: 辅助器具

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 | | | |
|------|----|-----------|------|----|----|
| | | 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数 |
| | | | | | |

| | | | |
|---|------|----------|---|
| 1 | 成人轮椅 | 600 台 | <p>1、产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准；</p> <p>2、车架采用高强度钢管焊接组合成型，管材壁厚为：Φ25*2.5mm，表面喷涂或阳极氧化处理，可折叠；</p> <p>3、座背垫软座，采用600D牛津布（内填充30D海绵，加厚衬布）；</p> <p>4、可拆活动腿，可向外旋转，高强度塑料脚踏板，配有腿带，可拆装，高度可调；</p> <p>5、前轮为高品质6-8寸可选，加宽PU实心轮胎；后轮为20-24寸可选，多功能自适应抗震轮胎，采用加强型工程注塑圈；</p> <p>6、前轮内置4轴承结构；</p> <p>7、配备铝合金手动驻刹，采用高强度联动装置，驻车装置制动后不高于旁板面，配置带自锁功能的后把手连动刹车；</p> <p>8、载重≥100kg；</p> <p>9、在指定位置喷“营山残联捐赠”字样。</p> |
| 2 | 坐便轮椅 | 200 台 | <p>1、车架：车架为优质碳钢管材喷塑；</p> <p>2、扶手：优质PU固定扶手；矩形旁板，扶手距坐垫的高度≤21cm；</p> <p>3、挂脚：固定挂脚，加装腿带；</p> <p>4、面料：采用优质皮革或牛津布面料、轮椅张开面料表面平整整齐，坐垫为带抽拉式马桶的硬坐垫，夹层为海棉；</p> <p>5、前轮：7-8寸可选，实心前轮、中轴加装双轴承；</p> <p>6、前叉：竖轴采用双轴承，同时加装双层减震橡胶，工程级尼龙塑料前叉，采用一次性注塑成型；</p> <p>7、后轮：22-24寸可选，免充气胎后轮、高强度工程塑料一体式后轮，外圈加装防滑手推圈；</p> <p>8、支撑架：用采双支撑架结构；</p> <p>9、刹车：加装驻立及后手刹；</p> <p>10、安全装置：附安全带；</p> <p>11、脚踏：踏板高度可调；</p> <p>12、在指定位置喷“营山残联捐赠”字样。</p> |

| | | | |
|---|-------|----------|---|
| 3 | 儿童轮椅 | 100 台 | <p>1、产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准；</p> <p>2、车架采用高强度钢管焊接组合成型，可折叠式结构；</p> <p>3、扶手采用工型车架设计；</p> <p>4、扶手PU材质扶手垫；</p> <p>5、腿部：可拆腿，高度可调双配置脚踏板；</p> <p>6、增加防滑脚踏板，配置简易小腿带；</p> <p>7、6寸前轮灰色环保耐磨轻便PU胎，铝合金前叉阳极雾银；</p> <p>8、可快拆式16寸钢丝轮灰色PU轮胎；</p> <p>9、带安全后轮保护盖；</p> <p>10、双层座背垫，蜂巢透气网面；</p> <p>11、阳极表面处理、附后手刹或肘式刹车，手扶圈阳极处理；</p> <p>12、在指定位置喷“营山残联捐赠”字样。</p> |
| 4 | 高靠背轮椅 | 100 台 | <p>1、产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准；</p> <p>2、车架采用高强度钢管焊接组合成型，可折叠式结构，车架表面采用喷塑处理；座椅斜躺靠背可后仰180°；</p> <p>3、配备钢制手动驻刹，驻车装置制动后不能高于座面；</p> <p>4、配有软座靠垫，座面平整，坐垫布料采用牛津布，高密度海绵；靠背可后倾角度为90°~180°，角度调节位置固定可靠，配置弧形软质头枕；</p> <p>5、前轮为7-8英寸可选，实心轮胎，配置高强度金属前轮叉；后轮为22-24英寸可选，钢质免充气轮,带高强度金属手轮；</p> <p>6、采用加长活动拆装式扶手，拆卸方便；</p> <p>7、选用不锈钢护板；拆装式电镀长脚托，高度可调，抬高的角度可与座面达180°，并有重力自锁装置，腿垫为软质材料；配置铝合金脚踏板；</p> <p>8、规格尺寸（长×宽×高）：110cm×66cm×130cm（±15cm）；</p> <p>9、在指定位置喷“营山残联捐赠”字样。</p> |
| 5 | 手杖 | 200 根 | <p>1、主架：上支采用铝合金管，表面亮面处理，管料规格：直径≥22mm，壁厚≥1.2 mm；</p> <p>2、脚管：下支采用钢质管，表面亮面处理，管料规格：直径≥19 mm，壁厚 ≥1.2 mm；</p> <p>3、脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫；</p> <p>4、高度10档调节，向内稳定性≥1.5度，向外稳定性≥4.0度。</p> |

| | | | |
|---|------------|----------|---|
| 6 | 助行器 | 100 台 | <p>1、主架：采用轻质铝合金为主要材料材，表面氧化着色处理，管料规格：直径≥ 25 mm，壁厚≥ 1.2 mm；</p> <p>2、脚管：采用轻质铝合金为主要材料材，表面氧化着色处理，管料规格：直径≥ 28 mm，壁厚≥ 1.2 mm；</p> <p>3、把手：采用条纹抓握设计；</p> <p>4、手撑步进式可折叠结构，高度可调，带8档位高度调节孔，配仿生稳固底座。</p> |
| 7 | 座便椅 | 100 台 | <p>1、主架：由钢管焊接组成；</p> <p>2、框架可折叠、固定扶手和靠背；</p> <p>3、带座便器，配有环保厕板及马桶，带桶盖，采用超大深度防溅出设计；</p> <p>4、脚架高度可调；</p> <p>5、采用固定式扶手和靠背，可折叠结构；高度可调，配橡胶防滑脚垫；产品承载≥ 75 kg静载荷进行左右倾稳定性试验，失稳角度应> 13度。</p> |
| 8 | 语音报时闪光震动手表 | 10 个 | <p>1、产品组成：表盘和表带；</p> <p>2、供电方式：磁吸式可充电电池供电；</p> <p>3、按键具有语音播报提示功能；</p> <p>4、可显示和设置：年、月、日、时、分和星期；</p> <p>5、具有语音报时功能，可语音播报当前时间；</p> <p>▲6、具有闹钟功能，闹钟提醒方式为：单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选；</p> <p>7、可对闹钟设置开启或关闭，在闹钟开启状态时，可显示闹钟图标；</p> <p>8、具有智能一键止闹功能；</p> <p>9、具有至少36首铃声可选；</p> <p>▲10、语音音量具有大、中、小三档可调节；</p> <p>11、带电量显示和信号强弱显示图标；</p> <p>▲12、具有夜光显示功能；</p> <p>13、具有省电节能功能，5秒内无操作后进入息屏节能模式；</p> <p>▲14、可无线连接门铃呼叫发射器做为门铃和呼叫提示器使用；</p> <p>▲15、可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用；</p> <p>16、包装：配有独立包装盒。</p> |

| | | | |
|---|-------|---------|--|
| 9 | 防走失腕表 | 20 个 | <p>1、显示屏：不低于1.54英寸，分辨率：240*240像素全视角彩色IPS触摸高清屏；</p> <p>2、按钮方式：触摸 +按钮；</p> <p>▲3、网络支持：移动、联通、电信 4G全网通；</p> <p>4、定位系统：具有不低于GPS+WIFI+LBS+A-GPS四重定位；</p> <p>5、定位精度：室外不高于20米；</p> <p>6、内存：不低于128mb+128mb；</p> <p>7、防水等级：不低于ip67；</p> <p>8、电池容量：不低于750MA，电压:3.85V；</p> <p>9、待机时间：3~7天；</p> <p>▲10、具有心率、血压、测体温、防跌倒、微聊、视频通话、计步、脱落报警功能；</p> <p>11、具有单宫格大字体大音量；</p> <p>▲12、具有静音震动功能；</p> <p>13、具有双向通话功能；</p> <p>14、具有SOS紧急一键求救、自动接听功能；</p> <p>15、具有电子围栏，可设定多个电子围栏；</p> <p>16、具有实时定位功能；</p> <p>17、具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹；</p> <p>18、具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹；</p> <p>19、具有远程监听功能；</p> <p>▲20、具有语音报时；</p> <p>21、具有陌生号码自动拦截；</p> <p>▲22、具有AI语音交互功能；</p> <p>23、具有上课模式模式，可屏蔽其它骚扰电话；</p> <p>24、具有支付宝、QQ、多媒体播放器、浏览器、天气，口语评测，只只学园等APP功能；</p> <p>▲25、可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析；</p> <p>26、符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书；</p> <p>27、符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证；</p> <p>28、具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。</p> |
|---|-------|---------|--|

| | | | |
|----|-----------|----|---|
| 10 | 下肢康复训练器 | 4台 | <p>1、外形尺寸：85×73×126cm（±5cm）；</p> <p>2、扶手杆宽度/cm：62,扶手杆高度/cm：106；</p> <p>3、油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，阻力值调节范围位：200~1500N；</p> <p>4、额定负载：135kg。</p> |
| 11 | 重锤式髋关节训练椅 | 4台 | <p>1、外形尺寸：144*120*88cm（±10cm),座椅高度50cm（±5cm)、宽55cm（±5cm），下肢支架长度60cm（±5cm)；</p> <p>2、负载重量：座位额定载重135kg，靠背垫额定载重70kg，配重块质量1.8kg*10块；</p> <p>3、可调范围：下肢支架展角0-50°，床面转动角度范围0-90°；</p> <p>4、产品材质：优质型钢、静电喷塑，采用高密度海绵、外包防菌PU皮革；</p> <p>5、产品用途：用于髋关节外展、内收肌力训练。</p> |
| 12 | 四件组合训练器 | 2台 | <p>1、材质：喷塑钢架、不锈钢、塑料、油漆等；</p> <p>2、外形尺寸/cm：152×162×167（±10cm），框架尺寸/cm：100×100×166（±10cm）；</p> <p>3、组件：前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、肩关节回旋训练器；</p> <p>4、用途：组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围。</p> |
| 13 | 颈椎牵引椅 | 4台 | <p>1、材质：采用型钢，静电喷塑，高密度泡沫海绵，外包PVC皮革；</p> <p>2、外形尺寸/cm：113×100×194（±10cm），牵引架上下调节范围/cm：50；</p> <p>3、抓握杆高度调节范围/cm：35 脚部按摩器额定载荷/kg：75。</p> <p>4、扭腰盘额定负载/kg：200。牵引力/N：20。配重块重1kg，共2块；</p> <p>5、用途：用于颈椎的牵引训练、腰部的肌肉训练、背部及脚部的按摩。</p> |

1

| | | | |
|--------|---------------|----|--|
| 1 4 | 坐式腹背 训练器 | 3台 | <p>1、尺寸（长宽高）：1300*740*1100mm（±50mm）；</p> <p>2、净重：≥50kg；</p> <p>3、阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节；</p> <p>4、承重：≥150KG；</p> <p>5、用途：1.针对腹直肌和竖脊肌的训练，可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的；</p> <p>6、适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等。</p> |
| 1 5 | 系列哑铃 | 4台 | <p>1、材质：优质型钢、静电喷塑；</p> <p>2、外形尺寸/cm：92×49×78（±5cm）（不含哑铃）；</p> <p>3、哑铃质量及数量：2.3kg/4个、1.8kg/4个、1.4kg/4个、0.9kg/4个、0.5kg/2个；</p> <p>4、用途：适用于肌力和康复训练。</p> |
| 1 6 | 残疾人专用 跑步机 | 3台 | <p>1、马达：2.5HP；</p> <p>2、规格：1775×715×1378mm（±20mm）；</p> <p>3、电动控制下进行步态和步行训练，通过调节步行速度、坡度提高步行活动强度；</p> <p>4、速度范围：0.1-12.0km/h；</p> <p>5、荷载：≥120KG；</p> <p>6、用途：适用于各类患者的耐力训练、步态训练、下肢关节活动范围练习。</p> |
| 1 7 | 智能按摩椅 | 3台 | <p>1、采用AI智能语音操控、AI智能语音播报、液晶大屏触控三种模式操作；</p> <p>2、内置智能芯片，脱网设置，反应灵敏；</p> <p>3、3D古法机械手，指关节机芯，加长SL轨迹，人体工学贴合设计；</p> <p>4、8套专业按摩程序，头部、腿部自由上下调节；</p> <p>5、采用高端PU皮革，亲肤耐磨。</p> |
| 1 8 | 训练用扶梯 （二面） | 3套 | <p>1、材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、防滑地毯；</p> <p>2、外形尺寸/cm：340×82×132~166（±5cm），相邻阶梯高度分别为/cm：10；12，扶手杠调节范围/cm：0~34，扶手间距/cm：72；</p> <p>3、扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯踏板额定载荷135kg；</p> <p>4、用途：用于上下楼梯功能的训练，扶手高度可调节。</p> |

| | | | |
|--------|---------|----|---|
| 1 9 | 腰部放松器 | 4台 | <p>1、材质：型钢，静电喷塑、实木材；</p> <p>2、外形尺寸/cm：74×48×（95~130）（±5cm），高度调节范围/cm：95~130；</p> <p>3、电源参数：220V，50Hz 额定输出功率：90W 电机转速：1357r/min 振动频率：140次/min 振动幅值：±6.75mm；</p> <p>4、用途：适用于通过振动按摩放松全身肌肉，缓解肌肉紧张疲劳。</p> |
| 2 0 | 股四头肌训练椅 | 3台 | <p>1、外形尺寸：101×108×120cm（±10cm），座位高62cm（±5cm），座面高度60cm（±5cm），扶手宽度65cm（±2cm）；</p> <p>2、可调范围：伸缩杆调节范围0~15cm，小腿垫调节范围0~41cm，助力手柄调节范围0~30cm；</p> <p>3、负载重量：座位额定负载质量135kg，靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70g，配重块每块1.5kg（每侧3块共6块）；</p> <p>4、产品材质：优质型钢、静电喷塑，软包助力手柄，座椅靠背采用高密度海绵、外包PU抗菌皮革；</p> <p>5、产品用途：适用于肱四头肌肌力减弱（肌力III-IV级）者的肌力训练，及膝关节屈伸训练。</p> |
| 2 1 | 抖脂健身器 | 6台 | <p>1、产品尺寸：长45cm（±5cm）；</p> <p>2、99档可调节，智能变频；</p> <p>3、快速燃脂，静音降噪，300斤称重。</p> |
| 2 2 | 康复训练系统 | 1套 | <p>▲1、产品由功能康复训练器和康复软件系统组成；</p> <p>2、产品材质采用环保亲肤抗菌材质，产品轻巧，方便携带；</p> <p>3、产品适用于手部肌肉和关节活动度康复训练；</p> <p>▲4、产品可根据康复人群在软件系统中制定康复训练计划；</p> <p>▲5、产品具有不少于握力测试、握力训练、手指训练、手腕训练、手臂训练五种康复训练模式；</p> <p>▲6、产品具有放松按摩模式，具有不少于强、中、弱三种按摩模式可选择；</p> <p>▲7、产品采用趣味游戏的康复模式，可单人或多人联机进行康复训练，康复训练的游戏模式不低于6种；</p> <p>8、具有可充电锂电池。</p> |

| | | | |
|--------|---------|-----|---|
| 2 3 | 双联漫步机 | 1套 | <p>1、产品尺寸（长*宽*高）：956*536*1300mm（±10mm）；</p> <p>2、立柱规格：≥Φ114*3mm 钢管；</p> <p>3、主要承载横梁：≥Φ60*3mm 钢管；</p> <p>4、摆杆应有阻尼限位装置，单侧摆动幅度≥65°；</p> <p>5、轴承部位应具有防尘防水结构；</p> <p>6、主要功能：增强下肢的活动能力，提高身体协调性，平衡能力和有氧能力。</p> |
| 2 4 | 三人扭腰器 | 1套 | <p>1、产品尺寸（长*宽*高）：1358*1220*1225mm（±10mm）；</p> <p>2、立柱规格：≥Φ114*3mm 钢管；</p> <p>3、主要承载横梁：≥Φ60*3mm 钢管；</p> <p>4、有阻尼装置，轴承部位应具防尘防水结构；</p> <p>5、扭腰盘为铁盘，主立柱管端采用钢制盖帽；</p> <p>6、脚踏部位有防滑措施，双脚站立地方设防滑面；</p> <p>7、功能：增强腰部、腹部肌肉力量，改善腰椎及髋关节柔韧性灵活性。</p> |
| 2 5 | 双人腰背按摩器 | 1套 | <p>1、外形尺寸（长*宽*高）：912*765*1390mm（±30mm）；</p> <p>2、立柱规格：≥Φ114*3mm 钢管；</p> <p>3、主要承载横梁：≥Φ32*2.5mm 钢管；</p> <p>4、按摩轮与刚性固定部件间最小距离应≥30mm；</p> <p>5、把手端部直径应≥50mm。</p> |
| 2 6 | 太极推柔器 | 1套 | <p>1、产品尺寸（长*宽*高）：1133*1128*1309mm（±30mm）；</p> <p>2、立柱规格：≥Φ114×3mm 钢管；</p> <p>3、主要承载横梁：≥60*60*3mm 钢管；</p> <p>4、有阻尼装置，轴承部位应具防尘防水结构；</p> <p>5、主要功能：可增强肩带肌群的力量，改善肩关节柔韧性和灵活性预防各治疗肩部疾病。</p> |
| 2 7 | 移动坡道 | 27个 | <p>1、不锈钢合金材质，折叠设计，载重≥200KG；</p> <p>2、用途：主要供老、弱、病、残等需用轮椅代步者；</p> <p>3、尺寸：≥长1.2m*宽0.8m。</p> |
| 2 8 | 智能水杯 | 3个 | <p>1、材质：杯身内外采用304不锈钢；</p> <p>2、产品容量≥：400ML；</p> <p>3、杯身带蓝牙音响、可蓝牙通话、支持插内存卡、收音机；</p> <p>4、具备一键录音、提醒喝水、触摸语音播报水温等功能；</p> <p>5、包装清单：成品水杯、充电、数据线、说明书、包装。</p> |

| | | | |
|----|-------|-----|--|
| 29 | 盲用收音机 | 11台 | <p>▲1、所有功能按键都具语音导航功能；</p> <p>2、所有功能按键均有凸点盲文和中文标识；</p> <p>3、具有听书机功能；</p> <p>4、具有音频播放功能；可直接播放TF卡中预存的MP3或WMA音乐文件；</p> <p>5、具有FM/AM双波段收音机功能；</p> <p>6、具有自动搜台和手动旋钮选台功能；</p> <p>7、具有暂停播放功能；</p> <p>8、具有音频循环播放功能，在音频模式下，具有文件夹、单曲、全部循环三种模式；</p> <p>9、具有拉杆收音天线；</p> <p>10、具有显示屏，显示屏可显示时间和操作信息；</p> <p>11、具有手电筒功能；</p> <p>▲12、具有童锁功能；</p> <p>▲13、具有蓝牙、电子时钟、定时关机、内录音、外录音功能；</p> <p>▲14、具有闹钟功能，闹钟时具有响铃和震动提示；</p> <p>▲15、具有语音报时功能；</p> <p>16、具有SOS求救报警功能；</p> <p>17、按键语音播报音量大小可调节；</p> <p>18、具有低电量语音提示报警功能，当电量低于10%时，会发出语音提醒，且电池图标会闪烁；</p> <p>19、具有外置扬声器播放功能；</p> <p>20、具备立体声耳机口输出；</p> <p>▲21、可连接电脑可做读卡器使用；</p> <p>22、可通过蓝牙连接做音箱使用；</p> <p>23、电源规格：内置锂电池，充电电压：5V，可通过电脑USB或电源进行充电；</p> <p>24、包装清单：主机、说明书保修卡、充电/数据线、手挂绳。</p> |
| 30 | 理疗床 | 5张 | <p>1、规格（mm）：1900×600×650（±50mm）；</p> <p>2、设计：人性化计具有肩孔和扶手，配有患者面部呼吸孔；</p> <p>3、功能：适用于对病患进行针灸、按摩、推拿康复使用；</p> |

| | | | |
|--------|--------------|----|---|
| 3 1 | 特定电磁波 治疗器 | 4台 | <p>1、治疗板面温度：$\geq 280^{\circ}\text{C}$；</p> <p>2、额定功率：300W，定时器范围：0min~60min，治疗板使用寿命：≥ 1000h；</p> <p>3、尺寸：辐射板直径：$\Phi 166\text{mm}$，活动臂伸缩范围：0--600mm；</p> <p>4、功能：用于运动性损伤、骨折愈合、手术后的伤口愈合、软组织损伤、颈肩腰腿等炎症痛症的辅助治疗；</p> |
| 3 2 | 电子针疗仪 | 4台 | <p>1、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波；</p> <p>2、输出脉冲路数：六路输出；</p> <p>3、输出脉冲频率：连续波频率1-100Hz连续可调；断续波频率1-100Hz连续可调，断波时间为5秒，续波时间为15秒；疏密波：疏波频率是密波频率的1：5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为5秒，密波时间为10秒；</p> <p>4、输出电流限制：$\leq 10\text{mA}$（250Ω负载阻抗下）；</p> <p>5、输出脉冲宽度：$0.2\text{ms} \pm 30\%$（EMC负载阻抗下）；</p> <p>6、电源电压：DC9V；</p> <p>7、功能：供人体穴位进行低频电脉冲治疗，适用于腰酸背痛、神经麻痹、肌肉酸痛痛症、痹症的辅助治疗；</p> |

| | | | |
|--------|-------|----|---|
| 3 3 | 中药煎药机 | 1台 | <ol style="list-style-type: none"> 1、容量BL200A; 2、功率1600W+800W; 3、电压220V; 4、包装量80-300ml; 5、外型尺寸550*550*1300mm (±30mm) ; 6、重量: ≥55kg; 7、变量包装, 包装容量随意调节; 8、采用液晶触控微电脑设计, 数字显示; 9、全不锈钢机箱, 耐腐蚀; 10、特种玻璃锅体, 可视煎药过程; 11、圆形过滤罩和中药过滤袋两层过滤, 避免电磁阀中药液体管道堵塞; 12、文火武火自动转换, 符合中药泡制原理; 13、改进注液功能, 杜绝冲激气泡; 14、煎药防干烧功能, 漏电保护装置; 15、时间自主设定, 自动控制煎药温度; 16、设置有排水装置; 17、抗静电专用脚轮; |
| 3 4 | 火罐 | 5套 | <ol style="list-style-type: none"> 1、材质: 加厚玻璃、瓶身带防滑纹; 2、尺寸: <ol style="list-style-type: none"> 1) 2号: 内径3.8cm, 外径5cm (±1cm) ; 2) 3号: 内径4.5cm, 外径6cm (±1cm) ; 3) 4号: 内径5cm, 外径6.5cm (±1cm) ; 4) 5号: 内径5.8cm, 外径7.2cm (±1cm) ; 3、规格: 一套包含: 2号3个、3号4个、4号3个、5号2个, 共12罐; 4、功能: 适用于拔罐。 |

| | | | |
|--------|--------------|----|--|
| 3 5 | 电脑恒温电 蜡疗仪 | 1台 | <p>1、机身采用全不锈钢材质；</p> <p>2、蜡箱容积：≥30kg；</p> <p>3、化蜡容量大，一次化蜡，可满足更多人同时蜡疗；</p> <p>4、自动报警系统，当报警系统启动时，自动停止加热；</p> <p>5、自动控温装置，使蜡始终保持在58-60℃之间；</p> <p>6、具有无水化蜡功能；</p> <p>7、自动控温装置，使蜡始终保持在58℃-60℃之间，由于石蜡从固态到液态溶化低，加热后柔软度、附着性、塑形性好，治疗时将蜡膜（饼）通过医用纱布包裹附在皮肤的传导面，蜡充分发挥其保温特性，使局部组织血液循环加快，细胞通透性提高，皮肤营养改善，达到治疗的目的；</p> <p>8、功能：适用于肢体部热敷理疗。</p> |
| 3 6 | 火龙灸灸盒 | 6套 | <p>1、尺寸：70*15*10cm（±2cm）；</p> <p>2、艾灸材料：姜片、艾绒；</p> <p>3、适用部位：腰部、颈背；</p> <p>4、材质：采用实木材质，加厚板材，加螺钉固定；</p> <p>5、可弯曲活动，贴合人体背面曲线，配备高密福网面，抗烧隔灰，安全有保障；</p> <p>6、功能：适用于背部的艾灸。</p> |

8、供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|----|----------------|-----------|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商提供承诺函。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商提供承诺函。 |

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|----|---|--|
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商提供：①可提供2020或2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2020或2021或2022年度供应商内部的财务报表复印件；③也可提供距投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间至磋商响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件；⑤也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函原件。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和技术能力。 | 供应商提供承诺函。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商提供2021年以来任三个月的缴纳税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明复印件，或提供具有良好的纳税记录的承诺书原件。 供应商提供2021年以来任三个月的缴纳社会保障资金的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件，或提供具有良好的社保缴纳记录的承诺书原件。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商提供承诺函。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函原件； |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 | 供应商提供为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的承诺函原件。 |

9、供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|----|---|------------------|
| 1 | 本项目专门面向中小企业采购。 | 供应商提供中小企业声明函原件。 |
| 2 | 若响应产品以及所有配置产品属于医疗器械的：响应产品以及所有配置产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并提供中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求提供医疗器械生产备案凭证或医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或者医疗器械经营企业许可证。 | 提供相关证明材料复印件加盖公章。 |

10、分包的评审条款

| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
|-------|-------|-------|------|----|-------|
|-------|-------|-------|------|----|-------|

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日

4) 合同履行地点：营山县残疾人联合会

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：签订合同后 5 个工作日内，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 15.00 %；

2、付款条件说明：验收合格付款，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 85.00 %；

9) 验收交付标准和方法：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收

10) 质量保修范围和保修期：采购的所有产品有质保期的按实际质保期执行，无质保期的供应商应提供售后服务一年。

11) 知识产权归属和处理方式：无

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：违约责任与解决争议的方法：违约责任：① 供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。② 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。③ 供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于供应商原因导致合同迟延履行，供应商应承担每迟延一天扣除合同总金额的千分之一。④ 供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款千分之一的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。⑤ 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；(2)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(3)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(4)法律规定的其他情形。解决争议的方法：1.因服务的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由采购人承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向项目所在地人民法院起诉。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：是

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：按照采购内容的技术参数与性能指标要求进行验收，符合采购要求。

10) 商务履约验收内容：按照采购需求商务要求的内容进行验收，符合采购要求。

11) 履约验收标准：采购人与成交供应商严格按照财政部印发《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理办法》的通知（财库【2016】205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的相关要求，结合采购文件规定和供应商响应文件及合同承诺的内容进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否