

## 第四章 采购需求及其技术、服务及其他要求

### 一、项目概述

本项目为西昌市疾病预防控制中心艾滋病防控综合干预采购，共 1 个包，预算金额 37.5 万元。

### 二、采购内容清单及所属行业

序号	货物名称（标的名称）	数量	所属行业	是否属于 优先采购 节能产品	是否属 于强制 采购节 能产品	是否属 于优先 采购环 境标志 产品
1	避孕套	150 万支	工业	否	否	否

### 三、技术、服务要求

序号	标的名称	技术参数与性能指标
1	避孕套	避孕套（150 万支） 一、技术参数要求 1. 材质：天然胶乳橡胶； 2. 规格尺寸：光面型、长度 $\geq 160\text{mm}$ ； 3. 结构及组成：产品由天然胶乳橡胶配以助剂、润滑剂、辅料组成，助剂为硫化剂、促进剂、活性剂、稳定剂、防老剂；润滑剂为二甲基硅油或水溶性润滑剂（丙二醇、甘油）；辅料为 SiO <sub>2</sub> 、香精。其产品顶部带有储精囊，开口端为完整卷边的薄膜鞘套物。用于避孕和有助于防止性传播疾病； 4. 爆破体积 $\geq 22.5\text{ml}$ ； 5. 爆破压力 $\geq 1.6\text{KPa}$ ； 6. 套体表面无任何小孔或撕裂，在距开口端 $\geq 25\text{mm}$ 以外无针孔（不漏水）； 7. 无破损、缺少，无严重变形的卷边和胶膜严重黏结； 8. 抽真空至绝对压力 $(20\pm 5)\text{kPa}$ ，保持真空 $\geq 1$ 分钟然后释放，无表面渗涌的气泡，包装内没有可见试验液体。 （注：以上参数需提供带有 CMA 标识或 CNAS 标识出具的检测报告复印件或医疗器械注册证复印件进行佐证，不提供或不满足视为无效响应）

注：①本项目涉及的国家或行业标准规范，若有最新版本的，一律以最新的版本要求为准。

②采购清单中参数为基本要求，供应商投标产品优于或高于基本要求的都视作满



足。

#### 四、商务要求（实质性要求）

序号	内容	要求
1	项目完成时间	自合同签订之日起 30 日
2	交货地点	采购人指定
3	报价	报价应是最最终用户验收合格后的总价，包括但不限于包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件和谈判文件规定的其它全部费用
4	售后服务要求	1、自验收合格之日起，质保期为1年。 2、售后响应时间：4小时以内。 3、供应商应在成交后在项目所在地具有固定的售后服务地点：提供售后服务地址、负责人及专职技术人员姓名和 24 小时在线移动联系电话。（提供承诺函，不提供视为无效响应）
5	合同价款支付	（1）政府采购合同签订生效后10日内，支付30%的合同总价款； （2）完成所有货物交付并验收合格后后，采购人收到供应商等额发票10日后，支付70%的合同总价款；
6	履约验收方案	验收组织方式：自行验收。 履约验收程序：一次性验收。 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。
7	质量要求	1. 响应文件及供应商所响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准及技术规范等，须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准符合国家相关的质量标准和出厂标准。 2. 所投的货物是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。
8	安全要求	供应商需自行承担项目实施过程中自身的安全责任。
9	验收标准及要求	（1）符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。 （2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符



		<p>合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与成交供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担；</p> <p>（3）成交供应商应将所提供货物的装箱清单等资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的资料，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；</p> <p>（4）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。</p>
--	--	--