

采购需求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性要求，投标人应完全满足，未响应或不满足按无效投标处理。本章中标注“▲”的条款为本项目的重要性条款，按照第六章综合评分明细表处理。

一、项目概述

本项目共计3个包（其中第二包、第三包已完成采购），拟各确定中标人1名。

二、技术参数要求

序号	购置装备名称（标的名称）	技术要求	数量	所属行业
1	成人悬吊训练装置及附件	1、悬吊系统安装方便，场地要求低，规格尺寸（L*W*H）：2930mm*2100mm*2400mm±10% 2、悬吊点分布合理，每个悬吊器有4个悬吊点，结合悬吊架上2个悬吊点，共计14个 3、每个悬吊器自带2条悬吊绳，长3.2M，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳可承重250KG；自带一条移控制绳 4、标配自锁式低阻力弹性黑绳：自然状态长300mm，单绳6条，可承重30KG 5、标配0.3米和0.45米自锁式组合弹力双绳，共8条 6、标配自锁式无弹力绳：长300mm，4条和600mm，2条，可承重150KG 7、标配1个头颈悬带，尺寸670*80*3mm，用于头颈部的固定与手法康复 8、标配1个胸背悬带，尺寸900*646*6mm，用于托持胸部或背部，锁扣式设计紧锢防滑 9、标配4个腕带，尺寸330*155*3mm，用于支撑手腕或脚腕； 10、标配4个容悬带，尺寸794*130*6mm，用于四肢关节的托持固定	3台	工业

		<p>11、标配 1 个宽悬带，尺寸 770*240*6mm，用于上肢躯干的托持固定</p> <p>12、标配 2 个圆形充气平衡垫，用于平衡能力训练</p> <p>13、选配 1 个三段位电动手法按摩床，支持高度调节 500-940mm 上下肢段位支持电动调节角度，可承重 250KG</p>		
2	不锈钢器械柜/储物柜	<p>1. 规格：900*400*1800mm±10%</p> <p>2. 材质：304 不锈钢，厚度≥5mm</p> <p>3. 外观：内有 4 个不锈钢隔层，间距可调，单层承重≥50KG，对开门通体钢化玻璃，玻璃边橡胶条加固，门上带防盗锁具。</p>	22 个	
3	脆碎度检测仪	<p>1. 轮鼓尺寸：内径约 286mm，深 39mm±10%</p> <p>2. 药片滑落高度：≥156mm</p> <p>3. 默认转速：25rpm/min</p> <p>4. 转速设置范围：20-50rpm/min</p> <p>5. 默认圈数：100 圈</p> <p>6. 圈数设置范围：1-1000 圈</p> <p>7. 旋转方向：正时针/逆时针</p> <p>8. 轮鼓数量：2 个</p> <p>9. 电源：DC12V，3A</p>	2 台	
4	崩解仪	<p>1. 崩解吊篮：2 组（6 管）</p> <p>2. 吊篮升降频率：30-32 次/分钟</p> <p>3. 吊篮升降振幅：55±1.0mm</p> <p>4. 筛网至杯底最小距离：25±1.0mm</p> <p>5. 筛网孔径：标配 2.0mm、可选配 0.42mm、0.71mm、1.0mm</p> <p>6. 调温范围：室温~45℃</p> <p>7. 温度分辨率：0.1℃</p> <p>8. 控温精度：≤±0.3℃</p> <p>9. 崩解时限点：≤15 次</p> <p>10. 崩解计时时间：≤9999 分钟</p> <p>11. 电源：AC220V±10% 50HZ</p>	2 台	
5	粉碎机	<p>1. 电压：220V/50-60Hz</p> <p>2. 细度：30-300 目</p> <p>3. 功率：1900W</p> <p>4. 转速：25000r/min</p>	5 台	

6	全钢药品柜	1. 颜色：白色 2. 隔板：上 2 下 2 3. 规格：H1800*W900*D450mm±10%	4 个
7	显微镜防潮柜	1. 容量≥850L 2. 外部尺寸；H1900×W900×D550MM±10% 3. 内部尺寸：H（860+860）×W890×D530mm±10% 4. 活动隔层：6 层 5. 电压：220V 6. 平均功率：≥20W 7. 湿度范围：RH5%—RH70%	10 个
8	多功能暗箱式紫外反射仪	1. 波长 254nm*1 365nm*1 302nm*1 点样 2. 紫外过滤片：200*80 3. 功率：≥24w 4. 整机尺寸：320cm*270cm*340cm±10% 5. 重量：6-7kg	2 台
9	移动式医用等离子空气消毒机	1. 底部万向轮推动 2. 尺寸（长 500mm*宽 400mm*高 800mm）±10%； 3. 整机材质：ABS； 4. 具备等离子空气消毒，负离子空气净化，净化率和消毒率都达 99.9%，使用面积：130-150m ³ ； 5. 智能微电脑控制，LED 数码显示屏； 6. 人机共存：动态消毒机，人机共存使用，不生成二次污染。	20 台
10	实验试剂控温箱	1. 规格：深大于 640mm，宽大于 820mm 高大于 1700mm； 2. 变频智能变速，高效节能，风冷风扇送冷风，自动除霜，至少二级能效； 3. 总容量≥470 升，电脑控温，重量≥75kg。	1 个
11	圆形不锈钢可升降实验椅	1. 304 不锈钢加厚款旋转四脚圆凳，焊接成型，可升降。 2. 高度：48-65cm，椅面直径≥29cm。	200 张

★三、商务要求（各包通用）

序号	内容	要求
----	----	----

1	项目完成时间	政府采购合同签订后60日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收
2	项目实施地点	采购人指定地点
3	售后服务期	不少于3年，自最终验收合格之日起算
4	报价	投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，是投标人完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括送货上门、包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及售后服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用，即包干价
5	合同价款支付	<p>(1) 政府采购合同签订后支付40%的合同总价款；</p> <p>(2) 项目实施完成验收合格并交付使用后支付剩余60%的合同总价款；</p> <p>(3) 本项目未支付的合同价款不计利息</p>
6	安装调试	安装调试与辅材（含所有设备安装调试使用电线、综合布线等费用）。
7	履约验收	<p>(1) 符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。</p> <p>(2) 中标人将所供货物运至采购人指定地点并完成安装调试后，由采购方自行组织验收，验收应严格按照采购文件和采购合同进行，保证采购项目与采购文件和采购合同内容的一致。</p> <p>(3) 所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。</p> <p>(4) 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。</p>

8	售后服务	<p>(1) 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。</p> <p>(2) 供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场，24小时内解决问题，必要时应向采购人提供应急备用设备。</p> <p>(3) 质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给；年更新次数≥ 1次。</p>
---	------	---